



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
 U.O.C. Area Tecnica  
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda  
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
 Tel. 091.6553002  
 Email: area.tecnica@policlinico.pa.it  
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 09/12/2025

Al Responsabile dell'U.O.D. Camera Iperbarica  
 Prof.ssa Fiammetta Ronga

E, p.c. Al Direttore dell'Area Economico  
 Finanziaria e Patrimoniale f.f.  
 Dott. Vincenzo Manzella

U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale  
 Dott.ssa Valerio Castiglia  
 Tinaglia Epifania

**Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO, marca SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL, modello SIARETRON 1000 IPER, s/n: IP0010CR, inv. SIC0005966 ubicato presso l' U.O.S.D. Camera Iperbarica**

Relativamente all' apparecchiatura di seguito indicata:

| INV SIC | APPARECCHIATURA                           | PRODUTTORE                                | MODELLO             | Numero Serie | DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE |
|---------|---|---|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| 0005966 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL | SIARETRON 1000 IPER | IP0010CR     | U.O.S.D. CAMERA IPERBARICA        |

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale ,e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0071847 del 04.12.2025 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015 , con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell' apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa

A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.


A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione dei beni, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.


Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Il RUP  
Geometra Carmelo Lanza




Il DEC  
Geometra Aldo La Rosa




F.to Ing. Marika Pia Scozzaro

Marika Pia Scozzaro




F.to Ing. Antonella Federico

Antonella Federico



Il Direttore dell' U.O.C. Area Tecnica

Dott.ssa Giovanna Milisenda





**POLYGON**  
TECHNICAL SOLUTIONS

Prot. n. 200/2025

Palermo 04/12/2025

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geom. Aldo La Rosa (D.E.C)

**OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025**

**Proposta di dismissione per apparecchiatura VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO, marca: SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL, modello SIARETRON 1000 IPER (960060), s/n: IP0010CR e sic 0005966 ubicata presso l' UOSD Camera iperbarica**

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 178930), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato il malfunzionamento dell'apparecchio quando si attiva la peep ( - All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla casa madre ditta SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL

La suddetta ditta ha però comunicato ( - All.2 -) che il modello SIARETRON 1000 IPER (960060), è ormai fuori supporto perché prodotto nel 2011 e non sono pertanto più disponibili parti di ricambio di alcun tipo.

Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento, a far data dal 04/12/2025.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Polygon SpA  
(Francesco Macaluso)

Polygon S.p.A.  
Via Laurentina 456-458  
00144 Roma  
P. IVA 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 178930
- All.2: Comunicazione SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL

**Presidio** A.O.U. PAOLO GIACCONE  
**Centro di Costo** UOSD Camera iperbarica  
**Reparto Ubicazione** MEDICINA SUBACQUEA ED IPERBARICA  
**Ubicazione**  
**Richiedente** MANZO **Riferimento** **Tel**  
**Nr. Inventario** 0005966 VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO  
**Sistema** 0005966 VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO  
**Produttore** SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL  
**Modello** VPOSIHMP SIARETRON 1000 IPER  
**Numero di serie** IP0010CR **Forma Presenza** ENTE **Stato** NORMAL  
**Data/Ora Richiesta** **Richiesta Nr.** RDL0029135  
**Data/Ora Risposta** 04/12/2025 08:38:52 **Data/Ora INIZIO** 04/12/2025 09:00:04  
**Data Concordata** 04/12/2025 08:38:52 **Data/Ora FINE**  
**Stato ODL** IniziatO  
**Tipo** Manutenzione Correttiva  
**Segnalazione** NON PASSA IL TEST

**AZIONI ESEGUITE**


| Addetto                  | Attività   | Ruolo                | Data ora inizio     | Data ora fine       |
|--------------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| FRANCESCO PAOLO CATALANO | Ore Lavoro | Operatore principale | 04/12/2025 09:00:04 | 04/12/2025 12:43:15 |
| GIUSEPPE PLANCES         | Ore Lavoro | Operatore principale | 04/12/2025 09:00:04 | 04/12/2025 12:43:15 |

TIPO: Intervento non risolutivo


NOTE: visiobata apparecchiatura si riscontrano problemi durante la ventilazione quando si attiva la peep ricerca guasto non si riesce a risolvere il problema in quanto qualche componente risulta usurato .Ricevuta lettera da casa madre che dichiara che la macchina è fuori supporto se ne propone la dismissione.

Note:

Tecnico:  
Catalano Francesco Paolo



Referente:  
La Spina Salvatore



Data firma:04/12/2025

Valsamoggia li 03/11/2025

Spett.le  
A.O.U. POLICLINICO  
PAOLO GIACCONE  
VIA DEL VESPRO 129  
90127 PALERMO (PA)

Oggetto: **Comunicazione mancata disponibilità parti di ricambio.**

La scrivente SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SpA avente sede legale ed amministrativa a Valsamoggia, loc. Crespellano (BO) Via G. Pastore, 18 - P.IVA/C.F. 03851731202

**dichiara**

che per il ventilatore polmonare  
Siaretron 1000 Iper - Mod. 960060 s/n IP0010CR  
prodotto nel 2011 ed in uso c/o la Vs. struttura

non è più possibile fornire alcun supporto tecnico per mancata disponibilità di alcune parti di ricambio in quanto l'apparecchiatura è fuori produzione.

SIARE ENGINEERING INT'L GROUP SpA

