



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.S. Ingegneria Clinica - U.O.C. Area Tecnica
 Direttore f.f.: Dott. Ing. Andrea Terracchio
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553009/10
 Email: ingegneriaclinica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Al Direttore dell' U.O.C. di Terapia Intensiva
 Prof. A. Giarratano

U.O.C. Terapia Intensiva
 Dott. Pasquale Iozzo

E, p.c. Al Direttore dell' U.O.C. Area Economico
 Finanziaria e Patrimoniale
 Dott. Luigi Guadagnino

U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
 Tinaglia Epifania
 Dott.ssa Nadia Bilello

Oggetto: Parere tecnico di dismissione tipologia LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE, marca HILL ROM CO INC, modello TOTALCARE DUO 2, s/n: 12BB0066 e sic 0007973 in carico all' U.O.C. di Terapia Intensiva e attualmente ubicata presso l'U.O.C di Oculistica

Relativamente alle apparecchiature di seguito riportate:

| INV SIC | APPARECCHIATURA | PRODUTTORE | MODELLO | Numero Seriale | DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE |
|---------|--|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| 007973 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | HILL ROM CO INC | TOTALCARE DUO 2 | 12BB0066 | U.O.C. di Terapia Intensiva |

Tenuto conto che l' apparecchiatura non è più riparabile a causa dell'obsolescenza e indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale, e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon S.p.a., che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente U.O.S. con nota Prot. n. 204/2024 del 21.10.2024 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
U.O.S. Ingegneria Clinica - U.O.C. Area Tecnica
Direttore f.f.: Dott. Ing. Andrea Terracchio
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
Tel. 091.6553009/10
Email: ingegneriaclinica@policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015, con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione delle apparecchiature in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tali beni fossero presenti nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico dei beni meglio descritti in tabella. Nel caso in cui tali beni fossero di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico delle stesse sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere alla scrivente la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere i beni in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.


Infine, nel caso in cui tali apparecchiature fossero necessarie per garantire il proseguo dell'attività ad esse connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Il Geometra Carmelo Salvatore Lanza

Il Direttore f.f. dell' U.O.C. dell' Area Tecnica
Ing. Andrea Terracchio

F.to Ing. Marika Pia Scozzaro





Prot. n. 204/2024

Palermo 21/10/2024

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Ing. Marika Pia Scozzaro

OGGETTO: Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, per le aziende del SSR numero di gara 6613909, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.1014 del 08/10/2018. Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE, marca HILL ROM CO INC, modello TOTALCARE DUO 2, s/n: 12BB0066 e sic 0007973 ubicata presso l'U.O.C Oculistica

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 166903), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato il mancato funzionamento movimento piedi e mancato movimento discesa letto lato piedi e gonfiaggio materasso (- All.1-) ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla casa madre, ditta Hill Rom S.p.A..

La suddetta ditta ha però comunicato (- All.2-) che il ricambio richiesto è fuori produzione e pertanto non è possibile reperirlo in commercio.

Per quanto su esposto, con la presente siamo a proporre la dismissione dell'apparecchiatura, a far data dal 27/09/2024 per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.


Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 166903
- All.2: Dichiarazione fuori supporto Hill Rom S.p.A

Polygon SpA

(Ing. Francesco Macaluso)


Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

| | | | | |
|---------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|
| Presidio | VILLA BELMONTE - ex IMI | | | |
| Centro di Costo | UOC Terapia intensiva | | | |
| Reparto Ubicazione | Oculistica | | | |
| Ubicazione | | | | |
| Richiedente | SABELLA | Riferimento | Tel | |
| Nr. Inventario | 0007973 LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | | | |
| Sistema | 0007973 LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | | | |
| Produttore | HILL ROM CO INC | | | |
| Modello | LTTHILT2 TOTALCARE DUO 2 | | | |
| Numero di serie | 12BB0066 | Forma Presenza | ENTE | Stato NORMAL |
| Data/Ora Richiesta | 26/09/2024 10:54:00 | Richiesta Nr. | RDL0025679 | |
| Data/Ora Risposta | 26/09/2024 10:54:00 | Data/Ora INIZIO | 27/09/2024 11:30:40 | |
| Data Concordata | 27/09/2024 09:00:00 | Data/Ora FINE | 27/09/2024 12:00:46 | |
| | | Stato ODL | Intervento Terminato | |
| Tipo | Manutenzione correttiva | | | |
| Segnalazione | NON GONFIA IL MATERASSO | | | |

AZIONI ESEGUITE

| Addetto | Attività | Ruolo | Data ora inizio | Data ora fine |
|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| GIUSEPPE PRESTIGIACOMO | Ore Lavoro | Operatore principale | 27/09/2024 11:30:40 | 27/09/2024 12:00:46 |

TIPO: Intervento non risolutivo

NOTE: si riscontra mancato funzionamento gonfiaggio materasso, mancato funzionamento movimento piedi e mancato movimento discesa letto lato piedi.. si propone fuori uso a segno comunicazione di casamadre che dichiara il fuori supporto


Note:

LLAPLACA - 26-09-2024 10:53:30, SABELLA - 25-09-2024 12:33:10
NON GONFIA IL MATERASSO

 Tecnico:
 Giuseppe Prestigiacomò



 Referente:
 Daniela Sabella



Data firma:27/09/2024

Cassina De Pecchi, 13 Aprile 2023

Spett.le
Polygon

Oggetto: Termine produzione ricambio E17180 DISTRIB.BASE MATTRESS TCDUO2

Con la presente siamo a comunicarVi la cessazione della produzione del ricambio del prodotto in oggetto.

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Hill-Rom S.p.A.

