



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

VERBALE COMMISSIONE TECNICA

OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, suddivisa in 84 lotti, per la fornitura triennale in somministrazione di materiale per anestesia e rianimazione da destinare alle UU.OO. di Terapia Intensiva Neonatale, Terapia Intensiva, Chirurgia Pediatrica, Cardiochirurgia, Pneumologia, D.A.I. Chirurgico e U.O.C. Farmacia, con facoltà di rinnovo per un anno, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo

La Commissione Giudicatrice, individuata con nota n. 30894 del 19/05/2025 della Direzione Strategica, prot. n. 31217 del 20/05/2025 così composta:

- Presidente – Prof. Mario Giuffrè;
- Componente – Dott. Maurizio Carta;
- Componente - Dott. Vincenzo Insinga;

La Commissione preso atto della documentazione tecnica trasmessa dai competenti Uffici Amministrativi relativa alla procedura di cui in oggetto, si è riunita per effettuare l'esame di quanto trasmesso.

La valutazione delle offerte tecniche è stata condotta in conformità con i criteri stabiliti nel Capitolato Tecnico (caratteristiche tecniche del prodotto, qualità dei materiali, conformità alle norme di sicurezza, certificazioni..).

La Commissione ha proceduto all'analisi di ciascuna offerta dal punto di vista tecnico, fatto salvo la verifica amministrativa che verrà effettuata dall'Ufficio Provveditorato. Al termine della valutazione tecnica, la Commissione ha redatto una relazione di parere di conformità delle offerte (Allegato 1).

Il Presidente – Prof. Mario Giuffrè

Il Componente – Dott. Maurizio Carta

Il Componente - Dott. Vincenzo Insinga



Allegato 1

Lotto 1

DEAS - DEAFLEX

Per l'offerta presentata **non è possibile esprimere un parere di conformità** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

1. Il Capitolato Tecnico richiede espressamente che i tubi endotracheali proposti siano dotati di **serigrafie da entrambi i lati**. Dall'esame della scheda tecnica del prodotto offerto, non è possibile riscontrare una chiara indicazione della presenza di serigrafie su entrambi i lati del tubo. Nello specifico, la documentazione fornita non menziona la doppia serigrafia come caratteristica del prodotto. Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

GIUSTEPA – DAHLAHUSEN

Per l'offerta presentata **non è possibile esprimere un parere di conformità** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

1. Il Capitolato Tecnico richiede espressamente che i tubi endotracheali proposti siano dotati di **serigrafie da entrambi i lati**. Dall'esame della scheda tecnica del prodotto offerto, non è possibile riscontrare una chiara indicazione della presenza di serigrafie su entrambi i lati del tubo. Nello specifico, la documentazione fornita non menziona la doppia serigrafia come caratteristica del prodotto. Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

MEDLINE – ASID BONZ – ENDOSID

Per l'offerta presentata **non è possibile esprimere un parere di conformità** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

1. Il Capitolato Tecnico richiede espressamente che i tubi endotracheali proposti siano dotati di **serigrafie da entrambi i lati**. Dall'esame della scheda tecnica del prodotto offerto, non è possibile riscontrare una chiara indicazione della presenza di serigrafie su entrambi i lati del tubo. Nello specifico, la documentazione fornita non menziona la doppia serigrafia come caratteristica del prodotto. Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

PANZICA – MEDTRONIC - COVIDIEN

Per l'offerta presentata **non è possibile esprimere un parere di conformità** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

1. Il Capitolato Tecnico richiede espressamente che i tubi endotracheali proposti siano dotati di **serigrafie da entrambi i lati**. Dall'esame della scheda tecnica del prodotto offerto, non è possibile riscontrare una chiara indicazione della presenza di serigrafie su entrambi i lati del tubo. Nello specifico, la documentazione fornita non menziona la doppia serigrafia come caratteristica del prodotto. Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

TELEFLEX – RUSH

L'offerta presentata **è conforme** alla richiesta del bando

Lotto 4

DEAS

L'offerta presentata **non appare in atto conforme** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

1. **Incompletezza delle Misure:** La richiesta specifica chiaramente la necessità di fornire la maschera in tre misure distinte: **neonatale, pediatrica e adulti**. L'offerta, invece, propone solo due misure generiche, "Large" e "Small", senza specificare se queste siano adeguate a coprire la gamma richiesta (neonatale e pediatrica). L'utilizzo di un presidio non conforme alla fascia di età del paziente può comportare rischi clinici significativi e compromettere l'efficacia della procedura.
2. **Mancanza di Specificità del Raccordo di Ventilazione:** La scheda tecnica fornita **non evidenzia in modo chiaro e inequivocabile** la presenza del "raccordo per ventilazione estensibile".

Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

Lotto 7

CAIR LGL

L'offerta presentata **è conforme** alla richiesta del bando

VYGON

L'offerta presentata **è conforme** alla richiesta del bando

Lotto 9

DEAS

L'offerta presentata **non appare in atto conforme** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

1. **Incompletezza delle Misure:** La richiesta specifica chiaramente la necessità di fornire la maschera in tre misure distinte: **neonatale, pediatrica e adulti**. L'offerta, invece, propone solo due misure generiche, "Large" e "Small", senza specificare se queste siano adeguate a coprire la gamma richiesta (neonatale e pediatrica). L'utilizzo di un presidio non conforme alla fascia di età del paziente può comportare rischi clinici significativi e compromettere l'efficacia della procedura.
2. **Mancanza di Specificità del Raccordo di Ventilazione:** La scheda tecnica fornita **non evidenzia in modo chiaro e inequivocabile** la presenza del "raccordo per ventilazione estensibile".

Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

Lotto 11

A2 SRL - MEDIVAL SRL - AVANOS MEDICAL

L'offerta presentata **non appare in atto conforme** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

1. **Mancanza di Misure Specifiche:** Si rileva la mancata offerta della misura CH10 per adulti con ~~raccordo doppio girevole, come esplicitamente richiesto dal capitolato.~~ La misura CH10 è offerta con raccordo a T nella scheda tecnica "adulti" e con raccordo a Y nella scheda tecnica "pediatrica". Inoltre, manca la misura CH12 con punta direzionale, come specificato nel capitolato tecnico.
2. **Specifiche Tecniche non Chiare o Assenti:**
 - **Soluzione Fisiologica:** L'offerta non conferma esplicitamente che tutti gli articoli siano completi delle 12 fiale di soluzione fisiologica, come richiesto. Questa dotazione è essenziale per il broncolavaggio e la pulizia del sistema, e la sua assenza rende il prodotto incompleto rispetto al capitolato.
 - **Sistema Complementare per Aspirazione Orale:** La documentazione tecnica non dimostra e/o riporta chiaramente la caratteristica "collegabile alla raccolta dei fluidi aspirati con sistema complementare a circuito chiuso per aspirazione orale". Questa funzionalità è importante per la gestione integrata delle vie aeree e la prevenzione delle infezioni, oltre a essere una caratteristica esplicitamente richiesta dal capitolato.
 - **Documentazione e Iconografia:** L'assenza di un dépliant con immagini del prodotto non consente una valutazione visiva completa del dispositivo, rendendo difficile la verifica di aspetti come l'ergonomia, la configurazione e la compatibilità dei componenti.

Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza delle suddette caratteristiche.

GIUSTEPA – DAHLHAUSEN – OPTIFLO48

Tutti gli articoli e le misure richiesti (ad esempio, le misure per adulti, pediatriche, neonatali, i vari tipi di raccordi, le punte direzionali e le fiale di soluzione fisiologica) nonché le caratteristiche tecniche sembrano essere inclusi e soddisfano le specifiche.

L'unico punto di discrepanza rilevato riguarda il periodo di utilizzo del sistema. L'offerta propone un dispositivo con una durata di **48 ore**, mentre il capitolato tecnico specifica un utilizzo **di 24 ore**.

Dal punto di vista medico, l'utilizzo di un sistema a circuito chiuso per un periodo di 48 ore anziché 24 ore non è un fattore di non conformità insormontabile, anzi. I sistemi a 48 ore sono sempre più diffusi e, se la loro sicurezza e sterilità sono validate dalla letteratura e dalle certificazioni del produttore, rappresentano un **vantaggio clinico ed economico**:

- **Vantaggio Economico:** Riduce il numero di sostituzioni, con conseguente risparmio sui costi di acquisto.
- **Vantaggio Clinico:** Diminuisce le manipolazioni da parte del personale sanitario sul paziente, riducendo il rischio di infezioni correlate all'assistenza e migliorando la gestione del tempo.

Pertanto l'offerta **è da considerarsi conforme** ai requisiti del capitolato. La variazione della durata di utilizzo da 24 a 48 ore rappresenta un miglioramento piuttosto che una non conformità, portando benefici in termini di sicurezza e costi. Si ritiene che questa offerta sia tecnicamente idonea per l'aggiudicazione del lotto.

Lotto 13

PANZICA – MEDTRONIC - COVIDIEN

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 14

IORE MANCINI – MD HEALTHCARE

L'offerta presentata **non è pienamente conforme** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

- Nell'offerta non è presente il **sub-lotto h**, spray al silicone, in quanto non commercializzabile poiché sprovvisto di certificato CE, secondo quanto dichiarato dall'operatore offerente.

MDM SRL

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 20

VYGON

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 21

EUROMEDITALY – NEOTECH PRODUCT LLC

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 23

IORE MANCINI – PENLON LIMITED

Nonostante il capitolato richiedesse esplicitamente un bulbo allo Xenon da 2,5 V, l'offerta presenta una soluzione tecnologicamente più avanzata e vantaggiosa, ovvero una lampadina a LED. Tale soluzione, pur non rispettando letteralmente la specifica, offre caratteristiche **migliorative** di gran lunga superiori in termini di durata operativa (50.000 h contro 20-30 h) e sostenibilità economica, che ne giustificano pienamente l'accettazione. Pertanto, dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è da ritenere **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

TELEFLEX

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 24

BENEFIS

L'offerta presentata **non appare in atto conforme** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

1. Dall'analisi della documentazione fornita, in particolare dalla scheda tecnica del prodotto offerto, si evince la **mancanza di una dichiarazione esplicita che attesti l'assenza di BBP e DBP**. La non menzione di queste sostanze nel materiale tecnico presentato non permette di confermare la piena rispondenza del prodotto ai requisiti del Capitolato.

Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza del suddetto requisito.

Lotto 25

BENEFIS

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

MEDLINE

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 27

DEAS - ATOREX

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

TELEFLEX – MAD NASAL

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

A2 – INTERSURGICAL

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 28

A2 – INTERSURGICAL

L'offerta presentata **non appare in atto conforme** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

- Nell'offerta economica e nella scheda tecnica non sono presenti le misure 0 e 0,5

Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

DGMED

L'offerta presentata **non è conforme** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

1. Il capitolato tecnico richiede espressamente una maschera sovraglottidea realizzata in **elastomero termoplastico** di grado medicale con una **cuffia simile al gel che non necessita di gonfiaggio**. L'offerta presentata propone invece un modello con una **cuffia auto-espandibile in silicone morbido di grado medicale**.

Questa differenza costituisce una non conformità sostanziale e tecnicamente rilevante per i seguenti motivi:

- **Tipologia di Materiale:** Il capitolato richiede un elastomero termoplastico con una cuffia "simile al gel", mentre l'offerta propone silicone. Sebbene entrambi i materiali siano di grado medicale, le loro proprietà meccaniche e la loro interazione con i tessuti biologici possono differire, influenzando la tenuta e il comfort del paziente.
- **Meccanismo di Funzionamento:** La specifica di gara si basa su una cuffia preformata che non richiede gonfiaggio, un aspetto cruciale per la praticità e la sicurezza d'uso in situazioni di emergenza. La cuffia auto-espandibile, pur essendo una soluzione valida, rappresenta un meccanismo di funzionamento diverso che non rispecchia l'esatta richiesta del capitolato.

2. Non Conformità Amministrativa e Documentale

Nella documentazione fornita, **manca la scheda dell'offerta economica senza i prezzi**. Tale documento è generalmente richiesto per valutare la proposta tecnica in modo indipendente dall'aspetto economico, garantendo la trasparenza e la corretta procedura di gara. La sua assenza rende l'offerta amministrativamente incompleta.

Lotto 29

BURKE&BURKE

L'offerta presentata **non appare in atto conforme** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

- (1) Diversamente da quanto indicato nella descrizione del capitolato tecnico, nell'offerta economica e nella scheda tecnica mancano:
 - (a) N°1 nebulizzatore
 - (b) N°1 connettore a T con tappo per adulti

Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

EUROMEDITALY

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato. Tuttavia, si rende necessaria una precisazione, riportata in allegato.

Lotto 30

BURKE&BURKE – Aerogen AeroNeb

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato. Tuttavia, si rende necessaria una precisazione, riportata in allegato.

EUROMEDITALY – AirICU

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato. Tuttavia, si rende necessaria una precisazione, riportata in allegato.

Nota di precisazione per il lotto 29 e 30

I sistemi di nebulizzazione a membrana vibrante, come Aerogen AeroNeb e AirICU, rappresentano una soluzione tecnologicamente avanzata e **conforme agli standard di sicurezza ed efficacia** previsti per l'uso clinico. La loro adozione è raccomandata per ottimizzare la somministrazione di farmaci aerosolici. Tuttavia, il controller e il nebulizzatore sono stati inseriti in due lotti diversi. Questa condizione pone un problema di **Conformità e Interoperabilità**. Si chiede se i sistemi siano concepiti per funzionare esclusivamente con le proprie componenti originali. Potrebbe **non essere ammesso l'interscambio di parti tra marche diverse (es. controller Aerogen con nebulizzatore AirICU e/o viceversa)**, in quanto ciò comprometterebbe la certificazione del dispositivo, la sua sicurezza e l'efficacia della terapia.

Lotto 31

BIOCOMMERCIALE – HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENTS

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato. Tuttavia, si rende necessaria una precisazione, riportata di seguito in nota.

FIORE MANCINI – HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENTS

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato. Tuttavia, si rende necessaria una precisazione, riportata di seguito in nota.

MEDLINE

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato. Tuttavia, si rende necessaria una precisazione, riportata di seguito in nota.

PANZICA – COVIDIEN – DEGANIA

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato. Tuttavia, si rende necessaria una precisazione, riportata di seguito in nota.

TELEFLEX – RUSH – GRI MEDICAL – TM MALESIA

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato. Tuttavia, si rende necessaria una precisazione, riportata di seguito in nota.

Nota di precisazione per il lotto 31

Le offerte presentate per il Lotto 31 evidenziano criticità diffuse, principalmente legate a due aspetti fondamentali: la compatibilità con i monitor multiparametrici in dotazione e l'inclusione degli accessori indispensabili (cavi/adattatori) per l'uso immediato e completo dei dispositivi.

L'obiettivo fondamentale del capitolato, al di là della descrizione formale del prodotto, è la fornitura di un **dispositivo medico pienamente funzionale e utilizzabile** con la strumentazione esistente nelle Unità Operative, ovvero un catetere di Foley con un sensore di temperatura che possa effettivamente trasmettere il dato a un monitor multiparametrico. Da un'analisi attenta, si riscontrano le seguenti problematiche nelle offerte.

Analisi Dettagliata delle Offerte:

• **BIOCOMMERCIALE – HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENTS**

- Pur dichiarando un'ampia compatibilità, inclusa quella con i monitor Mindray, l'offerta presenta un punto di debolezza. Si dichiara che l'adattatore/connettore e i cavi di interfaccia per le sonde sono **venduti separatamente**. Questo rende l'offerta potenzialmente incompleta e nasconde costi aggiuntivi non quantificati, necessari per rendere il dispositivo funzionale.

• **FIORE MANCINI – HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENTS**

- Questa offerta è carente in termini di chiarezza. Non viene specificato con quali monitor siano compatibili i cateteri proposti e non si precisa se i cavi di interfaccia siano inclusi o meno. La mancanza di queste informazioni essenziali rende l'offerta non adeguatamente valutabile e potenzialmente non conforme ai requisiti funzionali minimi.

• **MEDLINE**

- L'offerta dichiara la compatibilità con i monitor HP/Philips e Siemens, ma esclude esplicitamente la compatibilità con i monitor Mindray. Poiché in alcune Unità Operative sono in dotazione monitor Mindray, questa offerta è **funzionalmente non idonea** a soddisfare le esigenze dell'intero ente. Inoltre, sebbene menzioni il codice del cavo adattatore, non chiarisce se tale accessorio sia incluso nel prezzo o venduto separatamente.

• **PANZICA – COVIDIEN – DEGANIA**

- L'offerta propone una soluzione di "service gratuito" per i cavi necessari. Tuttavia, un'attenta analisi della documentazione e dell'offerta economica rivela l'**assenza del cavo adattatore specifico per i monitor Mindray**. Questo rende l'offerta incompleta e non idonea a garantire la piena funzionalità del prodotto in tutti i reparti, specialmente in quelli dotati di monitor Mindray.

• **TELEFLEX – RUSH – GRI MEDICAL – TM MALESIA**

- L'offerta si impegna a fornire i cavi di interfaccia dedicati in caso di aggiudicazione e nel depliant viene menzionato esplicitamente un cavo adattatore per i monitor Mindray.

Tuttavia, il codice di questo cavo **non è stato inserito nell'offerta economica e nella scheda tecnica**, rendendo l'offerta potenzialmente incompleta per le esigenze dell'ente appaltante.

Conclusioni e Raccomandazioni

Si raccomanda alla Stazione Appaltante di:

- 1) **Verificare in modo esaustivo quali monitor multiparametrici sono in dotazione nelle varie Unità Operative che utilizzeranno i cateteri in oggetto.**
- 2) Se a seguito di tale verifica emergesse che i monitor Mindray sono presenti e/o prevalenti nelle Unità Operative:
 - a) **le offerte che dichiarano esplicitamente incompatibilità** con la strumentazione esistente, come nel caso di **MEDLINE** e **PANZICA**, per i monitor Mindray, dovrebbero essere considerate **funzionalmente non idonee** all'utilizzo previsto. In tal caso, si suggerisce di procedere all'esclusione di tali offerte per inidoneità funzionale, motivando l'esclusione con il fatto che il dispositivo, pur rispettando le specifiche formali, non assolve alla sua funzione clinica principale a causa della sua incompatibilità con la strumentazione indispensabile per il suo utilizzo.
 - b) **Richiedere chiarimenti agli operatori** che hanno presentato offerte ambigue, in particolare a **FIORE MANCINI** e **TELEFLEX**, affinché specifichino chiaramente i monitor compatibili e se i cavi/adattatori necessari sono inclusi nel costo dell'offerta.
 - c) **Valutare attentamente i costi nascosti** nelle offerte come quella di **BIOCOMMERCIALE**, dove gli accessori essenziali sono venduti separatamente, per evitare che la fornitura si riveli più costosa del previsto e non immediatamente operativa.

Una corretta aggiudicazione per il Lotto 31 deve garantire che il catetere con sensore di temperatura sia **immediatamente e pienamente funzionale** in tutte le Unità Operative, senza richiedere acquisti aggiuntivi o integrazioni successive. La Stazione Appaltante deve accertarsi che l'offerta vincitrice includa tutti gli elementi necessari a tale scopo.

Lotto 33

PANZICA

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 34

SOLVENTUM ITALY SRL

Per il prodotto in esame **non è in atto possibile esprimere un parere di conformità** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato in quanto dall'esame della scheda tecnica del prodotto offerto, non è possibile accertare la compatibilità con elettrocardiografo Lumed 601 (in dotazione al reparto) con sistema di aggancio a pinza.

Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

Lotto 35

MDM srl

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 38

BIOCOMMERCIALE srl

Per il prodotto in esame **non è possibile esprimere un parere di conformità** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato per le seguenti ragioni:

1. Da capitolato la coprisonda è richiesta in Biplax PE (2 strati) mentre la scheda tecnica definisce la sonda in poliuretano senza menzione del numero di strati
2. viene evidenziato il kit 655424 (14 x 61 cm) e non il 655294 (10x147 cm) che sarebbe conforme alle misure richieste dal capitolato
3. il telino ha misura 30x30 cm mentre nel capitolato viene richiesta misura di 45x35cm

Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

EFFEBI HOSPITAL srl

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame **non appare in atto conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato per le seguenti ragioni:

1. Da capitolato la coprisonda è richiesta in Biplax PE (2 strati) mentre la scheda tecnica definisce la coprisonda in poliuretano
2. Non è specificata la dimensione del telino avvolgente

Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

IPA srl

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **non conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato per le seguenti ragioni:

1. Il prodotto è descritto in scheda tecnica come una camicia tubolare in PE copritelecamera e non come una coprisonda ecografica
2. È in PE e non in PU
3. Non ha le dimensioni specificate nel capitolato
4. Nel lotto non sono proposti elastici e telino

Lotto 40

TELEFLEX MEDICAL srl

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 41

EUROMED srl

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 42

UNIONFARMA srl

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 43

A2 srl

Per il prodotto in esame **non è possibile esprimere un parere di conformità** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato. Tuttavia, la descrizione del prodotto di cui al sublotto b identifica una misura unica mentre il capitolato richiede le misure adulto, pediatrico e neonatale. Inoltre la descrizione del prodotto di cui al sublotto f specifica in scheda tecnica come "utilizzabile dal bambino piccolo all'adulto" mentre il capitolato richiede la anche la misura neonatale.

Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

Lotto 44

CERICHEM BIOFARM srl

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato, tuttavia è necessario precisare che il prodotto che viene proposto ha una misura di 20x20 cm mentre il capitolato richiede misura 22x28cm.

Lotto 45

LAMONEA MEDICAL

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 46

GIUSTEPA sas, LAMONEA MEDICAL

Per il prodotto in esame proposto dalle ditte **non è possibile esprimere un parere di conformità** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato in quanto non si evince dalla scheda tecnica se il prodotto viene fornito già numerato al fine di garantire l'identificazione senza la necessità di ricorrere

a stampanti aggiuntive. Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

DGMED

La proposta della ditta risulta gravemente incompleta, non si evince se il prodotto possiede le caratteristiche richieste e **non consente di esprimere un giudizio di conformità**.

Lotto 47

Dal punto di vista medico-scientifico, i prodotti in esame proposti da BETATEX spa, BIOCOMMERCIALE srl, EFFEBI HOSPITAL srl, GIUSTEPA sas, EMME ERRE sono tutti **conformi** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 48

DGMED, SINTEA

Per il prodotto in esame proposto dalle ditte **non è possibile esprimere un parere di conformità** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato in quanto il Capitolato Tecnico richiede espressamente che il prodotto proposto sia "radiopaco a bande con bario incapsulato". Dall'esame della scheda tecnica del prodotto offerto, non è possibile riscontrare una chiara indicazione della specifica di cui al capitolato. Nello specifico, la documentazione fornita non menziona il bario incapsulato come caratteristica del prodotto.

Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

Lotto 49

EUROMED

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

LAMONEA MEDICAL

Per l'offerta presentata **non è possibile esprimere un parere di conformità** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato per il seguente motivo:

Incompletezza delle Misure: La richiesta specifica chiaramente la necessità di fornire il presidio anche nella misura neonatale. L'offerta, invece, propone solo due misure generiche, 6-11 cm (neonatale) e 10-19 cm. La misura 6-11 cm non consente una ottimale valutazione pressoria nella fascia di popolazione del neonato di basso peso per il quale servirebbero misure inferiori ai 6 cm (3-4-5 cm). L'utilizzo di un presidio non conforme alla fascia di età del paziente può comportare rischi clinici significativi e compromettere l'efficacia della misurazione.

Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

Lotto 50

A2 srl

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto proposto, "Drentech" ha una capacità massima di 2100 ml (vs. specifica del capitolato di 2500ml) e le camere del presidio sono in polistirene (e non in policarbonato come richiesto dalla specifica del capitolato); pertanto il prodotto in esame è **non conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

TELEFLEX

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame (modello "Cactus") è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 52

ALMAMEDICAL srl, MEDLINE, SOLVENTUM, UNIONFARMA

Dal punto di vista medico-scientifico, i prodotti in esame proposti da sono tutti **conformi** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

EMME ERRE

La scheda tecnica relativa al prodotto proposto è incompleta e **non consente di accertare se conforme al capitolato**.

Lotto 53

A2 srl

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato presentando una caratteristica migliorativa: punta della sonda appesantita da tungsteno, 2 volte più resistente dell'acciaio.

FRESENIUS

L'offerta presentata è **non conforme** alla specifica del capitolato per il seguente motivo:-la punta della sonda per alimentazione enterale non è appesantita dai 5 gr in acciaio frammentato

Lotto 54

Dal punto di vista medico-scientifico, i prodotti in esame proposti da A2 SRL, FRESENIUS e VYGON sono tutti **conformi** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 55

BETATEX

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

VYGON

L'offerta presentata **non appare in atto conforme** alla specifica del capitolato in quanto nella scheda tecnica mancano alcuni prodotti richiesti dal capitolato (bisturi, ago ipodermico 18G).

Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

Lotto 56

VYGON

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 57

TELEFLEX

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 58

DGMED

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 59

VYGON

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 60

BETATEX

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 63

A2 srl

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 64

A2 srl

Dal punto di vista medico-scientifico, i prodotti proposti da A2 srl, EMME ERRE e da VYGON sono **conformi** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 66

SOLVENTUM

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 67

A2 srl

Dal punto di vista medico-scientifico, i prodotti proposti da A2 srl, SOLVENTUM sono **conformi** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 68

Dal punto di vista medico-scientifico, i prodotti in esame proposti da CODAN, CAIR, BENEFIS e BD sono **conformi** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato. Tuttavia, vale la pena di sottolineare come la specifica del capitolato richieda un connettore "privo di spazio morto" mentre le ditte in gara propongono prodotti con uno spazio morto modesto ma misurabile (0,04 cc per Codan, 0,04 cc per Cair, 0,08 cc per Benefis e 0,19 cc per BD).

Lotto 69

Dal punto di vista medico-scientifico, i prodotti in esame proposti da EMME ERRE, MEDLINE e VYGON sono **conformi** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 72

IPA srl

L'offerta presentata **non appare in atto conforme** alla specifica del capitolato in quanto la proposta della IPA srl prevede solo camici e telini mentre il capitolato tecnico richiede espressamente numerosi presidi non inseriti nell'offerta.

Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica.

Lotto 75

Dal punto di vista, i prodotti in esame proposti da BBRAUN e VYGON sono **conformi** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

E' necessario precisare che il capitolato richiede espressamente un applicatore da 0,15 ml mentre il prodotto proposto da BBraun è confezionato in un contenitore-applicatore di volume maggiore (da 1 ml o da 0,5 ml). Tale caratteristica non appare essere peggiorativa e quindi non tale da determinare la non conformità del prodotto proposto da BBraun.

Lotto 76

DEAMEDICAL

Dal punto di vista medico-scientifico, il prodotto in esame è **conforme** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato.

Lotto 78

GIUSTEPA

Il prodotto proposto è una provetta sterile ma senza additivo (EDTA, LITIO-EPARINA). Le microprovette descritte nel capitolato dovrebbero essere idonee a contenere liquidi biologici (sangue) e compatibili con analizzatori automatici. Tale caratteristica non si evince dalla scheda tecnica fornita e quindi **non è possibile esprimere un parere di conformità**.

Si chiede quindi di fornire informazioni circa la presenza della suddetta caratteristica nel prodotto offerto dalla ditta GIUSTEPA.

Lotto 79

EUROMED

I capillari per ematocrito proposti sono **non conformi** alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato in quanto hanno un volume nominale di 50 microlitri di sangue vs. i 75 microlitri citati dal capitolato.

GIUSTEPA

I capillari per ematocrito proposti sono conformi alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato. Tuttavia, dal momento in cui è stato elaborato il presente capitolato le necessità di approvvigionamento dei capillari sono cambiate a causa delle subentrate modifiche tecnologiche (disponibilità di nuove apparecchiature emogasanalizzatori fornite ai reparti di Terapia Intensiva Neonatale) che consentono la misurazione dell'Ht contestualmente all'emogasanalisi con un'aliquota di sangue di 125 microlitri. E' quindi necessario l'approvvigionamento di capillari di circa 140 microlitri e non di 75 microlitri. **Non è più necessario l'approvvigionamento di capillari di 75 microlitri o in alternativa è possibile acquistarne un quantitativo notevolmente ridotto (3.000 unità).**

Lotto 80

EUROMED e GIUSTEPA

La cera-plastilina proposta dalle ditte succitate è conforme alle specifiche tecniche e cliniche delineate nel capitolato. Tuttavia, per i motivi su esposti al lotto 79 **non è più necessario l'approvvigionamento**

di cera plastilina o in alternativa è possibile acquistarne un quantitativo notevolmente ridotto pari a 600 unità.

Lotto 81

Bioseven, Burke, Euromed, Instrumentation e MDH

Le offerte presentate sono **conformi** alle specifiche delineate dal capitolato.

Medline, BD e Medtrust

Per prodotto proposto non sono disponibili misure pienamente adatte al neonato pretermine e quindi sono **non conformi** al capitolato.





**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO "PAOLO GIACCONE"**



U.O.C. di Neonatologia con Nido e Terapia Intensiva Neonatale

Direttore: Prof. Mario Giuffrè

Via Alfonso Giordano, 3 – 90127 Palermo
Tel. 091 6555456 / 091 6555428

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Chiara Giannobile

UOC Provveditorato

AOUP

Oggetto: parere di conformità per le offerte pervenute in relazione alla Procedura aperta sopra soglia per la fornitura triennale in somministrazione di materiale per anestesia e rianimazione - **ADDENDUM**

Commissione Giudicatrice:

- Presidente: Prof. Mario Giuffrè
- Componente: Dott. Maurizio Carta
- Componente: Dott. Vincenzo Insinga

La Commissione Giudicatrice, giusta nota n. 30894 del 19/05/2025 della Direzione Strategica, Prot. N. 31217 del 20/05/2025, si è riunita per esaminare la documentazione tecnica **integrativa** relativa alla gara in oggetto.

La Commissione ha proceduto all'analisi della documentazione **integrativa** di ciascuna offerta tecnica.

Al termine della valutazione tecnica, la Commissione ha redatto una relazione, che si allega alla presente (Allegato 2).

Il Presidente

Prof. Mario Giuffrè

Allegato 2

Lotto 1

DEAS - DEAFLEX

Si prende atto dei chiarimenti forniti. Pertanto, l'offerta dell'operatore economico è **conforme** ai requisiti del capitolato tecnico.

GIUSTEPA – DAHLAHUSEN

L'offerta presentata **non è conforme** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

1. Il Capitolato Tecnico richiede espressamente che i tubi endotracheali proposti siano dotati di **serigrafie da entrambi i lati**.

MEDLINE – ASID BONZ – ENDOSID

L'offerta presentata **non è conforme** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

1. Il Capitolato Tecnico richiede espressamente che i tubi endotracheali proposti siano dotati di **serigrafie da entrambi i lati**.

PANZICA – MEDTRONIC - COVIDIEN

L'offerta presentata **non è conforme** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

1. Il Capitolato Tecnico richiede espressamente che i tubi endotracheali proposti siano dotati di **serigrafie da entrambi i lati**.

Lotto 24

BENEFIS

La commissione medica aveva espresso il proprio dubbio sulla mancanza di una dichiarazione esplicita per l'assenza di BBP e DBP, due tipi di ftalati.

L'operatore economico, nella sua replica, ha specificato che le diciture presenti nelle schede tecniche, che indicano "esenti da ftalati", sono da intendersi in senso ampio e che quindi includono anche i BBP e i DBP.

Pertanto, l'offerta dell'operatore economico è **conforme** ai requisiti del capitolato tecnico.

Lotto 28

A2 – INTERSURGICAL

L'offerta presentata **non è conforme** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

- Nell'offerta economica e nella scheda tecnica non sono presenti le misure 0 e 0,5

Lotto 31

Nota di precisazione per il lotto 31

Le offerte presentate per il Lotto 31 evidenziano criticità diffuse, principalmente legate a due aspetti fondamentali: la compatibilità con i monitor multiparametrici in dotazione e l'inclusione degli accessori indispensabili (cavi/adattatori) per l'uso immediato e completo dei dispositivi.

L'obiettivo fondamentale del capitolato, al di là della descrizione formale del prodotto, è la fornitura di un **dispositivo medico pienamente funzionale e utilizzabile** con la strumentazione esistente nelle Unità Operative, ovvero un catetere di Foley con un sensore di temperatura che possa effettivamente trasmettere il dato a un monitor multiparametrico. Da un'analisi attenta, si riscontrano le seguenti problematiche nelle offerte.

Analisi Dettagliata delle Offerte:

- **BIOCOMMERCIALE – HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENTS**
 - Pur dichiarando un'ampia compatibilità, inclusa quella con i monitor Mindray, l'offerta presenta un punto di debolezza. Si dichiara che l'adattatore/connettore e i cavi di interfaccia per le sonde sono **venduti separatamente**. Questo rende l'offerta potenzialmente incompleta e nasconde costi aggiuntivi non quantificati, necessari per rendere il dispositivo funzionale.
- **FIORE MANCINI – HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENTS**
 - Questa offerta è carente in termini di chiarezza. Non viene specificato con quali monitor siano compatibili i cateteri proposti e non si precisa se i cavi di interfaccia siano inclusi o meno. La mancanza di queste informazioni essenziali rende l'offerta non adeguatamente valutabile e potenzialmente non conforme ai requisiti funzionali minimi.
- **MEDLINE**
 - L'offerta dichiara la compatibilità con i monitor HP/Philips e Siemens, ma esclude esplicitamente la compatibilità con i monitor Mindray. Poiché in alcune Unità Operative sono in dotazione monitor Mindray, questa offerta è **funzionalmente non idonea** a soddisfare le esigenze dell'intero ente. Inoltre, sebbene menzioni il codice del cavo adattatore, non chiarisce se tale accessorio sia incluso nel prezzo o venduto separatamente.
- **PANZICA – COVIDIEN – DEGANIA**
 - L'offerta propone una soluzione di "service gratuito" per i cavi necessari. Tuttavia, un'attenta analisi della documentazione e dell'offerta economica rivela l'**assenza del cavo adattatore specifico per i monitor Mindray**. Questo rende l'offerta incompleta e

non idonea a garantire la piena funzionalità del prodotto in tutti i reparti, specialmente in quelli dotati di monitor Mindray.

• **TELEFLEX – RUSH – GRI MEDICAL – TM MALESIA**

- L'offerta si impegna a fornire i cavi di interfaccia dedicati in caso di aggiudicazione e nel depliant viene menzionato esplicitamente un cavo adattatore per i monitor Mindray. Tuttavia, il codice di questo cavo **non è stato inserito nell'offerta economica e nella scheda tecnica**, rendendo l'offerta potenzialmente incompleta per le esigenze dell'ente appaltante.

Conclusioni e Raccomandazioni

Si raccomanda alla Stazione Appaltante di:

- 1) **Verificare in modo esaustivo quali monitor multiparametrici sono in dotazione nelle varie Unità Operative che utilizzeranno i cateteri in oggetto.**
- 2) Se a seguito di tale verifica emergesse che i monitor Mindray sono presenti e/o prevalenti nelle Unità Operative:
 - a) **le offerte che dichiarano esplicitamente incompatibilità** con la strumentazione esistente, come nel caso di **MEDLINE** e **PANZICA**, per i monitor Mindray, dovrebbero essere considerate **funzionalmente non idonee** all'utilizzo previsto. In tal caso, si suggerisce di procedere all'esclusione di tali offerte per inidoneità funzionale, motivando l'esclusione con il fatto che il dispositivo, pur rispettando le specifiche formali, non assolve alla sua funzione clinica principale a causa della sua incompatibilità con la strumentazione indispensabile per il suo utilizzo.
 - b) **Richiedere chiarimenti agli operatori** che hanno presentato offerte ambigue, in particolare a **FIORE MANCINI** e **TELEFLEX**, affinché specificino chiaramente i monitor compatibili e se i cavi/adattatori necessari sono inclusi nel costo dell'offerta.
 - c) **Valutare attentamente i costi nascosti** nelle offerte come quella di **BIOCOMMERCIALE**, dove gli accessori essenziali sono venduti separatamente, per evitare che la fornitura si riveli più costosa del previsto e non immediatamente operativa.

Una corretta aggiudicazione per il Lotto 31 deve garantire che il catetere con sensore di temperatura sia **immediatamente e pienamente funzionale** in tutte le Unità Operative, senza richiedere acquisti aggiuntivi o integrazioni successive. La Stazione Appaltante deve accertarsi che l'offerta vincitrice includa tutti gli elementi necessari a tale scopo.

Lotto 43

Si prende atto dei chiarimenti forniti:

1. **Lotto 43 Sub B:** L'operatore economico chiarisce che il prodotto (codice **2900000270N0**) è **utilizzabile per pazienti adulti, pediatrici e neonatali**, superando l'obiezione iniziale della commissione medica su una misura unica. L'operatore aggiunge una precisazione tecnica rilevante, spiegando che per i neonati prematuri (pazienti in terapia intensiva neonatale), si preferiscono in genere sistemi di fissaggio alternativi per evitare lesioni cutanee. Questa informazione supplementare non contraddice la conformità del prodotto, ma offre un contesto clinico alternativo.
2. **Lotto 43 Sub F:** L'operatore economico riconosce che la descrizione del prodotto (codice **8150**) "utilizzabile dal bambino piccolo all'adulto" era imprecisa. Corregge

l'informazione specificando che la gamma di misure del drenaggio, che va dalla 5 alla 16, lo rende **idoneo anche per l'uso in ambito neonatale**, soddisfacendo così il requisito del capitolato tecnico.

Pertanto, l'offerta dell'operatore economico è **conforme** ai requisiti del capitolato tecnico.

Lotto 46

GIUSTEPA sas

Si prende atto dei chiarimenti forniti. Pertanto, l'offerta dell'operatore economico è **conforme** ai requisiti del capitolato tecnico.

LAMONEA MEDICAL

Si prende atto dei chiarimenti forniti. Pertanto, l'offerta dell'operatore economico è **conforme** ai requisiti del capitolato tecnico.

Lotto 48

DGMED

Si prende atto dei chiarimenti forniti. Pertanto, l'offerta dell'operatore economico è **conforme** ai requisiti del capitolato tecnico.

SINTEA

Si prende atto dei chiarimenti forniti. Pertanto, l'offerta dell'operatore economico è **conforme** ai requisiti del capitolato tecnico.

Lotto 55

VYGON

L'offerta presentata **non è conforme** alla richiesta del bando per i seguenti motivi:

1. Il Capitolato Tecnico richiede espressamente articoli non presenti nel kit proposto dall'operatore economico.

Lotto 78

GIUSTEPA

L'operatore economico afferma che provette con additivi (quali l'anticoagulante) sono disponibili in catalogo, tuttavia, tale caratteristica in atto non si evince nel prodotto presentato. Di conseguenza, la Commissione medica potrebbe dichiarare il prodotto offerto idoneo previa **integrazione formale dell'offerta** da parte dell'operatore economico, che dovrà includere le microprovette dotate degli anticoagulanti necessari (come EDTA o Litio-Eparina).

