



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

VERBALE DI GARA N. 4 del 14.10.2024 COMMISSIONE TECNICA

OGGETTO: *“Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 D.lgs. 36/2023, per la fornitura in somministrazione di ausili per l’incontinenza, materiale sanitario, medicazione e presidi chirurgici, articolata in 36 lotti, occorrenti ai vari reparti dell’A.O.U.P., per la durata di tre anni, con opzione di proroga di 12 mesi e utilizzo quinto d’obbligo”.*

L’anno duemilaventiquattro, il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 14:30, presso i locali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, U.O.C. Provveditorato, sita al piano ammezzato in Via Enrico Toti n. 76 Palermo, si riunisce la Commissione Tecnica di gara nominata dalla Direzione Strategica, giusta annotazione del 12.09.2024 apposta alla nota Prot. n. 0050726 datata 12.09.2024, così composta:

1. Dott. Attilio Licciardi in servizio presso l’ U.O.C. Farmacia, in qualità di Presidente;
2. Dott. Orazio Motta, in servizio presso l’ U.O.C. Farmacia, in qualità di Componente;
3. Dott. Francesco Maltese, in servizio presso l’ U.O.C. Chirurgia Generale e d’Urgenza, in qualità di Componente e Segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

Con Nota Prot. N. 54837 del 02/10/2024 è stata inoltrata una richiesta di chiarimenti di natura tecnica alle Ditte Rays S.p.a., Eurofarm S.p.a., Filmar S.r.l., Krape Italia S.r.l. con la precisazione che le risposte sarebbero dovute pervenire entro e non oltre la data del 08/10/2024 ore 12:00. Entro i suddetti termini sono pervenute le risposte della ditta Rays S.p.a.e della Ditta Filmar S.r.l.

CIO’ PREMESSO

La commissione procede a verificare le risposte ai singoli chiarimenti inviate da ogni singolo Operatore Economico così come sotto indicato:

Rays S.p.a. ha presentato offerta per il Lotto n.1. Analizzata la documentazione tecnica, alla luce dei chiarimenti si riscontra che il prodotto **non è conforme** a quanto richiesto nella documentazione tecnica di gara in quanto la Ditta dichiara che “la percentuale di zinco non è specificata in nessun documento presentato....”



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Rays S.p.a. ha presentato offerta per il Lotto n.12. Analizzata la documentazione tecnica, alla luce dei chiarimenti si riscontra che il prodotto **non è conforme** a quanto richiesto nella documentazione tecnica di gara in quanto la Ditta dichiara che “il prodotto offerto è confezionato in blister singolo da 10 pz” e quindi non viene indicato che il confezionamento del dispositivo è in doppia busta come richiesto dal Capitolato di gara.

Filmar S.r.l. ha presentato offerta per il Lotto n.17. Analizzata la documentazione tecnica, alla luce dei chiarimenti, si riscontra che tutti i documenti digitalmente sottoscritti risultano rispondenti a quanto richiesto nella documentazione tecnica di gara e, pertanto, **si rilascia il parere di conformità.**

Alle ore 15:45 il Presidente dichiara chiusa le presente seduta di gara.

La Commissione Tecnica concluse le operazioni di valutazione tecnica trasmette il presente verbale all'U.O.C. Provveditorato al fine di poter proseguire le attività di gara.

Del che è redatto il presente verbale composto da n. 2 (DUE) pagine che letto e confermato, viene sottoscritto.

Si dà atto, infine, che il presente verbale sarà pubblicato, così come previsto dal D.lgs.36/2023, all'interno della sezione apposita della gara *de qua* sul profilo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" nonché sul portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aoupaologiaccone?idProcedura=102 con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.33/2013.

Palermo 14.10.2024

IL SEGGIO DI GARA

(Presidente) Dott. Attilio Licciardi

Firma

(Componente) Dott. Orazio Motta

Firma

(Componente e Verbalizzante) Dott. Francesco Maltese

Firma

