



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.C. Area Tecnica
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553002
 Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 24/07/2025

Al Direttore dell'U.O.C. Neonatologia e Utin
Prof. Mario Giuffrè

E, p.c. Al Direttore dell'Area Economico
Finanziaria e Patrimoniale f.f.
Dott. Vincenzo Manzella

U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
Dott.ssa Nadia Bilello
Tinaglia Epifania

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 PULSOSSIMETRO, marca NELLCOR PURITAN BENNETT INC, modello N 595, s/n: G04824085 e sic 0000693 ubicato presso l' U.O.C. NEONATOLOGIA E UTIN

Relativamente all' apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0000693	PULSOSSIMETRO	NELLCOR PURITAN BENNETT INC	N 595	G04824085	U.O.C. NEONATOLOGIA E UTIN

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale ,e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per

conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0045124 del 24.07.2025 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015, con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell'apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Il RUP
Geometra Carmelo Lanza

Il DEC
Geometra Aldo La Rosa

F.to Ing. Marika Pia Scozzaro

F.to Ing. Antonella Federico

Firmato da Marika Pia Scozzaro
Data 24-07-2025


Firmato da Antonella Federico
Data 24-07-2025

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICINICO P. GIACCONI

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICINICO P. GIACCONI

Il Direttore dell' U.O.C. Area Tecnica

Dot.ssa Giovanna Milisenda



POLYGON
TECHNICAL SOLUTIONS

Prot. n. 137/2025

Palermo, 24/07/2025

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geom. Aldo La Rosa (D.E.C)

OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025. Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia PULSOSSIMETRO, marca NELLCOR PURITAN BENNETT INC (MEDTRONIC ITALIA SPA) modello N 595, s/n: G04824085 e sic 0000693 ubicata presso l'UOC Neonatologia e Utin

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 174044), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato il malfunzionamento dell'apparecchio (Errore EEE 529 - All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla ditta produttrice **MEDTRONIC ITALIA SPA.**

La suddetta ditta ha però già comunicato (- All.2 -) che il pulsossimetro N 595 è ormai fuori supporto tecnico per indisponibilità delle parti di ricambio in commercio.

Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura in oggetto per impossibilità di ripristinarne il corretto funzionamento, a far data dal 10/07/2025.

Vi chiediamo pertanto di attivare, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per la dismissione della suddetta.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Polygon SpA

(ing. Francesco Macaluso)


Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 174044
- All.2: Dichiarazione di EOS MEDTRONIC ITALIA SPA

Head Office: Via Laurentina, 456/458 - 00144 Roma (RM) - Tel. +39 0654908214 - Fax +39 0654908214 - Pagine Gialle e C.F. n. 06915071002
R.F. n. 994787 Cap. Soc. € 6.000.000,00 - Sede operativa: Via Garibaldi, 12A - 20121 Milano (MI) - Tel. +39 02926510 - Fax +39 029265100
www.polygon.it - info@polygon.it

Società specializzata in Sistemi Cable, ad servizio
UNICREDITO BANK - CREDITO ITALIANO - CREDITO ITALIANO
UNICREDITO BANK - CREDITO ITALIANO - CREDITO ITALIANO
UNICREDITO BANK - CREDITO ITALIANO - CREDITO ITALIANO

Presidio	A.O.U. PAOLO GIACCONE		
Centro di Costo	UOSD Chirurgia Pediatrica		
Reparto Ubicazione	NEONATOLOGIA E UTIN		
Ubicazione			
Richiedente	MACCHIARELLA	Riferimento	Tel
Nr. Inventario	0000693 PULSOSSIMETRO		
Sistema	0000693 PULSOSSIMETRO		
Produttore	NELLCOR PURITAN BENNETT INC		
Modello	OORNCBN5 N 595		
Numero di serie	G04824085	Forma Presenza	ENTE
Data/Ora Richiesta	07/07/2025 10:33:00	Richiesta Nr.	RDL0027785
Data/Ora Risposta	07/07/2025 10:33:00	Data/Ora INIZIO	07/07/2025 10:35:00
Data Concordata	08/07/2025 10:30:00	Data/Ora FINE	10/07/2025 11:30:17
Tipo	Manutenzione Correttiva	Stato ODL	Intervento Terminato
Segnalazione	ERRORE EEE 529		

AZIONI ESEGUITE

Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
PIETRO NICOLOSI	Ore Lavoro	Operatore principale	07/07/2025 10:35:00	07/07/2025 10:40:00
TIPO: Richieste informazioni al reparto				
NOTE: Concordato con la Sig.ra Macchiarella l'intervento per il 08/07				


CESARE BILELLO	Ore Lavoro	Operatore principale	08/07/2025 10:32:59	08/07/2025 11:00:05
TIPO: Intervento non risolutivo				
NOTE: Effettuato intervento, si riscontra difetto, si ritira apparecchiatura in laboratorio per maggiori controlli. Seguir intervento.				

CESARE BILELLO	Ore Lavoro	Operatore principale	10/07/2025 11:00:06	10/07/2025 11:30:17
TIPO: Intervento non risolutivo				
NOTE: A seguito richiesta parti di ricambio, casa madre comunica che l'apparecchio non è assistibile, pertanto seguir proposta di dismissione.				


Note:
PNICOLOSI - 07-07-2025 12:04:49, MACCHIARELLA - 07-07-2025 12:04:21

ERRORE EEE 529

Tecnico:
Cesare Bilello



Referente:
Freddosi Angela



Data firma: 22/07/2025

Medtronic

Medtronic Italia S.p.A.
Via Varesina, 162
20156 Milano
Tel. +39 02 24137.1
Fax +39 02 241381

Spett.Le
Tecnologie Sanitarie S.p.A.
Policlinico P. Giaccone di Palermo

Email: pa007@tecnologiesanitariepa.com

Heerlen, 18/08/2021

Oggetto: OBSOLESCENZA apparecchiatura modello N595 s/n G03857402
Vs. Rif. ODL 118729)

In riferimento alla Vs. richiesta Parti di Ricambio citata in oggetto, con la presente Vi informiamo che, a causa della obsolescenza di tale modello e del progressivo esaurimento delle scorte delle parti di ricambio, non ci è più possibile garantire per tale apparecchio, un adeguato servizio di assistenza tecnica.

In particolare, le parti da Voi richieste non sono più disponibili.

La ns. Divisione Commerciale rimane a Vs. disposizione per formularVi una proposta economica su uno dei nuovi modelli da noi commercializzati.

Rimaniamo a Vs. disposizione qualora ulteriori chiarificazioni si rendessero necessarie.

Distinti saluti,

Medtronic Italia S.p.A.
Ing. Nenad Radovanovic
Sr. Manager Service & Repair Italy

Modello "B"

da utilizzare per il fuori uso di apparecchiature elettromedicali e/o da laboratorio, computer monitor, stampanti e di ogni altro macchinario elettrico ed elettronico.

All'Area Economico Finanziaria
e Patrimoniale
Ufficio Patrimonio

Oggetto: Richiesta dismissione beni RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).


Con la presente si comunica che, presso questo/a (U.O./Dipartimento/Unità di Staff/Servizio, etc..), sono stati rinvenuti i seguenti beni mobili non più utilizzabili e, pertanto, da dichiarare fuori uso:

Descrizione del bene	Marca	Modello	Numero di serie	N° inventario patrimoniale	N° Inventario SIC (se presente)
PULSOSSIMETRO	NELCOR	PURITAN BENNETT	904824085	N.595	693

In ottemperanza alle indicazioni di cui all'art. 6.7 del Regolamento per la gestione dell'inventario ed il fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U.P. "P. Giaccone di Palermo" approvato con Delibera n. 1102 del 09/12/2015, si allega alla presente la documentazione utile ai fini dell'accertamento dei presupposti (tecnici ed economici) del fuori uso, con invito a provvedere alla dismissione dei beni sopra indicati:

1. **Relazione esplicativa** sullo stato dei beni sopra indicati;
2. **Parere tecnico del** _____ (Vedasi art. 6.7 del Regolamento);
3. **Altro:** _____

Il Consegnatario Responsabile


Dr. Carta Maurizio
300193644S
Ord. Med. PA 11521
(timbro e firma)