



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
U.O.C. Area Tecnica  
Direttore f.f.: Dott. Ing. Andrea Terracchio  
Via del Vespro n 141-143  
Tel. 091.8553002/03/04/05  
Email: [area.tecnica@policlinico.pa.it](mailto:area.tecnica@policlinico.pa.it)  
Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

Palermo, 26/11/2024

Al Direttore dell'U.O.C. Anatomia e Istologia  
Patologica  
Prof. ssa Ada Maria Florena

E, p.c. Al Responsabile dell'Area Economico  
Finanziaria e Patrimoniale  
Dott. Vincenzo Manzella  
Dott.ssa Nadia Bilello

U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale  
Tinaglia Epifania

**Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 CONGELATORE DA LABORATORIO, marca THERMO ELECTRON CORP (THERMO FISHER SCIENTIFIC), modello ULT1386- 3-V41, s/n: 007T2477660T e sic 0007772 ubicata presso l' UOC Anatomia e Istologia Patologica**

Relativamente all' apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0007772	CONGELATORE DA LABORATORIO	THERMO ELECTRON CORP (THERMO FISHER SCIENTIFIC)	ULT1386- 3-V41	007T2477660T	U.O.C. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA

Tenuto conto che l'apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell'indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale, e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0061435 del 04.11.2024 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015, con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell'apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.


A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere alla scrivente la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.


Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.


Il RUP  
Dott. in Ing. Carmelo Lanza



Direttore f.f.  
Dott. Ing. Andrea Terracchio



F.to Ing. Antonella Federico



Il DEC  
F.to Ing. Marika Pia Scozzaro





<b>Presidio</b>	A.O.U. PAOLO GIACCONE			
<b>Centro di Costo</b>	UOC Anatomia e Istologia Patologica			
<b>Reparto Ubicazione</b>	Istologia Patologica			
<b>Ubicazione</b>				
<b>Richiedente</b>	DE LUCIA	<b>Riferimento</b>	<b>Tel</b>	
<b>Nr. Inventario</b>	0007772 CONGELATORE DA LABORATORIO			
<b>Sistema</b>	0007772 CONGELATORE DA LABORATORIO			
<b>Produttore</b>	THERMO ELECTRON CORP			
<b>Modello</b>	CLAPYEZZ ULT1386-3-V41			
<b>Numero di serie</b>	007T2477660T	<b>Forma Presenza</b>	ENTE	<b>Stato</b> NORMAL
<b>Data/Ora Richiesta</b>	31/10/2023 12:42:00	<b>Richiesta Nr.</b>	RDL0023662	
<b>Data/Ora Risposta</b>	31/10/2023 12:42:00	<b>Data/Ora INIZIO</b>	31/10/2023 15:00:00	
<b>Data Concordata</b>	31/10/2023 14:00:00	<b>Data/Ora FINE</b>	30/10/2024 14:15:25	
		<b>Stato ODL</b>	Intervento Terminato	
<b>Tipo</b>	Manutenzione correttiva			
<b>Segnalazione</b>	NON FUNZIONA			

**AZIONI ESEGUITE**

<b>Addetto</b>	<b>Attività</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Data ora inizio</b>	<b>Data ora fine</b>
GIUSEPPE PLANCES	Ore Lavoro	Operatore principale	31/10/2023 15:00:00	31/10/2023 15:50:00
TIPO: Intervento non risolutivo				
NOTE: Verifica guasto, pulizia filtro condensatore, prove , si attiva il salvavita dopo 10 minuti di funzionamento, probabile compressore di 2 stadio in corto, necessita altro intervento.				
PIETRO NICOLOSI	Ore Lavoro	Operatore principale	31/10/2023 16:35:00	31/10/2023 16:40:00
TIPO: Inoltrata richiesta di intervento esterno/materiali/ricambi				
NOTE: INOLTRATA VIA MAIL A DITTA ESTERNA RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO				
PIETRO NICOLOSI	Ore Lavoro	Operatore principale	07/11/2023 18:25:00	07/11/2023 18:30:00
TIPO: Effettuato sollecito				
NOTE: INOLTRATO SOLLECITO VIA MAIL A DITTA ESTERNA				
PIETRO NICOLOSI	Ore Lavoro	Operatore principale	15/11/2023 16:10:00	15/11/2023 16:15:00
TIPO: Accettazione Preventivo				
NOTE: INOLTRATA VIA MAIL A DITTA ESTERNA AUTORIZZAZIONE AD INTERVENTO TECNICO				
PIETRO NICOLOSI	Ore Lavoro	Operatore principale	22/11/2023 11:25:00	22/11/2023 11:30:00
TIPO: Effettuato sollecito				
NOTE: EFFETTUATO SOLLECITO TELEFONICO A DITTA ESTERNA				
PIETRO NICOLOSI	Ore Lavoro	Operatore principale	29/11/2023 12:25:00	29/11/2023 12:30:00
TIPO: Effettuato sollecito				
NOTE: EFFETTUATO SOLLECITO TELEFONICO A DITTA ESTERNA				
PIETRO NICOLOSI	Ore Lavoro	Operatore principale	06/12/2023 15:05:00	06/12/2023 15:10:00
TIPO: Effettuato sollecito				
NOTE: EFFETTUATO SOLLECITO TELEFONICO A DITTA ESTERNA				
PIETRO NICOLOSI	Ore Lavoro	Operatore principale	13/12/2023 09:05:00	13/12/2023 09:10:00
TIPO: Effettuato sollecito				
NOTE: EFFETTUATO SOLLECITO TELEFONICO A DITTA ESTERNA				

PIETRO NICOLSI	Ore Lavoro	Operatore principale	20/12/2023 09:55:00	20/12/2023 10:00:00
TIPO: Effettuato sollecito				
NOTE: EFFETTUATO SOLLECITO TELEFONICO A DITTA ESTERNA				
PIETRO NICOLSI	Ore Lavoro	Operatore principale	27/12/2023 15:55:00	27/12/2023 16:00:00
TIPO: Effettuato sollecito				
NOTE: EFFETTUATO SOLLECITO TELEFONICO A DITTA ESTERNA				
PIETRO NICOLSI	Ore Lavoro	Operatore principale	03/01/2024 10:25:00	03/01/2024 10:30:00
TIPO: Effettuato sollecito				
NOTE: EFFETTUATO SOLLECITO TELEFONICO A DITTA ESTERNA				
PIETRO NICOLSI	Ore Lavoro	Operatore principale	10/01/2024 12:00:00	10/01/2024 12:05:00
TIPO: Effettuato sollecito				
NOTE: EFFETTUATO SOLLECITO TELEFONICO A DITTA ESTERNA				
PIETRO NICOLSI	Ore Lavoro	Operatore principale	19/01/2024 10:20:00	19/01/2024 10:25:00
TIPO: Effettuato sollecito				
NOTE: INOLTRATO SOLLECITO VIA MAIL A DITTA ESTERNA				
PIETRO NICOLSI	Ore Lavoro	Operatore principale	26/01/2024 15:00:00	26/01/2024 15:05:00
TIPO: Effettuato sollecito				
NOTE: EFFETTUATO SOLLECITO TELEFONICO A DITTA ESTERNA				
PIETRO NICOLSI	Ore Lavoro	Operatore principale	02/02/2024 11:00:00	02/02/2024 11:05:00
TIPO: Effettuato sollecito				
NOTE: EFFETTUATO SOLLECITO TELEFONICO A DITTA ESTERNA				
PIETRO NICOLSI	Ore Lavoro	Operatore principale	09/02/2024 10:45:00	09/02/2024 10:50:00
TIPO: Effettuato sollecito				
NOTE: EFFETTUATO SOLLECITO TELEFONICO A DITTA ESTERNA				
PIETRO NICOLSI	Ore Lavoro	Operatore principale	19/02/2024 11:40:00	19/02/2024 11:45:00
TIPO: Effettuato sollecito				
NOTE: EFFETTUATO SOLLECITO TELEFONICO A DITTA ESTERNA				
PIETRO NICOLSI	Ore Lavoro	Operatore principale	26/02/2024 09:15:00	26/02/2024 09:20:00
TIPO: Effettuato sollecito				
NOTE: EFFETTUATO SOLLECITO TELEFONICO A DITTA ESTERNA				
PIETRO NICOLSI	Ore Lavoro	Operatore principale	01/03/2024 13:00:00	01/03/2024 13:05:00
TIPO: Effettuato sollecito				
NOTE: EFFETTUATO SOLLECITO TELEFONICO A DITTA ESTERNA				
GIUSEPPE PLANCES	Ore Lavoro	Operatore principale	04/03/2024 16:45:00	04/03/2024 17:00:00
TIPO: Intervento risolutivo				
NOTE: eseguito intervento ditta, sostituzione compressore e ricarica gas. prove ok.				
GIUSEPPE PLANCES	Ore Lavoro	Operatore principale	29/03/2024 16:45:48	29/03/2024 17:00:07
TIPO: Intervento non risolutivo				
NOTE: si presenta nuovamente il problema, si contatta ditta.				
PIETRO NICOLSI	Ore Lavoro	Operatore principale	03/04/2024 13:45:00	03/04/2024 13:50:00
TIPO: Inoltrata richiesta di intervento esterno/materiali/ricambi				

NOTE: INOLTRATA VIA MAIL A DITTA ESTERNA RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO

PIETRO NICOLOSI      Ore Lavoro      Operatore principale      09/04/2024 11:55:00      09/04/2024 12:00:00

TIPO: Effettuato sollecito

NOTE: INOLTRATO SOLLECITO VIA MAIL A DITTA ESTERNA

GIUSEPPE PLANCES      Ore Lavoro      Operatore principale      30/10/2024 12:50:16      30/10/2024 14:15:25

TIPO: Intervento risolutivo

NOTE: si riceve comunicazione cm, che ci informa che l'apparecchio non è più riparabile per mancanza ricambi, si inoltra al Sici proposta di dismissione.


**MATERIALI UTILIZZATI**

Cod. Articolo	Descrizione	Quantità utilizzata
IT	Intervento ditta esterna	1


Note:  
**PNICOLOSI - 31-10-2023 13:33:30, DE LUCIA - 31-10-2023 13:33:13**

NON FUNZIONA

Tecnico:  
PLANCES



Referente:  
micciulla



Data firma:31/10/2024

aprile 2024

Gentile Cliente,


**THERMO SCIENTIFIC SPA – nome strumento** Incubatore ThermoFisher Revco Value Series – Mod. ULT1386-3-V41. **Questa lettera contiene informazioni importanti relative allo Suo strumento La preghiamo di conservarla per eventuali futuri riferimenti.**

Rientra nella nostra politica Thermo Scientific la piena risposta ai bisogni ed alle aspettative dei nostri clienti e, a questo scopo, ogni anno facciamo una valutazione dei nostri prodotti per assicurarci di poter assistere i nostri clienti nella pianificazione dell'assistenza o nella sostituzione delle apparecchiature.

Tutti i prodotti della Thermo Scientific passano attraverso quattro distinte fasi del ciclo di vita, nelle quali vengono valutati gli elementi chiave per l'assistenza. Come parte della valutazione, si è rilevato che l'approvvigionamento di alcune parti necessarie per la manutenzione dell' **Incubatore ThermoFisher Revco Value Series – Mod. ULT1386-3-V41**. Questa è diventato assai problematico. Per questo motivo, questo modello è passato dalla fase **Discontinua** (ormai fuori produzione) alla fase **Fine del Servizio Garantito** del ciclo di vita. La Thermo Scientific continuerà ad assicurare il massimo sforzo per venire in ogni caso incontro alle Sue necessità, ma semplicemente non avrà la possibilità di offrire la garanzia di successo dal momento che potrebbe essere non possibile approvvigionarsi delle parti richieste.

Distinti saluti  
Unity Lab Service

Thermo Fisher Scientific S.p.A.  
Strada Rivoltana - 20090 RODANO (MI)  
Cod. Fisc./P. IVA 07817950152



**Thermo Fisher Scientific**  
S.p.A.

**Sede Legale: Strada Rivoltana**  
**20090 Rodano – Milano**

**+39 02 95059 1**

**+39 02 95059256**  
fax

[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)