



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it

Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

Spett.le
Bioset S.r.l.

info@bioset.it

Oggetto: Richiesta chiarimenti per l'acquisto del "Breath Test 3C-Urea" e del "Breath Test" per Intolleranza al Lattosio, per il Tempo di Transito Intestinale e per la Sovracrescita Batterica Intestinale

In riferimento all'oggetto e alla luce dell'analisi delle relazioni tecniche fornite, l' Unità Operativa richiedente (U.O.C. di Laboratorio), rende necessario, prima di poter dare un parere di conformità, richiedere dei chiarimenti.

"Breath Test 3C-Urea":

In riferimento al documento Prot. n. 250611/003/TV del 11/06/2025, valutato il manuale operativo dell' Analizzatore LACTOTRACKER EX CH4 RESPIRO (H2, CO2 e CH4), che prevede per un corretto e performante funzionamento dello stesso i prodotti di seguito indicati:

- Airbeg contenente la miscela di gas CH4-CO2 e H2, a concentrazione nota, per effettuare la calibrazione sull'analizzatore
- Filtro di aria primario da sostituire ogni 90 giorni

si chiede, con la presente, di chiarire la motivazione della mancanza di questi prodotti indispensabili, con relativo codice identificativo e valore economico, nel documento inviato prot. n. 250611/003/TV del 11/06/2025.

Inoltre, si rende necessario chiedere le schede tecniche e i certificati di conformità dei prodotti.

"Breath Test" per Intolleranza al Lattosio, per il Tempo di Transito Intestinale e per la Sovracrescita Batterica Intestinale

Si rende necessario chiedere le schede tecniche e i certificati di conformità dei prodotti.

Si chiede di far pervenire quanto richiesto entro il 11/02/2026 alle ore 10:00.

Lo Staff del RUP

Dott.ssa Fabiola Scarpello



Direttore U.O.C. Area Provveditorato

Dott.ssa Chiara Giannobile