



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it

Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

Oggetto: Indagine di mercato per l'acquisto del Breath Test per Intolleranza al Lattosio, per il Tempo di Transito Intestinale e per la Sovraccrescita Batterica Intestinale presso l'UOC Medicina di Laboratorio dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo.

Questa Amministrazione deve acquistare il *Breath Test per Intolleranza al Lattosio, per il Tempo di Transito Intestinale e per la Sovraccrescita Batterica Intestinale* per le esigenze l'UOC Medicina di Laboratorio dell'AOUP "P. Giaccone" di Palermo. Le caratteristiche tecniche minime sono indicati nell'allegata "scheda prodotti".

Tali test saranno destinati al Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio dell'A.O.U.P.

A tal fine intende verificare:

- 1) se gli operatori economici dispongono di beni aventi caratteristiche tali da soddisfare i bisogni sanitari descritti, qualora la ditta dovesse riscontrare discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invita a voler inviare adeguate considerazioni (non inviare schede tecniche);
- 2) il prezzo offerto del prodotto (si specifica che, l'amministrazione a seguito delle offerte pervenute potrebbe determinarsi per l'affidamento diretto alla ditta che offre il prezzo più basso);
- 3) il costo di vendita presso aziende sanitarie pubbliche o private nell'ultimo biennio (inviare elenco con la denominazione dell'azienda in cui l'apparecchiatura è stata venduta, il prezzo di aggiudicazione Iva esclusa e l'anno di vendita);

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro il 12/06/2025, alle ore 10:00 al seguente indirizzo mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Assistente Amministrativo
Dott.ssa Fabiola Scarpello



Direttore U.O.C. Area Provveditorato
Dott.ssa Chiara Giannobile

SCHEDA PRODOTTI

Si chiede materiale reagentario (comprensivo di tutti i reagenti/substrati e accessori dedicati) e della strumentazione idonea, necessario per la determinazione del Breath Test: per Intolleranza al Lattosio, per il Tempo di Transito Intestinale e per la Sovracrescita Batterica Intestinale, per i fabbisogni di seguito indicati, con l'ausilio della tecnica Gascromatografica, su campione di espirato

PARAMETRI	FABBISOGNO ANNUO
Breath Test per Intolleranza al Lattosio	250 test
Breath Test per il Tempo di Transito Intestinale	25 test
Breath Test per la Sovracrescita Batterica Intestinale	25 test

Tutti i parametri presenti nella tabella sopra indicata devono essere offerti.

La mancanza anche di uno dei parametri richiesti è considerato motivo di esclusione.

Il materiale reagentario offerto deve essere corredato di tutto quanto necessario per la corretta esecuzione dei parametri richiesti e deve necessariamente presentare la marcatura CE-IVD.

La Ditta aggiudicataria dovrà dare disponibilità a fornire ulteriori parametri, su richiesta dell'ente appaltante, da utilizzare sull'analizzatore offerto o parametri di nuova introduzione, alle medesime condizioni espresse in offerta sui parametri oggetto della fornitura.

Caratteristiche di minima analizzatore	Casella in cui la ditta deve dichiarare il tipo di documento, la pagina ed il rigo in cui riscontrare la specifica tecnica	Eventuali note
Analizzatore semiautomatico da banco		
Analizzatore con metodo gascromatografico con analisi di 2 e/o 3 parametri (CO ₂ -Metano- H ₂)		
Tipologia campione: espirato		
Capacità di una corretta analisi dell'espirato tramite fattore di correzione per la valutazione dello spazio morto polmonare		
Possibilità di taratura dello strumento con miscela di gas a titolo noto di ogni singolo componente		
Presenza di sistemi di deumidificazione dell'aria ambiente e del campione di espirato		

Presenza di sistema di filtraggio per l'aria ambiente		
Stabilità dell'esperto di almeno 7 giorni nei contenitori per la valutazione dell'intolleranza al Lattosio		

Per l'analizzatore offerto in noleggio, al fine di garantire la performance strumentale, deve essere garantita la manutenzione full-risk per tutta la durata della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria.