



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
U.O.C. di Cardiocirurgia cod.07.01.0
Direttore ff: Prof.ssa Calogera Pisano



pagina web
clicca immagine



<https://www.cardiochirurgiapalermo.it>

e-mail
clicca busta



cardiocirurgia@policlinico.pa.it

Dirigenti Medici
091 655 2505

Cardiochirurghi:
E. Amoncelli
S. Castrovinci
C. Pisano
G. Raffa
A. Segreto
S. Territo
S. Torre
E. Tulumello

Cardiologi:
G. Caccamo
G. Giarratana
E. Tortorici

Coordinatore
Infermieristico
G. Gatto
091 655 2502
091 655 2501
Segreteria
G. Giuliano
091 655 2507

OGGETTO: richiesta di attivazione di contratti ponte nelle more di aggiudicazione della gara di elettrofisiologia

Premessa: la presente nota annulla e sostituisce le procedure Prot. n.13516 del 02/03/2026 e la procedura Prot. n. 15496 del 09/03/2026.

Nelle more dell'aggiudicazione della gara di elettrofisiologia, si richiede il seguente materiale presente nella gara di bacino necessario all'espletamento dell'attività di estrazione di elettrocateretere della U.O.C di Cardiocirurgia.

Si allega richiesta

Palermo 14/04/2026

Prof.ssa Calogera Pisano



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
U.O.C. di Cardiocirurgia cod.07.01.0
Direttore ff: Prof.ssa Calogera Pisano



Descrizione	Ditta	Descrizione	Quantità annuale necessaria stimata
Lotto 53 – LLD (stiletti autobloccanti)	Philips	MANDRINO AUTOBLOCCANTE PER ESTRAZIONE CATETERI Mandrino autobloccante con capacità di espansione lungo tutta la lunghezza, punta radiopaca e gamma di diametri da 0.33 mm a 0.81 mm. Lunghezza di lavoro 65 cm. Possibilità di bloccaggio e sbloccaggio anche dopo la prima apertura	70
Lotto 54 – misuratore lume catetere	Philips	ACCESSORIO PER LA MISURAZIONE DEL LUME Accessorio per la misurazione del lume dell'elettrocattetero costituito da un espansore a perno per spirale con punta in acciaio inox e due misuratori a perno in acciaio inox.	10
Lotto 55 – dilatatore meccanico manuale	Merit	DILATATORE MECCANICO MANUALE Dilatatore meccanico manuale costituito da due cannule telescopiche in materiale polimerico. Presenza di marker sul corpo della cannula per la visualizzazione della posizione della stessa e del verso di avanzamento. Lunghezza delle cannule di 51/41 cm e diametri da 8.5F a 13F identificati da un codice colore. Disponibilità di manipolo dedicato	40
Lotto 56 – Dilatatore meccanico rotante	Philips	DILATATORE MECCANICO ROTANTE Dilatatore meccanico rotante con lame non esposte e corpo statico non rotante all'attivazione del grilletto. Corpo flessibile con assenza di kinking per piegamenti ad angoli inferiori a 90 gradi. Disponibilità di due lunghezze (47.5 cm e 15.5 cm) e diversi diametri (9F, 11F, 13F).	60
Lotto 57 – catetere a palloncino per occlusione cavale superiore	Philips	CATETERE A PALLONCINO Catetere a palloncino per occlusione temporanea della vena cava superiore in materiale supercompiante, con le seguenti caratteristiche: - Lunghezza nominale del pallone 80 mm - Diametro nominale del pallone 20 mm - Presenza di almeno tre marker radiopachi Disponibilità di un kit per l'introduzione e il posizionamento dedicato costituito da una guida 0.035" super-stiff j-type, introduttori da 6F e 12F e siringa per il gonfiaggio da 60 ml.	10
Lotto 58 – cannule laser per estrazione elettrocateri	Scibilia	CANNULA LASER PER ESTRAZIONE DI ELETTROCATETERI Introduttore laser in materiale polimerico, presenza di un lume interno e fibre ottiche circoncentriche in punta. Punta radiopaca e presenza, nella parte prossimale, di un connettore per il collegamento al macchinario laser ad eccimeri. Capacità di frequenza di ripetizione massima di 80 Hz. Lunghezza utile 50 cm e disponibilità di diversi diametri (12F, 14F, 16F). Disponibilità di cannule di supporto esterno all'interno della confezione. Stent, estrattore autoespandibile per la rimozione degli elettrodi per l'utilizzo con sistema generale luce fredda. Misure varie	Cannula laser: 25 Stent estrattore: 30



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
U.O.C. di Cardiocirurgia cod.07.01.0
Direttore ff: Prof.ssa Calogera Pisano

