



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.C. Area Tecnica
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553002
 Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 06/02/2026

Al Direttore U.O.C. Medicina di Laboratorio
 Prof.re Marcello Ciaccio

E, p.c. Al U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
 Sig.ra Tinaglia Epifania
 Dott. Valerio Castiglia

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 CONGELATORE DA LABORATORIO, marca PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL, modello AF 1500 2TP AC, s/n: 04022488 e sic 0005033 ubicata presso l' U.O.C. Medicina di Laboratorio

Relativamente all' apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0005033	CONGELATORE DA LABORATORIO	PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL	AF 1500 2TP AC	04022488	U.O.C. MEDICINA DI LABORATORIO

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale ,e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0007893 del 05.02.2026 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015 , con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell' apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Il RUB
Geometra Carmelo Lanza

Il DEC
Geometra Aldo La Rosa

F.to Ing. Marika Pia Scozzaro



F.to Ing. Antonella Federico


Firmato da Antonella Federico

Data 06-02-2026

70000

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONI"

Il Direttore dell' U.O.C. Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenta

Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

Allegati:

- All.1: ns ODL 179936
- All.2: Comunicazione EOS

Presidio	A.O.U. PAOLO GIACCONE			
Centro di Costo	UOC Medicina di laboratorio			
Reparto Ubicazione	ANALISI CHIMICO CLINICHE			
Ubicazione				
Richiedente	SICI	Riferimento	Tel	091 6553266
Nr. Inventario	0005033 CONGELATORE DA LABORATORIO			
Sistema	0005033 CONGELATORE DA LABORATORIO			
Produttore	PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL			
Modello	CLAPIDZZ AF 1500 2TP AC			
Numero di serie	04022488	Forma Presenza	PROPRIETA	Stato NU
Data/Ora Richiesta	16/01/2026 08:21:00	Richiesta Nr.	RDL0029472	
Data/Ora Risposta	16/01/2026 08:21:00	Data/Ora INIZIO	16/01/2026 08:25:12	
Data Concordata	16/01/2026 08:21:00	Data/Ora FINE	23/01/2026 09:14:31	
		Stato ODL	Intervento Terminato	
Tipo	Manutenzione Correttiva			
Segnalazione	Verifica funzionale			

AZIONI ESEGUITE


Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
CESARE BILELLO	Ore Lavoro	Operatore principale	16/01/2026 08:25:12	16/01/2026 09:25:28
TIPO: Intervento a ripristino della funzionalità, ma che necessita di chiusura definitiva				
NOTE: A seguito richiesta, si effettua intervento, si ripristina apparecchiatura, si lascia in prova al raggiungimento della temperatura. Seguir intervento.				
CESARE BILELLO	Ore Lavoro	Operatore principale	16/01/2026 14:50:15	16/01/2026 15:19:08
TIPO: Intervento a ripristino della funzionalità, ma che necessita di chiusura definitiva				
NOTE: Si riscontra temperatura - 24 c come quella di settaggio, al momento non si riscontrano rumori anomali, ma si lascia ancora in prova, seguir intervento.				
GIULIA GATTO	Ore Lavoro	Operatore principale	16/01/2026 16:00:00	16/01/2026 16:00:00
TIPO: Inoltrata richiesta di intervento esterno/materiali/ricambi				
NOTE: richiesto al produttore verifica assistibilità				
CESARE BILELLO	Ore Lavoro	Operatore principale	20/01/2026 14:00:34	20/01/2026 15:00:43
TIPO: Intervento non risolutivo				
NOTE: A seguito periodo prova si riscontrano anomalie, temperatura poco attendibile, necessita di parti di ricambio, scheda di controllo, pertanto seguir richiesta .				
CESARE BILELLO	Ore Lavoro	Operatore principale	23/01/2026 08:30:36	23/01/2026 09:14:31
TIPO: Intervento non risolutivo				
NOTE: A seguito richiesta parti di ricambio, casa madre comunica che l'apparecchio è fuori supporto, pertanto si procede con la proposta di dismissione.				

Note:


GGATTO - 16-01-2026 08:22:24, SICI - 16-01-2026 08:22:21

verifica funzionale

Tecnico:
Cesare Bilello



Referente:
Caldarella Rosalia



Data firma:23/01/2026

Spett.le
POLYGON SPA
c/o Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Via del Vespro 141 – 90127 Palermo

Con la presente per comunicarVi che il frigorifero AF 1500 2TP AC s/n 04022488 acquistato in giugno del 2004, risulta irriparabile in quanto i pezzi risultano fuori produzione.

Qualora voleste sostituirlo, rimaniamo a Vostra disposizione.

Castenedolo (BS), 21/01/2026

Firma e timbro


PIARDI
TECNOLOGIE DEL FREDDO S.r.l.
Via A. 25014 Castenedolo (BS)
C.A. 21010 - 030-2131446
C.I. e P.IVA 02146180773