



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.C. Area Tecnica
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553002
 Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 21/05/2026

Al Direttore U.O.C. Chirurgia Generale e D'urgenza
 Prof.ssa Elisabetta Scirè

E, p.c. Al U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
 Sig.ra Tinaglia Epifania
 Dott. Valerio Castiglia

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N.1 PORTATILE PER RADIOSCOPIA APPARECCHIO PER, marca SIAS SOCIETA' ITALIANA APPARECCHI SCIENTIFICI SPA, modello INTEGRA 909, s/n: 0709-2244-21 e sic 0001732 ubicata presso UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA S.O.

Relativamente all' apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0001732	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	SIAS SOCIETA' ITALIANA APPARECCHI SCIENTIFICI SPA	INTEGRA 909	0709-2244-21	U.O.C. CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA -SALA OPERATORIA

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale ,e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0032527 del 21.05.2026 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015 , con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell' apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Il RUP
Geometra Carmelo Lanza

Il DEC
Geometra Aldo La Rosa

F.to Ing. Marika Pia Scozzaro

F.to Ing. Antonella Federico

Il Direttore dell' U.O.C. Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda



Società con Sistema di Gestione Certificato secondo:
ISO 9001 - ISO 13485 - ISO 27001 - ISO 14001 - ISO 45001
ISO 37001 - Cert. F-GAS Regolamento (CE) 2067/2015
e DPR 146/2018 - SA 8000 - UNI/PdR 125

Prot. n. 107/2026

Palermo 20/05/2026

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geom. Aldo La Rosa (D.E.C)

OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025.

Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO, marca SIAS SOCIETA' ITALIANA APPARECCHI SCIENTIFICI SPA, modello INTEGRA 909, s/n: 0709-2244-21 e sic 0001732 ubicata presso UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA S.O.

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal Dott. T.S.R.M. Marco Daricello (ODL 192322), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato la mancata configurazione con la rete ospedaliera dell'apparecchio, necessaria per consentire la conservazione delle immagini e delle informazioni dosimetriche al RIS/PACS (- All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla ditta casa madre SIAS SOCIETA' ITALIANA APPARECCHI SCIENTIFICI SPA.

La suddetta ditta ha però comunicato (- All.2 -) che il modello **INTEGRA 909** è ormai fuori supporto per la mancata disponibilità di parti di ricambio necessarie per la manutenzione e per la risoluzione dei guasti.

Per quanto su esposto ed in accordo a quanto richiesto dal Dott. T.S.R.M. Marco Daricello (- All.3 -), con la presente proponiamo la dismissione del portatile per radioscopia e dei suoi aggregati (MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI inventario sic 0001733, MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI inventario sic 0001734 e REGISTRATORE SU CARTA inventario sci 0001735) per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.


Polygon S.p.A.
Tel. +39 06 544081
P.I.V.A. e Iscrizione R.I.
06915071002
Cap. Soc. €6.480.000,00 i.v.

Sede legale
Via Laurentina, 456/458
Roma 00142

Sede operativa
Via Gaspare Gozzi 1/A
Milano 20129

Polygon SpA

(ing. Francesco Macaluso)



Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 192322
- All.2: Comunicazione EOS
- All.3: Richiesta di dismissione Dott. Daricello



Presidio	A.O.U. PAOLO GIACCONE				
Centro di Costo	UOC Ortopedia				
Reparto Ubicazione	CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA S.O.				
Ubicazione	PIANO 1, [04_17] CORRIDOIO				
Richiedente	DARICELLO	Riferimento	.	Tel	
Nr. Inventario	0001732 PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO				
Sistema	0001732 PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO				
Produttore	SIAS SOCIETA` ITALIANA APPARECCHI SCIENTIFICI SPA				
Modello	PRDSIAN9 INTEGRA 909				
Numero di serie	0709-2244-21	Forma Presenza	PROPRIETA	Stato	NU
Data/Ora Richiesta	19/05/2026 08:58:00	Richiesta Nr.	RDL0030467		
Data/Ora Risposta	19/05/2026 08:58:00	Data/Ora INIZIO	19/05/2026 09:00:08		
Data Concordata	19/05/2026 08:58:00	Data/Ora FINE	19/05/2026 09:25:08		
		Stato ODL	Intervento Terminato		
Tipo	Manutenzione Correttiva				
Segnalazione	VERIFICA INVIO DOSE REPORT AL RIS/PACS				

AZIONI ESEGUITE

Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
GIUSEPPE PLANCES	Ore Lavoro	Operatore principale	19/05/2026 09:00:08	19/05/2026 09:25:08

TIPO: Intervento risolutivo

NOTE: a seguito di comunicazione di cm, si evince che: l'apparecchiatura non è fornita di porta LAN, per la trasmissione al nodo dicom, delle immagini e della dose report, e che non sono disponibili tutti i ricambi. pertanto si procede con la dismissione di tutto il sistema.

Note:

FMACALUSO - 19-05-2026 08:59:00, DARICELLO - 19-05-2026 08:58:52

VERIFICA INVIO DOSE REPORT AL RIS/PACS

 Tecnico:
 plances



 Referente:
 Severino



Data firma:19/05/2026



Grassobbio, 11.05.2026

A chi di competenza

In riferimento all'apparecchiatura Integra sn: 0709-2244-21, in dotazione c/o l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Giaccone di Palermo, si comunica che il registratore DAP e il ricevitore a infrarossi non sono più disponibili.

Cordiali saluti,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Aliberti", is placed above the printed name of the signatory.

INTERMEDICAL SRL
Aniello Aliberti- Presidente

richiesta di dismissione SIAS INTEGRA 909, s/n 0709-2244-21

Da MARCO DARICELLO <marco.daricello@policlinico.pa.it>

Data ven 8/5/26 10:44

A Ingegneria Clinica A.O.U.P. 'P. Giaccone' <ingegneriaclinica@policlinico.pa.it>

Cc Francesco FM. Macaluso <f.macaluso@polygon.eu>; GIUSEPPE BRANCATELLI <giuseppe.brancatelli@policlinico.pa.it>; ERASMO DE LUCA <erasmo.deluca@policlinico.pa.it>; COMMESSA GIACCONE PALERMO PA018 <pa007@polygon.eu>; CARMELO SEVERINO <carmelo.severino@policlinico.pa.it>; Giulia GG. Gatto <g.gatto@polygon.eu>; GAETANO ARNETTA <gaetano.arnetta@policlinico.pa.it>; GAETANO GENNARO <gaetano.gennaro@policlinico.pa.it>; GIUSEPPE LO RE <giuseppe.lore@policlinico.pa.it>; VIRGINIA CARUSO <virginia.caruso@policlinico.pa.it>; Esperto Qualificato Radioprotezione A.O.U.P. 'P. Giaccone' <eq.radioprotezione@policlinico.pa.it>; ALESSANDRO D'AQUILA <alessandro.daquila@policlinico.pa.it>; MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>; FABIO CANNIZZARO <fabio.cannizzaro@policlinico.pa.it>; LUDOVICO LA GRUTTA <ludovico.lagrutta@policlinico.pa.it>

Gentilissimi,

a seguito del riscontro mail dell'ing. Macaluso della ditta Polygon del 07/05/2026, dove ci informa che l'apparecchiatura in oggetto, ha sì il dispositivo DAP per la visualizzazione della dose per singolo paziente (verificato in data 07/05/2026 attualmente non funzionante) ma sempre la ditta SIAS ha espressamente comunicato l'impossibilità della configurazione di rete per l'invio e quindi della conservazione delle immagini e delle informazioni dosimetriche.

Pertanto considerato che per il D.Lgs. 101/2020, obbliga questa azienda a usufruire di apparecchiature che permettano la conservazione della dose e delle immagini, considerata anche l'obsolescenza delle sue componenti, si chiede la dismissione e conseguente smaltimento. Cordialmente

--

Coordinatore Tecnico

Dott. T.S.R.M Marco Daricello

A.O.U.P. Paolo Giaccone

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata

Via del Vespro 129, 90100 Palermo

Cellulare : 3286317205

indirizzo mail: marco.daricello@[policlinico.pa.it](mailto:marco.daricello@policlinico.pa.it)