



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.C. Area Tecnica
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553002
 Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 03/04/2026

Al Responsabile U.O.S.D. Audiologia
 Prof.re Francesco Martines

E, p.c. Al U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
 Sig.ra Tinaglia Epifania
 Dott. Valerio Castiglia

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N.1 AUDIOMETRO, marca AMPLAID SPA, modello A 321 ADC TWIN CHANNEL, s/n: MRA3210519010 e sic 0002653 ubicata presso l' U.O.S.D. Audiologia

Relativamente all' apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0005841	AUDIOMETRO	AMPLAID SPA	A 321 ADC TWIN CHANNEL	MRA3210519010	U.O.S.D. AUDIOLOGIA

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale ,e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0016412 del 12.03.2026 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P.

Giaccone di Palermo”, approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015 , con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell’ apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell’Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell’inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall’Università degli Studi di Palermo.


A seguito della predisposizione dell’atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell’U.O. potrà richiedere la rimozione e lo smaltimento dell’ apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell’Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell’opportuna targhetta “APPARECCHIATURA IN FUORI USO” predisposta dalla suddetta ditta.


Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell’attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell’Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Il RUP
Geometra Carmelo Lanza



Il DEC
Geometra Aldo La Rosa



F.to Ing. Marika Pia Scozzaro

F.to Ing. Antonella Federico




Firmato da Antonella Federico


Data 03-04-2026

0017

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "G. GIACCONI"

Il Direttore dell’ U.O.C. Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda





POLYGON
TECHNICAL SOLUTIONS
MEDISOLVE GROUP

Società con Sistema di Gestione Certificato secondo:
ISO 9001 - ISO 13485 - ISO 27001 - ISO 14001 - ISO 45001
ISO 37001 - Cert. F-GAS Regolamento (CE) 2067/2015
e DPR 146/2018 - SA 8000 - UNI/PdR 125

Prot. n. 056/2026

Palermo 12/03/2026

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geometra Aldo La Rosa (D.E.C.)

OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUP P. Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025.

Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia: AUDIOMETRO, marca AMPLAID SPA (INVENTIS) modello A 321 ADC TWIN CHANNEL s/n: MRA3210519010 e sic 0002653 ubicata presso UOSD Audiologia

In occasione dello svolgimento della ns attività di manutenzione preventiva sull'apparecchiatura in oggetto (ODL 175141), siamo a comunicare quanto segue:

la ditta INVENTIS, incaricata dallo scrivente per la taratura dell'audiometro di che trattasi, ha riscontrato che alcune frequenze non vanno in calibrazione per usura elettronica (- All.1 -).

Poiché il modello A 321 è ormai fuori supporto tecnico per indisponibilità delle parti di ricambio in commercio (- All.2 -), con la presente proponiamo la dismissione dell'audiometro per impossibilità di ripristinarne il corretto funzionamento.

Polygon S.p.A.
Tel. +39 06 544081
P.I.V.A. e Iscrizione R.I.
06915071002
Cap. Soc. €6.480.000,00 i.v.

Sede legale
Via Laurentina, 456/458
Roma 00142

Sede operativa
Via Gaspare Gozzi 1/A
Milano 20129

Vi chiediamo pertanto di attivare, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per la dismissione della suddetta.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Polygon SpA

(ing. Francesco Macaluso)



Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: rit INVENTIS n.25-0085-SR-MC A321 2 POLICLINICO
- All.2: Dichiarazione di EOS INVENTS



Spett. le POLYGON
Sede c/o Policlinico Palermo

Padova, lì 02/12/2025

Oggetto: Dichiarazione di obsolescenza e fine assistibilità.


Con la presente si dichiara che le seguenti apparecchiature audiologiche:

- Audiometro Amplaid **modello A 321 SN: MRA3210644004 e MRA3210519010**

Sono obsolete e non più assistibili.

Non è possibile reperire dal produttore ricambi e accessori originali in quanto le apparecchiature sono uscite di produzione molti anni fa.

Distinti saluti,
Inventis Srl

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. V. 2025', is written over the printed company information.

INVENTIS s.r.l.
C.so Stati Uniti, 1/3 - 35127 Padova
Tel. 049.8962844 Fax 049.8966343
C.F. e P. IVA 03957810280