



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.C. Area Tecnica
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553002
 Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 16/04/2026

Al Direttore U.O.C. Malattie Endocrine, del ricambio e della nutrizione
 Prof.re Giorgio Arnaldi

E, p.c. Al U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
 Sig.ra Tinaglia Epifania
 Dott. Valerio Castiglia

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 MONITOR, marca GE HEALTHCARE, modello DASH 4000, s/n: SBG06077487GA e sic 0006200 ubicata presso l' U.O.C. Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione

Relativamente all' apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0006200	MONITOR	GE HEALTHCARE	DASH 4000	SBG06077487GA	U.O.C. MALATTIE ENDOCRINE - DEL RIMBADIO E DELLA NUTRIZIONE

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale ,e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0024197 del 15.04.2026 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015 , con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell' apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Il RUP
Geometra Carmelo Lanza

Il DEC
Geometra Aldo La Rosa

F.to Ing. Marika Pia Scozzaro

F.to Ing. Antonella Federico

Il Direttore dell' U.O.C. Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda



Società con Sistema di Gestione Certificato secondo:
ISO 9001 - ISO 13485 - ISO 27001 - ISO 14001 - ISO 45001
ISO 37001 - Cert. F-GAS Regolamento (CE) 2067/2015
e DPR 146/2018 - SA 8000 - UNI/PdR 125

Prot. n. 084/2026

Palermo 15/04/2026

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geom. Aldo La Rosa (D.E.C)

OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025.

Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia MONITOR, marca GE HEALTHCARE, modello DASH 4000 s/n: SBG06077487GA e sic 0006200 ubicata presso UOC UOC Mal. Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 183690), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico ha riscontrato il guasto delle cover - All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla casa madre ditta GE HEALTHCARE.

La suddetta ditta ha però già comunicato (- All.2 -) che il modello DASH 4000 è ormai fuori supporto per la mancata disponibilità di parti di ricambio necessarie per la manutenzione e per la risoluzione dei guasti.

Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Polygon SpA

(ing. Francesco Macaluso)


Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

Polygon S.p.A.
Tel. +39 06 544081
P.I.V.A. e Iscrizione R.I.
06915071002
Cap. Soc. €6.480.000,00 i.v.

Sede legale
Via Laurentina, 456/458
Roma 00142

Sede operativa
Via Gaspare Gozzi 1/A
Milano 20129

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 183690
- All.2: Comunicazione EOS GE HEALTHCARE




Presidio	A.O.U. PAOLO GIACCONE				
Centro di Costo	UOC Mal. Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione				
Reparto Ubicazione	ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE				
Ubicazione	PIANO 1, [02_01] CORRIDOIO				
Richiedente	Riferimento		Tel		
Nr. Inventario	0006200 MONITOR				
Sistema	0006200 MONITOR				
Produttore	GE HEALTHCARE				
Modello	MONGE040 DASH 4000				
Numero di serie	SBG06077487GA	Forma Presenza	PROPRIETA	Stato	NORMAL
Data/Ora Richiesta		Richiesta Nr.			
Data/Ora Risposta		Data/Ora INIZIO	02/04/2026 10:38:00		
Data Concordata		Data/Ora FINE	07/04/2026 16:45:05		
		Stato ODL	Intervento Terminato		
Tipo	Manutenzione Correttiva				
Segnalazione	In fase di MO riscontrata cover spaccata				

AZIONI ESEGUITE

Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
GIULIA GATTO	Ore Lavoro	Operatore principale	02/04/2026 10:38:00	02/04/2026 10:38:00
TIPO: Inoltrata richiesta di preventivo				
NOTE: RICHIESTA QUOTAZIONE RICAMBI				
FRANCESCO CAVATAIO	Ore Lavoro	Operatore principale	02/04/2026 12:00:43	02/04/2026 12:24:12
TIPO: Intervento non risolutivo				
NOTE: a seguito di manutenzione ordinaria si riscontra il difetto segnalato si rimanda intervento per necessit di ricambio				
FRANCESCO CAVATAIO	Ore Lavoro	Operatore principale	07/04/2026 16:14:01	07/04/2026 16:45:05
TIPO: Intervento non risolutivo				
NOTE: apparecchiatura in end support si procede per il fuori uso				

Note:
Tecnico:
cavataio


Referente:
piera


Data firma:08/04/2026



GE Healthcare

Via Galeno 36
20126 Milano
Italia

T +39 02 26001111
F +39 02 26001199

Spett.Le
OSPEDALE MAGGIORE
LARGO UGO DOSSENA 2
26013 CREMA

Milano, 23 giu. 20

Oggetto: Dichiarazione di obsolescenza – mancanza parti di ricambio

Egregio Cliente,

Progettare e sviluppare prodotti tecnologicamente all'avanguardia ed aggiornabili nel tempo è consuetudine ed orgoglio di GE Medical Systems, soprattutto con l'obiettivo di garantire all'utilizzatore il più duraturo ritorno dell'investimento finanziario effettuato.

Nonostante ciò, a seguito del sempre più rapido progresso tecnologico e della anzianità della Vostra apparecchiatura, GE Healthcare non può garantire la disponibilità di una o più parti di ricambio necessarie al buon funzionamento dell'apparecchiatura in Vs. dotazione e qui di seguito riportata:

Prodotto	Descrizione	Matricola
DASH 4000	MONITOR DASH 4000	F1DJ2067G

Sebbene siano molti i fattori che determinano lo stato di obsolescenza di un sistema, la ragione principale per questa decisione è la mancata disponibilità di parti di ricambio necessarie per la manutenzione e per la risoluzione dei guasti. Con l'avanzare dell'età dell'apparecchiatura e della tecnologia, i fornitori esterni cessano di produrre molte delle parti e componenti utilizzate nei sistemi più datati. Attualmente, anche GE Medical Systems stenta a reperire parti sostitutive per questo tipo di sistemi.

Sarà nostra cura concordare con Voi le eventuali azioni da intraprendere per garantirVi la massima soddisfazione e assicurare la continuità nell'esercizio della Vostra attività.

Nel ringraziarVi ulteriormente per la scelta dei prodotti GE Medical Systems, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

GE Medical Systems Italia S.p.A.

GE Medical Systems Italia S.p.A.
Società con socio unico, Capitale € 5.000.000 i.v.
Sede Legale: Via Galeno 36, 20126 Milano
CF e Registro Imprese Milano 93027710016 REA 1689710 P.IVA 03663500969
Società soggetta a direzione e coordinamento di General Electric Company