



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

DIREZIONE GENERALE

U.O.S. Servizio Prevenzione e Protezione
Responsabile: Dott. Ing. Andrea Terracchio

Via del Vespro n 141-143
Tel. 091.6554850/51/52/53/54/55
Web: www.policlinico.pa.it

Alla Direttrice dell'U.O.C. Area Provveditorato

Dott.ssa Chiara Giannobile

Alla Responsabile dell'U.O.S.D. Camera Iperbarica

Dott.ssa Fiammetta Ronga

n.q. SUB-Delegata alla Sicurezza (81/2008)

E p.c.

Al Direttore del DAI Emergenza Urgenza

Prof. Antonino Giarratano

n.q. Delegato alla Sicurezza (81/2008)

Oggetto: Richiesta urgente acquisto presidi e DPI per personale U.O.S.D. Camera Iperbarica – DAI Emergenza Urgenza

Con riferimento ai diversi sopralluoghi effettuati presso i locali dell'U.O.S.D. Camera iperbarica si rappresenta l'urgente necessità di provvedere ai seguenti acquisti.

- **N. 1 ARMADIO PORTA DPI E ATTREZZATURE**

ANTINCENDIO dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a. dimensioni (larghezza 900 mm x profondità 400 mm x altezza 2000 mm), del tipo monoblocco completo di anta frangibile Safe Crash (facile da rompere in caso di emergenza) e dotato di 3 ripiani regolabili di portata 100 kg;
- b. dovrà essere realizzato in acciaio al carbonio PO2 con spessore 8/10, verniciatura di colore rosso RAL 3000 in poliestere per esterni bucciato e cottura in galleria termica 180°;
- c. dovrà essere completo di serratura a doppia chiave in modo da non essere accessibile da parte di personale non addetto.



Il suddetto armadio dovrà contenere i seguenti Dispositivi di Protezione Individuali (DPI):

- n. 3 **elmetti** per squadre antincendio munito di schermo oculare e coprinuca;
- n. 3 **autorespiratori** con bombola capacità 6,0 litri, pressione 300 bar*;
- n. 3 **completi ignifughi** (giubbotto e pantalone);
- n. 3 paia di **guanti ignifughi**, elevata resistenza meccanica;
- n. 3 **torce antideflagranti** (atex)
- n. 3 **coperte antifiamma**
- n. 3 paia di **scarpe antinfortunistiche** per addetti antincendio, resistenti al calore e alle fiamme, resistenza meccanica, suola antiscivolo;


*per ciò che concerne gli autorespiratori questa U.O.S. Servizio Prevenzione e Protezione ritiene opportuno prevedere una modalità di contratto di service che preveda:

- Fornitura;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Revisione e collaudo come da normativa tecnica;
- Tutti i controlli di componenti previsti (riduttori, tubi, etc..) secondo le rispettive scadenze;
- Sostituzione delle attrezzature a scadenza;
- Addestramento dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 e 77 del D.Lgs 81/2008 ed ai sensi della norma UNI 11719:2025 "Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006" per un totale di 20 lavoratori.

L'Addetto dell'U.O.S.

Servizio Prevenzione e Protezione

Dott. Arch. Carmelo Maiorana



Il Responsabile dell'U.O.S.

Servizio Prevenzione e Protezione

Dr. Ing. Andrea Terracchio



[Annotazione](#)[Impronta](#)[Nuovo RPA](#)[Operatore](#)[Nuovo CC](#)[Storia](#)

Prot n. 17605 del 18/03/2026 (2026-AOUPCLE-0017605)

1 di 1

Mittente U.O.S. Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P.) - TERRACCHIO
int. ANDREA

A mezzo Sistema Titulus

Oggetto Richiesta urgente acquisto presidi e DPI per personale U.O.S.D.
Camera Iperbarica – DAI Emergenza Urgenza

Allegati 1 - 1;

Responsabilità

Minuta

Voce di indice RIPa (Registro Informatico annuale di protocollo) - CLE

Classif. VI/5 - Sicurezza degli ambienti di lavoro (conservazione illimitata)

UOR-RPA U.O.S. Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P.) - TERRACCHIO ANDREA 18/03/2026 ✓

Originale

Voce di indice RIPa (Registro Informatico annuale di protocollo) - CLE

Classif. VI/5 - Sicurezza degli ambienti di lavoro (conservazione illimitata)

UOR-RPA U.O.C. Area Provveditorato - GIANNOBILE CHIARA 18/03/2026 ✓
Terapia intensiva - RONGA FIAMMETTA 18/03/2026 ✓

Operatore U.O.C. Area Provveditorato - CATALANO SIMONE 18/03/2026 ✓ ⬇️ ⚠️ ❌

CC DIRETTORI DAI - Giarratano Antonino 18/03/2026 ⬇️ ⚠️

U.O.S. Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P.) - MAIORANA CARMELO 18/03/2026 ⬇️ ⚠️ ✓

U.O.C. Area Provveditorato - PUGLISI MARIA ANNA 18/03/2026 ⬇️ ⚠️ ❌ ✓

Annotazioni

Annotazioni

Dott.ssa Puglisi,
Indagine di mercato e poi richiedere autorizzazione all'acquisto alla D.G.
Dott.ssa Giannobile

GIANNOBILE CHIARA (U.O.C. Area Provveditorato) 18/03/2026 - 12:00:13

Con riferimento alla pec prot. N. 17605 del 18/03/2026 avente come oggetto “
Richiesta urgente acquisto presidi e DPI per il personale dell’U.O.S.D. Camera
Iperbarica” si specifica che il contratto service relativo alla gestione degli
autorespiratori dovrà avere la durata di anni cinque, rinnovabili.

Arch. Carmelo Maiorana

**MAIORANA CARMELO (U.O.S. Servizio Prevenzione e Protezione
(S.P.P.)) 31/03/2026 - 08:19:24**

Documenti informatici

File

Stato

Ultima versione

**Richiesta urgente
acquisto**

**Attrezzature e DPI
U.O.S.D. Camera
Iperbarica.pdf**



18/03/2026 - 09:58:54

Informazioni di servizio

Id 474205

Registrazione U.O.S. Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P.) - TERRACCHIO
ANDREA 18/03/2026

Elenco
Inizio
Indietro
Avanti
Fine
Fascicoli
Nuovo
Ripeti nuovo
Replica Doc.
Modifica
Richiedi pubblicazione
Copia in fascicolo
Copia Collegamento
Cerca
Workflow
Foto originale
Menu