




Prot. n. 038/2023
Palermo 17/04/2023

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna
Ing. Alessandro Ungaro

OGGETTO: Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, per le aziende del SSR numero di gara 6613909, recepita dall'AOU P. Giaccone con delibera N.1014 del 08/10/2018. Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia DEFIBRILLATORE, marca PHILIPS MEDICAL SYSTEMS, modello HEARTSTART XL, s/n: US00443477 e sic 0005300 ubicata presso l'U.O.C. Ortopedia E Traumatologia - S.O.

In occasione dello svolgimento della ns attività di manutenzione preventiva dell'apparecchiatura in oggetto, iniziata il 22/03/2023, siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico ha riscontrato la necessità di sostituire il pacco batterie in osservanza delle indicazioni di casa madre (- All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla casa madre ditta PHILIPS S.p.A.

La suddetta ditta ha però già comunicato (- All.2 -) che il modello HEARTSTART XL è ormai fuori supporto in quanto non è possibile garantire la disponibilità delle parti di ricambio richieste.

Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento, a far data dal 22/03/2023.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Informiamo altresì che in Azienda sono presenti altri n.13 defibrillatori modello: HEARTSTART XL, così ubicati:

INV SIC	Descrizione	Descrizione Produttore	Modello Descrizione	Numero Seriale	Descrizione Reparto Ubicazione
0000061	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US443538	UOC GERIATRIA
0000237	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	USS00443299	UOC Chir Gen E D\$Urgenza S.O.
0000542	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443536	CHIRURGIA PEDIATRICA S.O.
0001326	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	USS00111969	UOC Chir Gen E D\$Urgenza S.O.
0001619	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00444329	UOC Terapia Intensiva
0001801	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	USS00443294	UOC Chir Gen E D\$Urgenza
0002142	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443524	UOC Endoscopia

Sede legale: Via Laurentina, 456/458 - 00142 Roma (RM) - Tel. +39.06544081 - Fax +39.0654408214 - Partita IVA e C.F. n° 06915071002
R.E.A n° 998707 Cap. Soc. € 6.000.000,00 i.v. Sede operativa: Via Gaspare Gozzi, 1/A - 20129 Milano (MI) - Tel. +39.02928580 - Fax +39.0292858002
www.polygon.eu - info.ts@polygon.eu

0003228	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US-00443476	UOC OTORINOLARINGOIATRIA
0003414	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443482	UOC CHIRURGIA ONCOLOGICA - SALA OP
0003666	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443538	UOC Urologia
0004094	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	U500443608	UOC Cardiologia
0004250	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00446963	UOC Astanteria/MCAU
0004393	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443539	UOC Astanteria/MCAU

Poiché per tali apparecchiature è necessario provvedere al cambio delle batterie entro l'anno in corso, si consiglia di attivare quanto prima possibile una sostituzione programmata visto che, per le analoghe motivazioni relative al defibrillatore in oggetto, lo scrivente dovrà procedere alla proposta di dismissione delle stesse.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Polygon SpA
(ing. Francesco Macaluso)
Polygon S.p.A.
~~Via Laurentina 456/458~~
00144 Roma
P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 141420
- All.2: Comunicazione EOS PHILIPS S.p.A.

ORDINE DI LAVORO

141420

Presidio	PPG	A.O.U. PAOLO GIACCONE
Centro di Costo	36.01.0	UOC Ortopedia
Reparto Ubicazione	11_08	Ortopedia E Traumatologia - S.O.
Ubicazione	PPG-11-1	
Richiedente	Tel.	Riferimento
Nr. Inventario	0005300	DEFIBRILLATORE
Sistema	0005300	DEFIBRILLATORE
Produttore	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	Criticità Apparecchiatura: VITALE
Modello	DEFP1HL	HEARTSTART XL

Numero di Serie	US00443477	Forma Presenza	ENTE	Stato App.to	Normal
Data/Ora Richiesta		Data/Ora INIZIO	22/03/2022 16.30		
Data/Ora Risposta		Data/Ora FINE	22/03/2022 16.50		
Data Concordata		STATO ODL	Intervento Terminato		
Nr. Rap. Interno		TIPO	MC	Manutenzione correttiva	
Nr. Rap. Esterno		Ditta			
Sanificata					
Data/Ora Autorizzazione ditta Esterna					
Problema segnalazione					

DESCRIZIONE RICHIESTA DI LAVORO

ADDETTI ASSEGNATI

CODICE	NOME E COGNOME
52	ANTONIO CATANIA

AZIONI ESEGUITE

ADDETTO	DATA/ORA INIZIO	DATA/ORA FINE
ANTONIO CATANIA	22/03/2022 16.30	22/03/2022 16.50
TIPO AZIONE	Intervento non risolutivo	
NOTE AZIONE	ANCHE SE' FUNZIONANTE NECESSITA LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA, COME DA COSTRUTTORE.	

LA BATTERIA NON E' PIU' IN PRODUZIONE PERTANTO SI PROPONE AL SICI IL FUORI USO.

ODL



INV



Tecnico		Utilizzatore	
	<i>AL</i>		<i>Ca</i>

PHILIPS

A: tutti i clienti

Data: 01 Gennaio 2019

Comunicazione di Fuori Supporto 861256 HeartStart XL Defibrillator M4735A; 861250 HeartStart XL Defibrillator/Monitor; 861253 HeartStart XLT Defibrillator M350DB; M1722A XL DEFIBRILLATOR.

Gentile cliente,

con la presente siamo a comunicare che il prodotto in oggetto è fuori supporto in quanto la ns. società non è più in grado di garantire la disponibilità delle parti di ricambio in caso di guasto.

In caso Philips non fosse nelle condizioni di effettuare la riparazione per prodotti di questo tipo eventualmente coperti da contratto di assistenza o da clausole specifiche, si invita a fare riferimento ai documenti e alle condizioni particolari di contratto.

Suggeriamo in ogni caso di valutare l'attivazione di eventuali procedure per l'aggiornamento o la sostituzione dell'apparecchiatura in oggetto con prodotti equivalenti di ultima generazione, potendo contare sulla collaborazione di Philips per trovare la soluzione più adatta alla vostra organizzazione.

Per qualsiasi chiarimento e approfondimento la invitiamo quindi a contattare il suo referente Philips di zona.

Cordialmente,

Marco Pezzi

Customer Service Manager IIG
Health Systems

Alberto Geronzi

Business Marketing Manager IIG
Health Systems



Philips S.p.A. (a Sodo Unico)
Sede Legale: Viale Sarca, 235 - 20126 Milano - Tel. 02-38593900 - www.philips.it
Capitale Sociale: € 50.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese Milano n. 09856750153, R.E.A. Milano n. 88001
Direzione, coordinamento, controllo Philips N.V. - Iscrizione registro RAEE n. 076991060090099