



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.C. Area Tecnica
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553002
 Email: area.teenica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 19.06.2026

Al Direttore U.O.C. Chirurgia Generale Indirizzo
 Oncologico
 Prof. Gianni Pantuso

Direttore U.O.C. Urologia
 Prof. Alchiede Simonato

Direttore U.O.C. Diagnostica per Immagini
 Prof. Giuseppe Brancatelli

E p.c. U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
 Sig.ra Tinaglia Epifania
 Dott. Valerio Castiglia

Oggetto: Parere tecnico di dismissione apparecchiature varie sic 3496-3549-3603-3660-3811-3812-4592-8393 ubicate presso EDIFICIO 13

Relativamente alle apparecchiature di seguito indicate:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO/ REPARTO DI UBICAZIONE
3496	MONITOR	SCHILLER AG	ARGUS TM 7	710 01145	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico/ EDIFICIO 13
3549	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	MAQUET GMBH & CO KG	THERMOMAQUET 2000	1670	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico/ EDIFICIO 13
3603	MONITOR	SCHILLER AG	TM 7	71001704	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico/ EDIFICIO 13
3660	MICROSCOPIO OPERATORIO	ZEISS CARL	OPMI 1 FC	305920	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico/ EDIFICIO 13
3811	ECOTOMOGRFO PORTATILE	FUKUDA DENSHI CO LTD	UF 4300 R	34040345	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico/ EDIFICIO 13
3812	SONDA ECOGRAFICA	FUKUDA DENSHI CO LTD	FUT-LS386-9A	33140184	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico/ EDIFICIO 13

4592	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	SIEMENS AG	SERVO VENTILATOR 900 D	90218	UOC Chirurgia Generale e Indirizzo Oncologico/ EDIFICIO 13
8393	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	NICAL SPA	NF17F2AID	22598	U.O.C. Diagnostica per Immagini/EDIFICIO 13

e tenuto conto di:

- mail pervenuta a questo ufficio da parte dell' U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale in data 03.06.2026 alle 12:38 -**ALL. 1**
- SIC0003496-SIC0003603 proposta di dismissione ditta Tecnologie Sanitarie Spa Rif. GG/414/2014 del 02.07.2014 - **ALL.2**
- SIC0004592 proposta di dismissione ditta Tecnologie Sanitarie Spa Rif. GG/431/2017 del 14.11.2017 - **ALL.3**
- SIC0003549 proposta di dismissione ditta Tecnologie Sanitarie Spa Rif. GG/625/2014 del 28.10.2014 - **ALL.4**
- SIC0003811-SIC0003812 proposta di dismissione ditta Tecnologie Sanitarie Spa Rif. GG/203/2015 del 04.05.2015 - **ALL.5**
- SIC0008393 (AGGREGATO SIC0008389) proposta di dismissione ditta Tecnologie Sanitarie Spa Rif. N. 030/2020 del 20.04.2020 - **ALL.6**
- SIC0003660 vedi mail ditta Polygon Spa del 18.06.2026 -**ALL.7**

in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015 , con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione delle apparecchiature indicate in parola.

Si invitano i Responsabili delle Unità Operativa, qualora tali beni fossero presenti nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico dei beni in oggetto. Nel caso in cui tali beni fossero di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico degli stessi sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione dei beni, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere la rimozione e lo smaltimento delle apparecchiature di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere i beni in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tali apparecchiature fossero necessarie per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Il RUP del servizio di gestione e manutenzione
delle apparecchiature elettromedicali
Geom. Carmelo Salvatore Lanza

Il Direttore dell'U.O.C. Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda



ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>

RICHIESTA RISCONTRO PRESENZA DELIBERE FUORI USO PER EVENTUALE SMALTIMENTO APPRECCHIATURE EDIFICIO 13

7 messaggi

ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>

1 giugno 2026 alle ore 09:00

A: EPIFANIA TINAGLIA <epifania.tinaglia@policlinico.pa.it>, VALERIO CASTIGLIA <valerio.castiglia@policlinico.pa.it>, MACALUSO FRANCESCO <f.macaluso@polygon.eu>, COMMESSA GIACCONE PALERMO PA012 <pa007@polygon.eu>, "Giulia GG. Gatto" <g.gatto@polygon.eu>
Cc: MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>, CARMELO LANZA <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>, ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>, GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisenda@policlinico.pa.it>

Alla C/A U.O.C. Patrimonio

Buongiorno,
relativamente alle apparecchiature sotto indicate:

SIC	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	MODELLO	SERIAL NUMBER	REPARTO UBICAZIONE	PIANO/LOCALE	Edificio	STATO APPARECCHIATURA	CENTRO DI COSTO (CDC)	DESCRIZIONE CDC
2142	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443524	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3397	ELETTROCARDIOGRAFO	ESAOTE SPA	P 80 POWER	20715	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3414	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443482	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3453	POMPA A SIRINGA	CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL	ALARIS CC	800352427	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	49.01.0	UOC Terapia intensiva
3496	MONITOR	SCHILLER AG	ARGUS TM 7	710 01145	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3514	BETA/GAMMA DETECTOR	NEOPROBE CORP	NEOPROBE 2000	051963385	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3549	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	MAQUET GMBH & CO KG	THERMOMAQUET 2000	1670	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3603	MONITOR	SCHILLER AG	TM 7	71001704	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3660	MICROSCOPIO OPERATORIO	ZEISS CARL	OPMI 1 FC	305920	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3666	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443538	EX UROLOGIA S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	43.01.0	UOC Urologia
3811	ECOTOMOGRAMMA PORTATILE	FUKUDA DENSHI CO LTD	UF 4300 R	34040345	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3812	SONDA ECOGRAFICA	FUKUDA DENSHI CO LTD	FUT-LS386-9A	33140184	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
4592	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	SIEMENS AG	SERVO VENTILATOR 900 D	90218	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
8393	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	NICAL SPA	NF17F2AID	22598	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	69.01.0	UOC Diagnostica per immagini

con la presente, al fine di dare seguito a quanto disposto per l' EDIFICIO 13 da parte della Direzione, si chiede se per le medesime siano presenti delibere di fuori uso al fine di dare seguito agli adempimenti consequenziali relativi allo smaltimento. A tal proposito si rimettono le proposte di dismissione in possesso di questo ufficio per alcune delle apparecchiature di cui all'elenco.

ALLA C/A DITTA POLYGON SPA
Si comunica che, a seguito di controllo sul sistema informativo coswin, per le apparecchiature di cui all'elenco sopra, non risultano consultabili le proposte di dismissione dei seguenti SIC:
- SIC0003414 -SIC0003496- SIC0003549-SIC0003603-SIC0003660-SIC0003811-SIC0003812-SIC0004592
Si chiede l'invio immediato delle proposte di dismissione in questione

Si resta in attesa di Vs. gentile riscontro.
Cordialmente

Ing. Antonella Federico
Ingegnere Clinico - Area Tecnica
A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo
Via del Vespro, 129
10127 - Palermo
tel.: 091.655.3010

5 allegati

-  **0003397 ELETTROCARDIOGRAFO.pdf**
289K
-  **0003514 BETA GAMMA DETECTOR.pdf**
420K
-  **SIC0002142 DEFIBRILLATORE.pdf**
498K
-  **0003666 DEFIBRILLATORE.pdf**
716K
-  **0003453 POMPA.pdf**
1241K

EPIFANIA TINAGLIA <epifania.tinaglia@policlinico.pa.it>

3 giugno 2026 alle ore 12:38

A: ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>
Cc: VALERIO CASTIGLIA <valerio.castiglia@policlinico.pa.it>, MACALUSO FRANCESCO <f.macaluso@polygon.eu>, COMMESSA GIACONE PALERMO PA012 <pa007@polygon.eu>, "Giulia GG. Gatto" <g.gatto@polygon.eu>, MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>, CARMELO LANZA <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>, ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>, GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisenda@policlinico.pa.it>

Si fa presente che i beni riscontrati sono ancora presenti sul libro cespiti Aziendale, alcuni per mancanza di proposta di dismissione (POLYGON), altri per mancanza di formale richiesta (modello B) da parte del Responsabile dell'Unità Operativa, ove è ubicato il cespite.

In allegato quanto riscontrato.
Distinti saluti.

Il giorno lun 1 giu 2026 alle ore 09:00 ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it> ha scritto:

Alla C/A U.O.C. Patrimonio
Buongiorno,
relativamente alle apparecchiature sotto indicate:

SIC	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	MODELLO	SERIAL NUMBER	REPARTO UBICAZIONE	PIANO/LOCALE	Edificio	STATO APPARECCHIATURA	CENTRO DI COSTO (CDC)	DESCRIZIONE CDC
2142	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443524	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3397	ELETTROCARDIOGRAFO	ESAOTE SPA	P 80 POWER	20715	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3414	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443482	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3453	POMPA A SIRINGA	CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL	ALARIS CC	800352427	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	49.01.0	UOC Terapia intensiva

3496	MONITOR	SCHILLER AG	ARGUS TM 7	710 01145	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3514	BETA/GAMMA DETECTOR	NEOPROBE CORP	NEOPROBE 2000	051963385	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3549	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	MAQUET GMBH & CO KG	THERMOMAQUET 2000	1670	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3603	MONITOR	SCHILLER AG	TM 7	71001704	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3660	MICROSCOPIO OPERATORIO	ZEISS CARL	OPMI 1 FC	305920	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3666	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443538	EX UROLOGIA S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	43.01.0	UOC Urologia
3811	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	FUKUDA DENSHI CO LTD	UF 4300 R	34040345	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3812	SONDA ECOGRAFICA	FUKUDA DENSHI CO LTD	FUT-LS386-9A	33140184	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
4592	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	SIEMENS AG	SERVO VENTILATOR 900 D	90218	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
8393	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	NICAL SPA	NF17F2AID	22598	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	69.01.0	UOC Diagnostica per immagini

con la presente, al fine di dare seguito a quanto disposto per l' EDIFICIO 13 da parte della Direzione, si chiede se per le medesime siano presenti delibere di fuori uso al fine di dare seguito agli adempimenti consequenziali relativi allo smaltimento.
A tal proposito si rimettono le proposte di dismissione in possesso di questo ufficio per alcune delle apparecchiature di cui all'elenco.

ALLA C/A DITTA POLYGON SPA
Si comunica che, a seguito di controllo sul sistema informativo coswin, per le apparecchiature di cui all'elenco sopra, non risultano consultabili le proposte di dismissione dei seguenti SIC:
- SIC0003414 -SIC0003496- SIC0003549- SIC0003603-SIC0003660-SIC0003811-SIC0003812-SIC0004592
Si chiede l'invio immediato delle proposte di dismissione in questione

Si resta in attesa di Vs. gentile riscontro.
Cordialmente

Ing. Antonella Federico
Ingegnere Clinico - Area Tecnica
A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo
Via del Vespro, 129
10127 - Palermo
tel.: 091.655.3010

 **MAIL DEL 01-06.2026.xlsx**
13K

ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>

4 giugno 2026 alle ore 08:30

A: MACALUSO FRANCESCO <f.macaluso@polygon.eu>, COMMESSA GIACCONE PALERMO PA012 <pa007@polygon.eu>, "Giulia GG. Gatto" <g.gatto@polygon.eu>
Cc: MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>, GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisen@policlinico.pa.it>, CARMELO LANZA <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>, ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>

Spett.le ditta Polygon Spa,
si rimane in attesa di urgente riscontro in merito a quanto richiesto con mail in calce invero:
ALLA C/A DITTA POLYGON SPA
Si comunica che, a seguito di controllo sul sistema informativo coswin, per le apparecchiature di cui all'elenco sopra, non risultano consultabili le proposte di dismissione dei seguenti SIC:
- SIC0003414 -SIC0003496- SIC0003549-SIC0003603-SIC0003660-SIC0003811-SIC0003812-SIC0004592
Si chiede l'invio immediato delle proposte di dismissione in questione

Si resta in attesa di riscontro entro e non oltre la data odierna.
Cordialmente
Ing. Antonella Federico
Ingegnere Clinico - Area Tecnica
A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo
Via del Vespro, 129
10127 - Palermo
tel.: 091.655.3010

----- Forwarded message -----
Da: **ANTONELLA FEDERICO** <antonella.federico@policlinico.pa.it>
Date: lun 1 giu 2026 alle ore 09:00
Subject: RICHIESTA RISCONTRO PRESENZA DELIBERE FUORI USO PER EVENTUALE SMALTIMENTO APPRECCHIATURE EDIFICIO 13
To: EPIFANIA TINAGLIA <epifania.tinaglia@policlinico.pa.it>, VALERIO CASTIGLIA <valerio.castiglia@policlinico.pa.it>, MACALUSO FRANCESCO <f.macaluso@polygon.eu>, COMMESSA GIACCONE PALERMO PA012 <pa007@polygon.eu>, Giulia GG. Gatto <g.gatto@polygon.eu>
Cc: MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>, CARMELO LANZA <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>, ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>, GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisenda@policlinico.pa.it>

Alla C/A U.O.C. Patrimonio
Buongiorno,
relativamente alle apparecchiature sotto indicate:

SIC	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	MODELLO	SERIAL NUMBER	REPARTO UBICAZIONE	PIANO/LOCALE	Edificio	STATO APPARECCHIATURA	CENTRO DI COSTO (CDC)	DESCRIZIONE CDC
2142	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443524	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3397	ELETTROCARDIOGRAFO	ESAOTE SPA	P 80 POWER	20715	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3414	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443482	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3453	POMPA A SIRINGA	CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL	ALARIS CC	800352427	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	49.01.0	UOC Terapia intensiva
3496	MONITOR	SCHILLER AG	ARGUS TM 7	710 01145	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3514	BETA/GAMMA DETECTOR	NEOPROBE CORP	NEOPROBE 2000	051963385	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3549	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	MAQUET GMBH & CO KG	THERMOMAQUET 2000	1670	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3603	MONITOR	SCHILLER AG	TM 7	71001704	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3660	MICROSCOPIO OPERATORIO	ZEISS CARL	OPMI 1 FC	305920	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3666	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443538	EX UROLOGIA S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	43.01.0	UOC Urologia
3811	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	FUKUDA DENSHI CO LTD	UF 4300 R	34040345	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3812	SONDA ECOGRAFICA	FUKUDA DENSHI CO LTD	FUT-LS386-9A	33140184	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico

4592	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	SIEMENS AG	SERVO VENTILATOR 900 D	90218	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
8393	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	NICAL SPA	NF17F2AID	22598	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	69.01.0	UOC Diagnostica per immagini

con la presente, al fine di dare seguito a quanto disposto per l' EDIFICIO 13 da parte della Direzione, si chiede se per le medesime siano presenti delibere di fuori uso al fine di dare seguito agli adempimenti consequenziali relativi allo smaltimento.
A tal proposito si rimettono le proposte di dismissione in possesso di questo ufficio per alcune delle apparecchiature di cui all'elenco.

ALLA C/A DITTA POLYGON SPA
Si comunica che, a seguito di controllo sul sistema informativo coswin, per le apparecchiature di cui all'elenco sopra, non risultano consultabili le proposte di dismissione dei seguenti SIC:
- SIC0003414 -SIC0003496- SIC0003549-SIC0003603-SIC0003660-SIC0003811-SIC0003812-SIC0004592
Si chiede l'invio immediato delle proposte di dismissione in questione

Si resta in attesa di Vs. gentile riscontro.
Cordialmente

Ing. Antonella Federico
Ingegnere Clinico - Area Tecnica
A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo
Via del Vespro, 129
10127 - Palermo
tel.: 091.655.3010

5 allegati

-  **0003397 ELETTROCARDIOGRAFO.pdf**
289K
-  **0003514 BETA GAMMA DETECTOR.pdf**
420K
-  **SIC0002142 DEFIBRILLATORE.pdf**
498K
-  **0003666 DEFIBRILLATORE.pdf**
716K
-  **0003453 POMPA.pdf**
1241K

Francesco FM. Macaluso <f.macaluso@polygon.eu>

A: ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>

Cc: "Giulia GG. Gatto" <g.gatto@polygon.eu>, MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>, COMMESSA GIACCONE PALERMO PA018 <pa007@polygon.eu>, GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisen@policlinico.pa.it>, "carmelo.lanza@policlinico.pa.it" <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>, ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>

4 giugno 2026 alle ore 08:38

Buongiorno,

La documentazione è già stata caricata ed è disponibile in coswin.
Certi di aver fatto cosa gradita, si saluta cordialmente

Francesco Macaluso



Francesco Macaluso
Responsabile di Commessa
Tel.: 091-6554872
Cell.: +39 3482412626
Polygon S.p.A.
c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"

Via del Vespro 141 – 90127 Palermo
Sede Legale Via Laurentina 456/458 – 00142 Roma

Da: ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>
Inviato: giovedì 4 giugno 2026 08:30
A: Francesco FM. Macaluso <f.mactaluso@polygon.eu>; COMMESSA GIACCONE PALERMO PA018 <pa007@polygon.eu>; Giulia GG. Gatto <g.gatto@polygon.eu>
Cc: MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>; GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisenada@policlinico.pa.it>; carmelo.lanza@policlinico.pa.it <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>; ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>
Oggetto: Fwd: RICHIESTA RISCONTRO PRESENZA DELIBERE FUORI USO PER EVENTUALE SMALTIMENTO APPRECCHIATURE EDIFICIO 13

Spett.le ditta Polygon Spa,
si rimane in attesa di urgente riscontro in merito a quanto richiesto con mail in calce invero:
ALLA C/A DITTA POLYGON SPA
Si comunica che, a seguito di controllo sul sistema informativo coswin, per le apparecchiature di cui all'elenco sopra, non risultano consultabili le proposte di dismissione dei seguenti SIC:
- SIC0003414 -SIC0003496- SIC0003549-SIC0003603-SIC0003660-SIC0003811-SIC0003812-SIC0004592
Si chiede l'invio immediato delle proposte di dismissione in questione

Si resta in attesa di riscontro entro e non oltre la data odierna.
Cordialmente
Ing. Antonella Federico
Ingegnere Clinico - Area Tecnica
A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo
Via del Vespro, 129
10127 - Palermo
tel.: 091.655.3010

----- Forwarded message -----
Da: ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>
Date: lun 1 giu 2026 alle ore 09:00
Subject: RICHIESTA RISCONTRO PRESENZA DELIBERE FUORI USO PER EVENTUALE SMALTIMENTO APPRECCHIATURE EDIFICIO 13
To: EPIFANIA TINAGLIA <epifania.tinaglia@policlinico.pa.it>, VALERIO CASTIGLIA <valerio.castiglia@policlinico.pa.it>, MACALUSO FRANCESCO <f.mactaluso@polygon.eu>, COMMESSA GIACCONE PALERMO PA012 <pa007@polygon.eu>, Giulia GG. Gatto <g.gatto@polygon.eu>
Cc: MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>, CARMELO LANZA <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>, ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>, GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisenada@policlinico.pa.it>

Alla C/A U.O.C. Patrimonio
Buongiorno,
relativamente alle apparecchiature sotto indicate:

SIC	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	MODELLO	SERIAL NUMBER	REPARTO UBICAZIONE	PIANO/LOCALE	Edificio	STATO APPARECCHIATURA	CENTRO DI COSTO (CDC)	DESCRIZIONE CDC
2142	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443524	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3397	ELETTROCARDIOGRAFO	ESAOTE SPA	P 80 POWER	20715	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3414	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443482	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3453	POMPA A SIRINGA	CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL	ALARIS CC	800352427	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	49.01.0	UOC Terapia intensiva
3496	MONITOR	SCHILLER AG	ARGUS TM 7	710 01145	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3514	BETA/GAMMA DETECTOR	NEOPROBE CORP	NEOPROBE 2000	051963385	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3549	TERMOREGOLAZIONE CORPorea, APPARECCHIO	MAQUET GMBH & CO KG	THERMOMAQUET 2000	1670	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico

	PER									
3603	MONITOR	SCHILLER AG	TM 7	71001704	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3660	MICROSCOPIO OPERATORIO	ZEISS CARL	OPMI 1 FC	305920	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3666	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443538	EX UROLOGIA S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	43.01.0	UOC Urologia
3811	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	FUKUDA DENSHI CO LTD	UF 4300 R	34040345	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3812	SONDA ECOGRAFICA	FUKUDA DENSHI CO LTD	FUT-LS386-9A	33140184	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
4592	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	SIEMENS AG	SERVO VENTILATOR 900 D	90218	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
8393	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	NICAL SPA	NF17F2AID	22598	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	69.01.0	UOC Diagnostica per immagini

con la presente, al fine di dare seguito a quanto disposto per l' EDIFICIO 13 da parte della Direzione, si chiede se per le medesime siano presenti delibere di fuori uso al fine di dare seguito agli adempimenti consequenziali relativi allo smaltimento.
A tal proposito si rimettono le proposte di dismissione in possesso di questo ufficio per alcune delle apparecchiature di cui all'elenco.

ALLA C/A DITTA POLYGON SPA
Si comunica che, a seguito di controllo sul sistema informativo coswin, per le apparecchiature di cui all'elenco sopra, non risultano consultabili le proposte di dismissione dei seguenti SIC:
- SIC0003414 -SIC0003496- SIC0003549-SIC0003603-SIC0003660-SIC0003811-SIC0003812-SIC0004592
Si chiede l'invio immediato delle proposte di dismissione in questione

Si resta in attesa di Vs. gentile riscontro.
Cordialmente

Ing. Antonella Federico
Ingegnere Clinico - Area Tecnica
A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo
Via del Vespro, 129
10127 - Palermo
tel.: 091.655.3010

Rispetta l'ambiente. Pensa prima di stampare questa e-mail
Tutte le informazioni ed i dati personali contenuti in questa comunicazione ed ogni suo eventuale allegato sono confidenziali e riservati e, comunque, destinati in via esclusiva alla visione e conoscenza del loro effettivo destinatario, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), della normativa italiana in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e dell'art. 616 del Codice Penale in materia di riservatezza della corrispondenza. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, vi invitiamo a contattare immediatamente il mittente e cancellare la comunicazione ed ogni suo allegato in quanto ne è vietata l'utilizzazione non autorizzata.
Polygon spa utilizza, oltre alle mail nominali, anche mail condivise: se si risponde ad un messaggio proveniente da una casella di posta non nominale, anche se firmato, o si invia un messaggio ad una casella di posta non nominale il contenuto potrebbe essere recapitato a più persone.

ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>
A: "Francesco FM. Macaluso" <f.macaluso@polygon.eu>
Cc: "Giulia GG. Gatto" <g.gatto@polygon.eu>, MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>, COMMESSA GIACCONE PALERMO PA018 <pa007@polygon.eu>, GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisen@policlinico.pa.it>, "carmelo.lanza@policlinico.pa.it" <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>, ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>

4 giugno 2026 alle ore 10:29

Spett.le ditta Polygon Spa ,
Si prega di inoltrarli tempestivamente anche via mail .
Cordialmente

Ing. Antonella Federico
Ingegnere Clinico - Area Tecnica
A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo
Via del Vespro, 129
10127 - Palermo
tel.: 091.655.3010

Il giorno gio 4 giu 2026 alle 08:38 Francesco FM. Macaluso <f.mactaluso@polygon.eu> ha scritto:

Buongiorno,

La documentazione è già stata caricata ed è disponibile in coswin.
Certi di aver fatto cosa gradita, si saluta cordialmente

Francesco Macaluso



Francesco Macaluso
Responsabile di Commessa
Tel.: 091-6554872
Cell.: +39 3482412626
Polygon S.p.A.
c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"
Via del Vespro 141 – 90127 Palermo
Sede Legale Via Laurentina 456/458 – 00142 Roma

Da: ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>
Inviato: giovedì 4 giugno 2026 08:30
A: Francesco FM. Macaluso <f.mactaluso@polygon.eu>; COMMESSA GIACCONE PALERMO PA018 <pa007@polygon.eu>; Giulia GG. Gatto <g.gatto@polygon.eu>
Cc: MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>; GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisenda@policlinico.pa.it>; carmelo.lanza@policlinico.pa.it <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>; ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>
Oggetto: Fwd: RICHIESTA RISCONTRO PRESENZA DELIBERE FUORI USO PER EVENTUALE SMALTIMENTO APPRECCHIATURE EDIFICIO 13

Spett.le ditta Polygon Spa,
si rimane in attesa di urgente riscontro in merito a quanto richiesto con mail in calce invero:
ALLA C/A DITTA POLYGON SPA
Si comunica che, a seguito di controllo sul sistema informativo coswin, per le apparecchiature di cui all'elenco sopra, non risultano consultabili le proposte di dismissione dei seguenti SIC:
- SIC0003414 - SIC0003496- SIC0003549-SIC0003603-SIC0003660-SIC0003811-SIC0003812-SIC0004592
Si chiede l'invio immediato delle proposte di dismissione in questione

Si resta in attesa di riscontro entro e non oltre la data odierna.
Cordialmente
Ing. Antonella Federico
Ingegnere Clinico - Area Tecnica
A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo
Via del Vespro, 129
10127 - Palermo
tel.: 091.655.3010

----- Forwarded message -----
Da: ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>
Date: lun 1 giu 2026 alle ore 09:00
Subject: RICHIESTA RISCONTRO PRESENZA DELIBERE FUORI USO PER EVENTUALE SMALTIMENTO APPRECCHIATURE EDIFICIO 13
To: EPIFANIA TINAGLIA <epifania.tinaglia@policlinico.pa.it>, VALERIO CASTIGLIA <valerio.castiglia@policlinico.pa.it>, MACALUSO FRANCESCO <f.mactaluso@polygon.eu>, COMMESSA GIACCONE PALERMO PA012 <pa007@polygon.eu>, Giulia GG. Gatto <g.gatto@polygon.eu>
Cc: MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>, CARMELO LANZA <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>, ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>, GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisenda@policlinico.pa.it>

Alla C/A U.O.C. Patrimonio
Buongiorno,
relativamente alle apparecchiature sotto indicate:

SIC	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	MODELLO	SERIAL NUMBER	REPARTO UBICAZIONE	PIANO/LOCALE	Edificio	STATO APPARECCHIATURA	CENTRO DI COSTO (CDC)	DESCRIZIONE CDC
2142	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443524	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico

3397	ELETTROCARDIOGRAFO	ESAOTE SPA	P 80 POWER	20715	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3414	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443482	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3453	POMPA A SIRINGA	CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL	ALARIS CC	800352427	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	49.01.0	UOC Terapia intensiva
3496	MONITOR	SCHILLER AG	ARGUS TM 7	710 01145	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3514	BETA/GAMMA DETECTOR	NEOPROBE CORP	NEOPROBE 2000	051963385	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3549	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	MAQUET GMBH & CO KG	THERMOMAQUET 2000	1670	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3603	MONITOR	SCHILLER AG	TM 7	71001704	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3660	MICROSCOPIO OPERATORIO	ZEISS CARL	OPMI 1 FC	305920	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3666	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443538	EX UROLOGIA S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	43.01.0	UOC Urologia
3811	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	FUKUDA DENSHI CO LTD	UF 4300 R	34040345	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3812	SONDA ECOGRAFICA	FUKUDA DENSHI CO LTD	FUT-LS386-9A	33140184	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
4592	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	SIEMENS AG	SERVO VENTILATOR 900 D	90218	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
8393	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	NICAL SPA	NF17F2AID	22598	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	69.01.0	UOC Diagnostica per immagini

con la presente, al fine di dare seguito a quanto disposto per l' EDIFICIO 13 da parte della Direzione, si chiede se per le medesime siano presenti delibere di fuori uso al fine di dare seguito agli adempimenti consequenziali relativi allo smaltimento.
A tal proposito si rimettono le proposte di dismissione in possesso di questo ufficio per alcune delle apparecchiature di cui all'elenco.

ALLA C/A DITTA POLYGON SPA
Si comunica che, a seguito di controllo sul sistema informativo coswin, per le apparecchiature di cui all'elenco sopra, non risultano consultabili le proposte di dismissione dei seguenti SIC:
- SIC0003414 - SIC0003496- SIC0003549-SIC0003603-SIC0003660-SIC0003811-SIC0003812-SIC0004592
Si chiede l'invio immediato delle proposte di dismissione in questione

Si resta in attesa di Vs. gentile riscontro.
Cordialmente

Ing. Antonella Federico
Ingegnere Clinico - Area Tecnica
A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo
Via del Vespro, 129
10127 - Palermo
tel.: 091.655.3010

Rispetta l'ambiente. Pensa prima di stampare questa e-mail
Tutte le informazioni ed i dati personali contenuti in questa comunicazione ed ogni suo eventuale allegato sono confidenziali e riservati e, comunque, destinati in via esclusiva alla visione e conoscenza del loro effettivo destinatario, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), della normativa italiana in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e dell'art. 616 del Codice Penale in materia di riservatezza della corrispondenza. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, vi invitiamo a contattare immediatamente il mittente e cancellare la comunicazione ed ogni suo allegato in quanto ne è vietata l'utilizzazione non autorizzata.

Polygon spa utilizza, oltre alle mail nominali, anche mail condivise: se si risponde ad un messaggio proveniente da una casella di posta non nominale, anche se firmato, o si invia un messaggio ad una casella di posta non nominale il contenuto potrebbe essere recapitato a più persone.

Francesco FM. Macaluso <f.macaluso@polygon.eu>

4 giugno 2026 alle ore 12:52

A: ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>

Cc: "Giulia GG. Gatto" <g.gatto@polygon.eu>, MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>, COMMESSA GIACCONE PALERMO PA018 <pa007@polygon.eu>, GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisenda@policlinico.pa.it>, "carmelo.lanza@policlinico.pa.it" <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>, ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>

In allegato i documenti richiesti in ns possesso.

Saluti

Francesco Macaluso



Francesco Macaluso

Responsabile di Commessa

Tel.: 091-6554872

Cell.: +39 3482412626

Polygon S.p.A.

c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"

Via del Vespro 141 – 90127 Palermo

Sede Legale Via Laurentina 456/458 – 00142 Roma

Da: ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>

Inviato: giovedì 4 giugno 2026 10:29

A: Francesco FM. Macaluso <f.macaluso@polygon.eu>

Cc: Giulia GG. Gatto <g.gatto@polygon.eu>; MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>; COMMESSA GIACCONE PALERMO PA018 <pa007@polygon.eu>; GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisenda@policlinico.pa.it>; carmelo.lanza@policlinico.pa.it <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>; ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>

Oggetto: Re: RICHIESTA RISCONTRO PRESENZA DELIBERE FUORI USO PER EVENTUALE SMALTIMENTO APPRECCHIATURE EDIFICIO 13

Spett.le ditta Polygon Spa ,

Si prega di inoltrarli tempestivamente anche via mail .

Cordialmente

Ing. Antonella Federico

Ingegnere Clinico - Area Tecnica

A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo

Via del Vespro, 129

10127 - Palermo

tel.: 091.655.3010

Il giorno gio 4 giu 2026 alle 08:38 Francesco FM. Macaluso <f.macaluso@polygon.eu> ha scritto:

Buongiorno,

La documentazione è già stata caricata ed è disponibile in coswin.

Certi di aver fatto cosa gradita, si saluta cordialmente

Francesco Macaluso



Francesco Macaluso

Responsabile di ComMESSA
Tel.: 091-6554872
Cell.: +39 3482412626
Polygon S.p.A.
c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"
Via del Vespro 141 – 90127 Palermo
Sede Legale Via Laurentina 456/458 – 00142 Roma

Da: ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>
Inviato: giovedì 4 giugno 2026 08:30
A: Francesco FM. Macaluso <f.macaluso@polygon.eu>; COMMESSA GIACCONE PALERMO PA018 <pa007@polygon.eu>; Giulia GG. Gatto <g.gatto@polygon.eu>
Cc: MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>; GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisenda@policlinico.pa.it>; carmelo.lanza@policlinico.pa.it <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>; ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>
Oggetto: Fwd: RICHIESTA RISCONTRO PRESENZA DELIBERE FUORI USO PER EVENTUALE SMALTIMENTO APPRECCHIATURE EDIFICIO 13

Spett.le ditta Polygon Spa,
si rimane in attesa di urgente riscontro in merito a quanto richiesto con mail in calce invero:
ALLA C/A DITTA POLYGON SPA
Si comunica che, a seguito di controllo sul sistema informativo coswin, per le apparecchiature di cui all'elenco sopra, non risultano consultabili le proposte di dismissione dei seguenti SIC:
- SIC0003414 - SIC0003496- SIC0003549- SIC0003603- SIC0003660- SIC0003811- SIC0003812- SIC0004592
Si chiede l'invio immediato delle proposte di dismissione in questione

Si resta in attesa di riscontro entro e non oltre la data odierna.
Cordialmente
Ing. Antonella Federico
Ingegnere Clinico - Area Tecnica
A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo
Via del Vespro, 129
10127 - Palermo
tel.: 091.655.3010

----- Forwarded message -----
Da: ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>
Date: lun 1 giu 2026 alle ore 09:00
Subject: RICHIESTA RISCONTRO PRESENZA DELIBERE FUORI USO PER EVENTUALE SMALTIMENTO APPRECCHIATURE EDIFICIO 13
To: EPIFANIA TINAGLIA <epifania.tinaglia@policlinico.pa.it>; VALERIO CASTIGLIA <valerio.castiglia@policlinico.pa.it>; MACALUSO FRANCESCO <f.macaluso@polygon.eu>; COMMESSA GIACCONE PALERMO PA012 <pa007@polygon.eu>; Giulia GG. Gatto <g.gatto@polygon.eu>
Cc: MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>; CARMELO LANZA <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>; ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>; GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisenda@policlinico.pa.it>

Alla C/A U.O.C. Patrimonio
Buongiorno,
relativamente alle apparecchiature sotto indicate:

SIC	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	MODELLO	SERIAL NUMBER	REPARTO UBICAZIONE	PIANO/LOCALE	Edificio	STATO APPARECCHIATURA	CENTRO DI COSTO (CDC)	DESCRIZIONE CDC
2142	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443524	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3397	ELETTROCARDIOGRAFO	ESAOTE SPA	P 80 POWER	20715	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3414	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443482	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3453	POMPA A SIRINGA	CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL	ALARIS CC	800352427	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	49.01.0	UOC Terapia intensiva
3496	MONITOR	SCHILLER AG	ARGUS TM 7	710 01145	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico

3514	BETA/GAMMA DETECTOR	NEOPROBE CORP	NEOPROBE 2000	051963385	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3549	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	MAQUET GMBH & CO KG	THERMOMAQUET 2000	1670	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3603	MONITOR	SCHILLER AG	TM 7	71001704	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3660	MICROSCOPIO OPERATORIO	ZEISS CARL	OPMI 1 FC	305920	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3666	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443538	EX UROLOGIA S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	43.01.0	UOC Urologia
3811	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	FUKUDA DENSHI CO LTD	UF 4300 R	34040345	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3812	SONDA ECOGRAFICA	FUKUDA DENSHI CO LTD	FUT-LS386-9A	33140184	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
4592	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	SIEMENS AG	SERVO VENTILATOR 900 D	90218	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
8393	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	NICAL SPA	NF17F2AID	22598	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	69.01.0	UOC Diagnostica per immagini

con la presente, al fine di dare seguito a quanto disposto per l' EDIFICIO 13 da parte della Direzione, si chiede se per le medesime siano presenti delibere di fuori uso al fine di dare seguito agli adempimenti consequenziali relativi allo smaltimento.
A tal proposito si rimettono le proposte di dismissione in possesso di questo ufficio per alcune delle apparecchiature di cui all'elenco.

ALLA C/A DITTA POLYGON SPA
Si comunica che, a seguito di controllo sul sistema informativo coswin, per le apparecchiature di cui all'elenco sopra, non risultano consultabili le proposte di dismissione dei seguenti SIC:
- SIC0003414 - SIC0003496- SIC0003549-SIC0003603-SIC0003660-SIC0003811-SIC0003812-SIC0004592
Si chiede l'invio immediato delle proposte di dismissione in questione

Si resta in attesa di Vs. gentile riscontro.
Cordialmente

Ing. Antonella Federico
Ingegnere Clinico - Area Tecnica
A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo
Via del Vespro, 129
10127 - Palermo
tel.: 091.655.3010

Rispetta l'ambiente. Pensa prima di stampare questa e-mail
Tutte le informazioni ed i dati personali contenuti in questa comunicazione ed ogni suo eventuale allegato sono confidenziali e riservati e, comunque, destinati in via esclusiva alla visione e conoscenza del loro effettivo destinatario, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), della normativa italiana in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e dell'art. 616 del Codice Penale in materia di riservatezza della corrispondenza. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, vi invitiamo a contattare immediatamente il mittente e cancellare la comunicazione ed ogni suo allegato in quanto ne è vietata l'utilizzazione non autorizzata.
Polygon spa utilizza, oltre alle mail nominali, anche mail condivise: se si risponde ad un messaggio proveniente da una casella di posta non nominale, anche se firmato, o si invia un messaggio ad una casella di posta non nominale il contenuto potrebbe essere recapitato a più persone.

5 allegati

-  **Prot_041_2026 Proposta di dismissione DEFIBRILLATORE inventario sic 0003414.pdf**
746K
-  **GG.414.2014 Proposta di dismissione per n.2 app. tip. Monitor, schiller, sic 03603 e sic 03496.pdf**
276K
-  **GG.203.15 Proposta di dismissione per app. tip. ECOTOMOGRAFO PORTATILE, marca FUKUDA, modello UF 4300R e SIC 03811 Ch. Oncologica.pdf**
290K

-  **GG.431.2017 Proposta dismissione N.7 VPO Maquet.pdf**
2983K
-  **GG.625.2014_Proposta di dismissione app per la termoregolaz corporea, sic 3549.pdf**
328K

ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>
A: ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>

17 giugno 2026 alle ore 23:40

Ing. Antonella Federico
Ingegnere Clinico - Area Tecnica
A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo
Via del Vespro, 129
10127 - Palermo
tel.: 091.655.3010

----- Forwarded message -----
Da: **EPIFANIA TINAGLIA** <epifania.tinaglia@policlinico.pa.it>
Date: mer 3 giu 2026 alle ore 12:38
Subject: Re: RICHIESTA RISCONTRO PRESENZA DELIBERE FUORI USO PER EVENTUALE SMALTIMENTO APPRECCHIATURE EDIFICIO 13
To: ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>
Cc: VALERIO CASTIGLIA <valerio.castiglia@policlinico.pa.it>, MACALUSO FRANCESCO <f.macaluso@polygon.eu>, COMMESSA GIACCONE PALERMO PA012 <pa007@polygon.eu>, Giulia GG. Gatto <g.gatto@polygon.eu>, MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>, CARMELO LANZA <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>, ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>, GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisenda@policlinico.pa.it>

Si fa presente che i beni riscontrati sono ancora presenti sul libro cespiti Aziendale, alcuni per mancanza di proposta di dismissione (POLYGON), altri per mancanza di formale richiesta (modello B) da parte del Responsabile dell'Unità Operativa, ove è ubicato il cespite.

In allegato quanto riscontrato.
Distinti saluti.

Il giorno lun 1 giu 2026 alle ore 09:00 ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it> ha scritto:
Alla C/A U.O.C. Patrimonio
Buongiorno,
relativamente alle apparecchiature sotto indicate:

SIC	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	MODELLO	SERIAL NUMBER	REPARTO UBICAZIONE	PIANO/LOCALE	Edificio	STATO APPARECCHIATURA	CENTRO DI COSTO (CDC)	DESCRIZIONE CDC
2142	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443524	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3397	ELETTROCARDIOGRAFO	ESAOTE SPA	P 80 POWER	20715	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3414	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443482	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3453	POMPA A SIRINGA	CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL	ALARIS CC	800352427	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	49.01.0	UOC Terapia intensiva
3496	MONITOR	SCHILLER AG	ARGUS TM 7	710 01145	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3514	BETA/GAMMA DETECTOR	NEOPROBE CORP	NEOPROBE 2000	051963385	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3549	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	MAQUET GMBH & CO KG	THERMOMAQUET 2000	1670	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3603	MONITOR	SCHILLER AG	TM 7	71001704	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico

3660	MICROSCOPIO OPERATORIO	ZEISS CARL	OPMI 1 FC	305920	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3666	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL	US00443538	EX UROLOGIA S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	43.01.0	UOC Urologia
3811	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	FUKUDA DENSHI CO LTD	UF 4300 R	34040345	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
3812	SONDA ECOGRAFICA	FUKUDA DENSHI CO LTD	FUT-LS386-9A	33140184	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
4592	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	SIEMENS AG	SERVO VENTILATOR 900 D	90218	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico
8393	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	NICAL SPA	NF17F2AID	22598	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	69.01.0	UOC Diagnostica per immagini

con la presente, al fine di dare seguito a quanto disposto per l' EDIFICIO 13 da parte della Direzione, si chiede se per le medesime siano presenti delibere di fuori uso al fine di dare seguito agli adempimenti consequenziali relativi allo smaltimento.
A tal proposito si rimettono le proposte di dismissione in possesso di questo ufficio per alcune delle apparecchiature di cui all'elenco.

ALLA C/A DITTA POLYGON SPA
Si comunica che, a seguito di controllo sul sistema informativo coswin, per le apparecchiature di cui all'elenco sopra, non risultano consultabili le proposte di dismissione dei seguenti SIC:
- SIC0003414 -SIC0003496- SIC0003549-SIC0003603-SIC0003660-SIC0003811-SIC0003812-SIC0004592
Si chiede l'invio immediato delle proposte di dismissione in questione

Si resta in attesa di Vs. gentile riscontro.
Cordialmente

Ing. Antonella Federico
Ingegnere Clinico - Area Tecnica
A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo
Via del Vespro, 129
10127 - Palermo
tel.: 091.655.3010

 MAIL DEL 01-06.2026.xlsx

13K

SIC	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	MODELLO	SERIAL NUMBER	REPARTO UBICAZIONE	PIANO/ LOCALE	Edificio	STATO APPARECCHIA- TURA	CENTRO DI COSTO (CDC)	DESCRIZIONE CDC	N° INV.	PROT. TITULUS
2142	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTAR T XL	US00443524	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico	INV/11770	31029/23
3397	ELETTROCARDIOGRAFO	ESAOTE SPA	P 80 POWER	20715	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico	A01/1661	DISMISS. 2004
3414	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTAR T XL	US00443482	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico	INV/12985	3102/23
3453	POMPA A SIRINGA	CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL	ALARIS CC	800352427	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	49.01.0	UOC Terapia intensiva	INV/16806	16387/23
3496	MONITOR	SCHILLER AG	ARGUS TM 7	710 01145	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico	NO AZI	
3514	BETA/GAMMA DETECTOR	NEOPROBE CORP	NEOPROBE 2000	51963385	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico	NO AZI	44859/22
3549	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	MAQUET GMBH & CO KG	THERMOM AQUET 2000	1670	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico	INV/1670	
3603	MONITOR	SCHILLER AG	TM 7	71001704	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico	NO AZI	
3660	MICROSCOPIO OPERATORIO	ZEISS CARL	OPMI 1 FC	305920	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico	NO AZI	
3666	DEFIBRILLATORE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTAR T XL	US00443538	EX UROLOGIA S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	43.01.0	UOC Urologia	INV/11841	51917/23
3811	ECOTOMOGRFO PORTATILE	FUKUDA DENSHI CO LTD	UF 4300 R	34040345	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico	INV/1280	
3812	SONDA ECOGRAFICA	FUKUDA DENSHI CO LTD	FUT-LS386- 9A	33140184	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico	ACCESS. INV/1280	
4592	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	SIEMENS AG	SERVO VENTILATO R 900 D	90218	ENDOSCOPIA	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	09.07.0	UOC Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico	NO AZI	
8393	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	NICAL SPA	NF17F2AID	22598	BREAST UNIT - S.O.	PIANO 3,	[13]	FUORI USO	69.01.0	UOC Diagnostica per immagini	NO AZI	

COPERTINA FAX

A:
Servizio di Ingegneria Clinica

DA:
Tecnologie Sanitarie

C/A
Ing. Flavia Costa

02/07/2014

FAX
3250

PAGINE INCLUSA LA COPERTINA:
1+ 4

TEL

RIF MITTENTE:
GG/414/2014

OGGETTO

**Proposta di dismissione per n.2
apparecchiature tipologia MONITOR,
marca SCHILLER AG, modello ARGUS TM
7, s/n 710.01704/71001145 e SIC 03603 e
SIC 03496 ubicatoe presso il reparto di
Chirurgia Oncologica**

☐ Urgente ☐ Da approvare ☐ Vs. commenti ☐ RSVP ☐ Da inoltrare

NOTE/COMMENTI

Prot. n. GG/414/2014
Palermo 02/07/2014

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna
Ing. Costa Flavia

OGGETTO: Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, convenzione CONSIP SIGAE2. Proposta di dismissione per n.2 apparecchiature tipologia MONITOR, marca SCHILLER AG, modello ARGUS TM 7, s/n 710.01704/71001145 e SIC 03603 e SIC 03496 ubicate presso il reparto di Chirurgia Oncologica

In occasione dello svolgimento della Ns. attività di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature su in oggetto, siamo con la presente a comunicare quanto segue.

Il Ns. personale tecnico, ha riscontrato le apparecchiature prive di cavo ecg completo e di bracciale con tubo della pressione non invasiva, pertanto la necessità di acquistare gli stessi.

La ditta Ce.as.t, assistenza tecnica specializzata, contattata dalla scrivente per la fornitura delle su esposte parti di ricambio, ha comunicato che causa la vetustà, la stessa non è più in produzione e pertanto non sono più commercializzati i pezzi di ricambio.

Preso atto che la comunicazione di cui sopra evidenzia la non riparabilità dell'apparecchiatura in questione, con la presente, siamo a proporVi la dismissione.


Vi chiediamo di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso delle stesse.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

ALLEGATO:

n.2 pag verbale di lavoro tecnico TS
n.1 pag. comunicazione ditta Ce.as.t

Il Responsabile di Commessa


_____

REG. N. 3156
UNI EN ISO
9001:2000

00144 Roma - via Laurentina n. 456/458 - P.IVA e iscr. R.I. 06915071002

Telefoni: 39.06544081 – Fax 39.0654408214 - R.E.A. n° 998707 – Cap.Soc. € 6.000.000,00 i.v.

Rapporto Tecnico	
Numero	Data
284406	30/5/14

Cliente ADOLFOLLMG P. GIACCONE		Compagnia PAZZI		Ordine Nr.	Dal 30/5/14	Tecnica Esecuzione Intervento A. CATANIA	
Indirizzo CHIRURGIA ONCOLOGICA		Cognome PAZZI		Richiesta Intervento ☐ FAX ☐ Telefax/Modem ☐ Verbale/Telefonica ☐ Relazione/Lettera ☐ Preventivo		Tipologia Servizio ☐ Manutenzione Ordinaria ☒ Manutenzione Straordinaria ☐ Installazione/Collauda ☐ Verifica C.E.I. 62.5 ☐ Verifica C.E.I. Particolare	
Città PALEMO		Codice Inventario 3603		Garanzia ☐ Pronto Intervento ☐		Controlli / Verifiche ☐ Tensione Alimentazione ☐ Cavo Alimentazione ☐ Cavetterie e Connettori ☐ Terra di Protezione ☐ Allarmi/Sistemi di Sicurezza ☐ Sorgente Elettrica Interna ☐ Sistema Ottico ☐ Sistema Meccanico ☐ Sistema Pneumatico ☐ Circuito Idraulico ☐ Indicatori e Spie Luminose ☐ Tarature/Calibrazioni ☐ Filtri ☐ Temperatura App. ☐ Sonde/Elettrodi/Sensori ☐ Software ☐ Hardware ☐ Pulizia Esterna ☐ Op. Comandi Acc. Operatore ☐ Prove di Funzionamento	
In Fase di IN FASE DI R.S. DISCONTA APPARECCHIATURA		Scheda SPROVVISTA DI CAVO ECG COMPLETO ED BRACCIALE CONTUBO		Elettrodi ☐ Elettrico ☐ Meccanico ☐ Idraulico ☐ Elettronico ☐ Pneumatico ☐ Altro		Intervento ultimato ☒ SÌ ☐ NO	
Scheda DELLA PRESSIONE INVASIVA.		Scheda SIPROVVISTA PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE		CC CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Necessità Ricambi ☐ Riparazione in Laboratorio ☐	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30	
Scheda CC 30/5/14 15.30 ÷ 16.30		Scheda CC 3					

CE.AS.T. s.n.c.
di DI PRIMA GIOVANNI & C.



Agenzia **@saote**

via P. Veronese, 5 - 90145 PALERMO
tel. 091229116 - 0916859880
FAX 091227547
Email ccastpa@virgilio.it

Palermo 23 giugno 2014

Spett.le
Tecnologie Sanitarie
PALERMO

Ns prot. N° 41/LC del 19/06/14

Oggetto . Vs. rif. Pa007/247/14

In riferimento all'oggetto desideriamo informarVi che il materiale di ricambio per l'apparecchiatura TM/7 Schiller s/n 71001704/71001145, non è più reperibile causa obsolescenza tecnologica.

Ultima apparecchiatura prodotta nell'anno 2005.

Tale circostanza ci induce a proporre la sostituzione dei vecchi prodotti con l'acquisto di quelli di nuova generazione, che rispondono in termini di sicurezza alle più recenti normative europee. In quest'ottica il nostro ufficio commerciale Vi potrà offrire interessanti proposte di vendita.

Con l'augurio di farVi cosa gradita siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento


CE.AS.T. snc
L'amministratore

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 02/07/2014 15:28
 NOME :
 FAX :
 TEL :
 SER. # : 000A0N285369

DATA, ORA	02/07 15:26
FAX N. / NOME	3250
DURATA	00:02:35
PAGINE	05
RISULT	OK
MODO	STANDARD
	ECM



COPERTINA FAX

A:	DA:
Servizio di Ingegneria Clinica	Tecnologie Sanitarie
C/A	02/07/2014
Ing. Flavia Costa	
FAX	PAGINE INCLUSA LA COPERTINA:
3250	1+ 4
TEL	RIF MITTENTE:
	GG/414/2014
OGGETTO	

**Proposta di dismissione per n.2
 apparecchiature tipologia MONITOR,
 marca SCHILLER AG. modello ARGUS TM
 7, s/n 710.01704/71001145 e SIC 03603 e
 SIC 03496 ubicatoe presso il reparto di
 Chirurgia Oncologica**

☐ Urgente ☐ Da approvare ☐ Vs. commenti ☐ RSVP ☐ Da inoltrare

NOTE/COMMENTI

Prot. n. GG/431/2017
Palermo 14/11/2017

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna
Ing. Alessandro Ungaro

OGGETTO: Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, convenzione CONSIP SIGAE2. Proposta di dismissione per n. 7 apparecchiature tipologia VENTILATORE POLMONARE, marca MAQUET, modello SERVO 900 e ubicate presso l'A.O.U.P P. Giaccone

In occasione dello svolgimento della nostra attività di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature in oggetto, il nostro personale tecnico ha riscontrato la necessità di sostituire il kit di manutenzione, pertanto la necessità di contattare casa madre.

La ditta Maquet, contattata dalla scrivente per la fornitura dei kit di manutenzione periodica, ha comunicato che le stesse sono fuori supporto e pertanto non sono più disponibili parti di ricambio in magazzino, come da comunicazione in allegato alla presente.

Preso atto della Dichiarazione di End of Life delle apparecchiature in questione, con la presente, siamo a proporVi la dismissione, in quanto ci risulta impossibile garantire sicurezza ed efficienza delle stesse.

Vi chiediamo di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso delle stesse.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile di Commessa



SINCERT



REG. N. 3156
UNI EN ISO
9001:2000

00144 Roma - via Laurentina n. 456/458 - P.IVA e iscr. R.I. 06915071002

Telefoni: 39.06544081 – Fax 39.0654408214 - R.E.A. n° 998707 – Cap.Soc. € 6.000.000,00 i.v.

Roma, 10 novembre 2017



Maquet S.p.A. | Via Gozzano 14 | 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Spett.le
Tecnologie Sanitarie SpA
c/o Policlinico Giaccone Palermo

Comunicazione di fuori supporto per apparecchiature Maquet modelli della famiglia SV 300, SV900, sistemi di anestesia KION E VENTILATORI 710.

In riferimento all'oggetto, con la presente informiamo che per i ventilatori polmonari e da anestesia indicati in oggetto, la cui produzione è terminata a marzo del 2004, la reperibilità delle parti di ricambio e consumabili dedicati è pressoché quasi esaurita e pertanto non è più possibile garantire il supporto tecnico sui suddetti modelli.

Si invita pertanto il vs. Ente ad attivare le opportune procedure per prevedere la sostituzione delle stesse laddove se ne riscontrasse la necessità. In tale ambito Maquet vi può offrire numerose soluzioni al fine di garantire la continuità clinica ed il consueto supporto tecnico qualificato.

Per ulteriori delucidazioni e soluzioni alternative si prega di contattare eventualmente il nostro venditore di zona.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Dr. Ing. Marco Bissoli

Società Unipersonale Soggetta alla direzione e coordinamento di Getinge AB (Svezia) Capitale sociale: Euro 2.500.000 i.v.
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 05506871002, C.C.I.A.A. 94218/98 Roma R.E.A. 894551 Roma
Banca Nazionale del Lavoro – BNPPGROUP- IBAN: IT53N01005016000000007737

Getinge S.p.A.
Via Giacomo Peroni, 400-402
00131 Roma
Tel. +39 06 65663.1
Fax +39 06 65663.205

Tel. +39 06 65663.int
nome.cognome@getinge.com
www.getinge.com



ISO 9001-2008
N. 140SGQ05
ISO 13485-2012
N. 140DM05

Page 1 of 1

Modulo	
Codice	Rev
MD BN 1/E	01

TECNOLOGIE SANITARIE S.p.A

Via Laurentina, 456/458 - 00144 ROMA - Tel. 06.544081 (Centralino)
Telefoni Diretti 06.54408212 - 06.54408231 / Fax. 06.54408214 - 06.54408234

Rapporto Tecnico	
Numero	Data
378781	16-11-17

Cliente		Commessa	Ordine Nr.	Del	Tecnico Esecuzione Intervento	
A.O. P.		PA002		16-11-17	PCANCCS	
Ubicazione			Richiesta Intervento		Tipologia Servizio	
Reparto	ORT.		☐ FAX ☐ Telefax/Modem ☐ Verbale/Telefonica ☐ Relazione/Lettera ☐ Preventivo		☐ Manutenzione Ordinaria ☒ Manutenzione Straordinaria ☐ Installazione/Colloquio ☐ Verifica C.E.I. 62.5 ☐ Verifica C.E.I. Particolare	
Via						
Città						
Apparecchio	Modello/Matricola		Codice inventario		☐ Garanzia ☐ Pronto Intervento ☐	
APP - X Anestesia	Servo 900		5315			
Intervento Richiesto	Sostituzione W.C. dopo M.O.				Controlli / Verifiche	
					☐ Tensione Alimentazione ☐ Cavo Alimentazione ☐ Cavetterie e Connettori ☐ Terra di Protezione ☐ Allarmi/Sistemi di Sicurezza ☐ Sorgente Elettrica Interna ☐ Sistema Ottico ☐ Sistema Meccanico ☐ Sistema Pneumatico ☐ Circuito Idraulico ☐ Indicatori e Spie Luminose ☐ Tarature/Calibrazioni ☐ Filtri ☐ Temperatura App. ☐ Sonde/Elettrodi/Sensori ☐ Software ☐ Hardware ☐ Pulizia Esterna ☐ Op. Comandi Acc. Operatore ☐ Prove di Funzionamento	
Tipo di Guasto: ☐ Elettrico ☐ Meccanico ☐ Idraulico ☐ Elettronico ☐ Pneumatico ☐ Altro						
Lavoro Eseguito						
Dopo intervento di M.O. cose modificate e W.C. manutenzione, per l'opera in oggetto. Dopo intervento, si comunica al Sici, la proposta di dismissione dello stesso						
Materiali di Ricambi Utilizzati						
Codice	Descrizione		N. Matricola/Quantità			
APPARECCHIATURA DISINFETTATA: SI ☐ NO ☐ Vedi Note						
Note: Non conformità Apparecchi e Materiali						
DTC	ORC	DII	OII	DFI	OFI	Attestazione 1° int. Effettuato
		16-11-17	11:30	16-11-17	11:45	
Esecuzione intervento					Cliente - Conferma Buon Esito Lavori	Verifica Esecuzione
Funzione	Firma	Funzione		Firma e Timbro	Funzione	Firma
TL	PCANCCS				CC	



Modulo	
Codice	Rev
MD BN 1/E	01

TECNOLOGIE SANITARIE S.p.A

Via Laurentina, 456/458 - 00144 ROMA - Tel. 06.544081 (Centralino)
Telefoni Diretti 06.54408212 - 06.54408231 / Fax. 06.54408214 - 06.54408234

Rapporto Tecnico	
Numero	Data
378783	16.11.12

Cliente	Commessa	Ordine Nr.	Del	Tecnico Esecuzione Intervento
A.O.U.P.	PA007		16.11.12	ACANCIS
Ubicazione		Richiesta Intervento	Tipologia Servizio	
Reparto	PS.	☐ FAX	☐ Manutenzione Ordinaria	
Via		☐ Telefax/Modem	☐ Manutenzione Straordinaria	
Città		☐ Verbale/Telefonica	☐ Installazione/Colloquio	
		☐ Relazione/Lettera	☐ Verifica C.E.I. 62.5	
		☐ Preventivo	☐ Verifica C.E.I. Particolare	

Apparecchio	Modello/Matricola	Codice inventario
VENT. Polm.	Servo 900	2654.

Intervento Richiesto	Controlli / Verifiche
Sostituzione KIT dopo M.O.	☐ Garanzia
	☐ Pronto Intervento
	☐

Tipo di Guasto:	☐ Elettrico ☐ Meccanico ☐ Idraulico ☐ Elettronico ☐ Pneumatico ☐ Altro
-----------------	--

Lavoro Eseguito	Seguendo il M.O. Casanova
-----------------	---------------------------

Si comunica che parti di ricambio e KIT Manutenzione non sono più reperibili per l'opp. in oggetto.
Pertanto si comunica al Sici, la proposta di dismissione delle stesse.

Materiali di Ricambi Utilizzati

Codice	Descrizione	N. Matricola/Quantità

APPARECCHIATURA DISINFETTATA:	SI ☐ NO ☐	Vedi Note
-------------------------------	---	-----------

Note: Non conformità Apparecchi e Materiali

Dati Intervento						
Ore Lavoro						
Ore Viaggio						
☐ Diritto di Chiamata						
☐ Trasferta						
B.A.M. Entrata						
B.A.M. Uscita						
DTC	ORC	DII	OII	DFI	OFI	Attestazione 1° int. Effettuato
		16.11.12	9:30	16.11.12	10:00	

Esecuzione intervento		Cliente - Conferma Buon Esito Lavori		Verifica Esecuzione	
Funzione	Firma	Funzione	Firma e Timbro	Funzione	Firma
TL	Dean Cas		G. B. Mer	CC	



Modulo	
Codice	Rev
MD BN 1/E	01

TECNOLOGIE SANITARIE S.p.A

Via Laurentina, 456/458 - 00144 ROMA - Tel. 06.544081 (Centralino)
Telefoni Diretti 06.54408212 - 06.54408231 / Fax. 06.54408214 - 06.54408234

Rapporto Tecnico	
Numero	Data
378784	16-11-17

Cliente		Commessa	Ordine Nr.	Del	Tecnico Esecuzione Intervento	
A OUP		PA007		16-11-17	PCIANC-S	
Ubicazione		Richiesta Intervento			Tipologia Servizio	
Reparto		☐ FAX			☐ Manutenzione Ordinaria	
Via		☐ Telefax/Modem			☒ Manutenzione Straordinaria	
Città		☐ Verbale/Telefonica			☐ Installazione/Colloquio	
		☐ Relazione/Lettera			☐ Verifica C.E.I. 62.5	
		☐ Preventivo			☐ Verifica C.E.I. Particolare	
Apparecchio		Modello/Matricola	Codice inventario		☐ Garanzia	
APP. X		Servizio 800	3558		☐ Pronto Intervento	
A. n. 1000			3576		☐	
Intervento Richiesto		Sostituzione kit dopo M.O.			Controlli / Verifiche	
Tipo di Guasto:		☐ Elettrico ☐ Meccanico ☐ Idraulico ☐ Elettronico ☐ Pneumatico ☐ Altro			☐ Tensione Alimentazione	
Lavoro Eseguito		O. seguito A. M.O. Casanovi			☐ Cavo Alimentazione	
C. comunicare che non sono più reperibili		parti di ricambio e kit di manutenzione.			☐ Cavetterie e Connettori	
Pertanto, si propone al Sig. la		dismissione delle stesse.			☐ Terra di Protezione	
					☐ Allarmi/Sistemi di Sicurezza	
					☐ Sorgente Elettrica Interna	
					☐ Sistema Ottico	
					☐ Sistema Meccanico	
					☐ Sistema Pneumatico	
					☐ Circuito Idraulico	
					☐ Indicatori e Spie Luminose	
					☐ Tarature/Calibrazioni	
					☐ Filtri	
					☐ Temperatura App.	
					☐ Sonde/Elettrodi/Sensori	
					☐ Software	
					☐ Hardware	
					☐ Pulizia Esterna	
					☐ Op. Comandi Acc. Operatore	
					☐ Prove di Funzionamento	
Materiali di Ricambi Utilizzati					Intervento ultimato SI ☐ NO ☐	
Codice	Descrizione	N. Matricola/Quantità			☐ Necessità Ricambi	
					☐ Riparazione in Laboratorio	
					☐	
APPARECCHIATURA DISINFETTATA: SI ☐ NO ☐ Vedi Note					Dati Intervento	
Note: Non conformità Apparecchi e Materiali					Ore Lavoro	
					Ore Viaggio	
					☐ Diritto di Chiamata	
					☐ Trasferta	
DTC	ORC	DII	OII	DFI	OFI	Attestazione 1° int. Effettuato
		16-11-17	13:15	16-11-17	13:40	
Esecuzione intervento					Verifica Esecuzione	
Funzione	Firma	Cliente - Conferma Buon Esito Lavori			Funzione	Firma
TL	Ronces	Souhfe			CC	



Modulo	
Codice	Rev
MD BN 1/E	01

TECNOLOGIE SANITARIE S.p.A

Via Laurentina, 456/458 - 00144 ROMA - Tel. 06.544081 (Centralino)
Telefoni Diretti 06.54408212 - 06.54408231 / Fax. 06.54408214 - 06.54408234

Rapporto Tecnico	
Numero	Data
378780	16.11.17

Cliente A.O.U.P.		Commessa PA002	Ordine Nr.	Del 16.11.17	Tecnico Esecuzione Intervento P. ANCO
Ubicazione	Reparto C. PEDIATRICA		Richiesta Intervento		Tipologia Servizio
			☐ FAX ☐ Telefax/Modem ☐ Verbale/Telefonica ☐ Relazione/Lettera ☐ Preventivo		☐ Manutenzione Ordinaria ☐ Manutenzione Straordinaria ☐ Installazione/Colloquio ☐ Verifica C.E.I. 62.5 ☐ Verifica C.E.I. Particolare
Via	Città		Apparecchio VERI POLM; APP-X Anestesia		Modello/Matricola Servo 900
Codice inventario Sic 341 Sic 543		Intervento Richiesto Sostituzione WIT dopo M.O.			
Tipo di Guasto:		☐ Elettrico ☐ Meccanico ☐ Idraulico ☐ Elettronico ☐ Pneumatico ☐ Altro			
Lavoro Eseguito		È seguito il M.O., come si comunica che non sono più necessari ricambi e WIT di man- tenzione. Per questo l'app. in oggetto per questo si propone al Sic. la dis- missione dello stesso.			
Materiali di Ricambi Utilizzati					
Codice	Descrizione		N. Matricola/Quantità		
APPARECCHIATURA DISINFETTATA: SI ☐ NO ☐ Vedi Note					
Note: Non conformità Apparecchi e Materiali					
Dati Intervento					
Ore Lavoro					
Ore Viaggio					
☐ Diritto di Chiamata					
☐ Trasferta					
B.A.M. Entrata					
B.A.M. Uscita					
Attestazione 1° int. Effettuato					
DTC	ORC	DII	OII	DFI	OFI
		16.11.17	10.30	16.11.17	11.00
Azienda Ospedaliera Universitaria "P. Giaccone"					
Esecuzione intervento		Cliente - Conferma Buono Esito		Verifica Esecuzione	
Funzione	Firma	Funzione	Firma e Timbro	Funzione	Firma
TL	P. ANCO		M. G. Corsello	CC	

Modulo	
Codice	Rev
MD BN 1/E	01

TECNOLOGIE SANITARIE S.p.A

Via Laurentina, 456/458 - 00144 ROMA - Tel. 06.544081 (Centralino)
Telefoni Diretti 06.54408212 - 06.54408231 / Fax. 06.54408214 - 06.54408234

Rapporto Tecnico	
Numero	Data
378785	11/11/17

Cliente		Commessa	Ordine Nr.	Del	Tecnico Esecuzione Intervento		
ADUP		RA002		11/11/17	MASS		
Ubicazione			Richiesta Intervento		Tipologia Servizio		
Reparto	END. OWC.		☐ FAX ☐ Telefax/Modem ☐ Verbale/Telefonica ☐ Relazione/Lettera ☐ Preventivo		☐ Manutenzione Ordinaria ☒ Manutenzione Straordinaria ☐ Installazione/Colloaudo ☐ Verifica C.E.I. 62.5 ☐ Verifica C.E.I. Particolare		
Via							
Città							
Apparecchio	Modello/Matricola		Codice inventario		☐ Garanzia ☐ Pronto Intervento ☐		
VENT. POLM. Sensus 800 4592							
Intervento Richiesto	Sostituzione KIT dopo M.O.				Controlli / Verifiche		
					☐ Tensione Alimentazione ☐ Cavo Alimentazione ☐ Cavetterie e Connettori ☐ Terra di Protezione ☐ Allarmi/Sistemi di Sicurezza ☐ Sorgente Elettrica Interna ☐ Sistema Ottico ☐ Sistema Meccanico ☐ Sistema Pneumatico ☐ Circuito Idraulico ☐ Indicatori e Spie Luminose ☐ Tarature/Calibrazioni ☐ Filtri ☐ Temperatura App. ☐ Sonde/Elettrodi/Sensori ☐ Software ☐ Hardware ☐ Pulizia Esterna ☐ Op. Comandi Acc. Operatore ☐ Prove di Funzionamento		
Tipo di Guasto:	☐ Elettrico ☐ Meccanico ☐ Idraulico ☐ Elettronico ☐ Pneumatico ☐ Altro				Intervento ultimato SI ☐ NO ☐		
Lavoro Eseguito	E seguito a M.O. Casanovi Comunicato che non sono più reperibili parti di ricambio e KIT manutenzione Pertanto, si propone al Sici. la dismissione delle stesse				☐ Necessità Ricambi ☐ Riparazione in Laboratorio ☐		
Materiali di Ricambi Utilizzati					Dati Intervento		
Codice	Descrizione		N. Matricola/Quantità		Ore Lavoro		
					Ore Viaggio		
					☐ Diritto di Chiamata		
					☐ Trasferta		
					B.A.M. Entrata		
					B.A.M. Uscita		
APPARECCHIATURA DISINFETTATA: SI ☐ NO ☐ Vedi Note							
Note: Non conformità Apparecchi e Materiali							
DTC	ORC	DII	OII	DFI	OFI	Attestazione 1° int. Effettuato	
		11/11/17	13:45	11/11/17	11:00		
Esecuzione intervento					Cliente - Conferma Buon Esito Lavori	Verifica Esecuzione	
Funzione	Firma		Funzione	Firma e Timbro		Funzione	Firma
TL	P. Mass			[Firma]		CC	

COPERTINA FAX

A:
Servizio di Ingegneria Clinica

DA:
Tecnologie Sanitarie

C/A
Ing. Flavia Costa

28/10/2014

FAX
3250

PAGINE INCLUSA LA COPERTINA:
1+ 5

TEL

RIF MITTENTE:
GG/625/2014

OGGETTO

Proposta dismissione apparecchiatura tipologia
APPARECCHIO PER TERMOREGOLAZIONE
CORPOREA, marca MAQUET, modello
THERMOMAQUET 200, s/n 1670 e SIC 03549
ubicato presso il reparto di Chirurgia
Oncologica

☐ Urgente ☐ Da approvare ☐ Vs. commenti ☐ RSVP ☐ Da inoltrare

NOTE/COMMENTI

Prot. n. GG/625/2014
Palermo 28/10/2014

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna
Ing. Costa Flavia

OGGETTO: Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, convenzione CONSIP SIGAE2. Proposta dismissione apparecchiatura tipologia APPARECCHIO PER TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, marca MAQUET, modello THERMOMAQUET 200, s/n 1670 e SIC 03549 ubicato presso il reparto di Chirurgia Oncologica

Facendo seguito alla comunicazione rif. Vs prot. n.1478 del 26/08/2014, concernente la richiesta di eseguire verifiche di sicurezza elettrica e funzionali a seguito dei lavori di ristrutturazione presso le sale operatorie del plesso dell'U.O.C. di Chirurgia Oncologica, con la presente siamo a comunicare quanto segue.

Il nostro personale tecnico ha riscontrato sulla parte applicata, più precisamente sul materassino dell'apparecchiatura in oggetto, elevate correnti di dispersione e pertanto la necessità di ritirare lo stesso presso i nostri laboratori.

L'assistenza tecnica di zona, la ditta Medicina, contattata dalla scrivente per la fornitura di un materassino della medesima marca e modello, ha comunicato che causa la vetustà lo stesso non è più fornibile.

Preso atto che la comunicazione di cui sopra evidenzia la non riparabilità dell'apparecchiatura in questione, con la presente, siamo a proporVi la dismissione.

Vi chiediamo di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

ALLEGATO:

- n.1 pag verbale di lavoro tecnico TS
- n.1 pag comunicazione ditta Medicina
- n.2 pag. vse

Il Responsabile di Commessa



SINCERT



REG. N. 3156
UNI EN ISO
9001:2000

00144 Roma - via Laurentina n. 456/458 - P.IVA e iscr. R.I. 06915071002

Telefoni: 39.06544081 – Fax 39.0654408214 - R.E.A. n° 998707 – Cap.Soc. € 6.000.000,00 i.v.

Scheda di verifica in base alle norme generali per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali

CEI 62-5

Fascicolo 8858 - CEI EN 60601-1:2007-05

CLIENTE: **AOSP**

DATA: **28/8/16**

Nr. VERIFICA		APPARECCHIO	APP. PEN
Nr. STB	035GP		TERMONEGOLOZIONE
Nr. INV. Azienda Osp.		Codice CIVAB	COMPONEA

Presidio	Centro di Costo di proprietà	Centro di costo di ubicazione	Ubicazione
AOSP			CH. ONCOLOGICA
Apparecchio	Produttore	Modello	Matricola
APP. PEN TERMONEG COMPONEA	MAQUET	TERMOMASQUET 200	1670
Marchio	Data consegna	Data collaudo	Data fuori uso
CE			
			Stato conservazione

IDENTIFICAZIONE

Classe	Serigrafia	Tipo	Serigrafia	Parte applicata
II	8	CE	8	8

SERIGRAFIE ALIMENTAZIONE

Monofase	Tensione di alimentazione (V)	Potenza assorbita	Indicazione 0/1 su interruttore
9	260V	75 W	4

CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE

Installazione permanente	Da alimentatore o trasformatore
NO	NO

PRESE AUSILIARIE

Numero prese	Prese compatibili spine alimentazione

SPINA

Tipo	Corrente max (A)
P2	16
Marchio	Compatibilità con le prese
IND	8

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Sovracorrenti	Accessibili
Nr. poli protetti	Tipo → Automatici
→ Fusibili	Valore
8	5x20
Serigrafia	Contatti diretti
8	4
Pericoli meccanici	Temperature eccessive
8	4

CAVO

Separabile	Bloccaggio dell'involucro	Integrità dell'isolamento	Protez. attrav. l'involucro
NO	8	8	8

Scheda di verifica in base alle norme generali per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali

CEI 62-5

Fascicolo 8858 - CEI EN 60601-1:2007-05

CLIENTE: **AQSP**

DATA: **28/8/16**

Nr. VERIFICA		APPARECCHIO	APP. PER
Nr. STB	03SC9		TERMIN. CONFORME
Nr. INV. Azienda Osp.		Codice CIVAB	

PARAMETRI

RESISTENZA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE E DESCRIZIONE		
R1 (ohm)	R2 (ohm)	R3 (ohm)

CORRENTI DI DISPERSIONE E AUSILIARIE PERMANENTI (Valori in microAmpere)

TIPO DI PARTE APPLICATA	CF			ULTERIORI PARTI APPLICATE					
	N.C.	S.F.C.	S.F.C.A.	Tipo: Serigrafia:			Tipo: Serigrafia:		
Dispersione verso terra				N.C.	S.F.C.	S.F.C.A.	N.C.	S.F.C.	S.F.C.A.
Dispersione nell'involucro	0	0							
Dispersione nel paziente	10	12	456						
Ausiliaria nel paziente									

MOTIVI DI NON CONFORMITA'


INTERVENTI NECESSARI

FWKE 601 PRO

STRUMENTI UTILIZZATI PER LE PROVE

NOTE

CONSTATAZIONE Data 28/8/16 Codice verificatore 51 GIUDIZIO NON IDONEO	Timbro e firma Tecnologie Sanitarie SpA Via Laurentina 456/458 00144 Roma P.Iva 06915071002
--	--



medicina s.a.s.
di Manlio Morgana & C.
apparecchiature ospedaliere
Viale Principe Umberto, 41 90149 - Palermo
N° Reg. Imprese Palermo 16223
REA n. 84854
P.IVA 00884910821
Tel/Fax: 091-450029
E-mail: medicina2@medicinasrl1.191.it

FAX

DATA 27/10/2014

N° Pagine: 1

DA: MEDICINA S.a.s.

A: TECNOLOGIE SANITARIE

Fax 091/6552818

C.A. SIG. PRESTIGIACOMO

OGGETTO: Richiesta Materassino per Thermomaquet

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, contrariamente a quanto ci aveva comunicato, la Ditta MAQUET ITALIA S.P.A. ci informa che l'unico materassino disponibile per il Thermomaquet 2000 non è utilizzabile per l'apparecchio in Vs dotazione.

Inoltre, non essendo il Thermomaquet 2000 più in produzione da molti anni, i ricambi non sono più disponibili.

Vi informiamo con l'occasione che, in caso foste Interessati, possiamo fornirVi un nuovo apparecchio con materassino riscaldante di altra marca.

Spiacenti per il disagio, restiamo in attesa di Vs notizie in merito e porgiamo cordiali saluti

Fiammetta Morgana
Medicina S.a.s.
MEDICINA S.a.s.
di Manlio Morgana & C.
APPARECCHIATURE OSPEDALIERE
Viale Principe Umberto, 41 - 90149 Palermo
N° Reg. Imprese Palermo 16223
REA n° 84854 - P.IVA 00884910821
Tel/Fax: 091-450029
E-mail: medicina2@medicinasrl1.191.it

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 28/10/2014 11:12
 NOME : TECNOLOGIE SANITARIE
 FAX : 0916552818
 TEL : 0916552818
 SER. # : E71287G4J747662

DATA, ORA	28/10 11:10
FAX N./NOME	3250
DURATA	00:01:59
PAGINE	05
RISULT	OK
MODO	STANDARD
	ECM



COPERTINA FAX

A:	DA:
Servizio di Ingegneria Clinica	Tecnologie Sanitarie
C/A	28/10/2014
Ing. Flavia Costa	
FAX	PAGINE INCLUSA LA COPERTINA:
3250	1+5
TEL	RIF MITTENTE:
	GG/625/2014
OGGETTO	

Proposta dismissione apparecchiatura tipologia
APPARECCHIO PER TERMOREGOLAZIONE
CORPOREA, marca MAQUET, modello
THERMOMAQUET 200, s/n 1670 e SIC 03549
ubicato presso il reparto di Chirurgia
Oncologica

☐ Urgente ☐ Da approvare ☐ Vs. commenti ☐ RSVP ☐ Da inoltrare

NOTE/COMMENTI



COPERTINA FAX

A: Servizio di Ingegneria Clinica	DA: Tecnologie Sanitarie
C/A Ing Costa	04/05/2015
FAX 3250	PAGINE INCLUSA LA COPERTINA: 1+ 5
TEL	RIF MITTENTE: GG/203/2015

oggetto

**Proposta di dismissione per
l'apparecchiatura tipologia
ECOTOMOGRAFO PORTATILE, marca
FUKUDA, modello UF 4300R e SIC 03811
ubicata presso il reparto di Chirurgia
Oncologica**

☐ Urgente ☐ Da approvare ☐ Vs. commenti ☐ RSVP ☐ Da inoltrare

NOTE/COMMENTI

Prot. n. GG/203/2015
Palermo 04/05/2015

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna
Ing. Costa Flavia

OGGETTO: A.O.U. Policlinico P. Giaccone. Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, convenzione CONSIP SIGAE2. Proposta di dismissione per l'apparecchiatura tipologia ECOTOMOGRAFO PORTATILE, marca FUKUDA, modello UF 4300R e SIC 03811 ubicata presso il reparto di Chirurgia Oncologica

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in data 27/03/2015, concernente il malfunzionamento dell'apparecchiatura in oggetto, con la presente siamo a comunicare quanto segue.

Il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato il cover posteriore spaccato, pertanto la necessità di sostituirlo e la mancata accensione dell'apparecchiatura, il tutto dovuto all'urto della stessa con un'altra apparecchiatura.

L'assistenza tecnica di zona, ditta Ce.as.t, contattata dalla scrivente per la fornitura della su esposta parte di ricambio, ha comunicato che la stessa non è più in produzione e pertanto non sono più commercializzabili le parti, come si evince dalla comunicazione in allegato alla presente.

Preso atto che la comunicazione di cui sopra evidenzia la non riparabilità dell'apparecchiatura in questione, con la presente, siamo a proporVi la dismissione.

Vi chiediamo di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.


Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

ALLEGATO:

- n.1 pag verbale di lavoro tecnico TS
- n.1 pag comunicazione della ditta CE.AS.T
- n.1 pag richiesta di intervento
- n.1 pag modulo rottura accidentale

Per ricevuta

Il Responsabile di Commessa



SINGERT



REG. N. 3156
UNI EN ISO
9001:2000

00144 Roma - via Laurentina n. 456/458 - P.IVA e iscr. R.I. 06915071002

Telefoni: 39.06544081 - Fax 39.0654408214 - R.E.A. n° 998707 - Cap.Soc. € 6.000.000,00 i.v.

CE.AS.T. s.n.c.
di DI PRIMA GIOVANNI & C.

via P. Veronese, 5 - 90145 PALERMO
tel. 091229116 - 0916859880
FAX 091227547
Email ceastpa@virgilio.it



Agenzia **@saote**

Palermo 29 aprile 2015


Spett.le
Tecnologie Sanitarie
A.O.U. POLICLINICO
P. GIACCONE
Palermo

Ns prot. N° 17/SI

Oggetto . VS. RIF. PREV. PA007/149/15

In riferimento alla Vs. richiesta come da oggetto, desideriamo
informarVi che il materiale richiesto non è più disponibile
causa l'obsolescenza tecnologica dell'apparecchiatura in
questione, apparecchiatura fuori produzione dall'anno 2005.

Cordiali saluti.


CE.AS.T. snc
L'amministratore

RDL 9002
ODL 50869Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
Università degli Studi di PalermoServizi di Ingegneria Clinica
A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone

RICHIESTA DI INTERVENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICALE

Data richiesta: 27-03-15

Centro di Costo:

Unità Operativa: 0.807

Persona di riferimento: Dott. Nefel

Telefono interno: 4552

RICHIEDENTE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "PAULO" GIACCONI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Chirurgia Generale ed indirizzo Oncologico
Direttore: Prof. M.A. Lattari

IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURA

N° Inventario Tecnico

(nel caso di numero di inventario non reperibile indicare le altre informazioni)

3811

Costruttore

ENKUDAI

Descrizione Apparecchiatura

Modello

N° Matricola

DESCRIZIONE GUASTO/ RICHIESTA
(scrivere in stampatello)Cedute e cedibile si richiede
Verifica funzionamento

Il richiedente

Dott. Nefel - Dr. SCARI

Il Responsabile U.O.

Il Direttore

Prof. M.A. Lattari

Note per la compilazione:

La richiesta dovrà essere compilata in ogni sua parte firmata (in modo leggibile) dal Richiedente o dal Responsabile della U.O. o suo delegato, specificando chiaramente il N° Inventario Tecnico (etichetta nera) o, se non reperibile, descrizione dell'apparecchiatura, classe, costruttore, modello e numero di matricola.

Il presente modulo deve essere consegnato al Servizio di Ingegneria Clinica o inoltrato al numero di fax interno 5550. L'Ufficio del Servizio di Ingegneria Clinica è aperto dal Lunedì a Venerdì con orario 8:00 - 17:00.

Per informazioni Tel. interno 5550

N° Richiesta di intervento

Modulo	
Codice	Rev
MD BN 1/E	01

TECNOLOGIE SANITARIE S.p.A

Via Laurentina, 456/458 - 00144 ROMA - Tel. 06.544081 (Centralino)
 Telefoni Diretti 06.54408212 - 06.54408231 / Fax. 06.54408214 - 06.54408234

Rapporto Tecnico	
Numero	Data
310448	30/03/15

Cliente AQUA P.O. Puccinico Ambr. Orceola	Indirizzo Puccinico Ambr. Orceola	Ordine N° SIC 3841 UF 123002	Data 30/03/15	Tecnico Anzani
Richiesta Intervento ☐ FAX ☐ Telefax/Modem ☐ Verbale/Telefonica ☐ Relazione/Lettera ☐ Preventivo		Tecnologia Servizio ☐ Manutenzione Ordinaria ☒ Manutenzione Straordinaria ☐ Installazione/Colloquio ☐ Verifica C.E.I. 62.5 ☐ Verifica C.E.I. Particolare		
Motore/Motorelli ELOTOMOGUO PORTATILE KUKU		Garanzia ☐ Garanzia ☐ Pronto Intervento		
Materiali VERMACI SUMMIT A 3000 ☐ Elettrico ☐ Meccanico ☐ Idraulico ☐ Elettronico ☐ Pneumatico ☐ Altro		Verifica ☐ Tensione Alimentazione ☐ Cavo Alimentazione ☐ Cavetterie e Connettori ☐ Terra di Protezione ☐ Allarmi/Sistemi di Sicurezza ☐ Sorgente Elettrica Interna ☐ Sistema Ottico ☐ Sistema Meccanico ☐ Sistema Pneumatico ☐ Circuito Idraulico ☐ Indicatori e Spie Luminose ☐ Tarature/Calibrazioni ☐ Filtri ☐ Temperatura App. ☐ Sonde/Elettrodi/Sensori ☐ Software ☐ Hardware ☐ Pulizia Esterna ☐ Op. Comandi Acc. Operatore ☐ Prove di Funzionamento		
Note Prima visita per problemi di ritorno per ripulitura e si cambia nuovo RGA. Accensione		Intervento ☐ Intervento ☐ Intervento		
Funzione TL		Funzione CC		

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 04/05/2015 10:15
NOME : TECNOLOGIE SANITARIE
FAX : 0916552818
TEL : 0916552818
SER.# : E71287G4J747662

DATA, ORA
FAX N./NOME
DURATA
PAGINE
RISULT
MODO

04/05 10:13
3250
00:01:42
05
OK
STANDARD
ECM

TECNOLOGIE  SANITARIE

S. P. A.

COPERTINA FAX

A:
Servizio di Ingegneria Clinica

DA:
Tecnologie Sanitarie

C/A
Ing Costa

04/05/2015

FAX
3250

PAGINE INCLUSA LA COPERTINA:
1+ 5

TEL

RIF MITTENTE:
GG/203/2015

oggetto

Proposta di dismissione per
l'apparecchiatura tipologia
ECOTOMOGRFO PORTATILE, marca
FUKUDA, modello UF 4300R e SIC 03811
ubicata presso il reparto di Chirurgia
Oncologica

☐ Urgente ☐ Da approvare ☐ Vs. commenti ☐ RSVP ☐ Da inoltrare

NOTE/COMMENTI

Prot. n. 030/2020
Palermo 20/04/2020

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna
Ing. Alessandro Ungaro

OGGETTO: Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, per le aziende del SSR numero di gara 6613909, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.1014 del 08/10/2018. Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO, marca GENERAL MEDICAL MERATE SPA, modello MTHF 9 S, s/n: 19335 e sic 8389 ubicata presso la Sala Operatoria di CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in data 25/03/2020 con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato la mancata erogazione dei raggi X (- All.1 -) ed ha pertanto provveduto a richiedere l'intervento tecnico della ditta casa madre GENERAL MEDICAL MERATE SPA.

Dalla diagnostica eseguita a seguito del suddetto sopralluogo avvenuto il 26/03/2020 (- All.2 -) è emerso il guasto del monoblocco con la conseguente e necessaria sostituzione dello stesso.


La ditta GENERAL MEDICAL MERATE SPA ha però comunicato (- All.3 -) che, causa vetustà del sistema radiologico in oggetto (anno di costruzione 2001), le necessarie parti di ricambio non sono più disponibili in commercio.

Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento e obsolescenza tecnologica.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

TECNOLOGIE SANITARIE SpA
(Ing. Francesco Macaluso)



ALLEGATI

- All.1: Ns RIT 447762
- All.2: RIT GMM N. 92400
- All.3: Comunicazione irreparabilità GMM



ALLEGATO 1

TECNOLOGIE SANITARIE S.p.A						Rapporto Tecnico	
Modulo		Via Laurentina, 456/458 - 00144 ROMA - Tel. 06.544081 (Centralino)				Numero	Data
Codice	Rev	Telefoni Diretti 06.54408212 - 06.54408231 / Fax. 06.54408214 - 06.54408234				447762	25/6/20
MD BN 1/E 01							
Cliente	Commissa	Ordine Nr.	Del	Tecnico Esecuzione Intervento			
BOIP	100/12		25/6/20	M. Vella - 100/12			
Ubicazione	Reparto	Richiesta Intervento		Tipologia Servizio			
20 m.	20 m.	☐ FAX ☐ Telefax/Modem ☐ Verbale/Telefonica ☐ Relazione/Lettera ☐ Preventivo		☐ Manutenzione Ordinaria ☐ Manutenzione Straordinaria ☐ Installazione/Collauda ☐ Verifica C.E.I. 62.5 ☐ Verifica C.E.I. Particolare			
Via	Città	Apparecchio	Modello/Matricola	Codice inventario	☐ Garanzia ☐ Pronto intervento ☐		
		1B	100/12	3128			
Intervento Richiesto		Controlli / Verifiche					
		☐ Tensione Alimentazione ☐ Cavo Alimentazione ☐ Cavetteria e Connettori ☐ Terra di Protezione ☐ Allarmi/Sistemi di Sicurezza ☐ Sorgente Elettrica Interna ☐ Sistema Ottico ☐ Sistema Meccanico ☐ Sistema Pneumatico ☐ Circuito Idraulico ☐ Indicatori e Spie Luminose ☐ Tarature/Calibrazioni ☐ Filtri ☐ Temperatura App. ☐ Sonde/Elettrodi/Sensori ☐ Software ☐ Hardware ☐ Pulizia Esterna ☐ Op. Comandi Acc. Operatore ☐ Prove di Funzionamento					
Tipo di Guasto:		☐ Elettrico ☐ Meccanico ☐ Idraulico ☐ Elettronico ☐ Pneumatico ☐ Altro					
Lavoro Eseguito		6. manutenzione preventiva sistema 1B. Verifica funzionamento parti elettroniche e idrauliche. Verifica manutenzione idraulica. In seguito intervento eseguito, non è stato possibile effettuare la sostituzione nel ricambio in quanto non bastone 5 stelle Ricambio Linello. In nota redatta a fine lavoro con firma de' sign. M. Vella responsabile per nuova manutenzione. 4 pagine lavoro					
Materiali di Ricambi Utilizzati							
Codice	Descrizione	N. Matricola/Quantità					
APPARECCHIATURA DISINFETTATA:		SI ☐ NO ☐ Vedi Note					
Note: Non conformità Apparecchi e Materiali							
DTC	ORC	DII	OII	DFI	OFI	Attestazione 1° Int. Effettuato	
		25/6/20	25/6/20	1500	1500	E. Vella	
Esecuzione intervento		Cliente - Conferma Buon Esito Lavoro Firma e timbro di Urologia COD: Empam 2001603391 N. Ordine Medici PA 10732				Verifica Esecuzione	
Funzione	Firma	Funzione				Funzione	Firma
TL						CC	



S. P. A.

ALLEGATO 2



GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.

Stabilimento Sede Legale ed Amministrativa:
Via Partecipazioni 15 - 24046 SCRIVATE (BG) - ITALIA • tel. +39 035 452531 • Assistenza Tecnica fax +39 035 4525367
Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 CASSANO DELLE MURGE • BA • tel. +39 080 763121 • fax +39 080 764306
Ufficio: via Taraburchi, 78/11 - 00141 ROMA • telefono +39 06 8274437 • fax +39 06 8274455
Partita I.V.A. Codice Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164
Mincom N. BG 12002139 • Capitale Sociale € 4.850.883,00
C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 • C.C. Postale 15218241 • RAEE IT08020000000663 • Registro Imp. BG-000016
www.gmmspa.com • servizio@gmmspa.com • PEC: servizio@pec.gmmspa.com



MO 7.5/12 "Rapporto di intervento"
Versione n° 1 del 16/10/2007

Intervento tecnico				data	26/03/20
cliente	TECNOLOGIE SANITARIE			☐	in garanzia
indirizzo	AE. OSP UNIVERSITARIA POLICLINICO			☒	a fatturare
reparto	PAOLO GIACONE (PA) EMERGENZA ONCOLOGICA			☐	manutenzione convenzionata
prof.				☐	nuova installazione
agenzia				☐	altre forme
richiesta				rapporto tecnico	
data	26/3/20	☐ telef.	☐ lettera	☐ rapporto n.	
ordine cliente n.		uff.			Dopo sostituzione FUSIBILE INVERTOR SI RISPONDE MONO BLOCCO GUASTO (SCARICHE)
data concordata		ore			
guasto segnalato					
NON BRUGA RX					
apparecchi riparati				matricola	
MTHF 9S				09335	
materiale impiegato				codice	
ore impiegate					
data	dalle	alle	ore	uso interno	
26/3/20	10:00	13:00	3	ore presso il cliente	
26/3/20	09:00	10:00	1		
26/3/20	13:00	14:00	1	ore di viaggio a-r	2
				il tecnico	
				il cliente	
				Effettuati controlli funzionali applicabili secondo: I.L. 7.5/19	
				Tecnologie Sanitarie S.p.A.	
				Via Lauriana 456/458	
				00144 Roma	
				P.IVA 06915071002	
				Km vettura a-r	



UNI EN ISO 9001:2015 - REG. n°3156-A
UNI CEI EN ISO 13485:2016 - REG. n°3156-M
UNI EN ISO 14001:2015 - REG. n°3156-E
BS OHSAS 18001:2007 - REG. n°3156-I

Sede legale: Via Laurentina, 456/458 - 00142 Roma (RM) - Tel. +39.06544081 - Fax +39.0654408214
Sede operativa: Via Gaspare Gozzi, 1/A - 20129 Milano (MI) - Tel. +39.02928580 - Fax +39.0292858002
 Partita IVA e C.F. n° 06915071002 - R.E.A. n° 998707 - Cap. Soc. € 6.000.000,00 i.v.
www.tecnologiesanitariepa.com - info@tecnologiesanitariepa.com



**Spettabile**

Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
Via S. La Franca 89
90127
Palermo Pa

e.p.c.
Tecnologie Sanitarie spa
c/o Policlinico Palermo

Prot. n. 80/20/AF/af
Seriate, 20 aprile 2020

OGGETTO: Arco MTHF9S , SN19335

Con riferimento alla richiesta a mezzo mail della società Tecnologie Sanitarie SpA, con oggetto la richiesta di riparazione del sistema radiologico d'interventistica Mod. MTHF9S sn. 19335 collaudato in data 26 aprile 2001 in uso presso il Vostro servizio di Urologie, Vi segnaliamo che lo stesso non è più riparabile, per la mancanza dei ricambi necessari al ripristino del guasto riscontrato.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

General Medical Merate S.p.A.
Ufficio Assistenza Tecnica
Alessandro Faraci

General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento Sede Legale ed Amministrativa:

Via Partigiani, 25 - 24068 SERIATE - BG - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787

Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) - Tel. +39 080 775340 - fax +39 080 764306

Ufficio: via Tiraboschi, 7B/11 - 00141 ROMA - telefono +39 06 8274437 - fax +39 06 8274455

Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164

Mincomes N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 5.134.376,00 I.V.

C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE: IT08020000000663 - Registro Pile: BG-000016

www.gmmspa.com - info@gmmspa.com - Posta Certificata: rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com



Cert. N.
9120.GNM1



Cert. N.
9124.GNM2



ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>

Sic3660 edificio 13

2 messaggi

ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>

18 giugno 2026 alle ore 13:27

A: MACALUSO FRANCESCO <f.macaluso@polygon.eu>, COMMESSA GIACCONE PALERMO PA012 <pa007@polygon.eu>, "Giulia GG. Gatto" <g.gatto@polygon.eu>

Cc: MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>, CARMELO LANZA <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>, ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>, GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisenda@policlinico.pa.it>

Spett.le ditta Polygon Spa,
Come da intese telefoniche si rimane in attesa di formale riscontro per il sic in oggetto .
Cordialmente

Ing. Antonella Federico
Ingegnere Clinico - Area Tecnica
A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo
Via del Vespro, 129
10127 - Palermo
tel.: 091.655.3010

Francesco FM. Macaluso <f.macaluso@polygon.eu>

18 giugno 2026 alle ore 13:31

A: ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>, COMMESSA GIACCONE PALERMO PA018 <pa007@polygon.eu>, "Giulia GG. Gatto" <g.gatto@polygon.eu>

Cc: MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>, "carmelo.lanza@policlinico.pa.it" <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>, ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>, GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisenda@policlinico.pa.it>

Buongiorno,

Si riporta a seguire quanto già precedentemente comunicato e consultabile sul gestionale coswin

Saluti
Francesco Macaluso



<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=0c3219f6f3&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r7020924548880473480&simpl=msg-a:r3605836034899778212&simpl=msg-f:1868334211707983630>

Cell.: +39 3482412626

Polygon S.p.A.

c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"

Via del Vespro 141 – 90127 Palermo

Sede Legale Via Laurentina 456/458 – 00142 Roma

Da: ANTONELLA FEDERICO <antonella.federico@policlinico.pa.it>

Inviato: giovedì 18 giugno 2026 13:27

A: Francesco FM. Macaluso <f.macaluso@polygon.eu>; COMMESSA GIACCONE PALERMO PA018 <pa007@polygon.eu>; Giulia GG. Gatto <g.gatto@polygon.eu>

Cc: MARIKA PIA SCOZZARO <marikapia.scozzaro@policlinico.pa.it>; carmelo.lanza@policlinico.pa.it <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>; ALDO LA ROSA <aldo.larosa@policlinico.pa.it>; GIOVANNA MILISENDA <giovanna.milisenda@policlinico.pa.it>

Oggetto: Sic3660 edificio 13

[Testo tra virgolette nascosto]

Rispetta l'ambiente. Pensa prima di stampare questa e-mail

Tutte le informazioni ed i dati personali contenuti in questa comunicazione ed ogni suo eventuale allegato sono confidenziali e riservati e, comunque, destinati in via esclusiva alla visione e conoscenza del loro effettivo destinatario, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), della normativa italiana in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e dell'art. 616 del Codice Penale in materia di riservatezza della corrispondenza. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, vi invitiamo a contattare immediatamente il mittente e cancellare la comunicazione ed ogni suo allegato in quanto ne è vietata l'utilizzazione non autorizzata.

Polygon spa utilizza, oltre alle mail nominali, anche mail condivise: se si risponde ad un messaggio proveniente da una casella di posta non nominale, anche se firmato, o si invia un messaggio ad una casella di posta non nominale il contenuto potrebbe essere recapitato a più persone.