



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.C. Area Tecnica
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553002
 Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 19/06/2026

Al Direttore U.O.C. Chirurgia Generale e D'urgenza
 Prof.re Gianfranco Cocorrulo

Direttore U.O.C. Diagnostica per Immagini
 Prof.re Giuseppe Brancatello
 Dott. Marco Daricello

E, p.c. Al U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
 Sig.ra Tinaglia Epifania
 Dott. Valerio Castiglia

U.O.S.D. Radioprotezione Medica
 Ing. Alessandro D'aquila
 Dott. Gaetano Arnetta
 Dott. Gaetano Gennaro

Oggetto: Parere tecnico di dismissione per N.2 PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO, sic 0006759 e sic 0006869 ubicati presso UOC Chirurgia Generale e D'Urgenza

Relativamente alle apparecchiature di seguito elencate: .

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0006759	PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	IBIS SRL	SIMPLY L.P 3.5	042533-10-00001	U.O.C. CHIRURGIA GENERALE D'URGENZA
0006869	PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	SMAM SRL	ROLLER 30	T8270	U.O.C. CHIRURGIA GENERALE D'URGENZA

Tenuto conto che le apparecchiature sono obsolete e, preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0038520 del 18.06.2026 che si

rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015, con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione delle apparecchiature indicate in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tali beni fossero presenti nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico dei beni in oggetto. Nel caso in cui tali beni fossero di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico degli stessi sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione dei beni, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere la rimozione e lo smaltimento delle apparecchiature di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere i beni in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tali apparecchiature fossero necessarie per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Il RUP
del servizio di gestione e manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali
Geom. Carmelo Salvatore Lanza

Il Direttore dell'U.O.C. Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda

Prot. n. 145/2026

Palermo 18/06/2026

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geometra Aldo La Rosa (D.E.C.)

OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUP P. Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025.

Riscontro stato d'uso Portatili per radiografia sic 6869 e 6759 non utilizzati ed ubicati in magazzino UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza.

Facendo seguito al sopralluogo effettuato presso i locali citati in oggetto, con la presente si relaziona in merito alle apparecchiature riportate in tabella:

SIC	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
0006869	PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHO	SMAM SRL	ROLLER 30	T8270
0006759	PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHO	IBIS SRL	SIMPLY L.P 3.5	042533-10-00001

Per il PORTATILE PER RADIOGRAFIA modello ROLLER 30 inventario sic 0006869 si allega la comunicazione di obsolescenza strumentazione della ditta produttrice SMAM SRL (- All.1 -) e pertanto si consiglia di dismetterlo ufficialmente, qualora non fosse stato già fatto.

Per il PORTATILE PER RADIOGRAFIA modello SIMPLY L.P. 3.5. inventario sic 0006759 seppur la ditta produttrice ditta IBIS lo dichiara teoricamente assistibile anche se è possibile che alcuni ricambi necessitino di più tempo di approvvigionamento rispetto alle macchine attuali (- All.2 -), considerato la vetustà dello stesso (anno di installazione 2011), che non è digitale e che non permette la conservazione della dose, come comunicato dal Dott. Daricello (-All 2-), se ne consiglia ugualmente la dismissione.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, si saluta cordialmente

Polygon SpA

(Ing. Francesco Macaluso)


Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

Allegati:

- All.1: comunicazione obsolescenza SMAM
- All 2: comunicazione assistibilità IBIS
- All.3: richiesta dismissione mail Dott. Daricello

RE: Richiesta comunicazione assistibilità - SMAM ROLLER 30 (sic 0006869)

Da info <info@smam.it>

Data ven 5/6/26 10:41

A Francesco FM. Macaluso <f.macaluso@polygon.eu>

Cc COMMESSA GIACCONE PALERMO PA018 <pa007@polygon.eu>

Buongiorno,

Il roller in oggetto non è più supportato in quanto troppo obsoleto.

Per la dichiarazione end-of-life/support vi informiamo che le spese amministrative per il rilascio del documento ammontano ad Euro 120,00 + IVA.

Cordiali saluti,

--



Federico Buzzi

Customer Service

SMAM SRL

w: www.smam.it

e: federicobuzzi@smam.it

From: Francesco FM. Macaluso <f.macaluso@polygon.eu>

Sent: 04 June 2026 17:54

To: info <info@smam.it>

Cc: COMMESSA GIACCONE PALERMO PA018 <pa007@polygon.eu>

Subject: Richiesta comunicazione assistibilità - SMAM ROLLER 30 (sic 0006869)

Buon pomeriggio,

con la presente come da oggetto si chiede di comunicare se la seguente apparecchiatura è ancora supportata tecnicamente

DATI ANAGRAFICI

Nr. Inv. Ospedale		
Nr. Seriale	T8270	0006869
Civab e Modello	PRA	ROLLER 30
Costruttore	SMAM SRL	
Azienda	Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P.Giaccone	
Presidio	A.O.U. PAOLO GIACCONE	
CdC Proprietà	UOC Diagnostica per immagini	
Rep. Ubicazione	CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA	
Rif. Geografico	ZDE	
Ubicazione	PIANO 1, [04_08] MAGAZZINO	
Forma di Presenza	PROPRIETA	Numero di Ordine NPF/12
Stato Conservazione	SUFFICIENTE	Data Acquisto 29/02/2012
Compos. App.to	MASTER	Delibera 350
Stato Apparato	NON IN USO	Data Delibera 05/04/2012
CND		Bolla 113
Repertorio	NOREP	Data 24/08/2012
Data di presa in Carico		Costo d'acquisto € 19.700,00
Data Fuori Uso		Valore attuale del bene € 0,00
Criticità	CRITICA	Iva 22
Data Collaudo	30/08/2012	Data Fine Garanzia 12/09/2015
Tecnico del Collaudo		Atti
Norma Rif.to		Fornitore Assistenza Tecnica

In caso negativo si chiede, gentilmente di inoltrare Vs comunicazione di End Of Support.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione ed in attesa di un Vs riscontro, saluto cordialmente

Francesco Macaluso



Francesco Macaluso

Responsabile di Commessa

Tel.: 091-6554872

Cell.: +39 3482412626

Polygon S.p.A.

c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"

Via del Vespro 141 – 90127 Palermo

Rispetta l'ambiente. Pensa prima di stampare questa e-mail

Tutte le informazioni ed i dati personali contenuti in questa comunicazione ed ogni suo eventuale allegato sono confidenziali e riservati e, comunque, destinati in via esclusiva alla visione e conoscenza del loro effettivo destinatario, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), della normativa italiana in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e dell'art. 616 del Codice Penale in materia di riservatezza della corrispondenza. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, vi invitiamo a contattare immediatamente il mittente e cancellare la comunicazione ed ogni suo allegato in quanto ne è vietata l'utilizzazione non autorizzata.

Polygon spa utilizza, oltre alle mail nominali, anche mail condivise: se si risponde ad un messaggio proveniente da una casella di posta non nominale, anche se firmato, o si invia un messaggio ad una casella di posta non nominale il contenuto potrebbe essere recapitato a più persone.

R: Richiesta comunicazione assistibilità - IBIS SIMPLY L.P 3.5 (sic 0006759)

Da Michael Terzi - Ibis S.r.l. (Mr.) <info@ibisray.it>

Data ven 5/6/26 16:02

A Francesco FM. Macaluso <f.macaluso@polygon.eu>

Cc COMMESSA GIACCONE PALERMO PA018 <pa007@polygon.eu>

Buonasera, in linea teorica si, nonostante siano scaduti i termini di mantenimento a magazzino dei ricambi. E' possibile che alcuni ricambi necessitino di più tempo di approvvigionamento rispetto alle macchine attuali.

Cordialità



Michael Terzi

IBIS S.r.l. - I 24068 Seriate (Bergamo) - Via Cascina Bruciata 3

Phone: (+39) 035 42 36 343 Fax: (+39) 035 29 22 079

Mobile: (+39) 349 2540560

michael.terzi@ibisray.it – www.ibisray.it

Da: Francesco FM. Macaluso <f.macaluso@polygon.eu>

Inviato: giovedì 4 giugno 2026 17:51

A: Michael Terzi - Ibis S.r.l. (Mr.) <info@ibisray.it>

Cc: COMMESSA GIACCONE PALERMO PA018 <pa007@polygon.eu>

Oggetto: Richiesta comunicazione assistibilità - IBIS SIMPLY L.P 3.5 (sic 0006759)

Non ricevi spesso messaggi di posta elettronica da f.macaluso@polygon.eu. [Scopri perché è importante](#)

Buon pomeriggio,

con la presente come da oggetto si chiede di comunicare se la seguente apparecchiatura è ancora supportata tecnicamente


 STB 0006759 - PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO
 0006759_1 - COMPLESSO RADIOGENO

DATI ANAGRAFICI

Nr. Inv. Ospedale		
Nr. Seriale	042533-10-00001	0006759
Civab e Modello	PRA	SIMPLY L.P. 3.5
Costruttore	IBIS SRL	
Azienda	Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P.Giaccone	
Presidio	A.O.U. PAOLO GIACCONE	
CdC Proprietà	UOC Diagnostica per immagini	
Rep. Ubicazione	CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA	
Rif.Geografico	ZDE	
Ubicazione	PIANO 1, [04.08] CORRIDOIO	
Forma di Presenza	PROPRIETA	Numero di Ordine
Stato Conservazione	SUFFICIENTE	Data Acquisto
Compos. App.to	MASTER	Delibera
Stato Apparato	NON IN USO	Data Delibera
CND		Bolla
Repertorio	NOREP	Data
Data di presa in Carico		Costo d'acquisto
Data Fuori Uso		Valore attuale del bene
Criticità	CRITICA	Iva
Data Collaudo	02/09/2011	Data Fine Garanzia
Tecnico del Collaudo		Atti
Norma Rif.to		Fornitore Assistenza Tecnica
		IBIS SRL

In caso negativo si chiede, gentilmente di inoltrare Vs comunicazione di End Of Support.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione ed in attesa di un Vs riscontro, saluto cordialmente

Francesco Macaluso


Francesco Macaluso

Responsabile di Commessa

Tel.: 091-6554872

Cell.: +39 3482412626

Polygon S.p.A.

c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"

Via del Vespro 141 – 90127 Palermo

Sede Legale Via Laurentina 456/458 – 00142 Roma

Rispetta l'ambiente. Pensa prima di stampare questa e-mail

Tutte le informazioni ed i dati personali contenuti in questa comunicazione ed ogni suo eventuale allegato sono confidenziali e riservati e, comunque, destinati in via esclusiva alla visione e conoscenza del loro effettivo destinatario, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), della normativa italiana in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e dell'art. 616 del Codice Penale in materia di riservatezza della corrispondenza. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, vi invitiamo a contattare immediatamente il mittente e cancellare la comunicazione ed ogni suo allegato in quanto ne è vietata l'utilizzazione non autorizzata.

Polygon spa utilizza, oltre alle mail nominali, anche mail condivise: se si risponde ad un messaggio proveniente

da una casella di posta non nominale, anche se firmato, o si invia un messaggio ad una casella di posta non nominale il contenuto potrebbe essere recapitato a più persone.

Dismissione apparecchiatura portatile Chirurgia D'Urgenza

Da MARCO DARICELLO <marco.daricello@policlinico.pa.it>

Data mer 17/6/26 12:16

A interventi.areatecnica@policlinico.pa.it <interventi.areatecnica@policlinico.pa.it>

Cc GIUSEPPE BRANCATELLI <giuseppe.brancatelli@policlinico.pa.it>; ARNETTA GAETANO <gaetano.arnetta@policlinico.pa.it>; GAETANO GENNARO <gaetano.gennaro@policlinico.pa.it>; Ingegneria Clinica <ingegneriaclinica@policlinico.pa.it>; COMMESSA GIACCONE PALERMO PA018 <pa007@polygon.eu>; CARMELO SEVERINO <carmelo.severino@policlinico.pa.it>; VIRGINIA CARUSO <virginia.caruso@policlinico.pa.it>; GIUSEPPE LO RE <giuseppe.lore@policlinico.pa.it>; ALESSANDRO D'AQUILA <alessandro.daquila@policlinico.pa.it>; carmelo.lanza@policlinico.pa.it <carmelo.lanza@policlinico.pa.it>

Gentilissimi,

si chiede la dismissione dell'apparecchiatura Ibis con sic6759 presente in chirurgia d'urgenza. Tale richiesta nasce dal fatto che tale apparecchiatura risulta obsoleta, non digitale e pertanto non permette la conservazione della dose e le immagini medicali.

In attesa di riscontro

Marco Daricello

Inviato da iPhone