



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
PEC:provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Al Direttore dell'U.O.C. Area Provveditorato
Dott.ssa Chiara Giannobile

Oggetto: Nota integrativa al parere di conformità tecnica già trasmesso con nota prot. n. prot. n. 30897 del 13/05/2026– dispositivi impiantabili e accessori per cardiostimolazione inclusi negli Accordi Quadro CONSIP attivi

In riferimento alla richiesta di integrazione documentale relativa al parere di conformità tecnica già trasmesso concernente le schede tecniche dei dispositivi impiantabili e relativi accessori per cardiostimolazione inclusi negli Accordi Quadro CONSIP attualmente attivi, si rappresenta quanto segue.

1. **In merito ai criteri di scelta dei fornitori diversi dal primo classificato in graduatoria,** si precisa che:

a) Con riferimento all'Accordo Quadro denominato "Dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca 3":

- la scelta della ditta Microport CRM S.r.l. per il Lotto 1 è motivata da:
 - *continuità terapeutica: continuità per i pazienti già portatori di un dispositivo impiantabile per funzionalità cardiaca che necessitano di una sostituzione, anche al fine di garantire la compatibilità dell'impianto con la risonanza magnetica.*
- la scelta delle ditte Boston Scientific S.p.A. e Biotronik Italia S.p.A. per il Lotto 10 è motivata da:
 - *continuità terapeutica: continuità per i pazienti già portatori di un dispositivo impiantabile per funzionalità cardiaca che necessitano di una sostituzione, anche al fine di garantire la compatibilità dell'impianto con la risonanza magnetica.*

2. **In merito ai sistemi di monitoraggio remoto**

Si precisa inoltre che, per ciascun dispositivo impiantabile acquistato, risulta necessario procedere contestualmente all'acquisto del relativo Sistema di Monitoraggio Remoto.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

L'unica eccezione riguarda i PACEMAKER MONOCAMERALI STANDARD di cui al Lotto 1 dell'Accordo Quadro "Dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca 3", per i quali il sistema di monitoraggio remoto non risulta necessario in relazione alle caratteristiche cliniche e funzionali della specifica tipologia di dispositivo.

3. Acquisti relativi al lotto 3 AQ in merito "Dispositivi impiantabili per la resincronizzazione cardiaca CRT, PM leadless e ICD non transvenosi"

Con riferimento all'Accordo Quadro "Dispositivi impiantabili per la resincronizzazione cardiaca CRT, PM leadless e ICD non transvenosi", preso atto che le linee guida stabiliscono che *"con riferimento ai lotti 1, 2 e 3, il valore dei dispositivi accessori aggiuntivi (Dispositivi dotati di connessione DF1 e dispositivi accessori fascio di His) non potrà superare, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, il limite del 10% del valore del singolo Ordine di Fornitura"*, non potendo prevedere in anticipo con massima precisione la quantità di interventi necessitanti di connessione DF 1 e/o di dispositivi accessori per il fascio di his, si dichiara questo lotto inidoneo alle nostre necessità cliniche e tecniche.

Cordiali saluti

Prof. Alfredo R Galassi MD, FACC, FESC, FSCAI

Ordinario di Cardiologia, Cattedra delle Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
Direttore della Unità Operativa Complessa di Cardiologia, Policlinico Paolo Giaccone,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna
e Specialistica di Eccellenza (ProMISE), Università degli Studi di Palermo
website: www.alfredogalassi.com
e-mail: alfredo.galassi@policlinico.pa.it
Tel: +39-091-6554557