



Prot. n. 101/2026

Palermo 15/05/2026

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geometra Aldo La Rosa (D.E.C.)

OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUP P. Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025.

Oggetto: Riscontro stato obsolescenza Colonne Laparoscopiche UOC Chirurgia d'Urgenza

Facendo seguito alla richiesta in oggetto, con la presente si riportano nella tabella sottostante l'elenco ed i riferimenti delle apparecchiature componenti le colonne laparoscopiche attualmente in uso c/o le due sale operatorie dell'UOC Chirurgia d'Urgenza

SIC	TIPOLOGIA	PRODUTTORE	MODELLO	MATRICOLA	LOCALE	REPARTO DI UBICAZIONE	CDC	EOL
0007858	Videoprocessore	Karl Storz Gmbh & Co. Kg	Karl Storz Image 1 Hub	NW701998-P	Sala 1	Chirurgia Generale E D'urgenza S.O.	09.08.0	SI
0007865	Modulo Acquisizione Immagini	Storz Karl Gmbh & Co Kg	Aida Compact Neo	KSB13083	Sala 1	Chirurgia Generale E D'urgenza S.O.	09.08.0	SI
0007867	Monitor Televisivo Per Bioimmagini	Storz Karl Gmbh & Co Kg	9626nb	51301100NW 010	Sala 1	Chirurgia Generale E D'urgenza S.O.	09.08.0	SI
0007868	Monitor Televisivo Per Bioimmagini	Storz Karl Gmbh & Co Kg	9626nb	51301100NW 032	Sala 1	Chirurgia Generale E D'urgenza S.O.	09.08.0	SI
0013475	TELECAMERA	KARL STORZ GMBH & CO. KG	KARL STORZ IMAGE 1 HUB	OW809473-H	SALA 1	CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA S.O.	09.08.0	SI

Sede legale: Via Laurentina, 456/458 – 00142 Roma (RM) – Tel. +39.06544081 – Fax +39.0654408214 – Partita IVA e C.F. n° 06915071002
R.E.A n° 998707 Cap. Soc. € 6.480.000,00 i.v. Sede operativa: Via Gaspare Gozzi, 1/A – 20129 Milano (MI) – Tel. +39.02928580 – Fax +39.0292858002
www.polygon.eu – info.ts@polygon.eu

UNI EN ISO 9001
UNI ISO 45001

Società con Sistema di Gestione Certificato secondo
UNI CEI EN ISO 13485 UNI EN ISO 14001
UNI EN ISO 37001 SA 8000

UNI EN ISO 27001
UNI PDR 125

0007864	Fonte Luminosa Per Endoscopia	Storz Karl Gmbh & Co Kg	Power Led 175 Scb	ZX2810	Sala 1	Chirurgia Generale E D'urgenza S.O.	09.08.0	NO
0008273	Fonte Luminosa Per Endoscopia	Storz Karl Gmbh & Co Kg	20131520 Xenon Nova	AG1390	Sala 1	Chirurgia Generale E D'urgenza S.O.	09.08.0	NO
0009243	Videotrasmettitore	Storz Karl Gmbh & Co Kg	Wt_P13_11	14240625	Sala 1	Chirurgia Generale E D'urgenza S.O.	09.08.0	NO
0009244	Videoricevitore	Storz Karl Gmbh & Co Kg	Wt_P13_11	14240971	Sala 1	Chirurgia Generale E D'urgenza S.O.	09.08.0	NO
0007857	Modulo Acquisizione Immagini	Storz Karl Gmbh & Co Kg	Aida Compact Neo	KSB12833	Sala 2	Chirurgia Generale E D'urgenza S.O.	09.08.0	SI
0007860	Monitor Televisivo Per Bioimmagini	Storz Karl Gmbh & Co Kg	9626nb	51301148NW 009	Sala 2	Chirurgia Generale E D'urgenza S.O.	09.08.0	SI
0007861	Monitor Televisivo Per Bioimmagini	Storz Karl Gmbh & Co Kg	9626nb	51301148NW 005	Sala 2	Chirurgia Generale E D'urgenza S.O.	09.08.0	SI
0007883	Videoprocessore	Karl Storz Gmbh & Co. Kg	Karl Storz Image 1 Hub	ZX700934-P	Sala 2	Chirurgia Generale E D'urgenza S.O.	09.07.0	SI
0001365	Fonte Luminosa Per Endoscopia	Storz Karl Gmbh & Co Kg	20133120 Xenon 300	LH5880	Sala 2	Chirurgia Generale E D'urgenza S.O.	07.01.0	NO
0007856	Fonte Luminosa Per Endoscopia	Storz Karl Gmbh & Co Kg	Power Led 175 Scb	ZX2811	Sala 2	Chirurgia Generale E D'urgenza S.O.	09.08.0	NO
0009090	Videotrasmettitore	Storz Karl Gmbh & Co Kg	Wt_P13_11	14240639	Sala 2	Chirurgia Generale E D'urgenza S.O.	09.08.0	NO
0009091	Videoricevitore	Storz Karl Gmbh & Co Kg	Wt_P13_11	14240979	Sala 2	Chirurgia Generale E D'urgenza S.O.	14.01.0	NO

Preso atto che sulle suddette apparecchiature non ci sono in essere interventi di manutenzione correttiva, si comunica che per quelle indicate con **EOL=SI** la ditta **SORAMED**, centro di assistenza tecnica autorizzato

Sede legale: Via Laurentina, 456/458 – 00142 Roma (RM) – Tel. +39.06544081 – Fax +39.0654408214 – Partita IVA e C.F. n° 06915071002
R.E.A n° 998707 Cap. Soc. € 6.480.000,00 i.v. Sede operativa: Via Gaspare Gozzi, 1/A – 20129 Milano (MI) – Tel. +39.02928580 – Fax +39.0292858002
www.polygon.eu – info.ts@polygon.eu

UNI EN ISO 9001
UNI ISO 45001

Società con Sistema di Gestione Certificato secondo
UNI CEI EN ISO 13485
UNI EN ISO 37001

UNI EN ISO 14001
SA 8000
UNI EN ISO 27001
UNI PDR 125

locale della ditta Storz, ha rilasciato la relativa dichiarazione di End Of Support(- All.1 -) e quindi qualora le stesse dovessero subire qualsiasi tipo di guasto la cui risoluzione preveda la necessaria sostituzione di ricambi, lo scrivente non potrà garantirne il ripristino funzionale e pertanto si invita codesta Spett.le Azienda a programmare quanto prima possibile la loro sostituzione.

Per le restanti apparecchiature (EOL=NO) non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale di EOS o EOL ma considerato che sono state prodotte da oltre 10 anni, possono ritenersi tecnologicamente vetuste e quindi se ne consiglia la sostituzione.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Polygon SpA

(ing. Francesco Macaluso)



Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: comunicazione EOS SORAMED (STORZ)

Sede legale: Via Laurentina, 456/458 – 00142 Roma (RM) – Tel. +39.06544081 – Fax +39.0654408214 – Partita IVA e C.F. n° 06915071002
R.E.A n° 998707 Cap. Soc. € 6.480.000,00 i.v. Sede operativa: Via Gaspare Gozzi, 1/A – 20129 Milano (MI) – Tel. +39.02928580 – Fax +39.0292858002
www.polygon.eu – info.ts@polygon.eu

UNI EN ISO 9001
UNI ISO 45001

Società con Sistema di Gestione Certificato secondo
UNI CEI EN ISO 13485 UNI EN ISO 14001
UNI EN ISO 37001 SA 8000

UNI EN ISO 27001
UNI PDR 125



Sede legale: Via Laurentina, 456/458 – 00142 Roma (RM) – Tel. +39.06544081 – Fax +39.0654408214 – Partita IVA e C.F. n° 06915071002
R.E.A n° 998707 Cap. Soc. € 6.480.000,00 i.v. Sede operativa: Via Gaspare Gozzi, 1/A – 20129 Milano (MI) – Tel. +39.02928580 – Fax +39.0292858002
www.polygon.eu – info.ts@polygon.eu

UNI EN ISO 9001
UNI ISO 45001

Società con Sistema di Gestione Certificato secondo
UNI CEI EN ISO 13485 UNI EN ISO 14001
UNI EN ISO 37001 SA 8000

UNI EN ISO 27001
UNI PDR 125

Spett.le
Polygon S.p.A.
c/o ASP Palermo
Via La Loggia n°5 – CAP 90129 Palermo (PA)
Sede Legale Via Laurentina 456/458 – 00142 Roma

Bagheria, 30/11/2023

OGGETTO: Vs. richiesta e-mail del 09/11/2023

Egregi Signori,
di seguito indichiamo le informazioni da Voi richieste:

DESCRIZIONE	MODELLO	SERIAL NUMBER	EOL
NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO	11001 RD1	2807647S	NO
NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO	11001 RD1	2807702S	NO
BRONCOSCOPIO	11004 BC1	2117788	NO
NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO	11101 SK2	28097158	NO
CISTOSCOPIO	11272 C1	2103269	NO
CISTOURETROSCOPIO	11272CL 1	2136651	NO
BRONCOSCOPIO	11301 AB 1	2038566	NO
FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE	11302 BD1	1022133	NO
OTTICA RIGIDA	11575A	1903279	NO
SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	20043020 TELEPACK	DA 3994-B	SI
MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI	20046120 AIDA COMPACT NEO	KSK20226	SI
FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	20112320 HALOGEN 150 TWIN	GH4776	SI
FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	20113320 HALOGEN 250 TWIN	DK2700	SI
FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	20131520 XENON NOVA	01678	NO
FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	20133120 1 XENON 300	EE0615068	NO
FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	20133120 XENON 300	LH5880	NO
FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	20133620	PW1935 E	NO
FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	20134020	SX0681020	NO

SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	20201320 TWINVIDEO	FF611636\P	SI
MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI	20204501-140 AIDA DVD	FF611939-P	SI
SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	20212020 TELECAM SL PAL	HH041089-P	SI
TELECAMERA	20212030 TELECAM	DG604196H	SI
VIDEOPROCESSORE	20222020	IM PO14465	SI
SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	20222020 TRICAM SL PAL		SI
SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	20233020 TELECAM DX II	ED630018-P	SI
SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	202800 20 ENDOVISION XL	FG603878-P	SI
IRRIGATORE	20321020 UNIMAT PLUS	GM2670	SI
ELETTROBISTURI	20535201-115 AUTOCON II 400	GC00819	SI
MAGIC BOX (MODULO UPGRADE)	20535280	WZ11321849	SI
APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	20712020 MULTIDRIVE	IQ 1038	SI
SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	22200020-1 IMAGE 1	GE620913 P	SI
OTTICA RIGIDA	26003 AA	1205U7	NO
OTTICA RIGIDA	26003 BA	1807166	NO
OTTICA RIGIDA	26003AA	348020	NO
OTTICA RIGIDA	26006BA	517515	NO
OTTICA RIGIDA	26007 AA	10004B	NO
OTTICA RIGIDA	26011 AA	120051	NO
OTTICA RIGIDA	26020FA	1784452	NO
OTTICA RIGIDA	26033 A	NR	NO
OTTICA RIGIDA	26033 AP	NR	NO
OTTICA RIGIDA	26046 BA	10044R	NO
RESECTOSCOPIO	26050 E	N.R	NO

IRRIGATORE	26331020 1 HAMOU ENDOMAT	EE 4937	NO
INSUFFLATORE DI GAS	26430520 ELECTRONIC CO2 ENDOFLATOR	IH 8095-B	NO
INSUFFLATORE DI GAS	26432020 THERMOFLATOR	FE04915-B	NO
OTTICA RIGIDA	27005AA	279651	NO
OTTICA RIGIDA	27005BA		NO
OTTICA RIGIDA	27015A		NO
OTTICA RIGIDA	27015C		NO
OTTICA RIGIDA	27017AA	1800225	NO
OTTICA RIGIDA	27017BA	7563356	NO
OTTICA RIGIDA	27018 AA	120076	NO
OTTICA RIGIDA	27018A	BN0151	NO
OTTICA RIGIDA	27018B	CW	NO
OTTICA RIGIDA	27030B	AT01	NO
OTTICA RIGIDA	27030KB	1618930	NO
CISTOSCOPIO	27033 AA	1145564	NO
OTTICA RIGIDA	28164 AA	660681	NO
OTTICA RIGIDA	28164BA	645497	NO
OTTICA RIGIDA	28301A	GU	NO
OTTICA RIGIDA	28719 BA	1924643	NO
MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	28721036 MANIPOLO MULTIFUNZIONALE	500346	SI
ARTROSCOPIO	28731 BWA	1928496	NO
ARTROSCOPIO	28731 CWA	1929179	NO
CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	29003 LC	GE 1554-B	SI
CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	29003 PB	DE2626	SI
CARRELLO ELETTRIFICATO	29005DRB	TW1693	SI
UNITA' PER LA PULIZIA DELLE LENTI	40334020 CLEARVISION	DE 0487	SI

FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	482 B	6091	SI
FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	485	74980	SI
FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	600 B	0111	SI
OTTICA RIGIDA	7200 C HOPKINS 70ç	7200 C	NO
OTTICA RIGIDA	7230 FA	12011J	NO
OTTICA RIGIDA	7230 HOPKINS II O	1364900 S	NO
OTTICA RIGIDA	7230AA	1259239	NO
OTTICA RIGIDA	7230BA	666224	NO
OTTICA RIGIDA	7230FA	1368949S	NO
LARINGOSTROBOSCOPIO	8010 B LARYNGOSTROBE	640	SI
VIDEOLARINGOSCOPIO	8401 AX	3456	NO
VIDEOLARINGOSCOPIO	8401 AXC	1668	NO
ELETTROBISTURI	860021 B	G 1569	SI
MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	9626NB	51301148NW009	SI
MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	9626NB/KS26	51303154PW022	SI
MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI	AIDA COMPACT NEO	KSB12833	SI
TRASMISSIONE ED ARCHIVIAZIONE DI BIOIMMAGINI, SISTEMA PER	AIDA CONTROL NEO	KSB13426	SI
ELETTROBISTURI	AUTOCON 200	A1003	SI
CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	BIEFFE ITALIA	PC023021005	SI
ELETTROBISTURI	BIPOLAR COAGULATOR 26021	011-A-2609	SI
VIDEOCISTOURETROSCOPIO	CYSTOSKOP 27030KB	1618930	NO
INSUFFLATORE DI GAS	ELECTRONIC LAPAROFLATOR 26012	506	SI
TELECAMERA	H3-ZA 22220061-3	OW809473-H	SI
TELECAMERA	H3-ZA 22220061-3	OW809472-H	SI
OTTICA RIGIDA	HOPKINS II O 27017AA	1817871	NO
VIDEOPROCESSORE	IMAGE 1 HUB 22201011I112	NW701998-P	SI

LAMPADA FRONTALE	KS 60	310063 SX	NO
MONITOR	M 8000 A	M012E000647	SI
FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	MCL 39	OBMIF110028	SI
LITOTRITORE EXTRACORPOREO	MODULITH SL 20	6682	SI
TELECAMERA PER TECNICHE ENDOSCOPICHE	P3 IMAGE I 22220031-3	OY775679-H	SI
FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	POWER LED 175 20161401-1	SW3461	NO
FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	POWER LED 175 SCB 20161401-1	ZX2811	NO
FORTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	POWER LED 175 SCB 20161420-1	WWW3765	NO
MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	SCWU24A1SP1 9524NB	10-154576	SI
MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	SHAVER SL HIGH SPEED 28721030	DB844061	SI
MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	SMALL JONIT SHAVER SL 28721040	PWD3V005	SI
CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	SMART CART 29005DRB	OW1490	SI
INSUFFLATORE DI GAS	THERMOFLATOR 26432008-1	NW15481B	NO

SORAMED s.r.l.
LARGO DEGLI ABETI, 3
90141 PALERMO
Part. IVA 06816990821
nec: soramedsrl@pec.it