



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.C. Area Tecnica
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553002
 Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 04/09/2026

Al Direttore U.O.C. Odontoiatria e Stomatologia
 Prof.re Giuseppe Gallina

Dott. Ignazio Morello
 Dott. Domenico Arculeo

E, p.c. Al U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
 Sig.ra Tinaglia Epifania
 Dott. Valerio Castiglia

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di apparecchiatura tipologia RIUNITO DENTISTICO, marca: CASTELLINI SPA (UMBRA), modello PLUMA PLUS s/n: 041 FB e sic 0000096 ubicata presso UOC ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA

Relativamente all' apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0000096	RIUNITO DENTISTICO	CASTELLINI SPA	PUMA PLUS	041 FB	U.O.C. ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale ,e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune

apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0048359 del 05.08.2026 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015, con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell'apparecchiatura indicata in parola.


Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura di che trattasi.


Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.


Il RUP
del servizio di gestione e manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali
Geom. Carmelo Salvatore Lanza

Il Direttore dell'U.O.C. Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda


(VICARIO)



Società con Sistema di Gestione Certificato secondo:
ISO 9001 - ISO 13485 - ISO 27001 - ISO 14001 - ISO 45001
ISO 37001 - Cert. F-GAS Regolamento (CE) 2067/2015
e DPR 146/2018 - SA 8000 - UNI/PdR 125

Prot. n. 183/2026

Palermo 05/08/2026

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geom. Aldo La Rosa (D.E.C)

OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUT P.Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025.

Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia RIUNITO DENTISTICO, marca: CASTELLINI SPA (UMBRA), modello PLUMA PLUS s/n: 041 FB e sic 0000096 ubicata presso UOC ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 195025), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato il guasto del circuito aspirazione interno dell'apparecchio (- All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla ditta UMBRA in qualità di centro di assistenza tecnico locale autorizzato della casa madre ditta CASTELLINI SPA

La suddetta ditta ha però dichiarato (- All.2 -) il modello "PUMA PLUS" è irreparabile e fuori supporto per la mancata disponibilità di parti di ricambio necessarie per la manutenzione e per la risoluzione dei guasti.

Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti

Polygon SpA

(ing. Francesco Macaluso)


Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 195025
- All.2: Comunicazione EOS UMBRA

Polygon S.p.A.
Tel. +39 06 544081
P.I.V.A. e Iscrizione R.I.
06915071002
Cap. Soc. €6.480.000,00 i.v.

Sede legale
Via Laurentina, 456/458
Roma 00142

Sede operativa
Via Gaspare Gozzi 1/A
Milano 20129

Presidio	A.O.U. PAOLO GIACCONE				
Centro di Costo	UOC Chirurgia Gen e d'urgenza				
Reparto Ubicazione					
Ubicazione	PIANO 1, [04_17] SALA OPERATORIA				
Richiedente	PORCARELLO	Riferimento		Tel	091 6552679
Nr. Inventario	0008273 FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA				
Sistema	0001355 SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA				
Produttore	STORZ KARL GMBH & CO KG				
Modello	FLUSOZNV 20131520 XENON NOVA				
Numero di serie	AG1390	Forma Presenza	PROPRIETA	Stato	NORMAL
Data/Ora Richiesta	31/07/2026 09:40:00	Richiesta Nr.	RDL0030952		
Data/Ora Risposta	31/07/2026 09:40:00	Data/Ora INIZIO	31/07/2026 14:00:15		
Data Concordata	31/07/2026 14:00:00	Data/Ora FINE	03/08/2026 09:00:02		
		Stato ODL	Intervento Terminato		
Tipo	Manutenzione Correttiva				
Segnalazione	In corto circuito fa scintille				


AZIONI ESEGUITE

Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
GIUSEPPE PRESTIGIACOMO	Ore Lavoro	Operatore principale	31/07/2026 14:00:15	31/07/2026 14:30:19
TIPO: Intervento non risolutivo con fermo macchina				
NOTE: si riscontrano problemi all'accensione lampada, nonostante sia stata sostituita diverse volte.. si ritira app. per riparazione				
GIUSEPPE PRESTIGIACOMO	Ore Lavoro	Operatore principale	31/07/2026 14:30:40	31/07/2026 15:30:50
TIPO: Intervento non risolutivo con fermo macchina				
NOTE: si consegna apparecchiatura non riparata. guasto al circuito di innesco lampada, si propone fuori uso a seguito comunicazione di casamadre che dichiara il fuori supporto				
MARCO GERACI	Ore Lavoro	Secondo operatore	03/08/2026 08:30:56	03/08/2026 09:00:02
TIPO: Intervento non risolutivo con fermo macchina				
NOTE: Si riconsegna non riparata, per indisponibilità dei ricambi. Si applica bollino di fuori uso.				


Note:
FDAVI - 31-07-2026 10:11:51, PORCARELLO - 31-07-2026 10:10:41

In corto circuito fa scintille

Tecnico:
Geraci



Referente:
Porcarello



Data firma:04/08/2026

 Outlook

I: Richiesta assistibilità - riunito dentistico CASTELINI Puma Plus (sic 000096)

Da Monika Fabrizio <monika.fabrizio@umbra.it>

Data mar 4/8/26 14:48

A Francesco FM. Macaluso <f.macaluso@polygon.eu>

Cc Giuseppe GP. Prestigiacomio <g.prestigiacomio@polygon.eu>

Buongiorno,

Ricambi non fornibili e senza alternative.
Cordiali saluti.



Monika Fabrizio
Special Market Assistant
Tel. +39 085 4452797
Fax +39 085 4451480
monika.fabrizio@umbra.it

Umbra S.p.A. Via Verrotti, 168 / 65015 Montesilvano-Pescara/ Italia

PRIVACY: I Vostri dati sono trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente via E-Mail a: mio@umbra.it

Da: Francesco FM. Macaluso <f.macaluso@polygon.eu>

Inviato: martedì 4 agosto 2026 14:22

A: Monika Fabrizio <monika.fabrizio@umbra.it>

Cc: Giuseppe GP. Prestigiacomio <g.prestigiacomio@polygon.eu>

Oggetto: Richiesta assistibilità - riunito dentistico CASTELINI Puma Plus (sic 000096)

Questa email arriva da un mittente insolito. Assicurati che sia qualcuno di cui ti fidi.

Buongiorno,

con la presente come da oggetto si richiede se il seguente apparecchio risulta ancora assistibile e vi è disponibilità di ricambi

INV SIC	Descrizione	Modello Descrizione	Numero Seriale	Descrizione Produttore	Descrizione R
0000096	RIUNITO DENTISTICO	Puma Plus	041 FB	CASTELINI SPA	PEDODONZIA

In caso negativo si richiede Vs comunicazione formale di End of Support su carta intestata.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si saluta cordialmente

Francesco Macaluso



Francesco Macaluso

Responsabile di commessa c/o A.O.U.P. "Paolo Giaccone"

Mob.: +39 3482412626

E-mail: f.macaluso@polygon.eu

Polygon S.p.A.

Sede Legale Via Laurentina 456/458 - 00142 Roma

Rispetta l'ambiente. Pensa prima di stampare questa e-mail

Tutte le informazioni ed i dati personali contenuti in questa comunicazione ed ogni suo eventuale allegato sono confidenziali e riservati e, comunque, destinati in via esclusiva alla visione e conoscenza del loro effettivo destinatario, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), della normativa italiana in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e dell'art. 616 del Codice Penale in materia di riservatezza della corrispondenza. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, vi invitiamo a contattare immediatamente il mittente e cancellare la comunicazione ed ogni suo allegato in quanto ne è vietata l'utilizzazione non autorizzata.

Polygon spa utilizza, oltre alle mail nominali, anche mail condivise: se si risponde ad un messaggio proveniente da una casella di posta non nominale, anche se firmato, o si invia un messaggio ad una casella di posta non nominale il contenuto potrebbe essere recapitato a più persone.

--

Messaggio analizzato da Libraesva E.S.G.

[Segnala come malevolo@esg.eu](#)

[Mettilo in blacklist](#)