Deliberazioni Rep. n.1042/2026 Prot. n. 0069795 del 13/11/2026 - UOR: 00.02.0

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

VERBALE N.1

COMMISSIONE GIUDICATRICE del 07.10.2025

(Seduta Riservata)

OGGETTO: ***"Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo".***

L'anno **duemilaventicinque** il giorno sette del mese di ottobre alle ore 9.30, presso i locali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico *"Paolo Giaccone"* U.O.C. Area Provveditorato, sita al piano ammezzato in via Enrico Toti n.76 Palermo, si riunisce in sede riservata la Commissione giudicatrice giusta delibera n.915 del 19.09.2025.

PREMESSO CHE

- come si evince dal Verbale n.1 del 26/08/2025 del Seggio di gara si è provveduto ad acquisire la documentazione tecnica inserita dagli Operatori Economici così da trasmetterla alla Commissione Giudicatrice nominata con delibera n.915 del 19.09.2025
- sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:
    1. *Dott. Pietro Rigano* con funzioni di Presidente;
    2. *Dott. Giuseppe D'Anna* in qualità di Componente;
    3. *Dott. Marcello Noto* in qualità di Componente;
    4. *Dott. Massimiliano Di Lorenzo* in qualità di Segretario verbalizzante;

PREMESSO CIO'

I componenti della Commissione di gara, presa visione degli Operatori Economici partecipanti alla gara, hanno prodotto la dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di incompatibilità e conflitto di interessi secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (come da dichiarazione sottoscritta da ciascun componente). Tali dichiarazioni vengono acquisite agli atti dell'Ufficio U.O.C. Area Provveditorato ed allegati al presente verbale (All. A).

Aperta la seduta, la Commissione, alla presenza di tutti i suoi componenti, prende visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e delle richieste di chiarimenti con le relative risposte. Inoltre, prende atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel seguente rapporto:

- offerta tecnica punteggio massimo 80;
- offerta economica punteggio massimo 20.

La Commissione procede a verificare la documentazione tecnica depositata sulla piattaforma Net4market da ogni singolo Operatore Economico e constata la presenza di tre offerte, rispettivamente:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- per il lotto 1: ARJIO ITALIA SPA, F.A.S. HOSPITAL SRL, SERVICE MED RSL;
- per il lotto 2: ARJIO ITALIA SPA, F.A.S. HOSPITAL SRL, SERVICE_MED_RSL;
- per il lotto 3: ARJIO ITALIA SPA; F.A.S. HOSPITAL SRL;

La Commissione si determina nel calendarizzare le prossime sedute nelle quali verranno svolte le valutazioni tecniche.

Concluse le operazioni sopra indicate, il Presidente dichiara chiusa la presente seduta alle ore 10:45.

Del che è redatto il presente verbale composto da n. 2 (due) pagine che letto e confermato, viene sottoscritto.

Si dà atto, infine, che il presente verbale sarà pubblicato, così come previsto dal D.lgs.36/2023, all'interno della sezione apposita della gara de qua sul profilo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" nonché sul portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aoupaologiaccone?idProcedura=102 con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.33/2013.

Palermo 07.10.2025

LA COMMISSIONE DI GARA

(Presidente) *Dott. Pietro Rigano*

Firma

(Componente) *Dott. Giuseppe D'Anna*

Firma

(Componente) *Dott. Marcello Noto*

Firma

(Segretario) *Dott. Massimiliano Di Lorenzo*

Firma

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO
Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Tel. 091.6555503/5749
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

VERBALE N.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE del 16.10.2024

(Seduta Riservata)

OGGETTO: ***"Procedura telematica aperta, ai sensi degli art. 25 e 71 D. lgs. 36/2023, suddivisa in 30 Lotti, per la fornitura in noleggio di un Service di laboratorio comprensivo del servizio di manutenzione full risk e del materiale di consumo occorrente all'U.O.C. di Medicina di Laboratorio e all'U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo".***

L'anno **duemilaventicinque** il giorno 4 del mese di novembre alle ore 10:30, presso i locali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico *"Paolo Giaccone"* U.O.C. Direzione Sanitaria di Presidio, sita al piano primo ed.21 via del Vespro 127 Palermo, si riunisce in sede riservata la Commissione giudicatrice giusta delibera n.915 del 19.09.2025.

CIO' PREMESSO

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

a. *Dott. Pietro Rigano* con funzioni di Presidente;
b. *Dott. Giuseppe D'Anna* in qualità di Componente;
c. *Dott. Marcello Noto* in qualità di Componente;
d. *Dott.Massimiliano Di Lorenzo* in qualità di Segretario verbalizzante

La Commissione Tecnica prende atto che secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel seguente rapporto:

- offerta tecnica punteggio massimo 80;
- offerta economica punteggio massimo 20.

La Commissione, per procedere alla valutazione tecnica dei tre lotti relativi al servizio triennale di noleggio continuativo di materassi per la prevenzione delle lesioni di decubito analizzando prioritariamente le tre offerte presentate nel 1° e nel 2° lotto e le due offerte presentate per il 3° lotto , evidenzia che non si possono scaricare alcuni file delle proposte allegate, nonostante il presidente richieda l'assistenza tecnica informatica, il problema non viene risolto, pertanto si rinvia la seduta per il 12 novembre alle ore 10.30 presso i locali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico *"Paolo Giaccone* Direzione Infermieristica , sita al piano primo ed.21 via del Vespro 127 Palermo .

Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa le presente seduta di gara riservata.

Del che è redatto il presente verbale composto da n. 2 (due) pagine progressivamente numerate che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Palermo, lì 04.11.2025

LA COMMISSIONE DI GARA

(Presidente) *Dott. Pietro Rigano*

Firma

(Componente) Dott. Giuseppe D'Anna

Firma

(Componente) *Dott.Marcello Noto*

Firma

Dott. Massimiliano Di Lorenzo

Firma

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

VERBALE N.3 COMMISSIONE GIUDICATRICE del 20.11.2025

(Seduta Riservata)

OGGETTO: ***"Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.***

L'anno **duemilaventicinque** il giorno 20 del mese di novembre alle ore 10.30, presso i locali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico *"Paolo Giaccone"*, al piano primo dell'ed. 21A in via del Vespro 129 Palermo, si riunisce in modalità riservata la Commissione giudicatrice giusta delibera n.915 del 19.09.2025.

CIO' PREMESSO

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

1. *Dott. Pietro Rigano* con funzioni di Presidente;
2. *Dott. Giuseppe D'Anna* in qualità di Componente;
3. *Dott. Marcello Noto* in qualità di Componente;
4. *Dott.Massimiliano Di Lorenzo* in qualità di Segretario verbalizzante;

La Commissione prende atto che secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come di seguito descritto:

- offerta tecnica punteggio massimo 80;
- offerta economica punteggio massimo 20.

La Commissione, alla presenza di tutti i componenti, prende visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e delle richieste di chiarimenti con le relative risposte e procede a verificare la documentazione tecnica depositata sulla piattaforma da ogni singolo Operatore Economico e constata la presentazione di tre offerte, rispettivamente :

- per il lotto 1: ARJIO_ITALIA_SPA – F.A.S._HOSPITAL_SRL - SERVICE_MED_RSL
- per il lotto 2: ARJIO_ITALIA_SPA – F.A.S._HOSPITAL_SRL - SERVICE_MED_RSL
- per il lotto 3: ARJIO_ITALIA_SPA – F.A.S._HOSPITAL_SRL

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

La Commissione, analizzata la documentazione tecnica presentata dalla ditta ARJO Italia SPA relativa al lotto 1 con la dichiarazione di conformità, portata terapeutica, altezza complessiva del sistema, autonomia in assenza di corrente elettrica, ingombro e peso del materasso, rileva per quest'ultimo criterio, la presenza di due modelli con caratteristiche diverse rispetto alla descrizione tecnica del prodotto.

Nello specifico nella scheda tecnica relativa al Lotto 1, sono presenti due prodotti, ovvero il primo, con codice 648202 con dimensioni 1911x857x200 mm e un secondo prodotto con codice 648203 con dimensione 1911 x 806 x 200 mm.

La Commissione, decide di inviare al RUP, Dott.ssa C. Giannobile, una richiesta di chiarimento esplicativo rispetto a quale dei due prodotti debba tenere conto, al fine della definizione di quanto previsto dal capitolato speciale al punto 12 "Criteri di aggiudicazione ".

Pertanto, si trasmette al RUP, la nota prot. 68456 (che si allega) con la richiesta di chiarimenti per quanto sopradescritto.

La Commissione prosegue i lavori per la verifica delle altre offerte e compila le schede tecniche relativamente al lotto 1.

Concluse le operazioni relative al lotto 1, il Presidente dichiara chiusa la presente seduta alle ore 14:45, e viene redatto il presente verbale composto da n. 2 (due) pagine progressivamente numerate che viene letto, confermato e sottoscritto.

Palermo 20.11.2025

LA COMMISSIONE DI GARA

(Presidente) *Dott. Pietro Rigano*

Firma

(Componente) Dott. Giuseppe D'Anna

Firma

(Componente) *Dott.Marcello Noto*

Firma

Dott. Massimiliano Di Lorenzo

Firma

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

DIREZIONE SANITARIA di PRESIDIO
Via del Vespro n.129
tel. 091 655.52.18/19
pec: protocollo.aoup@pec.policlinicogiaccone.it
web:www.policlinico.pa.it

Al RUP
Dott.ssa C. Giannobile

Oggetto: **Richiesta chiarimento esplicativo**: **procedura ai sensi dell'art.71 D.lgs.36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le unità Operative dell'AOU Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.**

In riferimento all' oggetto, la Commissione della procedura sopraindicata, durante la fase di valutazione della documentazione tecnica prodotta dall'operatore economico ARJO Italia S.p.A., ha riscontrato che nella scheda tecnica relativa al Lotto 1 sono presenti due prodotti, ovvero il primo, con codice 648202 con dimensioni 1911x857x200 mm e un secondo prodotto, con codice 648203 con dimensione 1911x806x200 mm.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, la Commissione chiede un chiarimento esplicativo rispetto a quale dei due prodotti debba tenere conto, al fine della definizione di quanto previsto dal capitolato speciale al punto 12 "Criteri di aggiudicazione".

Presidente Dott. Pietro Rigano

Firma

Componente Dott. Giuseppe D'Anna

Firma

Componente Dott. Marcello Noto

Firma

Il segretario Dott. Massimiliano Di Lorenzo

Firma

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

VERBALE N. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE del 09.12.2025

(Seduta Riservata)

OGGETTO: ***"Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.***

L'anno **duemilaventicinque** il giorno nove del mese di dicembre alle ore 9.30, presso i locali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico *"Paolo Giaccone"*, al piano primo dell'ed. 21A in via del Vespro 129 Palermo, si riunisce in modalità riservata la Commissione giudicatrice nominata con delibera n.915 del 19.09.2025.

CIO' PREMESSO

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere cosi composta:

1. *Dott. Pietro Rigano* con funzioni di Presidente;
2. *Dott. Giuseppe D'Anna* in qualità di Componente;
3. *Dott. Marcello Noto* in qualità di Componente;
4. *Dott.Massimiliano Di Lorenzo* in qualità di Segretario verbalizzante;

La Commissione prende atto della nota prot.69684, del 26/11/2025 a firma del RUP della procedura indicata in oggetto, che riscontra la nota di chiarimenti prot.68456 inviata dalla commissione il 20/11/2025, che chiarisce i criteri di aggiudicazione sui quesiti relativi al lotto 1, presentati dall'operatore economico ARJO Italia s.p.a..

Pertanto la Commissione prosegue i lavori con la valutazione degli articoli relativi al lotto 1.

La Commissione, nella seduta odierna, procede all'esame della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti al lotto di seguito indicato, riportando le valutazioni in apposite tabelle allegate una per ciascuna ditta, indicate con progressione alfabetica al presente verbale, quali parti integrante:

- **Lotto 1:** Superfici di supporto ad aria a pressione alternata per pazienti a medio –alto rischio concorrenti ditte ARJIO Italia spa , F.A.S. Hospital e Service Med srl che sono state ammesse in quanto soddisfano i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico e di cui si allega la griglia di valutazione parziale, tecnico-qualitativo, come di seguito elencato:

1. portata terapeutica
2. altezza complessiva del sistema
3. autonomia in assenza di corrente elettrica
4. terapia in assenza di corrente elettrica
5. ingombro e peso del materasso
6. ingombro e peso del compressore
7. adattabilità del sistema
8. facilità e praticità d'uso del compressore
9. il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superfice
10. visibilità e praticità del comando di sgonfiaggio per CPR
11. rumorosità
12. praticità d'uso del telo di copertura
13. sterilizzazione del telo di copertura.

Alle ore 14:30 il Presidente, Dott. Pietro Rigano sospende le attività e dichiara chiusa la presente seduta di gara riservata.

La Commissione stabilisce di fissare la prossima seduta riservata in data 10.12.2025, per la prosecuzione delle attività di gara dandone comunicazione tempestiva ai componenti.

Del che è redatto il presente verbale composto da n.2 (due) pagine che, letto e confermato, viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE DI GARA

(Presidente) *Dott. Pietro Rigano*

(Componente) Dott. Giuseppe D'Anna

(Componente) *Dott.Marcello Noto*

Segretario verbalizzante Dott. Massimiliano Di Lorenzo

A.O.U. POLICLINICO PAOLO GIACCONE

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127
Palermo CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C AREA PROVVEDITORATO
Via Toti, n 76
Tel. 0916555500
Web: www.policlinico.pa.it

Alla Commissione Giudicatrice

Dott. Pietro Rigano
Dott. Marcello Noto
Dott. Giuseppe D'Anna
Dott. Massimiliano Di Lorenzo

Oggetto: Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo". Notificazione incarico quale componente della Commissione Giudicatrice.

In riscontro alla Vs. comunicazione prot. n. 68456 del 20/11/2025, si rappresenta quanto segue.
Dall'esame del Capitolato Speciale d'Appalto, ed in particolare del paragrafo 3.1 recante "*CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME SPEFICICHE DEI SISTEMI PER SINGOLO LOTTO A PENA DI ESCLUSIONE - TIPOLOGIA 1 – Materassi con superfici di supporto ad aria a pressione alternata per pazienti a medio- alto rischio*", si rileva che l'unico parametro tecnico prescritto a pena di esclusione è quello relativo all'altezza del dispositivo, che deve risultare compresa tra 18 cm e 22 cm.
Alla luce di quanto sopra e considerato che l'operatore economico in questione ha presentato, nell'ambito della propria documentazione tecnica, due codici prodotto distinti, con misure rispettive pari a 1911x857x200 mm (Codice 648202) e 1911x806x200 mm (Codice 648203), si evidenzia che entrambi i prodotti dichiarati soddisfano il requisito minimo prescritto in relazione all'altezza (200 mm).
Pertanto, atteso che le ulteriori dimensioni (lunghezza e larghezza) non costituiscono requisiti vincolanti secondo la lex specialis di gara, si ritiene che la Commissione giudicatrice possa procedere alla valutazione dell'offerta tecnica con esclusivo riferimento al parametro dell'altezza, non assumendo rilievo escludente la presenza di più codici, purché riferiti a dispositivi che rispettano il requisito minimo richiesto.

Lo Staff del RUP
Dott.ssa Fabiola Scarpello

Az. Osp. Univ. Policlinico Paolo Giaccone Palermo U.O.C. Area Provveditorato

Direttore U.O.C. Area Provveditorato e
RUP della procedura
Dott.ssa Chiara Giannobile

Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo".

DITTA : ARJO ITALIA **LOTTO 1**

CRITERIO	DESCRIZIONE	Fonte informativa	Valutazione (P-T-D)	Punteggio max	Punteggio totale
Portata terapeutica (kg)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggior portata in KG, superiore alla portata minima in KG prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1 (Lotto 1: 150 kg - Lotto 2: 200 kg - Lotto 3: 400kg). Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(portata in kg offerti dal concorrente - portata minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore portata in kg offerta - portata minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	1,5
Altezza complessiva del sistema (cm)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore altezza in cm superiore alla misura minima in cm prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1. (Lotto 1: tra 18 e 22 cm - Lotto 2 e 3: tra 20 e 22 cm) Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(altezza in cm offerta dal concorrente - altezza minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore altezza in cm offerta - altezza minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2
Autonomia in assenza di corrente elettrica (ore)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore autonomia in ore superiore alle 6 ore minimamente previste dal capitolato art. 3 Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(autonomia di ore offerte dal concorrente - ore minime richieste)/(migliore autonomia di ore offerta – ore minime richieste)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	1
Terapia in assenza di corrente elettrica	Sarà privilegiato il sistema che, grazie alla presenza di batteria, sia in grado di erogare la terapia (alternata/Bassa Pressione Continua) in assenza di corrente elettrica	Scheda e documentazione tecnica	T	2	0
Ingombro e peso del materasso	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3

Ingombro e peso del compressore	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2,64
Adattabilità del sistema	Sarà privilegiato il prodotto che presenti la possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio, possibilità per il materasso del sub-lotto 3 di adattamento alla totalità dei letti anche con l'uso di apposite estensioni integrate ad aria (No Schiuma)	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Facilità e praticità d'uso del compressore	Saranno considerate positivamente, a titolo esemplificativo, la facilità di comprensione e visibilità dei comandi, la facilità di comprensione e visibilità delle istruzioni, la facilità di percezione degli allarmi.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superficie	Sarà valutata positivamente la capacità del collegamento di resistere alle trazioni	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Visibilità e Praticità del comando di sgonfiaggio per CPR	Verrà privilegiato il prodotto che presenti maggior visibilità del comando in termini, a titolo esemplificativo, di colore, la posizione maggiormente pratica e la facilità d'uso del comando.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Rumorosità	Rapporto tra la rumorosità del bene del concorrente rispetto alla minore rumorosità offerta. Verrà utilizzata la seguente formula: *(Minore rumorosità in db / rumorosità del bene offerta dal concorrente in db) *3*	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	Q	3	2,22
Praticità d'uso del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la semplicità d'uso: per la rimozione, la velocità di sostituzione e il sistema di ancoraggio.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1
Sterilizzazione del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la possibilità di sterilizzazione.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1

Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo".

DITTA : F.A.S. HOSPITAL **LOTTO 1**

CRITERIO	DESCRIZIONE	Fonte informativa	Valutazione (P-T-D)	Punteggio max	Punteggio totale
Portata terapeutica (kg)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggior portata in KG, superiore alla portata minima in KG prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1 (Lotto 1: 150 kg - Lotto 2: 200 kg - Lotto 3: 400kg). Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(portata in kg offerti dal concorrente - portata minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore portata in kg offerta - portata minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Altezza complessiva del sistema (cm)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore altezza in cm superiore alla misura minima in cm prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1. (Lotto 1: tra 18 e 22 cm - Lotto 2 e 3: tra 20 e 22 cm) Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(altezza in cm offerta dal concorrente - altezza minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore altezza in cm offerta - altezza minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2,3
Autonomia in assenza di corrente elettrica (ore)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore autonomia in ore superiore alle 6 ore minimamente previste dal capitolato art. 3 Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(autonomia di ore offerte dal concorrente - ore minime richieste)/(migliore autonomia di ore offerta – ore minime richieste)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	1
Terapia in assenza di corrente elettrica	Sarà privilegiato il sistema che, grazie alla presenza di batteria, sia in grado di erogare la terapia (alternata/Bassa Pressione Continua) in assenza di corrente elettrica	Scheda e documentazione tecnica	T	2	0
Ingombro e peso del materasso	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2,8

Ingombro e peso del compressore	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2,73
Adattabilità del sistema	Sarà privilegiato il prodotto che presenti la possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio, possibilità per il materasso del sub-lotto 3 di adattamento alla totalità dei letti anche con l'uso di apposite estensioni integrate ad aria (No Schiuma)	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Facilità e praticità d'uso del compressore	Saranno considerate positivamente, a titolo esemplificativo, la facilità di comprensione e visibilità dei comandi, la facilità di comprensione e visibilità delle istruzioni, la facilità di percezione degli allarmi.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superficie	Sarà valutata positivamente la capacità del collegamento di resistere alle trazioni	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Visibilità e Praticità del comando di sgonfiaggio per CPR	Verrà privilegiato il prodotto che presenti maggior visibilità del comando in termini, a titolo esemplificativo, di colore, la posizione maggiormente pratica e la facilità d'uso del comando.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Rumorosità	Rapporto tra la rumorosità del bene del concorrente rispetto alla minore rumorosità offerta. Verrà utilizzata la seguente formula: *(Minore rumorosità in db / rumorosità del bene offerta dal concorrente in db) *3*	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	Q	3	2,48
Praticità d'uso del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la semplicità d'uso: per la rimozione, la velocità di sostituzione e il sistema di ancoraggio.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1
Sterilizzazione del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la possibilità di sterilizzazione.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1

Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo".

DITTA : SERVICE MED **LOTTO 1**

CRITERIO	DESCRIZIONE	Fonte informativa	Valutazione (P-T-D)	Punteggio max	Punteggio totale
Portata terapeutica (kg)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggior portata in KG, superiore alla portata minima in KG prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1 (Lotto 1: 150 kg - Lotto 2: 200 kg - Lotto 3: 400kg). Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(portata in kg offerti dal concorrente - portata minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore portata in kg offerta - portata minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Altezza complessiva del sistema (cm)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore altezza in cm superiore alla misura minima in cm prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1. (Lotto 1: tra 18 e 22 cm - Lotto 2 e 3: tra 20 e 22 cm) Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(altezza in cm offerta dal concorrente - altezza minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore altezza in cm offerta - altezza minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Autonomia in assenza di corrente elettrica (ore)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore autonomia in ore superiore alle 6 ore minimamente previste dal capitolato art. 3 Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(autonomia di ore offerte dal concorrente - ore minime richieste)/(migliore autonomia di ore offerta – ore minime richieste)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Terapia in assenza di corrente elettrica	Sarà privilegiato il sistema che, grazie alla presenza di batteria, sia in grado di erogare la terapia (alternata/Bassa Pressione Continua) in assenza di corrente elettrica	Scheda e documentazione tecnica	T	2	2
Ingombro e peso del materasso	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2,75

Ingombro e peso del compressore	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Adattabilità del sistema	Sarà privilegiato il prodotto che presenti la possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio, possibilità per il materasso del sub-lotto 3 di adattamento alla totalità dei letti anche con l'uso di apposite estensioni integrate ad aria (No Schiuma)	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Facilità e praticità d'uso del compressore	Saranno considerate positivamente, a titolo esemplificativo, la facilità di comprensione e visibilità dei comandi, la facilità di comprensione e visibilità delle istruzioni, la facilità di percezione degli allarmi.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superficie	Sarà valutata positivamente la capacità del collegamento di resistere alle trazioni	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Visibilità e Praticità del comando di sgonfiaggio per CPR	Verrà privilegiato il prodotto che presenti maggior visibilità del comando in termini, a titolo esemplificativo, di colore, la posizione maggiormente pratica e la facilità d'uso del comando.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Rumorosità	Rapporto tra la rumorosità del bene del concorrente rispetto alla minore rumorosità offerta. Verrà utilizzata la seguente formula: *(Minore rumorosità in db / rumorosità del bene offerta dal concorrente in db) *3*	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	Q	3	3
Praticità d'uso del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la semplicità d'uso: per la rimozione, la velocità di sostituzione e il sistema di ancoraggio.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1
Sterilizzazione del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la possibilità di sterilizzazione.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

VERBALE N.5 COMMISSIONE GIUDICATRICE del 10.12.2025

(Seduta Riservata)

OGGETTO: ***Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.***

L'anno **duemilaventicinque** il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 14.30, presso i locali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico *"Paolo Giaccone"* al piano primo ed. 21A, in via del Vespro 129 Palermo, si riunisce in modalità riservata la Commissione giudicatrice giusta delibera n.915 del 19.09.2025.

CIO' PREMESSO

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere cosi composta:

1. *Dott. Pietro Rigano* Presidente;
2. *Dott. Giuseppe D'Anna* Componente;
3. *Dott. Marcello Noto* Componente;
4. *Dott.Massimiliano Di Lorenzo* Segretario verbalizzante;

La Commissione procede all'esame della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti ai lotti di seguito indicati, riportando le valutazioni in apposite tabelle allegate una per ciascun lotto, indicate con progressione alfabetica al presente verbale, quale parte integrante:

La Commissione prosegue i lavori per la valutazione degli articoli relativi al lotto 1 presentati dagli operatori economici ditte: ARJIO Italia spa, F.A.S. Hospital s.r.l. e Service MED s.r.l. .

- **Lotto 1 :** Superfici di supporto ad aria a pressione alternata per pazienti a medio – alto rischio, concorrenti ditte ARJIO Italia s.p.a., F.A.S. Hospital s.r.l. e Service Med s.r.l. che vengono ammesse in quanto soddisfano i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico di cui si allega la griglia di valutazione .

La Commissione procede a valutare i criteri di aggiudicazione e il punteggio totale relativi al lotto 1 :

1. allarmi
2. informatizzazione del servizio
3. piattaforma accesso al servizio
4. aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione sanitizzazione (materassi, teli)
5. formazione e aggiornamento
6. organizzazione aziendale
7. organizzazione aziendale (sociale)
8. assistenza tecnica
9. migliorie

Alle ore 16,30 la Commissione completa la valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti relativa al lotto 1, determinando quanto segue :

- **Lotto 1 :** Superfici di supporto ad aria a pressione alternata per pazienti a medio–alto rischio, concorrente ditta ARJIO Italia spa, di cui si allega la griglia di valutazione qualitativa, ottenendo il punteggio totale di **69,36 (All. A – lotto 1)**.

- **Lotto 1 :** Superfici di supporto ad aria a pressione alternata per pazienti a medio – alto rischio, concorrente ditta F.A.S. Hospital srl di cui si allega la griglia di valutazione qualitativa, ottenendo il punteggio totale di **65,31 (All. B – lotto 1)**.

- **Lotto 1 :** Superfici di supporto ad aria a pressione alternata per pazienti a medio – alto rischio, concorrente ditta SERVICE MED srl di cui si allega la griglia di valutazione qualitativa, ottenendo il punteggio totale di **78,75 (All. C – lotto 1)**.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Alle ore 17:30 il Presidente, sospende le attività e dichiara chiusa la presente seduta di gara .

La Commissione stabilisce di fissare la prossima seduta riservata per il 19.12.2025, per la prosecuzione delle attività di gara dandone comunicazione tempestiva ai componenti.

Del che è redatto il presente verbale composto da n.3 (tre) pagine che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Palermo, lì 10.12.2025

LA COMMISSIONE DI GARA

(Presidente) *Dott. Pietro Rigano*

Firma

(Componente) Dott. Giuseppe D'Anna

Firma

(Componente) *Dott.Marcello Noto*

Firma

Dott. Massimiliano Di Lorenzo

Firma


All. A

Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo".


DITTA : ARJO ITALIA **LOTTO 1**

CRITERIO	DESCRIZIONE	Fonte informativa	Valutazione (P-T-D)	Punteggio max	Punteggio totale
Portata terapeutica (kg)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggior portata in KG, superiore alla portata minima in KG prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1 (Lotto 1: 150 kg - Lotto 2: 200 kg - Lotto 3: 400kg). Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(portata in kg offerti dal concorrente - portata minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore portata in kg offerta - portata minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	1,5
Altezza complessiva del sistema (cm)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore altezza in cm superiore alla misura minima in cm prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1. (Lotto 1: tra 18 e 22 cm - Lotto 2 e 3: tra 20 e 22 cm) Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(altezza in cm offerta dal concorrente - altezza minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore altezza in cm offerta - altezza minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2
Autonomia in assenza di corrente elettrica (ore)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore autonomia in ore superiore alle 6 ore minimamente previste dal capitolato art. 3 Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(autonomia di ore offerte dal concorrente - ore minime richieste)/(migliore autonomia di ore offerta – ore minime richieste)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	1
Terapia in assenza di corrente elettrica	Sarà privilegiato il sistema che, grazie alla presenza di batteria, sia in grado di erogare la terapia (alternata/Bassa Pressione Continua) in assenza di corrente elettrica	Scheda e documentazione tecnica	T	2	0
Ingombro e peso del materasso	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *[il miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] /*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3

	*[(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ∫ *3*				
Ingombro e peso del compressore	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *∫il miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ∫ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2,64
Adattabilità del sistema	Sarà privilegiato il prodotto che presenti la possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio, possibilità per il materasso del sub-lotto 3 di adattamento alla totalità dei letti anche con l'uso di apposite estensioni integrate ad aria (No Schiuma)	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Facilità e praticità d'uso del compressore	Saranno considerate positivamente, a titolo esemplificativo, la facilità di comprensione e visibilità dei comandi, la facilità di comprensione e visibilità delle istruzioni, la facilità di percezione degli allarmi.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superficie	Sarà valutata positivamente la capacità del collegamento di resistere alle trazioni	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Visibilità e Praticità del comando di sgonfiaggio per CPR	Verrà privilegiato il prodotto che presenti maggior visibilità del comando in termini, a titolo esemplificativo, di colore, la posizione maggiormente pratica e la facilità d'uso del comando.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Rumorosità	Rapporto tra la rumorosità del bene del concorrente rispetto alla minore rumorosità offerta. Verrà utilizzata la seguente formula: *(Minore rumorosità in db / rumorosità del bene offerta dal concorrente in db) *3*	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	Q	3	2,22
Praticità d'uso del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la semplicità d'uso: per la rimozione, la velocità di sostituzione e il sistema di ancoraggio.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1
Sterilizzazione del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la possibilità di sterilizzazione.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1



Allarmi	Verrà attribuito 1 punto per la presenza dell'allarme acustico e 1 punto per la presenza dell'allarme visivo.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	T	2	2
Informatizzazione del servizio	Sarà privilegiata l'offerta che includa la messa a disposizione di un sistema informatico per la gestione del servizio che appaia maggiormente efficace ed efficiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Modalità di gestione delle richieste; - Modalità di gestione e registrazione delle dismissioni; - Modalità di gestione delle altre informazioni relative al servizio; - Tipologia e struttura della reportistica estraibile.	Progetto Gestionale	D	6	5
Piattaforma Accesso al Servizio	Sarà valutata positivamente la possibilità di integrazione al sistema software proposto con metodologia di utilizzo innovativa, a titolo di esempio APP, Intelligenza Artificiale, etc	Progetto gestionale	D	4	4
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, etc.)	Sarà valutata positivamente la completezza nella descrizione delle procedure proposte, la presenza di certificazioni di qualità anche in relazione al minore impatto ambientale (certificazioni ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 impatto ambientale certificazioni AUA).	Progetto gestionale	D	6	5,5
	Sarà valutata positivamente il possesso di certificazioni di qualità in relazione all'aspetto microbiologico – ISO EN 14065:2016	Progetto gestionale	T	3	3
Formazione e aggiornamento	Sarà privilegiata l'offerta che includa il programma del piano formativo maggiormente completo e illustri le modalità di erogazione più efficaci	Progetto gestionale	D	4	4
Organizzazione aziendale	Saranno valutati positivamente, ad esempio, la qualità ed il dettaglio nella descrizione della propria organizzazione nel livello di stoccaggio, trasporto e garanzia di mantenimento delle corrette norme igieniche.	Progetto gestionale	D	8	7



Organizzazione aziendale (sociale)	Possesso della Certificazione di parità di genere UNI PdR 125:2022	Progetto gestionale	T	2	2
Assistenza tecnica	Sarà valutato positivamente, ad esempio, il livello di dettaglio nella descrizione dei protocolli/procedure seguiti in caso di guasto e/o sostituzione, nonché l'esecuzione delle operazioni in tempi migliorativi rispetto agli standard precisati nella documentazione di gara	Progetto gestionale	D	6	6
MIGLIORIE	Sarà valutata positivamente la capacità di fornire una o più migliorie ampiamente descritte.	Progetto gestionale	D	5	4,5




All. B


Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo".

DITTA : F.A.S. HOSPITAL **LOTTO 1**


CRITERIO	DESCRIZIONE	Fonte informativa	Valutazione (P-T-D)	Punteggio max	Punteggio totale
Portata terapeutica (kg)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggior portata in KG, superiore alla portata minima in KG prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1 (Lotto 1: 150 kg - Lotto 2: 200 kg - Lotto 3: 400kg). Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(portata in kg offerti dal concorrente - portata minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore portata in kg offerta - portata minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Altezza complessiva del sistema (cm)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore altezza in cm superiore alla misura minima in cm prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1. (Lotto 1: tra 18 e 22 cm - Lotto 2 e 3: tra 20 e 22 cm) Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(altezza in cm offerta dal concorrente - altezza minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore altezza in cm offerta - altezza minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2,3
Autonomia in assenza di corrente elettrica (ore)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore autonomia in ore superiore alle 6 ore minimamente previste dal capitolato art. 3 Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(autonomia di ore offerte dal concorrente - ore minime richieste)/(migliore autonomia di ore offerta – ore minime richieste)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	1
Terapia in assenza di corrente elettrica	Sarà privilegiato il sistema che, grazie alla presenza di batteria, sia in grado di erogare la terapia (alternata/Bassa Pressione Continua) in assenza di corrente elettrica	Scheda e documentazione tecnica	T	2	0
Ingombro e peso del materasso	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2,8




Ingombro e peso del compressore	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2,73
Adattabilità del sistema	Sarà privilegiato il prodotto che presenti la possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio, possibilità per il materasso del sub-lotto 3 di adattamento alla totalità dei letti anche con l'uso di apposite estensioni integrate ad aria (No Schiuma)	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Facilità e praticità d'uso del compressore	Saranno considerate positivamente, a titolo esemplificativo, la facilità di comprensione e visibilità dei comandi, la facilità di comprensione e visibilità delle istruzioni, la facilità di percezione degli allarmi.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superficie	Sarà valutata positivamente la capacità del collegamento di resistere alle trazioni	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Visibilità e Praticità del comando di sgonfiaggio per CPR	Verrà privilegiato il prodotto che presenti maggior visibilità del comando in termini, a titolo esemplificativo, di colore, la posizione maggiormente pratica e la facilità d'uso del comando.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Rumorosità	Rapporto tra la rumorosità del bene del concorrente rispetto alla minore rumorosità offerta. Verrà utilizzata la seguente formula: *(Minore rumorosità in db / rumorosità del bene offerta dal concorrente in db) *3*	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	Q	3	2,48
Praticità d'uso del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la semplicità d'uso: per la rimozione, la velocità di sostituzione e il sistema di ancoraggio.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1
Sterilizzazione del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la possibilità di sterilizzazione.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1




Allarmi	Verrà attribuito 1 punto per la presenza dell'allarme acustico e 1 punto per la presenza dell'allarme visivo.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	T	2	2
Informatizzazione del servizio	Sarà privilegiata l'offerta che includa la messa a disposizione di un sistema informatico per la gestione del servizio che appaia maggiormente efficace ed efficiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Modalità di gestione delle richieste; - Modalità di gestione e registrazione delle dismissioni; - Modalità di gestione delle altre informazioni relative al servizio; - Tipologia e struttura della reportistica estraibile.	Progetto Gestionale	D	6	5
Piattaforma Accesso al Servizio	Sarà valutata positivamente la possibilità di integrazione al sistema software proposto con metodologia di utilizzo innovativa, a titolo di esempio APP, Intelligenza Artificiale, etc	Progetto gestionale	D	4	4
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, etc.)	Sarà valutata positivamente la completezza nella descrizione delle procedure proposte, la presenza di certificazioni di qualità anche in relazione al minore impatto ambientale (certificazioni ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 impatto ambientale certificazioni AUA).	Progetto gestionale	D	6	5
	Sarà valutata positivamente il possesso di certificazioni di qualità in relazione all'aspetto microbiologico – ISO EN 14065:2016	Progetto gestionale	T	3	0
Formazione e aggiornamento	Sarà privilegiata l'offerta che includa il programma del piano formativo maggiormente completo e illustri le modalità di erogazione più efficaci	Progetto gestionale	D	4	4
Organizzazione aziendale	Saranno valutati positivamente, ad esempio, la qualità ed il dettaglio nella descrizione della propria organizzazione nel livello di stoccaggio, trasporto e garanzia di mantenimento delle corrette norme igieniche.	Progetto gestionale	D	8	7



Organizzazione aziendale (sociale)	Possesso della Certificazione di parità di genere UNI PdR 125:2022	Progetto gestionale	T	2	2
Assistenza tecnica	Sarà valutato positivamente, ad esempio, il livello di dettaglio nella descrizione dei protocolli/procedure seguiti in caso di guasto e/o sostituzione, nonché l'esecuzione delle operazioni in tempi migliorativi rispetto agli standard precisati nella documentazione di gara	Progetto gestionale	D	6	4
MIGLIORIE	Sarà valutata positivamente la capacità di fornire una o più migliorie ampiamente descritte.	Progetto gestionale	D	5	4






All. C


Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo".

DITTA : SERVICE MED **LOTTO 1**


CRITERIO	DESCRIZIONE	Fonte informativa	Valutazione (P-T-D)	Punteggio max	Punteggio totale
Portata terapeutica (kg)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggior portata in KG, superiore alla portata minima in KG prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1 (Lotto 1: 150 kg - Lotto 2: 200 kg - Lotto 3: 400kg). Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(portata in kg offerti dal concorrente - portata minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore portata in kg offerta - portata minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Altezza complessiva del sistema (cm)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore altezza in cm superiore alla misura minima in cm prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1. (Lotto 1: tra 18 e 22 cm - Lotto 2 e 3: tra 20 e 22 cm) Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(altezza in cm offerta dal concorrente - altezza minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore altezza in cm offerta - altezza minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Autonomia in assenza di corrente elettrica (ore)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore autonomia in ore superiore alle 6 ore minimamente previste dal capitolato art. 3 Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(autonomia di ore offerte dal concorrente - ore minime richieste)/(migliore autonomia di ore offerta – ore minime richieste)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Terapia in assenza di corrente elettrica	Sarà privilegiato il sistema che, grazie alla presenza di batteria, sia in grado di erogare la terapia (alternata/Bassa Pressione Continua) in assenza di corrente elettrica	Scheda e documentazione tecnica	T	2	2
Ingombro e peso del materasso	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2,75



Ingombro e peso del compressore	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Adattabilità del sistema	Sarà privilegiato il prodotto che presenti la possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio, possibilità per il materasso del sub-lotto 3 di adattamento alla totalità dei letti anche con l'uso di apposite estensioni integrate ad aria (No Schiuma)	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Facilità e praticità d'uso del compressore	Saranno considerate positivamente, a titolo esemplificativo, la facilità di comprensione e visibilità dei comandi, la facilità di comprensione e visibilità delle istruzioni, la facilità di percezione degli allarmi.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superficie	Sarà valutata positivamente la capacità del collegamento di resistere alle trazioni	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Visibilità e Praticità del comando di sgonfiaggio per CPR	Verrà privilegiato il prodotto che presenti maggior visibilità del comando in termini, a titolo esemplificativo, di colore, la posizione maggiormente pratica e la facilità d'uso del comando.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Rumorosità	Rapporto tra la rumorosità del bene del concorrente rispetto alla minore rumorosità offerta. Verrà utilizzata la seguente formula: *(Minore rumorosità in db / rumorosità del bene offerta dal concorrente in db) *3*	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	Q	3	3
Praticità d'uso del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la semplicità d'uso: per la rimozione, la velocità di sostituzione e il sistema di ancoraggio.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1
Sterilizzazione del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la possibilità di sterilizzazione.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1




Allarmi	Verrà attribuito 1 punto per la presenza dell'allarme acustico e 1 punto per la presenza dell'allarme visivo.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	T	2	2
Informatizzazione del servizio	Sarà privilegiata l'offerta che includa la messa a disposizione di un sistema informatico per la gestione del servizio che appaia maggiormente efficace ed efficiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Modalità di gestione delle richieste; - Modalità di gestione e registrazione delle dismissioni; - Modalità di gestione delle altre informazioni relative al servizio; - Tipologia e struttura della reportistica estraibile.	Progetto Gestionale	D	6	6
Piattaforma Accesso al Servizio	Sarà valutata positivamente la possibilità di integrazione al sistema software proposto con metodologia di utilizzo innovativa, a titolo di esempio APP, Intelligenza Artificiale, etc	Progetto gestionale	D	4	4
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, etc.)	Sarà valutata positivamente la completezza nella descrizione delle procedure proposte, la presenza di certificazioni di qualità anche in relazione al minore impatto ambientale (certificazioni ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 impatto ambientale certificazioni AUA).	Progetto gestionale	D	6	6
	Sarà valutata positivamente il possesso di certificazioni di qualità in relazione all'aspetto microbiologico – ISO EN 14065:2016	Progetto gestionale	T	3	3
Formazione e aggiornamento	Sarà privilegiata l'offerta che includa il programma del piano formativo maggiormente completo e illustri le modalità di erogazione più efficaci	Progetto gestionale	D	4	4
Organizzazione aziendale	Saranno valutati positivamente, ad esempio, la qualità ed il dettaglio nella descrizione della propria organizzazione nel livello di stoccaggio, trasporto e garanzia di mantenimento delle corrette norme igieniche.	Progetto gestionale	D	8	8



Organizzazione aziendale (sociale)	Possesso della Certificazione di parità di genere UNI PdR 125:2022	Progetto gestionale	T	2	2
Assistenza tecnica	Sarà valutato positivamente, ad esempio, il livello di dettaglio nella descrizione dei protocolli/procedure seguiti in caso di guasto e/o sostituzione, nonché l'esecuzione delle operazioni in tempi migliorativi rispetto agli standard precisati nella documentazione di gara	Progetto gestionale	D	5	5
MIGLIORIE	Sarà valutata positivamente la capacità di fornire una o più migliorie ampiamente descritte.	Progetto gestionale	D	5	5





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

VERBALE N. 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE del 19.12.2025

(Seduta Riservata)

OGGETTO: ***Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.***

L'anno **duemilaventicinque** il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 14.30 presso i locali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico *"Paolo Giaccone"* al piano primo ed.21A, in via del Vespro 129 Palermo, si riunisce in modalità riservata la Commissione giudicatrice giusta delibera n.915 del 19.09.2025.

CIO' PREMESSO

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

1. *Dott. Pietro Rigano* Presidente;
2. *Dott. Giuseppe D'Anna* Componente;
3. *Dott. Marcello Noto* Componente;
4. *Dott. Massimiliano Di Lorenzo* Segretario verbalizzante;

La Commissione, procede all'esame della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti al lotto 2 di seguito indicato, riportando le valutazioni in apposite tabelle allegate, una per ciascun operatore economico, al presente verbale quale parte integrante.

Pertanto la Commissione prosegue i lavori per la valutazione dei criteri di aggiudicazione relativi al lotto 2

1. portata terapeutica
2. altezza complessiva del sistema
3. autonomia in assenza di corrente elettrica
4. terapia in assenza di corrente elettrica
5. ingombro e peso del materasso
6. ingombro e peso del compressore
7. adattabilità del sistema
8. facilità e praticità d'uso del compressore
9. il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superfice

10. visibilità e praticità del comando di sgonfiaggio per CPR
11. rumorosità
12. praticità d'uso del telo di copertura
13. sterilizzazione del telo di copertura.
14. allarmi
15. informatizzazione del servizio
16. piattaforma accesso al servizio
17. aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione sanitizzazione
18. certificazione di qualità in relazione all'aspetto microbiologico -ISO EN 14065:2016
19. formazione e aggiornamento
20. organizzazione aziendale
21. organizzazione aziendale (sociale)
22. assistenza tecnica
23. migliorie.

Alle ore 17,30 la Commissione completa la valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti relativi al lotto 2 determinando quanto segue :

- **Lotto 2:** Superfici di supporto ad aria a pressione alternata per pazienti ad altissimo rischio concorrente ditta ARJIO Italia spa che viene ammessa in quanto soddisfa i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico e di cui si allega la griglia di valutazione qualitativa, ottenendo il punteggio totale di **71,73** (**All. D – lotto 2**);
- **Lotto 2:** Superfici di supporto ad aria a pressione alternata per pazienti a medio – alto rischio concorrente ditta F.A.S. Hospital s.r.l. che viene ammessa in quanto soddisfa i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico e di cui si allega la griglia di valutazione qualitativa, ottenendo il punteggio totale di **63,61** (**All. E – lotto 2**);
- **Lotto 2:** Superfici di supporto ad aria a pressione alternata per pazienti ad altissimo rischio concorrente ditta SERVICE MED s.r.l.. che viene ammessa in quanto soddisfa i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico e di cui si allega la griglia di valutazione qualitativa, ottenendo il punteggio totale di **76,12** (**All. F – lotto 2**);

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Alle ore 18:30 il Presidente, sospende le attività e dichiara chiusa la presente seduta di gara .

La Commissione stabilisce di fissare la prossima seduta riservata per la prosecuzione delle attività di gara in data 07.01.2026.

Del che è redatto il presente verbale composto da n.3 (tre) pagine che, letto, confermato, e sottoscritto.

Palermo, lì 19.12.2025

LA COMMISSIONE DI GARA

(Presidente) Dott. Pietro Rigano

Firma

(Componente) Dott. Giuseppe D'Anna

Firma

(Componente) Dott.Marcello Noto

Firma

(Il segretario verbalizzante)

Dott. Massimiliano Di Lorenzo

Firma

All. D.


Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo".

DITTA : ARJO ITALIA **LOTTO 2**


CRITERIO	DESCRIZIONE	Fonte informativa	Valutazione (P-T-D)	Punteggio max	Punteggio totale
Portata terapeutica (kg)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggior portata in KG, superiore alla portata minima in KG prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1 (Lotto 1: 150 kg - Lotto 2: 200 kg - Lotto 3: 400kg). Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(portata in kg offerti dal concorrente - portata minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore portata in kg offerta - portata minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Altezza complessiva del sistema (cm)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore altezza in cm superiore alla misura minima in cm prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1. (Lotto 1: tra 18 e 22 cm - Lotto 2 e 3: tra 20 e 22 cm) Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(altezza in cm offerta dal concorrente - altezza minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore altezza in cm offerta - altezza minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	1,5
Autonomia in assenza di corrente elettrica (ore)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore autonomia in ore superiore alle 6 ore minimamente previste dal capitolato art. 3 Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(autonomia di ore offerte dal concorrente - ore minime richieste)/(migliore autonomia di ore offerta – ore minime richieste)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	1,5
Terapia in assenza di corrente elettrica	Sarà privilegiato il sistema che, grazie alla presenza di batteria, sia in grado di erogare la terapia (alternata/Bassa Pressione Continua) in assenza di corrente elettrica	Scheda e documentazione tecnica	T	2	2
Ingombro e peso del materasso	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3

Ingombro e peso del compressore	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	1,02
Adattabilità del sistema	Sarà privilegiato il prodotto che presenti la possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio, possibilità per il materasso del sub-lotto 3 di adattamento alla totalità dei letti anche con l'uso di apposite estensioni integrate ad aria (No Schiuma)	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Facilità e praticità d'uso del compressore	Saranno considerate positivamente, a titolo esemplificativo, la facilità di comprensione e visibilità dei comandi, la facilità di comprensione e visibilità delle istruzioni, la facilità di percezione degli allarmi.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superficie	Sarà valutata positivamente la capacità del collegamento di resistere alle trazioni	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Visibilità e Praticità del comando di sgonfiaggio per CPR	Verrà privilegiato il prodotto che presenti maggior visibilità del comando in termini, a titolo esemplificativo, di colore, la posizione maggiormente pratica e la facilità d'uso del comando.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Rumorosità	Rapporto tra la rumorosità del bene del concorrente rispetto alla minore rumorosità offerta. Verrà utilizzata la seguente formula: *(Minore rumorosità in db / rumorosità del bene offerta dal concorrente in db) *3*	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	Q	3	2,71
Praticità d'uso del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la semplicità d'uso: per la rimozione, la velocità di sostituzione e il sistema di ancoraggio.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1
Sterilizzazione del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la possibilità di sterilizzazione.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1

Allarmi	Verrà attribuito 1 punto per la presenza dell'allarme acustico e 1 punto per la presenza dell'allarme visivo.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	T	2	2
Informatizzazione del servizio	Sarà privilegiata l'offerta che includa la messa a disposizione di un sistema informatico per la gestione del servizio che appaia maggiormente efficace ed efficiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Modalità di gestione delle richieste; - Modalità di gestione e registrazione delle dismissioni; - Modalità di gestione delle altre informazioni relative al servizio; - Tipologia e struttura della reportistica estraibile.	Progetto Gestionale	D	6	5
Piattaforma Accesso al Servizio	Sarà valutata positivamente la possibilità di integrazione al sistema software proposto con metodologia di utilizzo innovativa, a titolo di esempio APP, Intelligenza Artificiale, etc	Progetto gestionale	D	4	4
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, etc.)	Sarà valutata positivamente la completezza nella descrizione delle procedure proposte, la presenza di certificazioni di qualità anche in relazione al minore impatto ambientale (certificazioni ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 impatto ambientale certificazioni AUA).	Progetto gestionale	D	6	5,5
	Sarà valutata positivamente il possesso di certificazioni di qualità in relazione all'aspetto microbiologico – ISO EN 14065:2016	Progetto gestionale	T	3	3
Formazione e aggiornamento	Sarà privilegiata l'offerta che includa il programma del piano formativo maggiormente completo e illustri le modalità di erogazione più efficaci	Progetto gestionale	D	4	4
Organizzazione aziendale	Saranno valutati positivamente, ad esempio, la qualità ed il dettaglio nella descrizione della propria organizzazione nel livello di stoccaggio, trasporto e garanzia di mantenimento delle corrette norme igieniche.	Progetto gestionale	D	8	7



Organizzazione aziendale (sociale)	Possesso della Certificazione di parità di genere UNI PdR 125:2022	Progetto gestionale	T	2	2
Assistenza tecnica	Sarà valutato positivamente, ad esempio, il livello di dettaglio nella descrizione dei protocolli/procedure seguiti in caso di guasto e/o sostituzione, nonché l'esecuzione delle operazioni in tempi migliorativi rispetto agli standard precisati nella documentazione di gara	Progetto gestionale	D	6	6
MIGLIORIE	Sarà valutata positivamente la capacità di fornire una o più migliorie ampiamente descritte.	Progetto gestionale	D	5	4,5



All. E

Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo".


DITTA : F.A.S. HOSPITAL **LOTTO 2**

CRITERIO	DESCRIZIONE	Fonte informativa	Valutazione (P-T-D)	Punteggio max	Punteggio totale
Portata terapeutica (kg)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggior portata in KG, superiore alla portata minima in KG prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1 (Lotto 1: 150 kg - Lotto 2: 200 kg - Lotto 3: 400kg). Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(portata in kg offerti dal concorrente - portata minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore portata in kg offerta - portata minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Altezza complessiva del sistema (cm)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore altezza in cm superiore alla misura minima in cm prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1. (Lotto 1: tra 18 e 22 cm - Lotto 2 e 3: tra 20 e 22 cm) Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(altezza in cm offerta dal concorrente - altezza minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore altezza in cm offerta - altezza minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	0,9
Autonomia in assenza di corrente elettrica (ore)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore autonomia in ore superiore alle 6 ore minimamente previste dal capitolato art. 3 Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(autonomia di ore offerte dal concorrente - ore minime richieste)/(migliore autonomia di ore offerta – ore minime richieste)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	0
Terapia in assenza di corrente elettrica	Sarà privilegiato il sistema che, grazie alla presenza di batteria, sia in grado di erogare la terapia (alternata/Bassa Pressione Continua) in assenza di corrente elettrica	Scheda e documentazione tecnica	T	2	0
Ingombro e peso del materasso	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ſil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ſ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2,71

Ingombro e peso del compressore	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Adattabilità del sistema	Sarà privilegiato il prodotto che presenti la possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio, possibilità per il materasso del sub-lotto 3 di adattamento alla totalità dei letti anche con l'uso di apposite estensioni integrate ad aria (No Schiuma)	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Facilità e praticità d'uso del compressore	Saranno considerate positivamente, a titolo esemplificativo, la facilità di comprensione e visibilità dei comandi, la facilità di comprensione e visibilità delle istruzioni, la facilità di percezione degli allarmi.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superficie	Sarà valutata positivamente la capacità del collegamento di resistere alle trazioni	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Visibilità e Praticità del comando di sgonfiaggio per CPR	Verrà privilegiato il prodotto che presenti maggior visibilità del comando in termini, a titolo esemplificativo, di colore, la posizione maggiormente pratica e la facilità d'uso del comando.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Rumorosità	Rapporto tra la rumorosità del bene del concorrente rispetto alla minore rumorosità offerta. Verrà utilizzata la seguente formula: *(Minore rumorosità in db / rumorosità del bene offerta dal concorrente in db) *3*	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	Q	3	3
Praticità d'uso del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la semplicità d'uso: per la rimozione, la velocità di sostituzione e il sistema di ancoraggio.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1
Sterilizzazione del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la possibilità di sterilizzazione.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1

Allarmi	Verrà attribuito 1 punto per la presenza dell'allarme acustico e 1 punto per la presenza dell'allarme visivo.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	T	2	2
Informatizzazione del servizio	Sarà privilegiata l'offerta che includa la messa a disposizione di un sistema informatico per la gestione del servizio che appaia maggiormente efficace ed efficiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Modalità di gestione delle richieste; - Modalità di gestione e registrazione delle dismissioni; - Modalità di gestione delle altre informazioni relative al servizio; - Tipologia e struttura della reportistica estraibile.	Progetto Gestionale	D	5	5
Piattaforma Accesso al Servizio	Sarà valutata positivamente la possibilità di integrazione al sistema software proposto con metodologia di utilizzo innovativa, a titolo di esempio APP, Intelligenza Artificiale, etc	Progetto gestionale	D	4	4
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, etc.)	Sarà valutata positivamente la completezza nella descrizione delle procedure proposte, la presenza di certificazioni di qualità anche in relazione al minore impatto ambientale (certificazioni ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 impatto ambientale certificazioni AUA).	Progetto gestionale	D	6	5
	Sarà valutata positivamente il possesso di certificazioni di qualità in relazione all'aspetto microbiologico – ISO EN 14065:2016	Progetto gestionale	T	3	0
Formazione e aggiornamento	Sarà privilegiata l'offerta che includa il programma del piano formativo maggiormente completo e illustri le modalità di erogazione più efficaci	Progetto gestionale	D	4	4
Organizzazione aziendale	Saranno valutati positivamente, ad esempio, la qualità ed il dettaglio nella descrizione della propria organizzazione nel livello di stoccaggio, trasporto e garanzia di mantenimento delle corrette norme igieniche.	Progetto gestionale	D	8	7

Organizzazione aziendale (sociale)	Possesso della Certificazione di parità di genere UNI PdR 125:2022	Progetto gestionale	T	2	2
Assistenza tecnica	Sarà valutato positivamente, ad esempio, il livello di dettaglio nella descrizione dei protocolli/procedure seguiti in caso di guasto e/o sostituzione, nonché l'esecuzione delle operazioni in tempi migliorativi rispetto agli standard precisati nella documentazione di gara	Progetto gestionale	D	6	4
MIGLIORIE	Sarà valutata positivamente la capacità di fornire una o più migliorie ampiamente descritte.	Progetto gestionale	D	5	4



AM - F


Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo".

DITTA : SERVICE MED **LOTTO 2**

CRITERIO	DESCRIZIONE	Fonte informativa	Valutazione (P-T-D)	Punteggio max	Punteggio totale
Portata terapeutica (kg)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggior portata in KG, superiore alla portata minima in KG prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1 (Lotto 1: 150 kg - Lotto 2: 200 kg - Lotto 3: 400kg). Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(portata in kg offerti dal concorrente - portata minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore portata in kg offerta - portata minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Altezza complessiva del sistema (cm)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore altezza in cm superiore alla misura minima in cm prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1. (Lotto 1: tra 18 e 22 cm - Lotto 2 e 3: tra 20 e 22 cm) Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(altezza in cm offerta dal concorrente - altezza minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore altezza in cm offerta - altezza minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Autonomia in assenza di corrente elettrica (ore)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore autonomia in ore superiore alle 6 ore minimamente previste dal capitolato art. 3 Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(autonomia di ore offerte dal concorrente - ore minime richieste)/(migliore autonomia di ore offerta – ore minime richieste)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Terapia in assenza di corrente elettrica	Sarà privilegiato il sistema che, grazie alla presenza di batteria, sia in grado di erogare la terapia (alternata/Bassa Pressione Continua) in assenza di corrente elettrica	Scheda e documentazione tecnica	T	2	0
Ingombro e peso del materasso	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2,64

Ingombro e peso del compressore	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ʃil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ʃ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2,88
Adattabilità del sistema	Sarà privilegiato il prodotto che presenti la possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio, possibilità per il materasso del sub-lotto 3 di adattamento alla totalità dei letti anche con l'uso di apposite estensioni integrate ad aria (No Schiuma)	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Facilità e praticità d'uso del compressore	Saranno considerate positivamente, a titolo esemplificativo, la facilità di comprensione e visibilità dei comandi, la facilità di comprensione e visibilità delle istruzioni, la facilità di percezione degli allarmi.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superficie	Sarà valutata positivamente la capacità del collegamento di resistere alle trazioni	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Visibilità e Praticità del comando di sgonfiaggio per CPR	Verrà privilegiato il prodotto che presenti maggior visibilità del comando in termini, a titolo esemplificativo, di colore, la posizione maggiormente pratica e la facilità d'uso del comando.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Rumorosità	Rapporto tra la rumorosità del bene del concorrente rispetto alla minore rumorosità offerta. Verrà utilizzata la seguente formula: *(Minore rumorosità in db / rumorosità del bene offerta dal concorrente in db) *3*	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	Q	3	2,6
Praticità d'uso del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la semplicità d'uso: per la rimozione, la velocità di sostituzione e il sistema di ancoraggio.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1
Sterilizzazione del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la possibilità di sterilizzazione.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1

Organizzazione aziendale (sociale)	Possesso della Certificazione di parità di genere UNI PdR 125:2022	Progetto gestionale	T	2	2
Assistenza tecnica	Sarà valutato positivamente, ad esempio, il livello di dettaglio nella descrizione dei protocolli/procedure seguiti in caso di guasto e/o sostituzione, nonché l'esecuzione delle operazioni in tempi migliorativi rispetto agli standard precisati nella documentazione di gara	Progetto gestionale	D	6	5
MIGLIORIE	Sarà valutata positivamente la capacità di fornire una o più migliorie ampiamente descritte.	Progetto gestionale	D	5	5



Allarmi	Verrà attribuito 1 punto per la presenza dell'allarme acustico e 1 punto per la presenza dell'allarme visivo.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	T	2	2
Informatizzazione del servizio	Sarà privilegiata l'offerta che includa la messa a disposizione di un sistema informatico per la gestione del servizio che appaia maggiormente efficace ed efficiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Modalità di gestione delle richieste; - Modalità di gestione e registrazione delle dismissioni; - Modalità di gestione delle altre informazioni relative al servizio; - Tipologia e struttura della reportistica estraibile.	Progetto Gestionale	D	6	6
Piattaforma Accesso al Servizio	Sarà valutata positivamente la possibilità di integrazione al sistema software proposto con metodologia di utilizzo innovativa, a titolo di esempio APP, Intelligenza Artificiale, etc	Progetto gestionale	D	4	4
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, etc.)	Sarà valutata positivamente la completezza nella descrizione delle procedure proposte, la presenza di certificazioni di qualità anche in relazione al minore impatto ambientale (certificazioni ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 impatto ambientale certificazioni AUA).	Progetto gestionale	D	6	6
	Sarà valutata positivamente il possesso di certificazioni di qualità in relazione all'aspetto microbiologico – ISO EN 14065:2016	Progetto gestionale	T	3	3
Formazione e aggiornamento	Sarà privilegiata l'offerta che includa il programma del piano formativo maggiormente completo e illustri le modalità di erogazione più efficaci	Progetto gestionale	D	4	4
Organizzazione aziendale	Saranno valutati positivamente, ad esempio, la qualità ed il dettaglio nella descrizione della propria organizzazione nel livello di stoccaggio, trasporto e garanzia di mantenimento delle corrette norme igieniche.	Progetto gestionale	D	8	8

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO
Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Tel. 091.6555503/5749
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

VERBALE N. 7 COMMISSIONE GIUDICATRICE del 07.01.2026

(Seduta Riservata)

OGGETTO: ***Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.***

L'anno **duemilaventisei** il giorno sette del mese di gennaio alle ore 9.30 presso i locali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico *"Paolo Giaccone"* al piano primo ed.21A, in via del Vespro 129 Palermo, si riunisce in modalità riservata la Commissione giudicatrice giusta delibera n.915 del 19.09.2025.

CIO' PREMESSO

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

1. *Dott. Pietro Rigano* Presidente;
2. *Dott. Giuseppe D'Anna* Componente;
3. *Dott. Marcello Noto* Componente;
4. *Dott. Massimiliano Di Lorenzo* Segretario verbalizzante;

La Commissione, nella seduta odierna, procede all'esame della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti ai lotti di seguito indicati, riportando le valutazioni in apposite tabelle allegate una per ciascun lotto, indicate con progressione alfabetica, al presente verbale quali parte integrante:

La Commissione prosegue i lavori per la valutazione degli articoli relativi al lotto 3:

- **Lotto 3:** Superfici bariatriche concorrente ditta ARJIO Italia spa e F.A.S. Hospital s.r.l. che vengono ammesse in quanto soddisfano i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico e di cui si allega la la griglia di valutazione qualitativa

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Pertanto la Commissione procede a valutare i criteri di aggiudicazione relativi al lotto 3: degli operatori economici ditte ARJIO Italia s.p.a. e F.A.S. Hospital s.r.l. . :

1. portata terapeutica
2. altezza complessiva del sistema
3. autonomia in assenza di corrente elettrica
4. terapia in assenza di corrente elettrica
5. ingombro e peso del materasso
6. ingombro e peso del compressore
7. adattabilità del sistema
8. facilità e praticità d'uso del compressore
9. il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superfice
10. visibilità e praticità del comando di sgonfiaggio per CPR
11. rumorosità
12. praticità d'uso del telo di copertura
13. sterilizzazione del telo di copertura

Alle ore 12:30 il Presidente, sospende le attività e dichiara chiusa la presente seduta di gara.

La Commissione stabilisce di fissare la prossima seduta riservata per la prosecuzione delle attività di gara in data 23.02.2026.

Del che è redatto il presente verbale composto da n.2 (due) pagine che, letto e confermato, viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE DI GARA

Palermo 07.01.2026

(Presidente) *Dott. Pietro Rigano*

Firma

(Componente) Dott. Giuseppe D'Anna

Firma

(Componente) *Dott.Marcello Noto*

Firma

(Segretario verbalizzante)

Dott. Massimiliano Di Lorenzo

Firma

Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo".

DITTA : ARJO ITALIA **LOTTO 3**

CRITERIO	DESCRIZIONE	Fonte informativa	Valutazione (P-T-D)	Punteggio max	Punteggio totale
Portata terapeutica (kg)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggior portata in KG, superiore alla portata minima in KG prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1 (Lotto 1: 150 kg - Lotto 2: 200 kg - Lotto 3: 400kg). Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(portata in kg offerti dal concorrente - portata minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore portata in kg offerta - portata minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Altezza complessiva del sistema (cm)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore altezza in cm superiore alla misura minima in cm prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1. (Lotto 1: tra 18 e 22 cm - Lotto 2 e 3: tra 20 e 22 cm) Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(altezza in cm offerta dal concorrente - altezza minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore altezza in cm offerta - altezza minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Autonomia in assenza di corrente elettrica (ore)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore autonomia in ore superiore alle 6 ore minimamente previste dal capitolato art. 3 Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(autonomia di ore offerte dal concorrente - ore minime richieste)/(migliore autonomia di ore offerta – ore minime richieste)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Terapia in assenza di corrente elettrica	Sarà privilegiato il sistema che, grazie alla presenza di batteria, sia in grado di erogare la terapia (alternata/Bassa Pressione Continua) in assenza di corrente elettrica	Scheda e documentazione tecnica	T	2	2
Ingombro e peso del materasso	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2,8

Ingombro e peso del compressore	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	1,02
Adattabilità del sistema	Sarà privilegiato il prodotto che presenti la possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio, possibilità per il materasso del sub-lotto 3 di adattamento alla totalità dei letti anche con l'uso di apposite estensioni integrate ad aria (No Schiuma)	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Facilità e praticità d'uso del compressore	Saranno considerate positivamente, a titolo esemplificativo, la facilità di comprensione e visibilità dei comandi, la facilità di comprensione e visibilità delle istruzioni, la facilità di percezione degli allarmi.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superficie	Sarà valutata positivamente la capacità del collegamento di resistere alle trazioni	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Visibilità e Praticità del comando di sgonfiaggio per CPR	Verrà privilegiato il prodotto che presenti maggior visibilità del comando in termini, a titolo esemplificativo, di colore, la posizione maggiormente pratica e la facilità d'uso del comando.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Rumorosità	Rapporto tra la rumorosità del bene del concorrente rispetto alla minore rumorosità offerta. Verrà utilizzata la seguente formula: *(Minore rumorosità in db / rumorosità del bene offerta dal concorrente in db) *3*	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	Q	3	2,71
Praticità d'uso del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la semplicità d'uso: per la rimozione, la velocità di sostituzione e il sistema di ancoraggio.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1
Sterilizzazione del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la possibilità di sterilizzazione.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1

Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo".

DITTA : F.A.S. HOSPITAL **LOTTO 3**

CRITERIO	DESCRIZIONE	Fonte informativa	Valutazione (P-T-D)	Punteggio max	Punteggio totale
Portata terapeutica (kg)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggior portata in KG, superiore alla portata minima in KG prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1 (Lotto 1: 150 kg - Lotto 2: 200 kg - Lotto 3: 400kg). Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(portata in kg offerti dal concorrente - portata minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore portata in kg offerta - portata minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2,77
Altezza complessiva del sistema (cm)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore altezza in cm superiore alla misura minima in cm prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1. (Lotto 1: tra 18 e 22 cm - Lotto 2 e 3: tra 20 e 22 cm) Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(altezza in cm offerta dal concorrente - altezza minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore altezza in cm offerta - altezza minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	1,8
Autonomia in assenza di corrente elettrica (ore)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore autonomia in ore superiore alle 6 ore minimamente previste dal capitolato art. 3 Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(autonomia di ore offerte dal concorrente - ore minime richieste)/(migliore autonomia di ore offerta – ore minime richieste)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	0
Terapia in assenza di corrente elettrica	Sarà privilegiato il sistema che, grazie alla presenza di batteria, sia in grado di erogare la terapia (alternata/Bassa Pressione Continua) in assenza di corrente elettrica	Scheda e documentazione tecnica	T	2	0
Ingombro e peso del materasso	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *∫il miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ∫ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3

Ingombro e peso del compressore	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *[il miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente] *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Adattabilità del sistema	Sarà privilegiato il prodotto che presenti la possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio, possibilità per il materasso del sub-lotto 3 di adattamento alla totalità dei letti anche con l'uso di apposite estensioni integrate ad aria (No Schiuma)	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Facilità e praticità d'uso del compressore	Saranno considerate positivamente, a titolo esemplificativo, la facilità di comprensione e visibilità dei comandi, la facilità di comprensione e visibilità delle istruzioni, la facilità di percezione degli allarmi.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superficie	Sarà valutata positivamente la capacità del collegamento di resistere alle trazioni	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Visibilità e Praticità del comando di sgonfiaggio per CPR	Verrà privilegiato il prodotto che presenti maggior visibilità del comando in termini, a titolo esemplificativo, di colore, la posizione maggiormente pratica e la facilità d'uso del comando.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Rumorosità	Rapporto tra la rumorosità del bene del concorrente rispetto alla minore rumorosità offerta. Verrà utilizzata la seguente formula: *(Minore rumorosità in db / rumorosità del bene offerta dal concorrente in db) *3*	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	Q	3	3
Praticità d'uso del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la semplicità d'uso: per la rimozione, la velocità di sostituzione e il sistema di ancoraggio.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1
Sterilizzazione del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la possibilità di sterilizzazione.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

VERBALE N. 8 COMMISSIONE GIUDICATRICE del 23.02.2026

(Seduta Riservata)

OGGETTO: ***Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.***

L'anno **duemilaventisei** il giorno ventitrè del mese di febbraio alle ore 10.00 presso i locali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico *"Paolo Giaccone"* al piano primo ed.21A, in via del Vespro 129 Palermo, si riunisce in modalità riservata la Commissione giudicatrice giusta delibera n.915 del 19.09.2025.

CIO' PREMESSO

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

1. *Dott. Pietro Rigano* Presidente;
2. *Dott. Giuseppe D'Anna* Componente;
3. *Dott. Marcello Noto* Componente;
4. *Dott. Massimiliano Di Lorenzo* Segretario verbalizzante;

La Commissione, procede all'esame della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti al lotto 3 di seguito indicato, riportando le valutazioni in apposite tabelle allegate, una per ciascun operatore economico, al presente verbale quale parte integrante.

La Commissione prosegue i lavori per la valutazione degli articoli relativi al lotto 3, presentati dagli operatori economici ARJIO Italia spa e F.A.S. Hospital s.r.l.

- **Lotto 3:** Superfici bariatriche, concorrente ditta ARJIO Italia spa e F.A.S. Hospital s.r.l. che vengono ammesse in quanto soddisfano i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico e di cui si allega la griglia di valutazione qualitativa.

Pertanto la Commissione procede a valutare i criteri di aggiudicazione e il punteggio totale relativo al lotto 3:

1. Allarmi
2. informatizzazione del servizio
3. piattaforma accesso al servizio

4. aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione sanitizzazione certificazioni di qualità in relazione all'aspetto microbiologico - ISO EN14065:2016
5. formazione e aggiornamento
6. organizzazione aziendale
7. organizzazione aziendale (sociale)
8. assistenza tecnica
9. migliorie.

Alle ore 16,30 la Commissione completa la valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti relativi al lotto 3 determinando quanto segue :

- **Lotto 3 :** Superfici di supporto ad aria a pressione alternata per pazienti a medio –alto rischio concorrente ditta ARJIO Italia spa, di cui si allega la griglia di valutazione qualitativa, ottenendo il punteggio totale di **74,53 (All. G – lotto 3)**.
- **Lotto 3 :** Superfici di supporto ad aria a pressione alternata per pazienti a medio –alto rischio concorrente ditta F.A.S. Hospital s.r.l. di cui si allega la griglia di valutazione qualitativa, ottenendo il punteggio totale di **64,57 (All. H – lotto 3)**.

Alle ore 17:30 il Presidente, sospende le attività e dichiara chiusa la presente seduta di gara .

La Commissione dichiara concluse le attività di valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti alla procedura indicata in oggetto .

Del che è redatto il presente verbale composto da n.2 (due) pagine che, letto e confermato, viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE DI GARA

(Presidente) ~~*Dott.*~~ *Pietro Rigano*
Firma
(Componente) Dott. Giuseppe D'Anna
Firma
(Componente) *Dott.Marcello Noto*
Firma
(segretario verbalizzante)
Dott. Massimiliano Di Lorenzo
Firma

Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo".

DITTA : F.A.S. HOSPITAL **LOTTO 3**

CRITERIO	DESCRIZIONE	Fonte informativa	Valutazione (P-T-D)	Punteggio max	Punteggio totale
Portata terapeutica (kg)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggior portata in KG, superiore alla portata minima in KG prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1 (Lotto 1: 150 kg - Lotto 2: 200 kg - Lotto 3: 400kg). Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(portata in kg offerti dal concorrente - portata minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore portata in kg offerta - portata minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	2,77
Altezza complessiva del sistema (cm)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore altezza in cm superiore alla misura minima in cm prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1. (Lotto 1: tra 18 e 22 cm - Lotto 2 e 3: tra 20 e 22 cm) Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(altezza in cm offerta dal concorrente - altezza minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore altezza in cm offerta - altezza minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	1,8
Autonomia in assenza di corrente elettrica (ore)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore autonomia in ore superiore alle 6 ore minimamente previste dal capitolato art. 3 Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(autonomia di ore offerte dal concorrente - ore minime richieste)/(migliore autonomia di ore offerta – ore minime richieste)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	0
Terapia in assenza di corrente elettrica	Sarà privilegiato il sistema che, grazie alla presenza di batteria, sia in grado di erogare la terapia (alternata/Bassa Pressione Continua) in assenza di corrente elettrica	Scheda e documentazione tecnica	T	2	0
Ingombro e peso del materasso	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3

Ingombro e peso del compressore	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *[il miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza]*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza]*kg] offerti dal concorrente] *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Adattabilità del sistema	Sarà privilegiato il prodotto che presenti la possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio, possibilità per il materasso del sub-lotto 3 di adattamento alla totalità dei letti anche con l'uso di apposite estensioni integrate ad aria (No Schiuma)	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Facilità e praticità d'uso del compressore	Saranno considerate positivamente, a titolo esemplificativo, la facilità di comprensione e visibilità dei comandi, la facilità di comprensione e visibilità delle istruzioni, la facilità di percezione degli allarmi.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superficie	Sarà valutata positivamente la capacità del collegamento di resistere alle trazioni	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Visibilità e Praticità del comando di sgonfiaggio per CPR	Verrà privilegiato il prodotto che presenti maggior visibilità del comando in termini, a titolo esemplificativo, di colore, la posizione maggiormente pratica e la facilità d'uso del comando.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Rumorosità	Rapporto tra la rumorosità del bene del concorrente rispetto alla minore rumorosità offerta. Verrà utilizzata la seguente formula: *(Minore rumorosità in db / rumorosità del bene offerta dal concorrente in db) *3*	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	Q	3	3
Praticità d'uso del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la semplicità d'uso: per la rimozione, la velocità di sostituzione e il sistema di ancoraggio.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1
Sterilizzazione del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la possibilità di sterilizzazione.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1

Allarmi	Verrà attribuito 1 punto per la presenza dell'allarme acustico e 1 punto per la presenza dell'allarme visivo.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	T	2	2
Informatizzazione del servizio	Sarà privilegiata l'offerta che includa la messa a disposizione di un sistema informatico per la gestione del servizio che appaia maggiormente efficace ed efficiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Modalità di gestione delle richieste; - Modalità di gestione e registrazione delle dismissioni; - Modalità di gestione delle altre informazioni relative al servizio; - Tipologia e struttura della reportistica estraibile.	Progetto Gestionale	D	5	5
Piattaforma Accesso al Servizio	Sarà valutata positivamente la possibilità di integrazione al sistema software proposto con metodologia di utilizzo innovativa, a titolo di esempio APP, Intelligenza Artificiale, etc	Progetto gestionale	D	4	4
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, etc.)	Sarà valutata positivamente la completezza nella descrizione delle procedure proposte, la presenza di certificazioni di qualità anche in relazione al minore impatto ambientale (certificazioni ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 impatto ambientale certificazioni AUA).	Progetto gestionale	D	5	5
	Sarà valutata positivamente il possesso di certificazioni di qualità in relazione all'aspetto microbiologico – ISO EN 14065:2016	Progetto gestionale	T	0	0
Formazione e aggiornamento	Sarà privilegiata l'offerta che includa il programma del piano formativo maggiormente completo e illustri le modalità di erogazione più efficaci	Progetto gestionale	D	4	4
Organizzazione aziendale	Saranno valutati positivamente, ad esempio, la qualità ed il dettaglio nella descrizione della propria organizzazione nel livello di stoccaggio, trasporto e garanzia di mantenimento delle corrette norme igieniche.	Progetto gestionale	D	7	7

Organizzazione aziendale (sociale)	Possesso della Certificazione di parità di genere UNI PdR 125:2022	Progetto gestionale	T	2	2
Assistenza tecnica	Sarà valutato positivamente, ad esempio, il livello di dettaglio nella descrizione dei protocolli/procedure seguiti in caso di guasto e/o sostituzione, nonché l'esecuzione delle operazioni in tempi migliorativi rispetto agli standard precisati nella documentazione di gara	Progetto gestionale	D	4	4
MIGLIORIE	Sarà valutata positivamente la capacità di fornire una o più migliorie ampiamente descritte.	Progetto gestionale	D	4	4




Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo".

DITTA : ARJO ITALIA **LOTTO 3**


CRITERIO	DESCRIZIONE	Fonte informativa	Valutazione (P-T-D)	Punteggio max	Punteggio totale
Portata terapeutica (kg)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggior portata in KG, superiore alla portata minima in KG prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1 (Lotto 1: 150 kg - Lotto 2: 200 kg - Lotto 3: 400kg). Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(portata in kg offerti dal concorrente - portata minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore portata in kg offerta - portata minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Altezza complessiva del sistema (cm)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore altezza in cm superiore alla misura minima in cm prevista per ciascun lotto dal capitolato art. 3.1. (Lotto 1: tra 18 e 22 cm - Lotto 2 e 3: tra 20 e 22 cm) Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(altezza in cm offerta dal concorrente - altezza minima richiesta per ciascun lotto)/(migliore altezza in cm offerta - altezza minima richiesta per ciascun lotto)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Autonomia in assenza di corrente elettrica (ore)	Verrà assegnato il punteggio massimo di 3 punti al concorrente che offre la maggiore autonomia in ore superiore alle 6 ore minimamente previste dal capitolato art. 3 Alle ulteriori offerte verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: *[(autonomia di ore offerte dal concorrente - ore minime richieste)/(migliore autonomia di ore offerta – ore minime richieste)]*3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	3
Terapia in assenza di corrente elettrica	Sarà privilegiato il sistema che, grazie alla presenza di batteria, sia in grado di erogare la terapia (alternata/Bassa Pressione Continua) in assenza di corrente elettrica	Scheda e documentazione tecnica	T	2	2
Ingombro e peso del materasso	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3,8	2,8

Ingombro e peso del compressore	Rapporto tra peso e ingombro offerto dal concorrente rispetto al migliore peso e ingombro offerto. Verrà utilizzata la seguente formula: *ƒil miglior rapporto offerto di [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] / [(larghezza*lunghezza*altezza)*kg] offerti dal concorrente ƒ *3*	Scheda e documentazione tecnica	Q	3	1,02
Adattabilità del sistema	Sarà privilegiato il prodotto che presenti la possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio, possibilità per il materasso del sub-lotto 3 di adattamento alla totalità dei letti anche con l'uso di apposite estensioni integrate ad aria (No Schiuma)	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Facilità e praticità d'uso del compressore	Saranno considerate positivamente, a titolo esemplificativo, la facilità di comprensione e visibilità dei comandi, la facilità di comprensione e visibilità delle istruzioni, la facilità di percezione degli allarmi.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Il connettore deve garantire un solido collegamento tra il compressore e la superficie	Sarà valutata positivamente la capacità del collegamento di resistere alle trazioni	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	2	2
Visibilità e Praticità del comando di sgonfiaggio per CPR	Verrà privilegiato il prodotto che presenti maggior visibilità del comando in termini, a titolo esemplificativo, di colore, la posizione maggiormente pratica e la facilità d'uso del comando.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	4	4
Rumorosità	Rapporto tra la rumorosità del bene del concorrente rispetto alla minore rumorosità offerta. Verrà utilizzata la seguente formula: *(Minore rumorosità in db / rumorosità del bene offerta dal concorrente in db) *3*	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	Q	3	2,71
Praticità d'uso del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la semplicità d'uso: per la rimozione, la velocità di sostituzione e il sistema di ancoraggio.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1
Sterilizzazione del telo di copertura	Verrà valutata positivamente la possibilità di sterilizzazione.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	D	1	1

Allarmi	Verrà attribuito 1 punto per la presenza dell'allarme acustico e 1 punto per la presenza dell'allarme visivo.	Scheda, documentazione tecnica e prove pratiche	T	2	2
Informatizzazione del servizio	Sarà privilegiata l'offerta che includa la messa a disposizione di un sistema informatico per la gestione del servizio che appaia maggiormente efficace ed efficiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Modalità di gestione delle richieste; - Modalità di gestione e registrazione delle dismissioni; - Modalità di gestione delle altre informazioni relative al servizio; - Tipologia e struttura della reportistica estraibile.	Progetto Gestionale	D	6	5
Piattaforma Accesso al Servizio	Sarà valutata positivamente la possibilità di integrazione al sistema software proposto con metodologia di utilizzo innovativa, a titolo di esempio APP, Intelligenza Artificiale, etc	Progetto gestionale	D	4	4
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, etc.)	Sarà valutata positivamente la completezza nella descrizione delle procedure proposte, la presenza di certificazioni di qualità anche in relazione al minore impatto ambientale (certificazioni ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 impatto ambientale certificazioni AUA).	Progetto gestionale	D	6	5,5
	Sarà valutata positivamente il possesso di certificazioni di qualità in relazione all'aspetto microbiologico – ISO EN 14065:2016	Progetto gestionale	T	3	3
Formazione e aggiornamento	Sarà privilegiata l'offerta che includa il programma del piano formativo maggiormente completo e illustri le modalità di erogazione più efficaci	Progetto gestionale	D	4	4
Organizzazione aziendale	Saranno valutati positivamente, ad esempio, la qualità ed il dettaglio nella descrizione della propria organizzazione nel livello di stoccaggio, trasporto e garanzia di mantenimento delle corrette norme igieniche.	Progetto gestionale	D	8	7



Organizzazione aziendale (sociale)	Possesso della Certificazione di parità di genere UNI PdR 125:2022	Progetto gestionale	T	2	2
Assistenza tecnica	Sarà valutato positivamente, ad esempio, il livello di dettaglio nella descrizione dei protocolli/procedure seguiti in caso di guasto e/o sostituzione, nonché l'esecuzione delle operazioni in tempi migliorativi rispetto agli standard precisati nella documentazione di gara	Progetto gestionale	D	6	6
MIGLIORIE	Sarà valutata positivamente la capacità di fornire una o più migliorie ampiamente descritte.	Progetto gestionale	D	5	4,5



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO
Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Tel. 091.6555503/5749
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

VERBALE N. 9 COMMISSIONE GIUDICATRICE del 18/06/2026
(Seduta riservata)

OGGETTO: ***Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.***

L'anno **duemilaventisei** il giorno **diciotto** del mese di **giugno** alle ore 10:00, presso i locali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico *"Paolo Giaccone" plesso 21 A I° piano*, si riunisce in modalità riservata la Commissione giudicatrice giusta delibera n. 915 del 19/09/2025.
Sono presenti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

1. *Dott. Pietro Rigano* con funzioni di Presidente;
2. *Dott. Giuseppe D'Anna* in qualità di Componente;
3. *Dott. Marcello Noto* in qualità di Componente;

Si da' atto che il Segretario verbalizzante, Dott. Massimiliano Di Lorenzo, per pregressi impegni, risulta assente in data odierna e che, pertanto, le funzioni di Segretario vengono assunte dal Presidente della Commissione, Dott. Pietro Rigano.

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta e la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la riunione per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Riesame formale e verifica dei punteggi tecnici attribuiti nelle precedenti sedute;
2. Rettifica per mero errore materiale di calcolo dei punteggi tecnici spettanti alle ditte concorrenti per ciascun lotto;
3. Adempimenti conseguenti.

LA COMMISSIONE

Visti gli atti di gara e, in particolare, il Disciplinare di gara che stabilisce i criteri di valutazione e le formule per il calcolo dei punteggi dell'offerta tecnica;
Richiamati i verbali delle sedute precedenti e, nello specifico, i verbale n.4 del 09/12/2025, verbale 5 del 10/12/2025, verbale 6 del 19/12/2025, verbale 7 del 07/01/2026, e verbale 8 del 23/02/2026 , nel quale la Commissione ha proceduto alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti per i vari lotti, attribuendo i relativi punteggi;
Rilevato che, in sede di verifica formale e riepilogo dei punteggi, è emerso un mero errore materiale di calcolo nella quantificazione di alcuni sub-criteri discrezionali;
Constatato che tale errore è derivato da una inesatta applicazione matematica delle formule tra punteggio assoluto previsto dal Disciplinare di gara per lo specifico sub-criterio e l'effettivo coefficiente assegnato dai commissari, generando così un punteggio finale non formalmente corretto;

Considerato che, determinato il coefficiente valutativo medio, l'applicazione delle formule sui coefficienti previsti dal Disciplinare di gara, costituisce un'operazione vincolata e puramente matematica;

Evidenziato e precisato che la correzione del sopra menzionato errore di calcolo non incide in alcun modo sulla volontà già espressa dalla Commissione nei precedenti verbali, rimanendo totalmente invariati i giudizi di valore, le motivazioni e il merito delle valutazioni espresse dall'organo sui singoli elementi valutativi delle offerte;

Ritenuto pertanto necessario, in ossequio ai principi di trasparenza, correttezza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché per ragioni di autotutela, procedere alla rettifica dei punteggi tecnici mediante l'esatta applicazione del calcolo matematico tramite la moltiplicazione dei coefficienti di gara con il punteggio massimo attribuibile;

Tutto ciò premesso, all'unanimità, i componenti

1. danno atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.
2. procedono alla rettifica, per mero errore materiale, dei punteggi tecnici precedentemente attribuiti per ciascun lotto, applicando il calcolo matematico prescritto dalla lex specialis. I punteggi corretti risultano ridefiniti come da tabelle di seguito riportate:

DITTA: ARJIO ITALIA **LOTTO 1**

CRITERIO	Punteggio max	Punteggio errato	Punteggio corretto
Informatizzazione del servizio	6	5	4,8
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, etc.)	6	5,5	5,58
Organizzazione aziendale	8	7	6,88
MIGLIORIE	5	4,5	4,65

DITTA: F.A.S. HOSPITAL **LOTTO 1**

CRITERIO	Punteggio max	Punteggio errato	Punteggio corretto
Informatizzazione del servizio	6	5	5,16
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, etc.)	6	5	5,16
Organizzazione aziendale	8	7	6,88
Assistenza tecnica	5	4	3,96

DITTA: SERVICE MED **LOTTO 1**

CRITERIO	Punteggio max	Punteggio errato	Punteggio corretto
Assistenza tecnica	5	5	5,16

DITTA: ARJIO ITALIA **LOTTO 2**


CRITERIO	Punteggio max	Punteggio errato	Punteggio corretto
Informatizzazione del servizio	6	5	4,8
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, etc.)	6	5,5	5,58
Organizzazione aziendale	8	7	6,88
MIGLIORIE	5	4,5	4,65

DITTA: F.A.S. HOSPITAL **LOTTO 2**

CRITERIO	Punteggio max	Punteggio errato	Punteggio corretto
Informatizzazione del servizio	6	5	5,16
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, etc.)	6	5	4,8
Organizzazione aziendale	8	7	6,88
Assistenza tecnica	5	4	3,96

DITTA: SERVICE MED **LOTTO 2**

CRITERIO	Punteggio max	Punteggio errato	Punteggio corretto
Assistenza tecnica	5	5	5,16



DITTA: ARJIO ITALIA **LOTTO 3**

CRITERIO	Punteggio max	Punteggio errato	Punteggio corretto
Informatizzazione del servizio	6	5	5,16
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, etc.)	6	5,5	5,58
Organizzazione aziendale	8	7	6,88
MIGLIORIE	5	4,5	4,65

DITTA: F.A.S. HOSPITAL **LOTTO 3**

CRITERIO	Punteggio max	Punteggio errato	Punteggio corretto
Informatizzazione del servizio	6	5	5,16
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, etc.)	6	5	5,16
Organizzazione aziendale	8	7	6,88
Assistenza tecnica	5	4	3,96

3. confermano integralmente il contenuto dei verbali precedenti per quanto concerne le valutazioni di merito e la volontà espressa dalla Commissione, di cui la presente rettifica costituisce mero adeguamento formale e matematico.
4. dispongono la trasmissione del presente verbale al Responsabile Unico del Progetto (RUP) per gli adempimenti successivi di competenza;
5. danno atto delle precedenti tabelle dei punteggi tecnici totali.

Alle ore 12:30 il Presidente, sospende le attività e dichiara chiusa la presente seduta.

Di tutto quanto sopra esposto e deliberato viene redatto il presente verbale composto da n. 4 (quattro) pagine , che viene letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE DI GARA

(*Presidente*) *Dott. Pietro Rigano*
Firma
(Componente) Dott. Giuseppe D'Anna
Firma
(Componente) *Dott. Marcello Noto*
Firma

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO
Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Tel. 091.6555503/5749
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

VERBALE N. 10 COMMISSIONE GIUDICATRICE del 09.07.2026
(Apertura offerte economiche)

OGGETTO: ***Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.***

L'anno **duemilaventisei** il giorno **nove** del mese di **luglio** alle ore 10:00, presso i locali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico *"Paolo Giaccone"* plesso 21A - I° piano, si riunisce in modalità riservata la Commissione giudicatrice giusta delibera n. 915 del 19/09/2025.

Sono presenti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

1. *Dott. Pietro Rigano* con funzioni di Presidente;
2. *Dott. Giuseppe D'Anna* in qualità di Componente;
3. *Dott. Marcello Noto* in qualità di Componente;
4. *Dott. Massimiliano Di Lorenzo* in qualità di segretario verbalizzante;

Il Presidente, comunica ai componenti di aver ricevuto dal RUP della suddetta gara i risultati dell'offerte economiche come da tabella :

LOTTO 1

DITTA /RTI	OFFEERTA ECONOMICA
ARJIO ITALIA	258.300,00
F.A.S. HOSPITAL	299.880,00
SERVICE MED	309.150,00

LOTTO 2

DITTA /RTI	OFFEERTA ECONOMICA
ARJIO ITALIA	124.200,00
F.A.S. HOSPITAL	181.800,00
SERVICE MED	137.070,00

LOTTO 3


DITTA /RTI	OFFEERTA ECONOMICA
ARJIO ITALIA	24.000
F.A.S. HOSPITAL	23.760

La seduta prosegue con la determinazione dei ribassi percentuali rispetto alle offerte economiche presentate dalle ditte concorrenti, per l'assegnazione dei relativi punteggi, in applicazione della formula prevista dal Disciplinare di gara e per l'attribuzione dei punteggi complessivi

La Commissione dispone il prosieguo dei lavori della Commissione in seduta riservata per la verifica dei ribassi percentuali rispetto alle offerte economiche presentati per ogni lotto da ogni ditta, per l'assegnazione dei relativi punteggi, in applicazione della formula prevista dal Disciplinare di gara e per l'attribuzione dei punteggi complessivi per ogni lotto. I risultati di tale attività vergono riportati nel seguente prospetto:

LOTTO 1

DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	OFFERTA ECONOMICA	BASE D'ASTA	RIBASSO %	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE
ARJIO ITALIA	69,27	258.300,00	401.940,00	35,73	20	20	89,27
F.A.S. HOSPITAL	65,47	299.880,00	401.940,00	25,41	14,22	14,22	79,69
SERVICE MED	78,91	309.150,00	401.940,00	12,91	23,08	12,91	91,82



LOTTO 2

DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	OFFERTA ECONOMICA	BASE D'ASTA	RIBASSO %	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE
ARJIO ITALIA	71,64	124.200,00	244.440,00	49,18	20	20	91,64
F.A.S. HO-SPITAL	63,41	181.800,00	244.440,00	25,62	10,41	10,41	73,82
SERVICE MED	76,28	137.070,00	244.440,00	43,92	17,86	12,91	94,14

LOTTO 3

DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	OFFERTA ECONOMICA	BASE D'ASTA	RIBASSO %	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE
ARJIO ITALIA	74,80	24.000	29.010,00	17,26	19,08	19,08	93,88
F.A.S. HO-SPITAL	64,73	23.760	29.010,00	18,09	20,00	20,00	84,73

Del che è stato redatto il presente verbale composto da n.3 (TRE) pagine progressivamente numerate.


Alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiusa la presente seduta e stabilisce con i componenti della commissione di inviare il predetto verbale al RUP per gli adempimenti di competenza .

Palermo li, 09/07/2026

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA E LUOGO DI CUI SOPRA

(Presidente) Dott. Pietro Rigano
Firma
(Componente) Dott. Giuseppe D'Anna
Firma
(Componente) *Dott. Marcello Noto*
Firma
(segretario verbalizzante)
Dott. Massimiliano Di Lorenzo





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. AREA PROVVEDITORATO
Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo
Tel. 091.6555503/5749
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

VERBALE N. 11 COMMISSIONE GIUDICATRICE del 27/07/2026
(Seduta riservata)

OGGETTO: ***Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023, suddivisa in 3 lotti, per il servizio triennale di noleggio continuativo o a chiamata di materassi per la prevenzione delle lesioni da decubito, per le Unità Operative dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.***

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventisette** del mese di **luglio** alle ore 09.30, presso i locali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico *"Paolo Giaccone"* plesso 21°- I° piano, si riunisce in modalità riservata la Commissione giudicatrice giusta delibera n. 915 del 19/09/2025.
Sono presenti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

1. *Dott. Pietro Rigano* con funzioni di Presidente;
2. *Dott. Giuseppe D'Anna* in qualità di Componente;
3. *Dott. Marcello Noto* in qualità di Componente;
4. *Dott. Massimiliano Di Lorenzo* in qualità di Segretario verbalizzante

PREMESSO CHE:

- In data 21/07/2026 si è svolta la terza seduta del Seggio di gara concernente la lettura dei verbali n. 9 e 10 della Commissione giudicatrice e l'attribuzione del punteggio economico e di quello complessivo di ciascuna ditta per ogni lotto e l'apertura delle Buste Amministrative;

- Il seggio di gara ha riscontrato un disallineamento formale tra il punteggio totale attribuito dalla Commissione giudicatrice per il lotto 2 alla ditta Service Med di 94,14 e i calcoli elaborati automaticamente dalla Piattaforma Telematica Certificata di 89,19;

La Commissione ha proceduto a un'immediata ed esaustiva riesamina delle tabelle di calcolo relative ai Lotti 1 e 2.
La riesamina ha evidenziato che la discrepanza rilevata è derivata da un mero errore materiale di trascrizione manuale nella compilazione delle tabelle riassuntive del Verbale n. 10 e, nello specifico:

- Lotto 1: È stato erroneamente trascritto un ribasso % pari a 12,91% anziché quello effettivo di 23,08% derivante dall'offerta economica presentata dalla ditta SERVICE MED (€ 309.150,00 su B.A. di € 401.940,00);
- Lotto 2: È stato erroneamente riportato nella colonna del punteggio economico della ditta SERVICE MED il valore di 12,91 anziché il valore correttamente calcolato di 17,86 (corrispondente al ribasso del 43,92%).

CONSIDERATO E DATO ATTO CHE:

- L'applicazione corretta delle formule matematiche previste dal Disciplinare di Gara (art. 17.2 e 17.3) per l'assegnazione dei punteggi economici e per il calcolo del punteggio totale conferma integralmente la correttezza dei punteggi complessivi calcolati originariamente dalla Commissione;
- I punteggi totali complessivi di tutti i concorrenti in tutti i lotti rimangono assolutamente invariati;

- Le graduatorie finali e l'ordine di classificazione dei concorrenti per ciascun lotto rimangono inalterati.

La Commissione giudicatrice dispone di procedere alla formale rettifica e sostituzione delle tabelle riportate nel Verbale n. 10 del 09/07/2026 con i prospetti definitivi di seguito indicati:

LOTTO 1 RETTIFICATO

DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	OFFERTA ECONOMICA	BASE D'ASTA	RIBASSO %	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE
ARJIO ITALIA	69,27	258.300,00	401.940,00	35,73	20	89,27
F.A.S. HOSPITAL	65,47	299.880,00	401.940,00	25,41	14,22	79,69
SERVICE MED	78,91	309.150,00	401.940,00	23,08	12,91	91,82

(Nota rettifica Lotto 1: Corretto il valore del Ribasso % di SERVICE MED da 12,91% a 23,08%. Punteggio totale invariato a 91,82).

LOTTO 2 RETTIFICATO

DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	OFFERTA ECONOMICA	BASE D'ASTA	RIBASSO %	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE
ARJIO ITALIA	71,64	124.200,00	244.440,00	49,18	20	91,64
F.A.S. HOSPITAL	63,41	181,800,00	244.440,00	25,62	10,41	73,82
SERVICE MED	76,28	137.070,00	244.440,00	43,92	17,86	94,14

(Nota rettifica Lotto 2: Corretto il valore del Punteggio Economico di SERVICE MED da 12,91 a 17,86. Punteggio totale invariato a 94,14).

LOTTO 3 INVARIATO

DITTA	PUNTEGGIO QUALITA'	OFFERTA ECONOMICA	BASE D'ASTA	RIBASSO %	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE
ARJIO ITALIA	74,80	24.000	29.010,00	17,26	19,08	93,88
F.A.S. HOSPITAL	64,73	23.760	29.010,00	18,09	20,00	84,73

La Commissione rinvia il presente verbale al RUP per i provvedimenti di competenza, l'aggiornamento della piattaforma telematica e la pubblicazione nei modi e termini di legge.

Del che è stato redatto il presente verbale composto da n. 3 (tre) pagine, che viene letto, approvato e sottoscritto.

Alle ore 10.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Palermo, lì 27/07/2026

LA COMMISSIONE DI GARA

(*Presidente*) *Dott. Pietro Rigano*

Firma

(*Componente*) *Dott. Giuseppe D'Anna*

Firma

(Componente) *Dott. Marcello Noto*

Firma

(Segretario verbalizzante) *Dott. Massimiliano Di Lorenzo*