Deliberazioni Rep. n.1094/2026 Prot. n. 0071602 del 20/11/2026 - UOR: SI000071

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
U.O.C. Area Tecnica
Direttore f.f.: Dott. Ing. Andrea Terracchio
Via del Vespro n 141-143
Tel. 091.6553002/03/04/05
Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

Palermo, 21/01/2025

Al Direttore dell'U.O.S. UTIC
Prof. ssa Egle Corrado

E, p.c. Al Direttore dell'Area Economico
Finanziaria e Patrimoniale f.f.
Dott. Vincenzo Manzella
Dott.ssa Nadia Bilello

U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
Tinaglia Epifania

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N.1 LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER, marca ARJOHUNTLEIGH AB, modello TORNADO, s/n: W50033300 e sic 0008429 ubicata presso l'U.O.S. UTIC

Relativamente all' apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0008429	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	ARJOHUNTLEIGH AB	TORNADO	W50033300	U.O.S. UTIC

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale ,e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per

conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0004220 del 21.01.2025 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015 , con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell' apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere alla scrivente la rimozione e lo smaltimento dell' apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Il RUP
Geometra Carmelo Lanza

Direttore f.f.
Dott. Ing. Andrea Terracchio

F.to Ing. Antonella Federico

Il DEC
F.to Ing. Marika Pia Scozzaro

POLYGON
TECHNICAL SOLUTIONS

Prot. n. 007/2025

Palermo 21/01/2025

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Ing. Marika Pia Scozzaro

OGGETTO: Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, per le aziende del SSR numero di gara 6613909, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.1014 del 08/10/2018. Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER, marca ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB modello TORNADO, s/n: W50033300 e sic 0008429 ubicata presso l' UOS UTIC

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL **159018**), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato il guasto del display (- All.1 -), ed ha pertanto provveduto richiedere i necessari ricambi al ditta produttrice ARJO Italia SpA.

La suddetta ditta ha però comunicato (- All.2 -) che la lavapadelle TORNADO è ormai fuori supporto tecnico per indisponibilità delle parti di ricambio in commercio.

Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura in oggetto per impossibilità di ripristinarne il corretto funzionamento, a far data dal 27/09/2024.

Vi chiediamo pertanto di attivare, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per la dismissione della suddetta.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Polygon SpA

(ing. Francesco Macaluso)

Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL **159018**
- All.2: Dichiarazione di EOS ARJO Italia SpA

POLYGON
TECHNICAL SOLUTIONS

ORDINE DI LAVORO 159018

Presidio	A.O.U. PAOLO GIACCONE				
Centro di Costo	UOS UTIC				
Reparto Ubicazione	Cardiologia				
Ubicazione					
Richiedente	PAGLINO ROSALBA	**Riferimento**	.	**Tel**	
Nr. Inventario	0008429 LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER				
Sistema	0008429 LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER				
Produttore	ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB				
Modello	LAV TORNADO				
Numero di serie	W50033300	**Forma Presenza**	ENTE	**Stato**	NORMAL
Data/Ora Richiesta	03/09/2024 09:29:52	**Richiesta Nr.**		RDL0025519	
Data/Ora Risposta	03/09/2024 09:29:52	**Data/Ora INIZIO**		03/09/2024 14:00:38	
Data Concordata	03/09/2024 13:00:00	**Data/Ora FINE**		27/09/2024 08:30:25	
		Stato ODL		Intervento Terminato	
Tipo	Manutenzione correttiva				
Segnalazione	IN CC				

AZIONI ESEGUITE

Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
GIUSEPPE PRESTIGIACOMO	Ore Lavoro	Operatore principale	03/09/2024 14:00:38	03/09/2024 16:00:49

TIPO: Intervento non risolutivo

NOTE: si riscontra macchina i errore a fine ciclo. impossibile leggere l''errore poich¿ il display ¿ guasto. si rinvia intervento tecnico in attesa ricambi

---

PIETRO NICOLOSI	Ore Lavoro	Operatore principale	04/09/2024 13:20:00	04/09/2024 13:25:00

TIPO: Inoltrata richiesta di preventivo

NOTE: INOLTRATA VIA MAIL A CASA MADRE RICHIESTA DI PREVENTIVO, PER PARTI DI RICAMBIO

PIETRO NICOLOSI	Ore Lavoro	Operatore principale	12/09/2024 08:15:00	12/09/2024 08:20:00

TIPO: Effettuato sollecito

NOTE: INOLTRATO VIA MAIL SOLLECITO A CASA MADRE

PIETRO NICOLOSI	Ore Lavoro	Operatore principale	16/09/2024 12:40:00	16/09/2024 12:45:00

TIPO: Effettuato sollecito

NOTE: INOLTRATO VIA MAIL SOLLECITO A CASA MADRE

GIUSEPPE PRESTIGIACOMO	Ore Lavoro	Operatore principale	27/09/2024 08:00:13	27/09/2024 08:30:25

TIPO: Intervento non risolutivo

NOTE: si propone fuori uso,a seguito comunicazione di casamadre che dichiara il fuori supporto.

Note:


LLAPLACA - 03-09-2024 09:30:34, PAGLINO ROSALBA - 03-09-2024 09:30:31


IN CC

Tecnico: Giuseppe Prestigiacomo

Referente: rosalba paglino

Data firma:21/01/2025





Roma 2023

Oggetto: **Obsolescenza lavapadelle TORNADO**

Egr. cliente,

in merito alla Sua gentile richiesta desideriamo innanzitutto ringraziarVi per la fiducia accordataci nell'aver scelto da molti anni i prodotti ed il supporto Arjo per la disinfezione e l'igiene dei vostri pazienti. Con l'avvento di nuove tecnologie e sulla base della gestione globale del ciclo di vita del prodotto, Arjo ha interrotto la produzione del lavapadelle **TORNADO, s/n SEV0813141**. Si evidenzia che, in qualità di produttore, abbiamo l'obbligo di fornire i pezzi di ricambio dei prodotti per l'intero ciclo di vita (10 anni) dalla data di ultima produzione. In virtù di quanto sopra, per i suddetti ausili, ad oggi non è più possibile effettuare la fornitura di parti di ricambio ed il supporto sotto la forma di contratto di manutenzione.

Rimaniamo a vostra completa disposizione per consigliarvi al meglio nell'eventuale sostituzione del prodotto.

Cordiali saluti,

Marco Basile
Legale Rappresentante
Arjo Italia spa

Arjo Italia SpA
Via Giacomo Peroni, 400-402, 00131 Roma
Tel: +39 06 87426211 - Fax: +39 06 87426222/223
E-mail: Ufficio.Gare@arjo.com - www.arjo.com
PEC: amministrazionearjohuntleigh@legalmail.it
Cap. Soc. € 520.000,00 i.v.
C.F. 05503160011 - P.IVA 04749361004 - C.C.I.A.A.798403 - Reg.Trib.Soc. n° 6924/94
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - IBAN: IT30G0100601600000000007736 - BIC: BNLIITRRXXX

Azienda con Sistema di Gestione di Qualità
Certificato secondo le norme
ISO 9001 e ISO 13485
Iscrizione registro pile ed accumulatori n. 727/2009
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Arjo AB