Deliberazioni Rep. n.1091/2026 Prot. n. 0071599 del 20/11/2026 - UOR: SI000071

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127
Email: prontosoccorso@policlinico.pa.it

DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO DI EMERGENZA E URGENZA
U.O.S.D. PRONTO SOCCORSO ED OBI
Via del Vespro n 129 - 90127 Palermo
Tel. 091.6556031-0916556001
Email: prontosoccorso@policlinico.pa.it

All'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale

Ufficio Patrimonio

Oggetto: Richiesta dismissione beni RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Con la presente si comunica che, presso questa U.O.S.D. Pronto Soccorso ed OBI (51.01.2) , è STATO rinvenuto il seguente bene mobile non più utilizzabile e, pertanto, da dichiarare fuori uso:

Descrizione del bene	Marca	Modello	Numero di serie	N° inventario patrimoniale	N° Inventario SIC (se presente)
FRIGORIFERO AD ARMADIO FRL 360 V - CFC FRE	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	FRL 360 V - CFC FRE	34568/04	6845	0003924

In ottemperanza alle indicazioni di cui all'art. 6.7 del Regolamento per la gestione dell'inventario ed il fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U.P. "P. Giaccone di Palermo" approvato con Delibera n. 1102 del 09/12/2015, si allega alla presente la documentazione utile ai fini dell'accertamento dei presupposti (tecnici ed economici) del fuori uso, con invito a provvedere alla dismissione dei beni sopra indicati:

1. **Relazione esplicativa** sullo stato dei beni sopra indicati;
2. **Parere tecnico Area Tecnica**
3. **Altro:** Proposta di dismissione Polygon

Palermo 26/10/2026

Il Consegnatario Responsabile

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "PAOLO GIACCONE" DI PALERMO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
PRONTO SOCCORSO & OBI

POLYGON
TECHNICAL SOLUTIONS
MEDISOLVE GROUP

Società con Sistema di Gestione Certificato secondo:
ISO 9001 - ISO 13485 - ISO 27001 - ISO 14001 - ISO 45001
ISO 37001 - Cert. F-GAS Regolamento (CE) 2067/2015
e DPR 146/2018 - SA 8000 - UNI/PdR 125

Prot. n. 218/2026

Palermo 23/09/2026

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geometra Aldo La Rosa (D.E.C.)

OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUP P. Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025.

Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia: FRIGORIFERO BIOLOGICO, marca ANGEANTONI INDUSTRIE SPA, modello FRL 360 V s/n: 34568 e sic 0003924 ubicata presso l'UOSD PS CON OBI

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 197965), con la presente siamo a comunicare quanto segue:
il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato l'apparecchio in allarme per una perdita al circuito di compressione del gas refrigerante (- All.1 -), ed ha pertanto provveduto richiedere i necessari ricambi alla ditta produttrice ANGELANTONI SpA.
La suddetta ditta però è stata posta in liquidazione giudiziale dalle autorità competenti (- All. 2 -) e pertanto non è possibile poter reperire alcun tipo di ricambio di loro produzione.
Per quanto su esposto con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura in oggetto per impossibilità di ripristinarne il corretto funzionamento.
Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.
Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Polygon SpA

(ing. Francesco Macaluso)

Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

Polygon S.p.A.
Tel. +39 06 544081
P.I.V.A. e Iscrizione R.I.
06915071002
Cap. Soc. €6.480.000,00 i.v.

Sede legale
Via Laurentina, 456/458
Roma 00142

Sede operativa
Via Gaspare Gozzi 1/A
Milano 20129

polygon.eu
polygon.ts@legalmail.it
polygon.ts@legalmail.it

POLYGON
TECHNICAL SOLUTIONS

ORDINE DI LAVORO 197965

Presidio	A.O.U. PAOLO GIACCONE				
Centro di Costo	UOSD PS con OBI				
Reparto Ubicazione					
Ubicazione	PIANO 0, [03_02] ISOLAMENTO				
Richiedente	MANGIAPANE	**Riferimento**	.	**Tel**	
Nr. Inventario	0003924 FRIGORIFERO BIOLOGICO				
Sistema	0003924 FRIGORIFERO BIOLOGICO				
Produttore	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA				
Modello	FBIANNFR FRL 360 V				
Numero di serie	34568	**Forma Presenza**	PROPRIETA	**Stato**	NORMAL
Data/Ora Richiesta	18/09/2026 16:18:08	**Richiesta Nr.**	RDL0031212		
Data/Ora Risposta	18/09/2026 16:18:08	**Data/Ora INIZIO**	18/09/2026 16:15:55		
Data Concordata	18/09/2026 16:18:00	**Data/Ora FINE**	21/09/2026 16:50:55		
		Stato ODL	Intervento Terminato		
Tipo	Manutenzione Correttiva				
Segnalazione	IN ALLARME				

AZIONI ESEGUITE

Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
MARCO GERACI	Ore Lavoro	Operatore principale	18/09/2026 16:15:55	18/09/2026 16:28:50

TIPO: Intervento non risolutivo con fermo macchina

NOTE: Si riscontra perdita al circuito di compressione del Gas refrigerante. Necessita di ulteriore intervento. Si lascia spento.

I precedenti interventi sono stati validati in data: 18/09/2026 16:31:07

FRANCESCA DAVI	Ore Lavoro	Operatore principale	18/09/2026 16:44:00	18/09/2026 16:44:00

TIPO: Inoltrata richiesta di intervento esterno/materiali/ricambi

NOTE: oda per IT P18260677

MARCO GERACI	Ore Lavoro	Operatore principale	21/09/2026 16:15:28	21/09/2026 16:50:55

TIPO: Intervento non risolutivo con fermo macchina

NOTE: In seguito a comunicazione di fuori supporto da parte di casa madre, non è possibile ripristinare il frigorifero per l'indisponibilità dei ricambi necessari. Seguirà proposta di dismissione al SICI.

Note:

#[FDAVI] - 18-09-2026 16:19:14, MANGIAPANE - 18-09-2026 16:19:07

IN ALLARMEUBICATO IN ISOLAMENTO

Tecnico:
Geraci

Referente:
Dott. Giuliano

Data firma:21/09/2026