



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
U.O.S. Ingegneria Clinica - U.O.C. Area Tecnica
Direttore f.f.: Dott. Ing. Andrea Terracchio
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
Tel. 091.6553009/10
Email: ingegneriaclinica@policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Al **Direttore U.O.C. Area Provveditorato**
Dott.ssa Chiara Giannobile

U.O.C. Provveditorato
Dott.ssa Susanna Zagra

Oggetto: Parere di conformità – riscontro Vs nota Prot. n. 57572 del 15/10/2024

In riferimento a quanto riportato in oggetto con la presente si comunica che:

- la ditta G. Medical S.r.l. ha offerto un prodotto **CONFORME** alle caratteristiche tecnico/normative richieste in fase di indagine di mercato;
- la ditta New Medical Imaging S.r.l. ha offerto un prodotto **NON CONFORME** alle caratteristiche tecnico/normative richieste in fase di indagine di mercato; in quanto, come dichiarato dalla stessa ditta, l'apparecchiatura presentata non risulta in possesso del seguente requisito minimo "*Algoritmo di calcolo IETA, IOTA e IDEA incluso a bordo*" che invece risulta fondamentali dal punto di vista clinico al fine di effettuare tutte le analisi meglio descritte nella nota Prot. n. 58078 del 17.10.2024, che si rimette in allegato per facilità di consultazione.

F.to Ing. Marika P.



**Il Direttore dell'U.O.C. Ostetricia
e ginecologia ad indirizzo
oncologico**

Prof. Renato Venezia

Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Palermo "P. Giaccone"
U.O.C. Ginecologia Ed Ostetricia
Direttore: Prof. Renato Venezia