



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**

Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

U.O.C. PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555500 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it – PEC: provveditorato@cert.policlinico.it

VERBALE n. 2

Oggetto: procedura aperta indetta ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs 36/2023 è suddivisa in n. 4 lotti, l'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs 36/2023, dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo."

L'anno duemilaventicinque il giorno 09 del mese di giugno alle ore 09:00 presso i locali dell'U.O.C. Provveditorato dell'AOU Policlinico Paolo Giaccone siti in Palermo Via Enrico Toti, 76, la commissione nominata con nota prot. 23536 del 11/04/2025, si riunisce per la valutazione delle offerte tecniche presentate a valere sulla procedura in oggetto.

La commissione riprende la valutazione delle offerte determinando che:

Relazione sulla valutazione tecnica – Gara per la fornitura di dispositivi medici suddivisa in 4 lotti occorrenti alla U.O.C. di Anatomia Patologica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

Lotto 1

È pervenuta un'unica offerta, presentata dalla ditta ILLUMINA ITALY SRL, risultata conforme a tutti i requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico. L'offerta è stata ammessa alla valutazione e ha ottenuto i seguenti punteggi:

REQUISITI PREFERENZIALI OGGETTO DI VALUTAZIONE - LOTTO 1	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	
Strumentazione	1. Chimica di sequenziamento Synthesis by Synthesis (SBS) che arrivi fino a 600 basi di lunghezza	SI/NO	10/0	10
	2. Possibilità di alloggiare nella piattaforma più di 6 differenti supporti di corsa in base al numero dei campioni, alla tipologia e urgenza delle analisi	SI/NO	10/0	10

A. M.
A. M.
A. M.
A. M.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**

Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

U.O.C. PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo - Tel. 091.6555500 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it – PEC: provveditorato@cert..policlinico.it

	3. Sistema di rilevazione del segnale ottico. Relazionare.	Discrezionale	Punteggio max 20	18
	4. Sistema esente da sensibilità di tipo strutturale, come ad esempio regioni omopolimeriche. Aggiunta e rilevazione delle basi deve avvenire nucleotide per nucleotide ciclo per ciclo.	SI/NO	10/0	10
Reagenti	5. Reagenti di amplificazione librerie e sequenziamento pronti all'uso all'interno di cartucce monouso.	SI/NO	10/0	10
Ulteriore documentazione	6. Si richiede di fornire elenco e numero di installazioni presenti sul territorio nazionale con identica tecnologia rispetto ai sistemi offerti. Relazionare.	Discrezionale	Punteggio max 10	0
Totale			70	58

Lotto 2

Il lotto è risultato deserto, non essendo pervenuta alcuna offerta.

Lotto 3

È pervenuta un'unica offerta, presentata dalla ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V, che non ha rispettato uno dei requisiti minimi obbligatori, nello specifico la mancanza della certificazione CE-IVD per i prodotti offerti. In conformità al disciplinare di gara, l'offerta è stata esclusa senza attribuzione di punteggio.

Lotto 4

È pervenuta un'unica offerta, presentata dalla ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V, che non ha rispettato uno dei requisiti minimi obbligatori, nello specifico la mancanza della certificazione CE-IVD per i prodotti offerti. In conformità al disciplinare di gara, l'offerta è stata esclusa senza attribuzione di punteggio.

Il presidente Dott. Antonio Giulio Giannone

Il componente Dott. Alessandro Perez

Il componente Dott. Andrea Mondello

Il segretario Dott.ssa Susanna Zagra