		LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino)	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta	Note
1		Questa A.O.U.P. ha necessità di procedere all'acquisto in somministrazione di GUANTI CHIRURGICI E NON						
	Lotto 01	Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, con bordino, a spessoreri dotto, in varie misure (dalla 6 alla 8,5)	20.000 (paio)	##				
	Lotto 02	**Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, a spessore ridotto, in variemisure (dalla 6 alla 8,5)**	20.000 (paio)	Materiale: latticeMonouso, STERILI secondo F.U. vigente e aggiornata. Rivestimento interno inmateriale anallergico, polsino lungo.Conformi alla norma EN 455 I,II,III (normativa che si applica ai Dispositivi Medici)AQL 1,0 (livello di qualità)Conformi alla norme ISO e ASTMMarcatura CE conformi al UE 2016/425Conformi alla norma EN 374 I,II,III come dispositivi di III categoria per la protezione da rischiochimico e microbiologico Conforme En ISO 374 -1-5 /2016				
	Lotto 03	**Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere, in varie misure (dalla 6 alla 8,5)**	120.000 (paio)	Materiale: latticeMonouso, STERILI secondo F.U. vigente e aggiornata. Rivestimento interno inmateriale anallergico.Conformi alla norma EN 455 I,II,III (normativa che si applica ai Dispositivi Medici)AQL 1,0 (livello di qualità)Conformi alla norme ISO e ASTMMarcatura CE conformi al UE 2016/425Conformi alla norma EN 374 I,II,III come dispositivi di III categoria per la protezione da rischiochimico e microbiologico Conforme En ISO 374 -1-5/2016				
	Lotto 04	**Guanti monouso chirurgici sterili sintetici, latex free (policloroprene, nitrile) senza polvere, in varie misure.**	120.000 (paio)	##				
	Lotto 05	**Guanti monouso chirurgici sterili in lattice senza polvere con bordino, in varie misure(dalla 6 alla 8,5)**	80.000 (paio)	##				
	Lotto 06	**Guanti monouso chirurgici sterliiGuanti monouso chirurgici sterliiGuanti monouso chirurgici sterliiGuanti monouso chirurgici sterili**	5.000 (paio)	latex free, senza polvere, lunghi algomito, per secondamento manuale post-parto, in varie misure (dalla 6 alla8,5) Marcatura di conformitàCE				
	Lotto 07	**Guanti monouso non chirurgici, sterili sintetici in nitrile senza polvere perpreparazione dei chemioterapici, in varie misure**	10.000 (paio)	Devono possedere i seguenti requisiti: materiale: nitrile o altromateriale compatibile ai chemioterapici. Sterili, monouso, rinforzati sul bordodel polsino, di spessore decrescente dalle dita al polso. Assenza di polvere. Superficie esterna microruvida, antiscivolo sulpolpastrelli che assicuri un'ottima presa; Devono assicurare un'alta resistenza alla penetrazione dei prodotti citostatici e un minimorischio di forature accidentali. Devono consentireall'operatore di mantenere una buona manualità e sensibilità tattile. Devono essere ipoallergenici e non irritanti.Lunghezza non inferiore a 27 cm. Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 13485 ed all'allegato IIBdella Direttiva Comunitaria. Protezione contro rischio chimico. Richiesto l'esito dei test dipermeazione riferiti ad almeno 4 dei farmaci citostatici più utilizzati: ciclofosfamide,metotrexate, vincristina, 5 fluorouracile, adriamicina, doxorubicina, carmustina. Classificatisecondo le norme UNI EN 374 1,2,2 e UNI EN 420. En ISO 374 -1-5/2016 Devono essere imbustati a paia epiegati in modo tale da consentire la guantatura con procedura non inquinante anche inpresenza di un unico operatore. Misure disponibili 6,5/7/7,5/8. Sono richiesti i certificati di permeazione delle molecole testate.				
	Lotto 08	**Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in poliisoprene senza polvere, in varie misure.**	40.000 (paio)	**Materiale: latex free** Conformialla norma EN 455 I,II,III (normativa che si applica ai Dispositivi Medici) Conformi alla normaISO e ASTM Marcatura CE conformi al UE2016/425 Conformi alla norma EN 374 I,II,III comedispositivi di III categoria per la protezione da rischio chimico e microbiologico				
	Lotto 09	**Guanti monouso chirurgici sterili sintetici in poliisoprene senza polvere con bordino,in varie misure**	15.000 (paio)	**Materiale: latex free** Conformi allanorma EN 455 I,II,III (normativa che si applica ai Dispositivi Medici) Conformi alla norme ISO eASTM Marcatura CE conformi al UE 2016/425 Conformi alla norma EN 374 I,II,III come dispositivi di IIIcategoria per la protezione da rischio chimico e microbiologico				
	Lotto 10	**Guanti monouso non chirurgici non sterili in lattice depolverati, clorinati o con strato polimerico interno che ne facilita la calzata. In varie misure (XS, S,M, L, XL). MONOUSO, NON STERILI. AQL superiore ad 1**	800.000 (singolo pezzo)	Conformi alla norma EN 455 I,II,III (normativa che si applica aiDispositivi Medici) Conformi alla norme ISO e ASTM Marcatura CE conformi al UE 2016/425 Conformi alla norma EN 374 I,II,III come dispositivi di III categoria per laprotezione da rischio chimico e microbiologico Conformi alla norma EN ISO 374 -1-5/2016				
	Lotto 11	**Guanti in filo di cotone non sterili sterilizzabili in varie misure**	2.000 (paio)					
	Lotto 12	**Guanti sterili chirurgici monouso, senza polvere per la protezione dalle radiazioni ionizzanti in poliisoprene, privo di lattice e ftalati, privi di piombo e privi di mercaptobenzotiazoli e difeniliguanidina.** **Misure dalla 6 alla 9** **Adeguatamente sottile e con superficie microtesturizzata.** **AQL minore di1.** **Idoneo per procedure a guida fluoroscopica, emodinamica, radiologia interventistica e per tutte le procedure che espongono gli operatori a radiazioni ionizzanti.** **Capacità schermante minima** **• Attenuazione sulla pelle 40%@60 KV** **• Attenuazione sulla pelle 25%@100 KV** **Marcatura CE conforme ai requisiti prescritti dalla Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche)** **In poliisoprene, privo di lattice e ftalati, privo di piombo e privo di mercaptobenzotiazoli e difeniliguanidina.** **Misure dalla 6 alla 8,5** **Adeguatamente sottile e con superficie microtesturizzata.** **AQL minore di1.** **Idoneo per procedure a guida fluoroscopica, emodinamica, radiologia interventistica e per tutte le procedure che espongono gli operatori a radiazioni ionizzanti.**	3.000 (paio)	Conformi a norme tecniche europee: • EN 420/03 – EN 421/94 (Protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva) • Conformi alla norma EN 374 I,II,III come dispositivi di III categoria per la protezione da rischio chimico e microbiologico • EN 420:2003+A1:2009 (Destrezza, innocuità, design) • EN 388:2016 (Protezione contro i rischi meccanici) • EN 374-2:2014 (Protezione contro prodotti chimici e micro-organismi – Parte 2: determinazione resistenza penetrazione) • EN ISO 374-1:2016 (guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi- parte 1 : terminologia e requisiti prestazionali) • EN 16523-1:2015 (determinazione resistenza permeazione dei prodotti chimici – Parte 1: permeazione da chimici liquidi in condizione di contatto continuo) • EN 374-4:2013 (Determinazione della resistenza alla degradazione dalle sostanze chimiche) • EN ISO 374-5:2016 (Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi) • CEI EN 61331-1:2014 ((Dispositivi di protezione dalla radiazione X per uso medico-diagnostico) • EN 455 (Requisiti e prove per la valutazione di guanti medicali monouso) • Normativa 93/42/CEE: Direttiva Europea sui Dispositivi Medici				
	Lotto 13	**GUANTI ANTITAGLIO GUANTI ANTITAGLIO GUANTI ANTITAGLIO GUANTI ANTITAGLIO GUANTI ANTITAGLIO GUANTI ANTITAGLIO GUANTI ANTITAGLIO GUANTI ANTITAGLIO**	40 (paio)	In tessuto sintetico in fibra para-aramidica o in fibre polietileniche ad alto pesomolecolare, polso a maglia.Marcatura CE conformi al UE 2016/425Marcatura a norma EN 388 livelli 4343Sterilizzabile a vapore o a Eto Dispositivo di III categoria mis: (L) - (XL)				
	Lotto 14	**Guanti di protezione criogenica Guanti di protezione criogenica Guanti di protezione criogenica Guanti di protezione criogenica**	15 (paio)	Conforme alla normativa tecnica EN511:2006 con livelliminimi di prestazione 3-3-1 e normativa tecnica EN388 (protezione meccanica)con livelli minimi di prestazione 2-2-2-2 , doppio isolamento per ambienti criogenici emanichetta con lunghezza non inferiore a cm 30.DPI di 3 categoria. La norma EN 342 specifica i requisiti dell'abbigliamento di protezione contro il freddo atemperature inferiori a -5 C°.		paio	15	

NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Prot. n. 0033275 del 29/05/2025 - UOR: SI000001