



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
 U.O.C. Area Tecnica  
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda  
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
 Tel. 091.6553002  
 Email: [area.tecnica@policlinico.pa.it](mailto:area.tecnica@policlinico.pa.it)  
 Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it) CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 10/04/2025

Al Direttore dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia  
 Prof.re Lawrence Camarda

E, p.c. Al Direttore dell'Area Economico  
 Finanziaria e Patrimoniale f.f.  
 Dott. Vincenzo Manzella

U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale  
 Dott.ssa Nadia Bilello  
 Tinaglia Epifania

**Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO, marca ET MEDICAL DEVICES SPA, modello CARDIETTE AR 1200 VIEW, s/n: 00451314 e sic 0008317 ubicato presso l' U.O.C. Ortopedia e Traumatologia**

Relativamente all' apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0008317	ELETTROCARDIOGRAFO	ET MEDICAL DEVICES SPA	CARDIETTE AR 1200 VIEW	00451314	U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale ,e preso atto della comunicazione

pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0023186 del 10.04.2025 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015, con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell'apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere alla scrivente la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Geometra  
Carmelo Salvatore Lanza



Il Collaboratore Ingegnere Clinico  
F.to Ing. Marika Pia Scozzaro

Firmato da Marika Pia Scozzaro  
Data 10-04-2025


AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICINICO "P. GIACCONI"


F.to Ing. Antonella Federico

Firmato da Antonella Federico  
Data 10-04-2025

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICINICO "P. GIACCONI"

Il Direttore dell'U.O.C. Area Tecnica  
Dott.ssa Giovanna Milisenda





Prot. n. 073/2025

Palermo 10/04/2025

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Ing. Marika Pia Scozzaro

**OGGETTO: Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, per le aziende del SSR numero di gara 6613909, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.1014 del 08/10/2018. Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia ELETTRCARDIOGRAFO, marca: ET MEDICAL DEVICE SPA (CARDIOLINE) modello CARDIETTE AR 1200 VIEW s/n: 00461314 e sic 0008317 ubicata presso l' UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 171755), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto ha riscontrato il guasto dell'apparecchio (rullo carta spaccato - All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla casa madre ditta CARDIOLINE S.p.A.

La suddetta ditta ha però comunicato ( - All.2 -) che il modello AR 1200 VIEW è ormai fuori supporto per la mancata disponibilità di parti di ricambio necessarie per la manutenzione e per la risoluzione dei guasti.

Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento, a far data dal 20/03/2025.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito ed in attesa di procedere secondo quanto da Voi deciso, si saluta cordialmente.

#### ALLEGATI

- All.1: ns ODL 171755
- All.2: Comunicazione EOS CARDIOLINE S.p.A

Sede legale: Via Laurentina, 456/458 - 00142 Roma (RM) - Tel. +39.06544081 - Fax +39.0654408214 - Partita IVA e C.F. n° 06915071002  
R.E.A. n° 998707 Cap. Soc. € 6.480.000/00 i.v. Sede operativa: Via Gaspare Gozz. 1/A - 20129 Milano (MI) - Tel. +39.02928580 - Fax +39.0292858002  
www.polygon.eu - info.isi@polygon.eu


UNI EN ISO 9001  
UNI ISO 45001

Società con Sistema di Gestione Certificato secondo  
UNI CEI EN ISO 13485    UNI EN ISO 14001  
UNI EN ISO 47001    SA 8000

UNI EN ISO 27001  
UNI PDR 125

**Polygon SpA**

**(ing. Francesco Macaluso)**

  
**Polygon S.p.A.**  
Via Laurentina 456/458  
00144 Roma  
P. Iva 06915071002

**Presidio** A.O.U. PAOLO GIACCONE  
**Centro di Costo** UOC Ortopedia  
**Reparto Ubicazione** [11\_05] ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
**Ubicazione**  
**Richiedente** LO BIANCO ORTOPEDIA **Riferimento** **Tel**  
**Nr. Inventario** 0008317 ELETTROCARDIOGRAFO  
**Sistema** 0008317 ELETTROCARDIOGRAFO  
**Produttore** ET MEDICAL DEVICES SPA  
**Modello** ECGETI1V CARDIETTE AR 1200 VIEW  
**Numero di serie** 00451314 **Forma Presenza** ENTE **Stato** NORMAL  
**Data/Ora Richiesta** 13/03/2025 10:27:00 **Richiesta Nr.** RDL0026766  
**Data/Ora Risposta** 13/03/2025 10:27:00 **Data/Ora INIZIO** 14/03/2025 11:00:00  
**Data Concordata** 13/03/2025 10:27:00 **Data/Ora FINE** 20/03/2025 09:00:21  
**Stato ODL** Intervento Terminato  
**Tipo** Manutenzione correttiva  
**Segnalazione** Non avanza la carta

**AZIONI ESEGUITE**


Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
GIUSEPPE PRESTIGIACOMO	Ore Lavoro	Operatore principale	14/03/2025 11:00:00	14/03/2025 12:00:00
TIPO: Intervento non risolutivo NOTE: si riscontra cassetto rullo carta spaccato. si invia intervento tecnico in attesa ricambi				
PIETRO NICOLOSI	Ore Lavoro	Operatore principale	17/03/2025 09:15:00	17/03/2025 09:20:00
TIPO: Inoltrata richiesta di preventivo NOTE: INOLTRATA VIA MAIL A CASA MADRE RICHIESTA DI PREVENTIVO PARTI DI RICAMBIO				
GIUSEPPE PRESTIGIACOMO	Ore Lavoro	Operatore principale	20/03/2025 08:30:16	20/03/2025 09:00:21
TIPO: Intervento non risolutivo NOTE: si propone fuori uso apparecchiatura, a seguito comunicazione di casamadre che dichiara il fuori supporto				

**Note:**


**PNICOLOSI - 13-03-2025 10:35:07, LO BIANCO ORTOPEDIA - 13-03-2025 10:34:49**

non avanza la carta

Tecnico:  
Giuseppe Prestigiacomò



Referente:  
Stefano Monteleone



Data firma: 20/03/2025

## DICHIARAZIONE DI FUORI SUPPORTO

Trento, 17/03/2025

**Oggetto: PHASE OUT CARDIOLINE AR 1200 VIEW, s/n 00451314**

CARDIOLINE S.p.A. informa che il **AR 1200 VIEW - Vecchia serie**

è uscito fuori produzione e non sono più disponibili parti di ricambio.

In virtù del fatto che l'apparecchio è fuori produzione da oltre 10 anni, ci permettiamo di consigliarVi la sostituzione con un altro dispositivo di nuova generazione.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione Vi porgiamo distinti saluti.

CARDIOLINE S.p.A.  
Assistenza tecnica Cardioline

**CARDIOLINE**

Sede legale: Via Linz, 151 - 38121 Trento

C.F. e P.IVA IT 03153711209

Tel. +39 0461 96821 - Fax +39 0461 96828

info@cardioline.it

Cardioline S.p.A. a socio unico  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento  
P.IVA e C.F. 03153711209  
REA N. 209224  
Capitale sociale € 3.024.388,00 i.v.



Management System  
EN ISO 13485:2016  
ISO/IEC 27001:2013  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 510503297



Sede legale e amministrativa  
Via Linz, 151 - 38121 Trento, Italy  
T. +39 0461 96821  
F. +39 0461 968280  
PEC cardioline@legalmail.it