

1. **Relazione esplicativa** sullo stato dei beni sopra indicati;
2. **Parere tecnico del** Vedi nota su titulus prot.23458 fell'11/4/25 (Vedasi art. 6.7 del Regolamento);
3. **Altro:** // // // // //
- In ottemperanza alle indicazioni di cui all'art. 6.7 del Regolamento per la gestione dell'inventario ed il fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U.P. "P. Giaccone di Palermo" approvato con Delibera n. 1102 del 09/12/2015, si allega alla presente la documentazione utile ai fini dell'accertamento dei presupposti (tecnici ed economici) del fuori uso, con invito a provvedere alla dismissione dei beni sopra indicati:

Descrizione del bene	Marca	Modello	Numero di serie	N° inventario patrimoniale	N° Inventario SIC (se presente)
Elettrocardiografo	E.T.MEDICAL	CARDIETTE	00451314	Non riscontrato	08317
Cardioline	DEVICE SPA	AR1200 VIEW			

U O C Ortopedia e Traumatologia – Direttore: Prof. L. Camarda - Dipartimento – D.I.A.

Oggetto: Richiesta dismissione beni RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Con la presente si comunica che, presso questo/a (U.O./Dipartimento/Unità di Staff/ Servizio, etc.), sono stati rinvenuti i seguenti beni mobili non più utilizzabili e, pertanto, da dichiarare fuori uso:

All'Area Economico Finanziaria
e Patrimoniale
Ufficio Patrimonio

da utilizzare per il fuori uso di apparecchiature elettromedicali e/o da laboratorio, computer monitor, stampanti e di ogni altro macchinario elettrico ed elettronico.

Modello "B"



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

U.O.C. Area Tecnica

Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

Tel. 091.6553002

Email: area.tecnica@policlinico.pal.it

Web: www.policlinico.pal.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 10/04/2025

AI

Direttore dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
Prof.re Lawrence Camarda

E, p.c.: AI

Direttore dell'Area Economico
Finanziaria e Patrimoniale f.f.
Dott. Vincenzo Manzella

U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
Dott.ssa Nadia Bilello
Tinaglia Epirania

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO, marca ET MEDICAL DEVICES SPA, modello CARDIETTE AR 1200 VIEW, s/n: 00451314 e sic 0008317 ubicato presso l' U.O.C. Ortopedia e Traumatologia

Relativamente all' apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Serie	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0008317	ELETTROCARDIOGRAFO	ET MEDICAL DEVICES SPA	CARDIETTE AR 1200 VIEW	00451314	U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale, e preso atto della comunicazione


pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0023186 del 10.04.2025 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015, con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell'apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione del bene, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere alla scrivente la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta. Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.



Geometra
Carmelo Salvatore Lanzetta

Il Collaboratore Ingegnere Clinico
F.to Ing. Marika Pia Scozzaro
Firma di Marika Pia Scozzaro
Data 10.04.2025

F.to Ing. Antonella Federico


Firma di Antonella Federico
Data 10.04.2025

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACONE"


Il Direttore dell'U.O.C. Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisipanda



ORDINE DI LAVORO 171755

PIETRO NICOLOSI Ore Lavoro Operatore principale 17/03/2025 09:15:00 17/03/2025 09:20:00

NOTE: si riscontrà cassetto rullo carta spaccato, si invia intervento tecnico in attesa ricambi
TIPO: Intervento non risolutivo

GIUSEPPE PRESTIGIACOMO Ore Lavoro Operatore principale 14/03/2025 11:00:00 14/03/2025 12:00:00

AZIONI ESEGUITE

Presidio A.O.U. PAOLO GIACCONE UOC Ortopedia [11_05] ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Richiedente LO BIANCO ORTOPEDIA Riferimento
Nr. Inventario 0008317 ELETTROCARDIOGRAFO
Sistema 0008317 ELETTROCARDIOGRAFO
Produttore ET MEDICAL DEVICES SPA
Modello ECGE11V CARDIETTE AR 1200 VIEW
Numero di serie 00451314
Data/Ora Richiesta 13/03/2025 10:27:00
Data/Ora Risposta 13/03/2025 10:27:00
Data Concordata 13/03/2025 10:27:00
Tipo Manutenzione correttiva
Segnalazione Non avanza la carta
Stato ODL
Intervento Terminato

NORMAL

Stato

RDL0026766
14/03/2025 11:00:00
20/03/2025 09:00:21

Data ora fine

Data ora inizio

Operatore principale

Ore Lavoro

GIUSEPPE PRESTIGIACOMO

17/03/2025 09:20:00

17/03/2025 09:15:00

Operatore principale

Ore Lavoro

PIETRO NICOLOSI



ORDINE DI LAVORO 171755

PIETRO NICOLOSI Ore Lavoro Operatore principale 17/03/2025 09:15:00 17/03/2025 09:20:00

NOTE: si riscontrà cassetto rullo carta spaccato, si invia intervento tecnico in attesa ricambi
TIPO: Intervento non risolutivo

GIUSEPPE PRESTIGIACOMO Ore Lavoro Operatore principale 14/03/2025 11:00:00 14/03/2025 12:00:00

AZIONI ESEGUITE

Presidio A.O.U. PAOLO GIACCONE UOC Ortopedia [11_05] ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Richiedente LO BIANCO ORTOPEDIA Riferimento
Nr. Inventario 0008317 ELETTROCARDIOGRAFO
Sistema 0008317 ELETTROCARDIOGRAFO
Produttore ET MEDICAL DEVICES SPA
Modello ECGE11V CARDIETTE AR 1200 VIEW
Numero di serie 00451314
Data/Ora Richiesta 13/03/2025 10:27:00
Data/Ora Risposta 13/03/2025 10:27:00
Data Concordata 13/03/2025 10:27:00
Tipo Manutenzione correttiva
Segnalazione Non avanza la carta
Stato ODL
Intervento Terminato

NORMAL

Stato

RDL0026766
14/03/2025 11:00:00
20/03/2025 09:00:21

Data ora fine

Data ora inizio

Operatore principale

Ore Lavoro

GIUSEPPE PRESTIGIACOMO

17/03/2025 09:20:00

17/03/2025 09:15:00

Operatore principale

Ore Lavoro

PIETRO NICOLOSI

11755

CARDIOLINE

DICHIARAZIONE DI FUORI SUPPORTO

Trento, 17/03/2025

Oggetto: PHASE OUT CARDIOLINE AR 1200 VIEW, s/n 00451314

CARDIOLINE S.p.A. Informa che il **AR 1200 VIEW - Vecchia serie**

è uscito fuori produzione e non sono più disponibili parti di ricambio.

In virtù del fatto che l'apparecchio è fuori produzione da oltre 10 anni, ci permettiamo di consigliarVi la sostituzione con un altro dispositivo di nuova generazione.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione Vi porghiamo distinti saluti.

CARDIOLINE S.p.A.
Assistenza tecnica Cardioline

CARDIOLINE
Sede legale: Via Linz, 151 - 38121 Trento
C.F. e P.IVA IT 03153711209
TEL. +39 0461 96821 - Fax +39 0461 96828
info@cardioline.it

Cardioline S.p.A. a socio unico
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento
P.IVA e C.F. 03153711209
REA N. 209224
Capitale sociale € 3.024.388,00 I.V.



Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
VERIFIED
ID 310223387



Sede legale e amministrativa
Via Linz, 151 - 38121 Trento, Italy
T. +39 0461 96821
F. +39 0461 968280
PEC cardioline@legaima.it