



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**  
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**  
**U.O.C. Area Tecnica**  
Direttore f.f.: Dott. Ing. Andrea Terracchio  
Via del Vespro n 141-143  
Tel. 091.6553002/03/04/05  
Email: [area.tecnica@policlinico.pa.it](mailto:area.tecnica@policlinico.pa.it)  
Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

Palermo, 07/01/2025

Al Direttore dell'U.O.C. di Medicina Interna con Stroke Care  
Prof. A. Tuttolomondo

E, p.c. Al Direttore dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale f.f.  
Dott. Vincenzo Manzella  
Dott.ssa Nadia Bilello


U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale  
Tinaglia Epifania

**Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 MONITOR, marca DATASCOPE CORP, modello PASSPORT 2, s/n: TM16956-G5 e sic 0006033 ubicata presso l'UOC Medicina Interna con Stroke Care**

Relativamente all' apparecchiatura di seguito:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0006033	MONITOR	DATASCOPE CORP	PASSPORT 2	88.050	U.O.C. MEDICINA INTERNA CON STROKE CARE





Prot. n. 001/2025

Palermo 02/01/2025

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Ing. Marika Pia Scozzaro

**OGGETTO: Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, per le aziende del SSR numero di gara 6613909, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.1014 del 08/10/2018. Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia: MONITOR, marca DATASCOPE CORP (MINDRAY), modello PASSPORT 2, s/n:TM16956-G5 e sic 0006033 ubicata presso l'UOC Medicina Interna con Stroke Care**

In occasione dello svolgimento della ns attività di manutenzione preventiva sull'apparecchiatura in oggetto (odl 158377), siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, ha riscontrato il malfunzionamento dell'apparecchio ( - All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla ditta casa madre Mindray.

La suddetta ditta ha però già comunicato (- All. 2 -) che il modello DATASCOPE è ormai fuori supporto tecnico per indisponibilità di parti di ricambio reperibili in commercio


Per quanto su esposto con la presente proponiamo la dismissione del monitor in oggetto per impossibilità di ripristinarne il corretto funzionamento, a far data dal 09/07/2024.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

**Polygon SpA**

**(ing. Francesco Macaluso)**

  
**Polygon S.p.A.**  
Via Laurentina 456/458  
00144 Roma  
P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 158377
- All.2: Comunicazione EOS MINDRAY

**Presidio** A.O.U. PAOLO GIACCONE  
**Centro di Costo** UOC Medicina Interna con Stroke Care  
**Reparto Ubicazione** [01\_07] MEDICINA INTERNA E CARDIOANGIOLOGIA  
**Ubicazione**  
**Richiedente**  
**Nr. Inventario** 0006033 MONITOR  
**Sistema** 0006033 MONITOR  
**Produttore** DATASCOPE CORP  
**Modello** MONDAPP2 PASSPORT 2  
**Numero di serie** TM16956-G5  
**Data/Ora Richiesta**  
**Data/Ora Risposta**  
**Data Concordata**  
**Tipo** Manutenzione correttiva  
**Segnalazione** In fase di MO si riscontra che non rileva valori di pressione oltre i 140 mmHg


	<b>Riferimento</b>		<b>Tel</b>
	<b>Forma Presenza</b> ENTE		<b>Stato</b> NORMAL
	<b>Richiesta Nr.</b>		
	<b>Data/Ora INIZIO</b>	27/06/2024 14:00:45	
	<b>Data/Ora FINE</b>	20/12/2024 12:15:21	
	<b>Stato ODL</b>	Intervento Terminato	

**AZIONI ESEGUITE**


Addetto	Attività	Ruolo	Data ora inizio	Data ora fine
ANTONINO CATANIA	Ore Lavoro	Operatore principale	27/06/2024 14:00:45	27/06/2024 14:30:17
TIPO: Intervento non risolutivo				
NOTE: Si ritira apparecchiatura per controllo.				
ANTONINO CATANIA	Ore Lavoro	Operatore principale	02/07/2024 13:00:35	02/07/2024 13:30:53
TIPO: Intervento non risolutivo				
NOTE: Si esegue controllo idraulica e modulo di pressione. Si tiene apparecchiatura in prova.				
ANTONINO CATANIA	Ore Lavoro	Operatore principale	04/07/2024 14:00:09	04/07/2024 14:20:26
TIPO: Intervento non risolutivo				
NOTE: Si provvede per acquisto materiale.				
PIETRO NICOLOSI	Ore Lavoro	Operatore principale	09/07/2024 13:50:00	09/07/2024 13:55:00
TIPO: Inoltrata richiesta di preventivo				
NOTE: INOLTRATO VIA MAIL A CASA MADRE ORDINE DI FORNITURA PARTI DI RICAMBIO				
LUCIANA LA PLACA	Ore Lavoro	Operatore principale	19/12/2024 11:40:00	19/12/2024 11:45:00
TIPO: Inoltrata richiesta di intervento esterno/materiali/ricambi				
NOTE: INOLTRATA VIA MAIL RICHIESTA PREVENTIVO PARTI DI RICAMBIO				
ANTONINO CATANIA	Ore Lavoro	Operatore principale	20/12/2024 12:00:01	20/12/2024 12:15:21
TIPO: Intervento non risolutivo				
NOTE: Data la necessità di parti di ricambio e la non più disponibilità. Si propone al SICI il fuori uso. Si consegna apparecchiatura.				

**Note:**

 Tecnico:  
 A.CATANIA



 Referente:  
 G.BALLARO



Data firma: 30/12/2024

09.04.2021

Trezzano sul Naviglio (MI)

## A chi di competenza

**Oggetto: Termine supporto Accessori/Ricambi DATASCOPE (\*)**

Gentile Cliente,

in riferimento alla vostra richiesta, ci dispiace informarvi che, per le apparecchiature **DATASCOPE**, nello specifico (\*) **Accutorr, Duo, Trio, Passport 2, Spectrum e Centrale Panorama**, non abbiamo più ricambi, e pertanto non possiamo dare seguito alla Vostra richiesta di preventivo/riparazione.

A disposizione per ogni chiarimento.  
Cordialmente.

Mindray Medical Italy  
Assistenza Tecnica



Mindray Medical Italy S.R.L. con unico socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. LTD - Sede Legale: Via Leonardo da Vinci, 158 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
- Tel: +39 02 5737 40 1- Fax: +39 02 5523 2018 - pec: mindray.it@legalmail.it – service.it@mindray.com – info.it@mindray.com – www.mindray.com - P.I.: 10127601002 – C.F. e Reg. Imprese di Milano 10127601002 – REA MI-1888350 – Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 - Registro Pile IT09060P00001067 – Registro AEE IT161000000953- Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto

SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

**COY**  
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015