



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826
AREA PROVVEDITORATO
Via Toti n 76 -090127 Palermo
Tel. 091.6555500/66
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

Alla Direttrice Generale

E p.c. Al Direttore Amministrativo
 Direttore Sanitario
 Direttore DAI Emergenza Urgenza
 Prof. A. Giarratano
 Direttore dell'UOC di Cardiologia
 Prof. A. Galassi

OGGETTO: Fornitura di n. 1 poligrafo di ultima generazione, compatibile con il nuovo angiografo Siemens Artis Zee floor with Pure in fase di installazione presso UOC di Cardiologia– Richiesta autorizzazione spesa

In relazione all'oggetto, con la presente si comunica preliminarmente quanto segue:

- con nota prot. n. 39250 del 26/06/2025 del Direttore dell' U.O.C. di Cardiologia (ALLEGATO 1), è stata richiesta la fornitura di n. 1 poligrafo di ultima generazione, compatibile con il nuovo angiografo Siemens Artis Zee floor with Pure che è in fase di installazione presso UOC di Cardiologia;
- preso atto della nota succitata, questo Ufficio ha provveduto a contattare la ditta Siemens Healthcare S.r.l. al fine di richiedere:
 1. migliore offerta economica, relativa all'acquisto di un nuovo poligrafo di ultima generazione, compatibile con angiografo Siemens Artis Zee floor with Pure che è in fase di installazione presso UOC di Cardiologia
 2. le seguenti informazioni in merito al poligrafo attualmente in dotazione all' UOC di Cardiologia:
 - se tale poligrafo risulta assistito e assistibile e se sono ancora disponibili tutte le parti di ricambio;
 - se per il poligrafo in parola è stata già redatta eventuale documentazione attestante l' EOS/EOL dello stesso;
 - se il poligrafo attualmente in dotazione all' UOC di Cardiologia necessita di aggiornamenti e/o modifiche per poter essere utilizzato correttamente con il nuovo angiografo Siemens Artis Zee floor with Pure, inserendo altresì eventuale migliore offerta economica relativa all'aggiornamento di che trattasi.
- la ditta Siemens Healthcare S.r.l., ha riscontrato le richieste sopra elencate trasmettendo quanto segue:



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826
AREA PROVVEDITORATO
Via Toti n 76 -090127 Palermo
Tel. 091.6555500/66
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

- Comunicazione End of Support del poligrafo attualmente in dotazione all' UOC di Cardiologia (ALLEGATO 2). In particolare, in tale comunicazione viene asserito che *“non sono più disponibili tutte le componenti di ricambio poiché fuori produzione. L'attuale sistema operativo Windows XP, inoltre, risulta obsoleto e non più supportato da Microsoft Corporation. Siemens Healthcare farà in modo di continuare ad assicurare la continuità operativa del sistema, tuttavia sussiste il rischio che alcune componenti non saranno più reperibili”*. Pertanto, in caso di guasto di una delle parti di ricambio non più disponibili si dovrà procedere con il fuori uso/dismissione del poligrafo in argomento;
- Preventivo di spesa n. CPQ-1486979 Rev. 0 del 02.07.2025 (ALLEGATO 3) che prevede:
 - I. Upgrade Sensis (aggiornamento del poligrafo attualmente in dotazione con s/n 20476) per un importo pari ad € 35.500,00 IVA esclusa;
 - II. Offerta economica relativa ad un nuovo poligrafo di ultima generazione, compatibile con angiografo Siemens Artis Zee floor with Pure, di importo pari ad € 43.000,00 IVA esclusa.

Posto quanto sopra, risulta essere maggiormente vantaggioso per questa Azienda procedere con l'acquisto di un nuovo poligrafo di ultima generazione piuttosto che effettuare l'upgrade del poligrafo già esistente, ormai obsoleto e fuori produzione.

Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dalla S.V. con nota prot. n. 71975 del 20.12.2024, si resta in attesa di Vs autorizzazione al fine di procedere con la spesa in argomento.

Il Collaboratore Ingegnere Clinico

Ing. Marika Pia Scozzaro

Il Direttore dell'U.O.C. Area Provveditorato

Dott.ssa Chiara Giannobile