



Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

Dipartimento Assistenziale Integrato – Chirurgico
U.O.C. Chirurgia Generale e D'Urgenza cod. 09.08.0 Ambulatori Multispecialistici.
Via del Vespro n 129
Tel. 091.6552654
Web: www.policlinico.pa.it

Palermo 10/12/2024

All'Area Provveditorato

Dott.ssa Giannobile

epc Alla Direttrice del D.A.I. Chirurgico

Prof.ssa Cordova

All'Ingegneria Clinica

Dott.ssa Scozzari

Alla Direzione Generale

Dott.ssa Furnari

Alla Direzione Sanitaria

Prof. Firenze

Alla Direzione Amministrativa

Dott. Consagra

OGGETTO: Richiesta acquisto urgente Elettrocardiografo.

A seguito della nota prot.n.208 del 2024 in merito alla dismissione di elettrocardiografo in carico al Poliambulatorio di Chirurgia Generale e d'Urgenza cod.09.08.0 con SIC n. 001835, si chiede di provvedere all'acquisto con carattere di estrema urgenza di un Elettrocardiografo per garantire la continuità assistenziale (apertura prericoveri chirurgici DS-DH-ORDINARI).In attesa di sollecita risposta a fronte della necessità urgente, si porgono cordiali saluti.


IL RESPONSABILE

Prof. G. Coccorullo

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"PAOLO GIACCONE"

U.O.C. di CHIRURGIA GENERALE e d'URGENZA
Cod. 09.08.0

Direttore: Prof. G. Coccorullo



POLYGON
TECHNICAL SOLUTIONS

Prot. n. 208/2024

Palermo 21/10/2024

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Ing. Marika Pia Scozzaro

OGGETTO: Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, per le aziende del SSR numero di gara 6613909, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.1014 del 08/10/2018. Proposta di dismissione per apparecchiatura tipologia ELETTOCARDIOGRAFO, marca GE HEALTHCARE, modello MAC 1200 ST, s/n: 550002417 e sic 001835 ubicata presso Ambulatori Dipartimentali

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 158480), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico ha riscontrato il malfunzionamento dell'elettrocardiografo quando alimentato a batteria come pure con alimentazione alla rete elettrica (- All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla casa madre ditta **GE HEALTHCARE**.

La suddetta GE ha però già comunicato (- All.2 -) che il modello **MAC 1200** è ormai fuori supporto per la mancata disponibilità di parti di ricambio necessarie per la manutenzione e per la risoluzione dei guasti.


Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento, a far data dal 14/08/2024.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Polygon SpA

(ing. Francesco Macaluso)


Polygon S.p.A.
Via Laurentina 456/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 158480
- All.2: Comunicazione EOS **GE HEALTHCARE**

Sede legale: Via Laurentina, 456/458 - 00142 Roma (RM) - Tel. +39.06544081 - Fax +39.0654408214 - Partita IVA e C.F. n° 06915071002
R.E.A n° 998707 Cap. Soc. € 6.480.000,00 i.v. Sede operativa: Via Gaspare Cozzi, 1/A - 20129 Milano (MI) - Tel. +39.02928580 - Fax +39.0292858002
www.polygon.eu - info.ts@polygon.eu

UNI EN ISO 9001:2015 - Reg. N°3156-A
UNI ISO 45001:2018 - Reg. N°3156-I

UNI EN ISO 13485:2016 - Reg. N°3156-M
ISO 37001:2016 - Reg. n° ABMS-201/20

UNI EN ISO 14001:2015 - Reg. N°3156-E
SA 8000:2014 - Reg. N° 136679-2013-ASA-ITA-SAAS