

Da: Ufficio Gare Alfa Intes <ufficiogare.alfaintes@pec.it>
A: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
CC:
Data: Mon Sep 01 15:04:55 CEST 2025
Oggetto: R: FORNITURA TRIENNALE DI N. 5000 PZ. DI LENTI INTRAOCULARI (IOL)
TRE PEZZI.

-----Testo-----

Egregia dott.ssa Arnone,

purtroppo la vostra richiesta di adeguare l'offerta a voi inviata in data 04-08-25 della lente tre pezzi PU6AS all'aggiudicazione effettuata con delibera 323 del 17-03-22 relativamente alla lente 3 pezzi PU6A non può essere accordata, in quanto trattasi di due lenti diverse.

Entrando nello specifico, la lente Kowa Avanse Preset 3P esiste in 2 diverse versioni circa le dimensioni e la forma della punta dell'iniettore. Il modello PU6A (prezzo al pubblico 120 euro) assicura tunnel corneali o corneo-sclerali di 2.75 mm. Il modello PU6AS (prezzo al pubblico 160 euro) riferisce, invece, ad una performance mini-incisionale di 2.4mm di diametro che, nel caso di una lente idrofobica 3P, rappresenta una prestazione molto elevata.

Quest'ultimo requisito rappresenta un ulteriore garanzia di un sistema precaricato che è infatti in grado di assicurare l'inserimento di una IOL 3P idrofoba, esercitando forze minime e controllate attraverso un diametro incisionale contenuto, che garantisce un recupero rapido per il paziente, senza il rischio di importanti astigmatismi indotti chirurgicamente.

Restiamo a disposizione per ulteriori specifiche.

Cordiali saluti.

ALFA INTES

Da: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Inviato: giovedì 14 agosto 2025 11:06
A: ufficiogare.alfaintes@pec.it
Oggetto: FORNITURA TRIENNALE DI N. 5000 PZ. DI LENTI INTRAOCULARI (IOL)
TRE
PEZZI.

Il presente documento è protocollato dal mittente con numero:
2025-A0UPCLE-0049180