



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

U.O.S.D. 09.07.2 - BREAST UNIT

Responsabile Prof. C. Cipolla

Palermo, 29/09/2025

Dott. Giorgio Miccichè
UOC Area Provveditorato

AOU Policlinico Paolo Giaccone

Oggetto: Parere di conformità tecnica – Procedura negoziata per la fornitura di materiale di consumo per biopsia mammaria stereotassica - Vs richiesta Prot. 54667 del 18/09/2025

In riferimento alla Vs richiesta Prot. 54667 del 18/09/2025, dopo attenta valutazione della documentazione tecnica relativa ai materiali in oggetto, si esprime il seguente parere:

1. Ago per Biopsie tessuti molli Curaway - RDM 282030ZR CND A0102010101 CHSSEIIa: **non conforme** in quanto non adattabile al supporto metallico del tavolo stereotassico.
2. Aghi per Biopsia Automatica Verisafe Promisemed - CND: A0102010101: **non conforme** in quanto non adattabile al supporto metallico del tavolo stereotassico.
3. Aghi per biopsia mammaria vuoto-assistita (Manipolo EVIVA, Manipolo ATEC) e relativi accessori HOLOGIC (Lotto 3): CONFORMI a quanto richiesto.
4. Marcatori per biopsia mammaria vuoto assistita per manipoli EVIVA ed ATEC– HOLOGIC (Lotto 4): CONFORMI a quanto richiesto.
5. Marcatori tissutali Smark-Celero – HOLOGIC (Lotto 5): CONFORMI a quanto richiesto.
6. Dispositivo per Biopsie tessuti molli MEDONE – Medax Medical Devices (Lotto 1): **non conforme** in quanto non adattabile al supporto metallico del tavolo stereotassico.
7. Ago monouso non riposizionabile per localizzazioni preoperatorie di noduli mammari SURGIMARK – Vigeo (Lotto 2): CONFORME a quanto richiesto
8. Marcatore tissutale Biomark – Vigeo (Lotto 5): CONFORME a quanto richiesto
9. Ago monouso riposizionabile per localizzazioni preoperatorie di noduli mammari a singolo uncino “RELOCK” - Vigeo (Lotto 6): CONFORME a quanto richiesto
10. Ago monouso semi - automatico a ghigliottina per biopsie su tessuti molli a doppia profondità di penetrazione CT-CORE – (Lotto 7): CONFORME a quanto richiesto

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti,

Prof. Calogero Cipolla