

# CHIARIMENTI AL 15/11/2023

## CHIARIMENTO n.1) LOTTO 29

Siamo a richiedere chiarimenti come di seguito andiamo ad elencare:

- 1) Si chiede conferma che le misure 150x200 siano un refuso e che la dimensione corretta per i velcri fissatubi sia 15X2cm;
- 2) Si chiede conferma che la tasca a 3 scomparti sia una e non due;
- 3) Si chiede conferma che il telo in TNT triaccoppiato 250x300cm con foro ovale 20x30 dotato di film, NON SIA MUNITO DI SACCA RACCOLTA LIQUIDI.

## RISPOSTA

- 1) **Trattasi di refuso, la dimensione corretta è 15X2cm**
- 2) **Si conferma che la tasca a 3 scomparti sono 2**
- 3) **Il telo in TNT triaccoppiato 250x300cm con foro ovale 20x30 dotato di film, DEVE ESSERE MUNITO DI SACCA RACCOLTA LIQUIDI**

## CHIARIMENTO n.2) LOTTO 16

In riferimento al LOTTO 16, si chiede se la descrizione dettagliata della apparecchiatura si limita a quanto specificato al punto n.16 pubblicato oppure se ci fosse una ulteriore parte, non pubblicata con una descrizione più dettagliata della apparecchiatura da proporre.

## RISPOSTA

**Si limita a quanto specificato al punto 16**

## CHIARIMENTO n.3) amministrativo

In merito alla capacità tecnica e professionale si chiede se nella fase di partecipazione sia sufficiente presentare autodichiarazione del possesso dei requisiti tramite DGUE o se si deve sin d'ora presentare comprova tramite uno o più documenti richiesti.

## RISPOSTA

**Autodichiarazione tramite DGUE**

## CHIARIMENTO n.4) LOTTO 31

Si chiede in merito al lotto 31 di specificare se si tratta di un kit unico oppure di un assemblato di vari dispositivi. Per nostra conoscenza, non esiste un dispositivo del genere e la descrizione relativa a fattori di crescita, più carrier biologic più granuli di osso, rendono molto confusionaria o poco chiaro il prodotto da offrire, tanto più che si vogliono usare fattori di crescita per far osteointegrare una protesi cranioplastica in titanio! Si richiede quindi una descrizione più chiara o se sono dispositivi diversi e assemblati di dividere il lotto, così non si consente un'equa partecipazione alla gara e potrebbe limitare la partecipazione ad un unico fornitore.

## RISPOSTA

**Si conferma quanto specificato precedentemente**

## **CHIARIMENTO n.5) LOTTI 10 e 21**

LOTTO 10

Si chiede:

- 1) se il sostituto osseo può essere costituito in granuli sintetici bifasici di Beta-Tricalciofosfato /idrossiapatite (invece di calciofosfato/tricalciofosfato);
- 2) se nella gamma di formati disponibili vanno bene 5, 16, 30 cc (invece di 5, 15, 30cc);
- 3) dal momento che il prezzo di base d' asta è unico, se il prezzo offerto deve essere unico per tutti i formati.

### **RISPOSTE**

**1e2) E' possibile previa dichiarazione di equivalenza**

**3) Attenersi a quanto specificato nel capitolato**

LOTTO 21

Si chiede se il sostituto osseo può essere composto da Sostituto osseo sintetico, pronto in siringa per applicazione, composto da chips di vetro bioattivo 45% SiO<sub>2</sub> - 24,5% Na<sub>2</sub>O - 24,5% CaO - 6% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in due misure piccole e grandi e da un vettore fosfolipidico riassorbibile che non sia la lecitina ma polietilen-glicole e glicerolo.

Inoltre, si chiede se il prezzo offerto deve essere unico per entrambi i formati (in siringa da 5 cc e da 10 cc), visto che il prezzo di base d'asta è unico..

### **RISPOSTE**

**Possibile previa dichiarazione di equivalenza, per il prezzo attenersi a quanto specificato nel capitolato**

## **CHIARIMENTO n.6) LOTTO 26**

In merito al lotto n. 26 si chiede voler specificare da quante viti deve essere composto un impianto tipo

### **RISPOSTA**

**Un impianto tipo deve essere composto da almeno 4 viti**

## **CHIARIMENTO n.7) amministrativo**

chiediamo gentilmente la possibilità di applicazione della riduzione del 20% (sia su provvisoria che eventuale definitiva) come è previsto da comma 8 art. 106 dlgs 36 2023 che riportiamo parzialmente: "L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico posseda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto."

### **RISPOSTA**

**Si conferma.**

Il RUP  
Dr.ssa Stefania Bongiovanni