



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it

Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

Chiarimenti n.1 del 08.09.2023

Procedura telematica aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., per la fornitura triennale di Dispositivi di Protezione Individuale per le varie Unità Operative Aziendali dell'A.O.U.P Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. - Gara suddivisa in 16 lotti.

D.1 Quesito posto da un Operatore Economico:

Si chiede in relazione al LOTTO 9 - FACCIALI FILTRANTI FFP3 di voler indicare (sul quantitativo complessivo di 300.000 pz) quanti facciali siano richiesti del tipo con valvola e quanti del tipo senza valvola.

R.1 : Si precisa che in relazione al lotto 9 i facciali filtranti FFP3, come indicato nell'oggetto del lotto, sono senza valvola.

D.2 Quesito posto da un Operatore Economico:

In riferimento al Lotto n. 12 si chiede di quanti pezzi occorre fornire la campionatura e di che misure.

R.2 : E' sufficiente inviare un solo pezzo in caso di identico articolo differente solo per misura.

D.3 Quesito posto da un Operatore Economico:

In riferimento alla partecipazione al Lotto n. 12, si chiede se è possibile aggiungere righe nel file "modello offerta economica" in modo da indicare tanti codici quante sono le taglie richieste.

R.3 : Si, è possibile aggiungere righe nel file "modello offerta economica" in modo da indicare tanti codici quante sono le taglie richieste.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

D.4 Quesito posto da un Operatore Economico:

In riferimento alla descrizione del Lotto n. 12 chiediamo:

- 1) il riferimento all'ISO 13982 è un refuso? poichè non riguarda i dispositivi di protezione partial body;
- 2) il riferimento alla direttiva 54/2000 CE (modificata dalla Direttiva 2020/739) è un refuso? poichè riguardante una valutazione dei rischi per ciascuna attività professionale, non applicabile per i dispositivi di cui in oggetto.

R.4 :

- 1) Il riferimento all' ISO 13982 è un refuso;
- 2) Il riferimento alla direttiva 54/2000 e 739/2020 è correttamente riferito all'allegato III - classificazione agenti biologici.

D.5 Quesito posto da un Operatore Economico:

Chiediamo i seguenti chiarimenti:

- riguardo la campionatura chiediamo se è sufficiente presentare 1 pz per articolo;
- Chiediamo di confermare il confezionamento in astucci da 50 pz, in quanto ciò che è indicato all'Art. 5 del Capitolato è discordante;
- Lotto N. 8 - cosa significa "stringinaso con schiuma di tenuta" ? si intende mascherina antifog?
- Lotto N. 8 chiediamo conferma della certificazioni riferite alla Direttiva 54/2020 e 739/2020; si tratta di un refuso ?
- Lotto N. 13 chiediamo conferma di poter presentare tute con cuciture normali nastrate aventi le conformità a tutte le normative indicate.

R.5 : Si precisa che:

- (Art. 5) L'indicazione "in astucci da massimo 20 pezzi ciascuno" può essere anche irrilevante;
- (Lotto 8) Per "stringinaso con schiuma di tenuta" si intende facciali filtranti FFP2 anti appannamento;
- (Lotto 8) Il riferimento alla direttiva 54/200 e 739/2020 è correttamente riferito all'allegato III - classificazione agenti biologici;
- (Lotto 13) E' possibile poter presentare tute con cuciture normali nastrate purché conformi alle normative EN richieste (EN14126 - EN 465:1996 – UNI EN 13034:2009);



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

D.6 Quesito posto da un Operatore Economico:

Si chiede cortesemente di indicare il codice ufficio o ente per il pagamento dell'imposta di bollo tramite F23.

R.6 : Il codice IPA è il seguente: aoup - 082.

D.7 Quesito posto da un Operatore Economico:

Si chiede in quale numero sono richiesti i campioni.

R.7 : E' sufficiente un campione per ogni articolo o codice. Vedi anche risposta R.2 al quesito D.2.

D.8 Quesito posto da un Operatore Economico:

Si chiede conferma di poter comprovare la capacità tecnico professionale (elenco forniture analoghe) mediante copia conforme delle fatture emesse.

R.8 : La dichiarazione della sussistenza dei requisiti di capacità tecnico professionale deve essere fornita in sede di presentazione delle offerte rispettando quanto indicato all'art. 7.2 del Disciplinare di gara, mentre la comprova dei medesimi requisiti deve essere fornita in caso di aggiudicazione. Si precisa, inoltre, che la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 7.2 del Disciplinare di gara dovrà essere resa nella domanda di partecipazione.

D.9 Quesito posto da un Operatore Economico:

In relazione alla conformità del lotto 12 è richiesta la norma EN 13982-1 che è un requisito dei Type 5. Confermate che si tratta di refuso? Inoltre in relazione alla conformità alla norma EN 465:1996 che è stata sostituita dalla EN 14605. Confermate quindi che sia un refuso?

R.9 : La norma EN ISO 13982-1 specifica i requisiti minimi per indumenti di protezione contro prodotti chimici resistenti alla penetrazione di particelle solide disperse nell'aria. Questi capi di abbigliamento sono indumenti di protezione per l'intero corpo come le tute intere o in due pezzi. Pertanto si conferma che si tratta di refuso e quindi depennata dal lotto 12 CAMICI IMPERMEABILI MONOUSO.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

D.10 Quesito posto da un Operatore Economico:

In riferimento all'art. 15, pag. 34 Disciplinare, circa la campionatura si chiede se l'indicazione "...unitamente ad un plico preaffrancato per la restituzione..." sia da considerare un refuso. In caso contrario, facciamo presente che è possibile inviare un incaricato dell'azienda per effettuare il ritiro della campionatura.

R.10 : L'indicazione "...unitamente ad un plico preaffrancato per la restituzione..." non è un refuso ed è possibile, alternativamente, inviare un incaricato dell'azienda per effettuare il ritiro della campionatura.

D.11 Quesito posto da un Operatore Economico:

Si chiede la conferma che sia sufficiente l'invio di 1 pezzo per ciascun lotto partecipato.

Si chiede inoltre conferma che, in caso di restituzione del prodotto non aggiudicato e nel caso di non interesse alla restituzione dello stesso da parte dell'Operatore Economico, non sia pertanto necessario inviare il plico preaffrancato per la restituzione.

R.11 : E' sufficiente un campione per ogni articolo o codice di ogni lotto. Vedi anche risposta R.2 al quesito D.2 Nel caso di mancato interesse alla restituzione della campionatura da parte dell'Operatore Economico, non è necessario inviare il plico preaffrancato per la restituzione.

D.12 Quesito posto da un Operatore Economico:

Si chiede quante cifre decimali deve avere l'offerta economica.

R.12 : L'offerta economica deve avere tre cifre decimali.

D.13 Quesito posto da un Operatore Economico:

Si chiede se la norma in oggetto è stata revocata e sostituita da UNI EN 14605:2005, quindi si chiede di depennarla dai lotti e sostituirla con la norma aggiornata.

R.13 : Nel lotto 12 è già presente la normativa EN 14605 che integra e aggiorna la EN 465. Pertanto si conferma che si tratta di refuso e quindi depennata dal lotto 12 CAMICI IMPERMEABILI MONOUSO



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

D.14 Quesito posto da un Operatore Economico:

La normativa ISO 13982-1/13982-2 (indumenti di protezione agenti biologici) fa riferimento ad un prodotto interno come la tuta e non si applica ai camici. Si chiede di depennarla dal lotto.

R.14 : Vedi risposta R.8 al quesito D.8

D.15 Quesito posto da un Operatore Economico:

In riferimento ai requisiti di cui al punto 7.2 cap. tecnico professionale, per l'esecuzione delle forniture analoghe dell'ultimo triennio, si chiede conferma che sia sufficiente dichiararle nella documentazione di gara e che la comprova delle stesse, sia eventualmente richiesta successivamente alle ditte aggiudicatarie in caso di aggiudicazione.

R.15 : La dichiarazione della sussistenza dei requisiti di capacità tecnico professionale deve essere fornita in sede di presentazione delle offerte mentre la comprova dei medesimi requisiti deve essere fornita in caso di aggiudicazione. Vedi anche risposta R.7 al quesito D.7

D.16 Quesito posto da un Operatore Economico:

Si chiede conferma che il modello di offerta economico presente nella documentazione di gara in formato excel sia da compilare, firmare digitalmente, e caricare in tale formato e non trasformare in pdf.

R.16 : Il modello di offerta economico presente nella documentazione di gara in formato excel è da compilare, firmare digitalmente, e caricare in formato file p7m (o in formato file che consenta comunque la verifica della firma digitale).

D.17 Quesito posto da un Operatore Economico:

In riferimento al lotto 9, si richiede l'adeguamento del prezzo a base d'asta, in quanto per quanto di nostra conoscenza e da quanto indicato dalla nostra azienda produttrice il prezzo da voi indicato non può essere adeguato alle caratteristiche tecniche da Voi richieste in capitolato. A seguire trovate, comunicazione ricevuta dall'azienda produttrice e delibere di aggiudicazione del medesimo prodotto di altre aziende ospedaliere del territorio nazionale.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

"Si informa che la semimaschera certificata per la protezione da agenti biologici, prima dell'immissione sul mercato e per ogni lotto di produzione, è sottoposta, da ente terzo, a test di efficienza filtrante mediante aerosol concentrato di batteriofago MS2 con simulazione di atto respiratorio. Il prezzo base asta indicato si riferisce a semimaschere certificate FFP3 antipolvere dove il test VIENE EFFETTUATO CON agenti CHIMICI e non BIOLOGICI e viene effettuato al rilascio del certificato CEe precisamente annualmente. Pertanto il prezzo indicato come base asta è non è congruo in quanto il test con agenti biologici richiede una preparazione di 2 giorni ed un giorno per l'esecuzione di un solo test. In caso di fallimento del risultato con l'utilizzo degli agenti biologici, il lotto NON è vendibile. Inoltre lo sviluppo e costruzione della semimaschera sono complessi in quanto si utilizzano materie prime che garantiscono una respirazione confortevole con elevata protezione e indossabilità".

R.17 : Il prezzo a base d'asta è stato determinato sulla base dei risultati delle indagini di mercato.

Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Giovanna Milisenda

