



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

### AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo  
Tel. 091.6555503/5749  
Email: [area.provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area.provveditorato@policlinico.pa.it)  
Pec: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)  
Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

## **Numero gara ANAC 9071023**

CIG Lotto 1: 97972702F8 - CIG Lotto 2: 97973168EC - CIG Lotto 3: 97973461B0

### **Chiarimenti n.2 del 26.05.2023**

**Procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. per la fornitura di piattaforme elettrochirurgiche, comprensive del servizio di manutenzione ed *assistenza full-risk*, e relativi consumabili, per una durata di 48 mesi, occorrenti al nuovo blocco operatorio dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.**

#### **1. Quesito posto da un Operatore Economico:**

In riferimento al materiale di consumo del lotto1, si chiede conferma della possibilità di offrire i manipoli per elettrobisturi pluriuso per un totale utile a garantire la quantità di attività annua richiesta.

**RISPOSTA:** Si precisa che dovranno essere forniti consumabili come da documentazione oggetto di gara.

#### **2. Quesito posto da un Operatore Economico:**

Si fa presente che non è possibile generare ad oggi il PassOe in quanto il sistema ANAC Anticorruzione indica che il CIG non esiste o non è stato ancora definito.

**RISPOSTA:** Come si evince da quanto allegato tutti i CIG risultano generati e perfezionati. Per eventuali disservizi o criticità si consiglia di contattare il servizio di assistenza Anac.



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Visualizzati 3/3 Elementi

Informazioni gara	
Amministrazione Competente	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO
Stazione Appaltante	AREA PROVVEDITORATO
Numero Gara	9071023
Oggetto della Gara	Procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. per la fornitura di piattaforme elettrochirurgiche, comprensive del servizio di manutenzione ed assistenza full-risk, e relativi consumabili, per una durata di 48 mesi, occorrenti al nuovo blocco operatorio dell'A.O.U. Policlinico 'Paolo Giaccone' di Palermo.
Importo Gara	€ 1.245.500,000
Data Creazione	28/04/2023
Data perfezionamento bando	17/05/2023
Stato gara	Confermato
Informazioni Lotti	

  

CIG	Oggetto Lotto	Importo €	Data Pubblicazione	Stato Lotto	Esito Procedura	
97972702F8	LOTTO 1 - Procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. per la fornitura di piattaforme elettrochirurgiche, comprensive del servizio di manutenzione ed assistenza full-risk, e relativi consumabili, per una durata di 48 mesi, occorrenti al nuovo blocco operatorio dell'A.O.U. Policlinico 'Paolo Giaccone' di Palermo.	€ 280.000,00	17/05/2023	PERFEZIONATO		<a href="#">Crea Scheda</a>
97973168EC	LOTTO 2 - Procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. per la fornitura di piattaforme elettrochirurgiche, comprensive del servizio di manutenzione ed assistenza full-risk, e relativi consumabili, per una durata di 48 mesi, occorrenti al nuovo blocco operatorio dell'A.O.U. Policlinico 'Paolo Giaccone' di Palermo.	€ 160.000,00	17/05/2023	PERFEZIONATO		<a href="#">Crea Scheda</a>
97973461B0	LOTTO 3 - Procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. per la fornitura di piattaforme elettrochirurgiche, comprensive del servizio di manutenzione ed assistenza full-risk, e relativi consumabili, per una durata di 48 mesi, occorrenti al nuovo blocco operatorio dell'A.O.U. Policlinico 'Paolo Giaccone' di Palermo.	€ 805.500,00	17/05/2023	PERFEZIONATO		<a href="#">Crea Scheda</a>

### 3. Quesito posto da un Operatore Economico:

Si chiede se sia possibile fornire la garanzia anche di soli 2 anni di full risk.

**RISPOSTA:** Non è possibile accogliere tale richiesta. La procedura prevede un servizio di manutenzione ed assistenza full-risk per una durata di 48 mesi.

### 4. Quesito posto da un Operatore Economico:

Relativamente al paragrafo 4.1 del capitolato di gara Etichettatura ed identificazione dei prodotti, si chiede di precisare cosa si intende che il prodotto deve avere il numero del lotto di gara, il riferimento ed il CIG, dato che non è richiesta alcuna campionatura. Si chiede di confermare che trattasi di un refuso.

**RISPOSTA:** Si precisa che non si tratta di un refuso. Si ribadisce che non è prevista campionatura. Si precisa che il paragrafo 4.1 è relativo alla “conformità dei prodotti alle norme comunitarie e nazionali” mentre il paragrafo 4.5 concerne alla “etichettatura ed identificazione dei prodotti”. Quest’ultimo paragrafo si riferisce alla fase di etichettatura “..che deve essere tale da garantire la massima riconoscibilità ed identificabilità del prodotto per la tracciabilità dello stesso e deve riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne..”.



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

### 5. **Quesito posto da un Operatore Economico:**

Relativamente al paragrafo 7.1 del Capitolato di gara Trasporto e modalità di consegna, si chiede di specificare che cosa si intende che il fornitore è obbligato a dare esecuzione a richiesta di consegna anche per singolo pezzo visto che le confezioni dei prodotti oggetto di gara si presentano in confezioni indivisibili di più pezzi. Si chiede di confermare che trattasi di un refuso.

**RISPOSTA:** Non si tratta di refuso. Il fornitore aggiudicatario è obbligato a consegnare, ove fosse richiesto, anche una singola confezione relativamente ai consumabili oggetto di procedura.

### 6. **Quesito posto da un Operatore Economico:**

Relativamente al paragrafo 7.2 del Capitolato di gara Etichettatura ed imballaggi, si chiede di precisare cosa si intende che tutti i dispositivi impiantabili devono essere provvisti di etichetta autoadesiva rimovibile per consentire la tracciabilità visto che i prodotti oggetto di gara non costituiscono materiale impiantabile. Si chiede di confermare che trattasi di un refuso.

**RISPOSTA:** Non si tratta di refuso. Quanto richiesto è volto a garantire la massima tracciabilità.

### 7. **Quesito posto da un Operatore Economico:**

Relativamente al paragrafo 4. del capitolato di gara Requisiti tecnici essenziali dei prodotti, nella descrizione richiesta del lotto 1 non è specificata la tipologia dei device, mentre nel lotto 3 per i device ad ultrasuoni è specificata la lunghezza, il diametro e la tipologia di morso. Pertanto, si chiede di specificare gli stessi requisiti anche per i device richiesti nel lotto 1 in modo da riuscire a rispondere con un'offerta congrua.

**RISPOSTA:** I Requisiti tecnici essenziali dei prodotti indicati nel lotto n.1 sono tali da poter consentire, alla platea degli operatori economici, di poter depositare un'offerta.

### 8. **Quesito posto da un Operatore Economico:**

Relativamente al lotto 1, non sono specificate le quantità dei device relative ai singoli sublotto. Pertanto, se nella formulazione dell'offerta vi fossero più codici all'interno dello stesso sublotto, si chiede come verrebbero ripartite le quantità su più codici offerti. Inoltre, si chiede, come verrebbe valutata l'offerta economica e commerciale tra le varie aziende partecipanti.

**RISPOSTA:** Si precisa che quanto osservato esula della competenza dello scrivente Ufficio in considerazione del fatto che, la partecipazione alla procedura, è rimessa alla discrezionale valutazione



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

dell'Operatore Economico circa la facoltà e convenienze di partecipare alla procedura di cui trattasi (articolata in n.3 lotti aggiudicabili distintamente così da garantire la massima partecipazione agli O. E.).

### 9. Quesito posto da un Operatore Economico:

Richiesta di annullamento e/o rettifica della procedura.

**RISPOSTA:** Si precisa che non è possibile accogliere la richiesta per le seguenti ragioni:

1. Con nota prot n.12113 del 21/02/2023 questa U.O.C. ha provveduto a pubblicare, sul proprio sito aziendale, apposita indagine di mercato volta ad accertare, come di consueto, l'effettiva possibilità di partecipazione degli Operatori Economici interessati alla procedura e, al contempo, acquisire i prezzi di mercato necessari per stabilire la base d'asta nonché eventuali presenze di criticità nelle specifiche tecniche e l'esistenza di prodotti equivalenti ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. n. 50/2016. Come si rammenterà l'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante (ed, inoltre, non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura). Ancora, in questa fase prodromica non risultano essere emerse a detta degli Operatori Economici che hanno risposto all'indagine eventuali presenze di criticità nelle specifiche tecniche.
2. Secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato è pacifico ritenere che, il principio di equivalenza, permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il *favor participationis* alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi og-



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

getto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta.

3. L'affidamento di tutti i lotti, come si evince dagli atti di gara, avverrà con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, n. 50. Il richiamato criterio è stato determinato successivamente alla fase dell'indagine di mercato e, non essendo state sollevate osservazioni dagli Operatori Economici, si è pacificamente ritenuto che le caratteristiche tecniche - prospettate in fase di indagine di mercato – fossero possedute da più operatori e, conseguentemente, standardizzate.

Il RUP  
Dirigente Amministrativo  
dott.ssa C. Giannobile  
firmato