



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it

Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

Numero gara ANAC 9071023

CIG Lotto 1: 97972702F8 - CIG Lotto 2: 97973168EC - CIG Lotto 3: 97973461B0

Chiarimenti n.1 del 25.05.2023

Procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. per la fornitura di piattaforme elettrochirurgiche, comprensive del servizio di manutenzione ed *assistenza full-risk*, e relativi consumabili, per una durata di 48 mesi, occorrenti al nuovo blocco operatorio dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

1. Quesito posto da un Operatore Economico:

Nel Capitolato Tecnico, a pag. 6 art. 4. REQUISITI TECNICI ESSENZIALI DEI PRODOTTI, nel secondo capoverso è riportato quanto segue: "Il Concorrente per tutti i prodotti e le componenti indicati nel lotto, in fase di offerta tecnica, dovrà produrre la relativa documentazione tecnica (schede tecniche, manuali, campioni ecc.) e indicare il relativo costo in sede di offerta economica.". Poichè in nessuna altra parte della documentazione di gara si fa riferimento alla campionatura o si forniscono dettagli in merito, si chiede di voler confermare che la campionatura non sia richiesta in questa prima fase e che potrà essere eventualmente richiesta in una fase successiva, in sede di valutazione delle offerte da parte della Commissione, ove ritenuto necessario.

RISPOSTA: Si conferma che la campionatura non è richiesta per la procedura in argomento.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

2. **Quesito posto da un Operatore Economico:**

Con riferimento al Servizio di manutenzione ed assistenza full risk, si chiede di voler fornire maggiori dettagli in merito. Si chiede altresì di voler confermare che l'assistenza debba essere fornita da personale autorizzato dal Fabbrikante.

RISPOSTA: Il Contratto di tipo full risk comprende tutte le procedure di manutenzione preventiva e di manutenzione correttiva incluse le parti di ricambio, le spese di viaggio, di trasferta, di manodopera e gli oneri accessori. Inoltre, l'assistenza tecnica dovrà essere eseguita da soggetti appositamente autorizzati dalla ditta aggiudicataria.

3. **Quesito posto da un Operatore Economico:**

Con riguardo infine agli accessori, si specifica che per il funzionamento del materiale monouso sono necessari dei trasduttori pluriuso. Si chiede pertanto di voler quantificare i trasduttori al fine di poter effettuare una valutazione congrua delle offerte.

RISPOSTA: Si precisa che non sono necessari i trasduttori pluriuso.

4. **Quesito posto da un Operatore Economico:**

Si evidenzia che nonostante vengano richiesti dei documenti tecnici non è previsto lo slot per l'inserimento di tale documentazione.

RISPOSTA: Si precisa che è stato generato, nella documentazione amministrativa, un apposito slot dedicato alla documentazione tecnica da caricare.

5. **Quesito posto da un Operatore Economico:**

Visto i giorni di festività ricadenti a ridosso della scadenza della presentazione offerta, si chiede il rinvio della stessa.

RISPOSTA: Siamo spiacenti di non poter accogliere la richiesta di prorogare i termini delle offerte a causa dell'impellente necessità di reperire quanto oggetto della procedura.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

6. **Quesito posto da un Operatore Economico:**

Si fa presente che non è stato caricato l'allegato Tabella elenco lotti e valori. In attesa della pubblicazione dell'allegato, si chiede se sia corretto prendere come riferimento per la garanzia provvisoria l'importo posto a base di gara indicato a pagina 4 del disciplinare di gara.

RISPOSTA: La richiamata tabella è stata caricata ed è presente tra la documentazione di gara (file Excel denominato "scheda tecnica generatori" presente anche nella sezione della busta economica)

7. **Quesito posto da un Operatore Economico:**

Con la presente si chiede di chiarire in quale punto della sezione relativa alla documentazione amministrativa debba essere caricata la documentazione tecnica.

RISPOSTA: Si precisa che è stato generato, nella documentazione amministrativa, un apposito slot dedicato alla documentazione tecnica da caricare.

8. **Quesito posto da un Operatore Economico:**

Il capitolato al punto 4 recita "I dispositivi offerti, inoltre, devono essere corredati ove richiesto, della strumentazione necessaria alla programmazione e al monitoraggio da remoto fornita in comodato d'uso gratuito ed al punto 2 parla di dispositivi impiantabili: defibrillatori, pacemaker e altri dispositivi connessi al loro utilizzo. Si chiede se trattasi di refusi di cui non tenere conto.

RISPOSTA: Trattasi di mero refuso.

9. **Quesito posto da un Operatore Economico:**

Per il lotto 1, ove richiesto "possibilità di collegamento ad aspiratore dei fumi" si intende solo la predisposizione o si deve offrire sistema di aspirazione dei fumi?

RISPOSTA: Si ritiene necessario offrire la sola predisposizione.

10. **Quesito posto da un Operatore Economico:**

In merito al lotto 3 si legge trasduttore integrato si chiede di spiegare meglio tale indicazione tecnica e di specificare, chiaramente, se è ammessa, per equivalenza, l'offerta di trasduttori separati.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

RISPOSTA: Si precisa che non è ammessa tale ipotesi.

11. **Quesito posto da un Operatore Economico:**

In merito al lotto 3 dove si legge "manipoli laparoscopici con morso lungo e maggiormente performante per chirurgia laparoscopica avanzata ad alta complessità non si comprende di che si tratta. Si prega, quindi, di indicare misure e diametri. In merito alla voce successiva si chiede di sapere se dove si legge manipolo open 23 cm circa se è ammessa la lunghezza di 20 centimetri.

RISPOSTA: Ogni Operatore Economico potrà fornire le misure atte a garantire il corretto e perfetto funzionamento delle apparecchiature proposte in sede di gara. Ancora, è ammessa la lunghezza di 20 centimetri.

Il RUP
Dirigente Amministrativo
dott.ssa C. Giannobile
firmato