


AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it

Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

A tutti gli Operatori Economici interessati

OGGETTO: Indagine di mercato per n. 2 iniettori per Risonanza Magnetica in uso presso l'U.O. di Diagnostica per Immagini del Dipartimento Assistenziale Integrato di Radiologia Diagnostica interventistica e Stroke dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo

Questa Azienda intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, per la fornitura per n. 2 iniettori per Risonanza Magnetica in uso presso l'U.O. di Diagnostica per Immagini del Dipartimento Assistenziale Integrato di Radiologia Diagnostica interventistica e Stroke dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo secondo le seguenti specifiche:

SCHEMA TECNICA INIETTORI PER RISONANZA MAGNETICA

QUANTITÀ	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE LA CARATTERISTICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
N.2	Consentire di semplificare l'iniezione di contrasto per tutte le procedure, da iniezioni di piccole quantità per soggetti con peso basso e basso BSA (area di superficie corporea) a iniezioni di grossi volumi in soggetti obesi e con alto BSA		
	Incremento della rapidità delle procedure, ottimizzando il controllo della somministrazione e quindi la qualità delle immagini		
	Modalità di Imaging che consentono una scansione più veloce, sequenze rapide		



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

	Sistema di iniezione del contrasto di assoluta precisione		
	Presenza di due siringhe di iniezione controllate da due pistoni differenti che riescono a lavorare contemporaneamente e con velocità anche differenti consentendo di somministrare subito dopo il mezzo di contrasto anche quantità diverse di soluzione fisiologica.		
	Gestito in maniera semiautomatica incrementando la sicurezza degli addetti alla diagnostica (tecnici di radiologia)		
	Modulo di controllo a distanza collegato attraverso fibre ottiche con le siringhe di iniezione		
n. 8.000	Fornitura di n. 8000 presidi (consumo annuo presunto) per la somministrazione del mezzo di contrasto per l'esecuzione della risonanza magnetica		

Si chiede a codesta rispettabile Ditta di volere fornire la migliore offerta tecnica ed economica.

Premesso quanto sopra, si chiede agli Operatori Economici interessati di inoltrare entro 7 gg dalla presente, il preventivo di spesa a mezzo PEC all'indirizzo "provveditorato@cert.policlinico.pa.it"

La presente indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di una congrua base d'asta ed alla verifica del rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire a tutti gli operatori economici - in aggiunta a quelli eventualmente interpellati — di poter presentare, se interessati, quanto richiesto con la presente.

Codesta Ditta dovrà inoltre fornire una dichiarazione attestante il venduto della medesima tipologia di prodotto sul territorio nazionale, nell'ultimo anno, con l'indicazione dell'Azienda Sanitaria e dell'importo offerto.

Si evidenzia, che le società interessate sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, unitamente al preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche indicate nella richiamata descrizione.

Si resta in attesa di un vostro riscontro alla presente entro le ore 12:00 del 15/11/2022.

Per eventuali chiarimenti:

Sig. Luigi La Fata – Area Provveditorato, tel. 3297506808

Area Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Chiara Giannobile