



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

### AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: [area\\_provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area_provveditorato@policlinico.pa.it)

Pec: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)

Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

A tutti gli Operatori Economici interessati

**OGGETTO:** Indagine di mercato per n. 1 **Detettore pediatrico** per l'UTIN dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

Questa Azienda intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, per la fornitura per n. 1 **Detettore pediatrico** per l'UTIN dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo secondo le seguenti specifiche:

### SCHEDA TECNICA DETETTORE PEDIATRICO

QUANTITÀ	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE LA CARATTERISTICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
N.1	Plait di dimensioni pediatriche quindi cm. 24*30 o similare in modo da consentire il posizionamento nelle culle termiche neonatali senza contatto diretto con il piccolo paziente per il rischio infezioni		
	Detettore di elevata qualità e definizioni pixel non inferiori a 120µm		
	Connettibile wireless per l'invio immagini al PACS		
	Peso ridotto ed autonomia superiore a 2 ore		
	Compatibile con apparecchio radiologico portatile digitale diretto, già presente in UTIN (casa produttrice SAMSUNG modello GM85).		



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Si chiede a codesta rispettabile Ditta di volere fornire la migliore offerta tecnica ed economica.

Premesso quanto sopra, si chiede agli Operatori Economici interessati di inoltrare entro 7 gg dalla presente, il preventivo di spesa a mezzo PEC all'indirizzo "provveditorato@cert.policlinico.pa.it"

La presente indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di una congrua base d'asta ed alla verifica del rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire a tutti gli operatori economici - in aggiunta a quelli eventualmente interpellati — di poter presentare, se interessati, quanto richiesto con la presente.

Codesta Ditta dovrà inoltre fornire una dichiarazione attestante il venduto della medesima tipologia di prodotto sul territorio nazionale, nell'ultimo anno, con l'indicazione dell'Azienda Sanitaria e dell'importo offerto.

Si evidenzia, che le società interessate sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, unitamente al preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche indicate nella richiamata descrizione.

Si resta in attesa di un vostro riscontro alla presente entro e non oltre le ore 12:00 del 17.04.2023.

Per eventuali chiarimenti:

Sig. Luigi La Fata – Area Provveditorato, tel. 3498257997



Il Funzionario  
Responsabile del Procedimento  
Sig. Luigi La Fata