



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA 05841790826

## AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo -  
Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502  
Mail : [area.provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area.provveditorato@policlinico.pa.it) -  
PEC: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)

- *A tutti gli Operatori Economici interessati* -

**Oggetto:** Indagine di mercato - che sostituisce integralmente la precedente del 22.09.2023 in seguito alla rettifica di alcuni dati - per la fornitura di *device* occorrenti al blocco operatorio di chirurgia generale e d'urgenza.

Questa Azienda intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, per la fornitura di *device* specialistici (come da prospetto allegato contenenti le specifiche tecniche), per interventi di chirurgia presso il blocco operatorio di chirurgia generale e d'urgenza dell'A.O.U.P. *Paolo Giaccone* di Palermo.

A tal fine lo scrivente Ufficio intende verificare:

1. se gli operatori economici dispongono di beni aventi caratteristiche tali da soddisfare i bisogni sanitari descritti nell'allegata scheda e, qualora la ditta dovesse riscontrare discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invita a voler inviare apposita nota dalla quale si evinca, in modo chiaro, il dettaglio delle caratteristiche che non possiede il prodotto commercializzato rispetto a quanto oggetto di indagine di mercato (allegando le schede tecniche);
2. il prezzo dei prodotti applicati negli ultime 3 anni (prezzo di aggiudicazione Iva esclusa) alle Aziende Sanitari con apposita indicazione delle stesse nonché degli atti deliberativi di aggiudicazione;
3. tempi di consegna;
4. Vostro preventivo di spesa.

La presente indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di una congrua base d'asta ed alla verifica del rispetto del principio di concorrenza, verrà pubblicata sul sito aziendale al fine di ricevere, dalle Ditte interessate, di volere fornire la migliore offerta tecnica ed economica.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro le ore 09:00 del 15.11.2023 ai seguenti indirizzi mail:

[area.provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area.provveditorato@policlinico.pa.it) ed [antoninorosario riccardo.alampi@policlinico.pa.it](mailto:antoninorosario riccardo.alampi@policlinico.pa.it)

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Collaboratore Amministrativo  
dott. Antonino Rosario Riccardo Alampi





- 1) SISTEMA DI PROTEZIONE/RETRAZIONE DI FERITA**, composto da due anelli di colore differente ed una guaina di poliuretano latex- free, adattabile ai vari spessori della parete addominale. Anello di posizionamento flessibile, anello di retrazione semirigido per l'utilizzo in spazi ristretti, retrazione circonferenziale atraumatica a 360°

Misure:

|  |                      |
|--|----------------------|
| XXS: Diametro incisione 1 – 3 cm lunghezza guaina 20 cm.       | Fabbisogno annuo: 5  |
| XS corto: Diametro incisione 2 – 4 cm. Lunghezza guaina 13 cm. | Fabbisogno annuo: 10 |
| XS: Diametro incisione 2- 4 cm lunghezza guaina 19 cm.         | Fabbisogno annuo: 20 |
| S: Diametro incisione 2,5 – 6 cm lunghezza guaina 18 cm.       | Fabbisogno annuo: 20 |
| M: Diametro incisione 5 – 9 cm lunghezza guaina 18 cm.         | Fabbisogno annuo: 20 |

- 2) VIDEO-BRONCOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO IN HD** per la gestione in sicurezza delle vie aeree per le intubazioni difficili previste e in urgenza, da eseguire sia in Sala operatoria che in rianimazione BAL (lavaggio bronco-alveolare), BW (lavaggio bronchiale), PDT (tracheotomia percutanea dilatata). L'utilizzo di un sistema totalmente sterile, confezionato singolarmente e pronto all'uso in caso di emergenza elimina il rischio di infezione e contaminazioni crociate per i pazienti con TBC, EBOLA e HCV o con il sistema immunitario compromesso AIDS o HIV

Broncoscopi da 5.0 canale operativo 2.2 risoluzione 800x800 pixel co sistema di raccolta campionamento integrato nella conf. Fabbisogno annuo: N° 50

Broncoscopi da 5.6 canale operativo 2.8 mm risoluzione 800x800 pixel con sistema di campionamento integrato Fabbisogno annuo N° 20



Broncoscopi da 4.2 canale operativo 2.2 mm Fabbisogno annuo N° 20

Broncoscopi da 2.7 canale operativo 1.2 mm Fabbisogno annuo: N° 10

Pinza da biopsia senza ago 120 cm x 1,8 mm ricoperta, monouso, apertura morso 4,5 mm a valve lisce, impugnatura a singolo anello Fabbisogno annuo N° 50

Spazzolino per pulizia monouso a doppia spazzola: catetere L. 1800 mm, D. 1.8 mm Spazzola 1 D. 50 mm x 20 mm Spazzola 2 D 50mm x 20 mm Fabbisogno annuo: N° 40

Monitor touchscreen portatile con risoluzione full HD, Connettività con PACS tramite DICOM via WI-FI/LAN Uscita video digitale per visualizzare immagini dal vivo di alta qualità su uno schermo esterno. LCD TFT a colori da 12,8". Durata batteria oltre 3 ore.

Duodenoscopi Fabbisogno annuo: 25

Gastroscoopi Fabbisogno annuo: 25

**3) KIT CON TAPPO LAPAROSCOPICO** per ristabilire lo pneumo e trocar da 12 mm ad elica sequenziale forato in punta per permettere l'insufflazione diretta, dotato di accesso con valvola a doppio becco d'anatra per l'inserimento del trocar stesso

Misure:

S: Diametro incisione 2,5,6 cm lunghezza guaina 18 cm Fabbisogno annuo: 50

M: Diametro incisione 5-9 cm, lunghezza guaina 18 cm. Fabbisogno annuo: 50

**4) SISTEMA DI ACCESSO TRANS-ANALE** per il trattamento chirurgico delle patologie cancerose del retto medio/basso (TAMIS e TATME) composto da:

- un canale di accesso anale da 4 cm, 5.5 cm e 9 cm, con flange in punta con flange in punta che consentono una stabilizzazione atraumatica del device subito dietro la linea pettinea;
- 
- n° 4 cannule a basso profilo da 10 mm con valvola a tenuta in grado di mantenere lo pneumo-retto per tutta la durata della procedura;
- n° 1 Introduttore per trocar;
- capsula in gel consente di massimizzare la triangolazione degli strumenti ottimizzando il lavoro nello spazio ristretto dell'ampolla rettale;
- Borsa di stabilizzazione dell'insufflazione;



Complesso Operatorio

- Sonda elettrochirurgica monopolare con uncino ad L sia angolato che retto con sistema di integrazione di evacuazione fumi, misure diametro 5 mm x 42 cm:

Misure:

Lunghezza 4 cm Fabbisogno annuo: 15

Lunghezza 5,5 cm Fabbisogno annuo: 5

Lunghezza 9 cm Fabbisogno annuo: 10

**5) CONTENITORE SCALDA-OTTICA** poli-uso per laparoscopia, con base stabilizzante di supporto poli-uso, volume 500 ml. Fabbisogno annuo : 4

Guarnizioni monouso per riscaldatore ottiche Fabbisogno annuo: 200

**6) SISTEMA AVANZATO E SISTEMA AVANZATO MINI DI ACCESSO "SINGLE INCISION"** composto da:

- N° 1 copertura gelseal
- N° 1 protettore/retrattore di ferita con filo di rimozione
- N° 3 trocar da 10 mm
- N° 1 trocar da 12 mm
- N° 1 introduttore per trocar Fabbisogno annuo: 30

**7) TROCAR CON CANNULA ZIGRINATA TRASPARENTE E OTTURATORE OTTICO** ad elica sequenziale, monouso, forato in punta per permettere l'insufflazione diretta durante l'inserimento, con doppia valvola a doppia entrata completamente rimovibile, per l'estrazione di piccoli pezzi anatomici, nelle seguenti misure:

5 x 100 mm Fabbisogno annuo: 100

5 x 150 mm Fabbisogno annuo: 100


11 x 100 mm Fabbisogno annuo: 100

12 x 100 mm Fabbisogno annuo: 100

12 x 150 mm Fabbisogno annuo: 100

**8) Ago di Verres** per insufflazione monouso :

- 13 gauge 120 mm Fabbisogno annuo : 30
- 13 gauge 150 mm Fabbisogno annuo : 30





**9) PIATTAFORMA PER SUTURA MECCANICA INTELLIGENTE ROBOTIZZATA** a batteria, con E-STAPLING TECHNOLOGY, è la prima al mondo dotata di manipoli universali a batteria, ai quali è possibile collegare diversi terminali monouso dedicati.

- N° 2 Piattaforme Universali per suturatrici meccaniche motorizzate a batteria
- Manipoli Piattaforma Pluriuso a batteria, in comodato d'uso gratuito, completi di alimentatore, per suturatrici Elettroniche Motorizzate robotizzate, Circolari e lineari a tre Chip di riconoscimento.
- N° 36 Suturatrici Circolari Monouso con stelo standard curvo da 18 cm
- N° 18 Suturatrici Circolari Monouso con stelo standard da 28 cm
- N° 8 Unità di Controllo, Mono-paziente, con stelo corto retto da 6,5 cm
- N° 12 Unità di controllo, mono-paziente, stelo medio retto da 15 cm
- N° 8 Unità di controllo, mono-paziente, stelo lungo retto da 25 cm
- N° 72 Ricariche Articolabili fino a 50° per lato con 4 blocchi di fermo per lato Dx/Sx di varie misure

**10) SISTEMA PER LAPAROSCOPIA MANO ASSISTITA** composto da

- N° 1 copertura gelseal
- N° 1 protettore/retrattore di ferita

Fabbisogno annuo: 50

**11) TROCAR HASSON** con palloncino  
Misura 10 mm

Fabbisogno annuo 100

**12) PINZA GRASPER** 5 mm

Fabbisogno annuo: 20

**13) KIT Monouso per trattamento emorroidario Sistema TRILOGY**

Fabbisogno annuo: 100 pz.

