



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826  
[www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

**Area Provveditorato**

Via Enrico Toti n. 76 - 90128 Palermo  
Tel. 091.655 5503-5749  
Fax 091.655 5502  
E-mail: [area\\_provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area_provveditorato@policlinico.pa.it)  
Pec: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)

**OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di Stent coronarico a rilascio di Sirolimus indicato per incrementare il diametro del lume dell'arteria coronarica in pazienti con malattia cardiaca ischemica sintomatica a causa di una lesione de novo e/o ristenotica in-stent delle arterie coronariche native e candidabili per procedura di PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty) e impianto di stent per l'U.O.S. di Emodinamica dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo**

Questa Azienda intende procedere, previa verifica della copertura finanziaria, all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, per l'affidamento della fornitura di **Stent coronarico a rilascio di Sirolimus** come meglio specificato in oggetto, per l'U.O.S di Emodinamica dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.

**Il device deve possedere le seguenti caratteristiche:**

- uno stent coronarico a rilascio di sirolimus in lega di cromo cobalto (L605) con rivestimento composto da una miscela di farmaco antiproliferativo e da un polimero.  
lo stent è premontato su catetere a palloncino;
- un catetere a palloncino a scambio rapido (Rx);
- un polimero di rivestimento dello stent di tipo biocompatibile, biodegradabile e che agisce come serbatoio e piattaforma per il rilascio del farmaco;
- due marker radiopachi applicati sul catetere di rilascio che individuano la lunghezza dello stent;
- due marker radiopachi applicati posizionati sullo stelo del catetere a palloncino (a 90 e 100 cm. Dalla punta distale) che indicano la posizione relativa del dispositivo rispetto all'estremità del catetere guida;
- porzione totale del pallone fuori dallo stent pari a 0,5 mm.;
- trattare l'80% dell'area target rispetto al 18% dei normali DES;
- nell'infarto acuto, tenere gonfiato il pallone una volta aperto lo stent per 45 secondi per formare un film protettivo che eviti trombosi;
- la dose di farmaco corrisponde a 15-25 nanogrammi per millimetro di tessuto;
- doppia anti aggregazione per un periodo di 6 mesi, fino ad un anno per i pazienti che non sono ad alto rischio di sanguinamento;
- polimero biodegradabile in 180 giorni, stent+pallone medicato, medicato abluionalmente le maglie dello stent e le porzioni di pallone non riscaldate dalle maglie;
- dose di farmaco 0,70 microgrammi per mm<sup>2</sup>;
- apertura celle 8 mm.<sup>2</sup>
- piattaforme da 6,8 e 10 corone;
- diametri da 2,5 mm. A 4 mm.;
- lunghezza da 8 mm. A 40 mm.;
- struttura dello stent spessa 73 µm (0029");
- marchio CE per infarto acuto e pazienti diabetici;



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826  
[www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

### Area Provveditorato

Via Enrico Toti n. 76 - 90128 Palermo  
Tel. 091.655 5503-5749  
Fax 091.655 5502  
E-mail: [area\\_provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area_provveditorato@policlinico.pa.it)  
Pec: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)

Premesso quanto sopra, si chiede agli Operatori Economici interessati di inoltrare entro i termini sotto indicati, il preventivo di spesa a mezzo PEC all'indirizzo "provveditorato@cert.policlinico.pa.it"

La presente indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di una congrua base d'asta ed alla verifica del rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire a tutti gli operatori economici - in aggiunta a quelli eventualmente interpellati - di poter presentare, se interessati, quanto richiesto con la presente.

Codesta Ditta dovrà, inoltre, fornire una dichiarazione attestante **l'affidamento della medesima tipologia di fornitura** sul territorio nazionale, nell'ultimo anno, con l'indicazione dell'Azienda Sanitaria e dell'importo offerto.

Si evidenzia, che le società interessate sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, unitamente al preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche indicate nella richiamata descrizione.

**Si resta in attesa di un vostro riscontro alla presente entro le ore 12:00 del 26/05/2023**

Il Funzionario Amm.vo  
Sig. Giovan B. Cincotti



Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa. Giovanna Milisenda

Per eventuali chiarimenti: Sig. Giovan B. Cincotti - Area Provveditorato - tel. 091.655 5567