

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di possedere le caratteristiche richieste contrassegnando con SI/NO	Note
Il catetere (4-6 Fr.) per Isterosalpingografia con posizionatore scorrevole deve disporre di:		
a) Introduttore rigido dotato di fermo scorrevole		
b) valvola di regolazione per gonfiaggio del palloncino		
c) raccordo per iniezione del mezzo di contrasto		
d) catetere radiopaco a due lumi dotato di palloncino distale		
e) versione angolabile per utero retroverso		
f) materiale ipoallergenico privo di lattice e di ftalati		