



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76
Tel. 091.6555503/5749
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinicogiaccone.it
Web: www.policlinico.pa.it

CHIARIMENTI DEL 07/07/2023

Oggetto: PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA, SUDDIVISA IN 30 LOTTI, AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO CON CONTRATTO ESTIMATORIO IN CONTO DEPOSITO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRESIDI VALVOLARI E VASCOLARI, CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER UN ANNO", CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO EX ART. 95 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 PER L'U.O.C. DI CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PAOLO GIACCONE DI PALERMO.

Con la presente si risponde ai seguenti chiarimenti :

1° CHIARIMENTO RICHIESTO:

In data 19/01/2023 l'AOU pubblica un avviso con il seguente oggetto: "CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI PRESIDI VALVOLARI E VASCOLARI DA DESTINARE ALL' UOC DI CARDIOCHIRURGIA DELL'AOU POLICLINICO P. GIACCONE DI PALERMO". Relativamente al lotto 23 del suddetto avviso, la richiesta faceva riferimento a "PROTESI VASCOLARI RETTE IN DACRON/W CON BRANCHE E COLLARE".

Nella gara in oggetto, invece, non viene specificata la presenza del COLLARE. Pertanto la descrizione del lotto 23 coincide esattamente con quella del lotto 22. Per cui Vi chiediamo di poter specificare le precise caratteristiche del lotto n. 23;

RISPOSTA:

Si rappresenta che, per un mero errore materiale, non è stata riportata l'intera descrizione del Lotto 23 che deve intendersi la seguente:

LOTTO 23	Protesi vascolari rette in dacron woven con branche e collare a parete standard, con rivestimento in collagene bovino e porosità tendente a zero. Presenza di una branca di servizio. Misure da 18 a 32mm
	1 Branca
	4 Branche



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

La descrizione del Lotto 22 deve intendersi la seguente:

LOTTO 22	Protesi vascolari rette in dacron woven con branche a parete standard, con rivestimento in collagene bovino e porosità tendente a zero. Presenza di una branca di servizio. Misure da 18 a 32mm
	1 Branca
	4 <i>Branche</i>

Il RUP
Dr Stefania Bongiovanni