



Prot. n. 4603

Palermo li 30 LUG. 2020

**AVVISO PUBBLICO ART. 66, D LGS. N. 50/2016, PER LA VERIFICA DELL'EFFETTIVA  
SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO DELL'ASSENZA DI CONCORRENZA PER  
MOTIVI TECNICI**

**Premesso che:**

- L'Area Provveditorato di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone intende procedere, mediante procedura negoziata, senza previa indizione di gara - ai sensi del comma 1 lettera b) art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, all'acquisizione di accessori per il Capillaroscopio mod. STEMI SV 11, in dotazione all'U.O. di Angiologia, da circa 15 anni, fornito dalla Ditta Carl Zeiss S.p.A. La vetustà dei componenti attualmente utilizzati e dei quali si chiede l'ammodernamento, non consentono una corretta visione dei campioni, né tantomeno la documentazione iconografica da fornire al paziente, trattasi, infatti, di un vecchio sistema analogico non digitale con videoregistrazione a cassetta che non consente la memorizzazione dei dati, la possibilità di misurazione dei parametri per una corretta diagnosi e di conseguenza il follow-up del paziente.
- L'ammodernamento oggetto del presente avviso riguarda quanto di seguito riportato:

DESCRIZIONE	FABBISOGNO
modulo illuminazione con guida luce in fibra ottica a due vie	1
camera digitale AxioCam con connessione firewire per ottimizzazione messa a fuoco rapida e ricerca del campo visivo	1
PC con software che permette l'acquisizione e la processazione delle immagini, la misurazione delle strutture capillari in esame, il loro confronto e la memorizzazione di tutti i dati e le immagini relative con videoregistrazione dell'esame con possibilità di riversaggio delle immagini acquisite su supporti digitali da consegnare all'utente	1
monitor 23"	1

La Ditta Carl Zeiss S.p.A., interpellata poiché fornitrice del Capillaroscopio oggetto del presente ammodernamento, ha dichiarato di essere in grado di fornire gli accessori necessari al superamento dei limiti dati dalla vetustà degli attuali in uso, e di essere nelle condizioni di raccordare i nuovi al vecchio sistema.

Nel caso in cui non pervengano, entro il termine delle **ore 12,00 del giorno 11 agosto 2020**, all'indirizzo PEC [provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it](mailto:provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it), valide controindicazioni

tecniche, si riterrà riconosciuta la coerenza e legittimità dell'ipotesi di acquisto e dunque la possibilità di procedere - ai sensi del comma 2 lettera b) art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. - all'affidamento diretto attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando alla Ditta **Carl Zeiss S.p.A.** con sede legale in Milano, Via Varesina, 162, in possesso della Partita I.V.A. 00721920155.

IL FUNZIONARIO  
F.to Dr Stefania Bongiovanni

