



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Servizio di Ingegneria Clinica - U.O.C. Area Tecnica
Direttore Dott.ssa Giovanna Milisenda
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
Tel. 091.6553009/10
Email: ingegneriaclinica@policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Al Direttore dell'U.O.C. Area
Affari Generali

E.p.c Alla Direttrice Generale

Al Direttore Amministrativo

Alla Direttrice Sanitaria

Oggetto: Trasmissione documentazione relativa al prelievo del piano operatorio del Tavolo operatorio MAQUET GmbH & Co. KG mod. 1120 05 dichiarato fuori uso e ubicato presso il Blocco Operatorio del P.O. "Madonna SS. dell'Alto" di Petralia Sottana

In relazione all'oggetto, si comunica che a seguito di un guasto occorso al tavolo operatorio di produzione MAQUET GmbH & Co. KG, modello 1120 05, S/N 11575, Numero Inventario Tecnico SIC 314, in dotazione alla U.O. di Chirurgia Pediatrica, si è reso necessario individuare con urgenza una soluzione tecnica idonea a ripristinare la piena funzionalità dell'apparecchiatura, al fine di garantire la continuità dell'attività assistenziale.

Per il tramite della ditta Polygon S.p.A., affidataria del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali sia presso questa Azienda sia presso l'ASP di Palermo, è stata verificata la disponibilità, presso quest'ultima, di un tavolo operatorio analogo già dismesso per diversa problematica, dal quale è stato possibile prelevare il piano operatorio necessario alla riparazione del tavolo in uso presso la nostra U.O.C..

Posto quanto sopra, con nota prot. n. 13232 del 27/02/2026 è stata richiesta formalmente all'ASP di Palermo l'autorizzazione al prelievo del piano operatorio del tavolo ubicato presso il Blocco Operatorio del P.O. "Madonna SS. dell'Alto" di Petralia Sottana. Successivamente, con note prot. n. 15217 del 09/03/2026 e prot. n. 16671 del 13/03/2026, l'ASP di Palermo ha autorizzato il prelievo, qualificando il trasferimento come donazione del bene e richiamando la "procedura aziendale vigente in materia di donazione dei cespiti", precisando altresì che il successivo smaltimento dell'apparecchiatura residua resterà a carico del soggetto donatario.


Si evidenzia che la sostituzione del componente, ha avuto esito positivo e ha consentito alla U.O.C. di Chirurgia Pediatrica di riprendere con immediatezza l'attività chirurgica, evitando interruzioni prolungate. Tale soluzione ha pertanto determinato effetti positivi sulla continuità dell'attività assistenziale. Si precisa, altresì, che tutte le attività inerenti al prelievo, al trasferimento del piano del tavolo e alla relativa sostituzione sono state eseguite dalla ditta Polygon S.p.A. senza alcun onere a carico di questa Azienda.

Alla luce di quanto premesso, si trasmette la documentazione richiamata affinché Codesta U.O.C. possa procedere con gli adempimenti di competenza.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o integrazione documentale, si porgono distinti saluti.


Il Collaboratore Tecnico Ingegnere Clinico

Ing. Marika Pia Scozzaro



Il RUP

del servizio di gestione e manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali
Geom. Carmelo Salvatore Lanza



Il Direttore dell'U.O.C. Area Tecnica

Dott.ssa Giovanna Milisenda

