



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Toti n 76

Tel. 091.6555500/66

Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it

Pec: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it

Web: www.policlinico.pa.it

Allegato A

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER OFTALMOSCOPIO BINOCULARE INDIRETTO CINGITESTA PER LASER

L'UOC di Oculistica di questa Azienda possiede un LASER retinico da sala operatoria Carl Zeiss ormai fuori produzione (N. inventario 03560; Numero seriale 02132), e un secondo LASER da tavolo, da ambulatorio, Carl Zeiss Meditec 532s (N. inventario 15236), perfettamente funzionanti e utilizzabili procedendo all'acquisto di oftalmoscopio binoculare indiretto compatibile Zeiss.

L'acquisto di quanto oggetto del presente avviso, consentirebbe pertanto l'utilizzo di uno strumento indispensabile sia per la procedura chirurgica che per il trattamento ambulatoriale parachirurgico delle patologie retiniche.

Specifiche Tecniche:

L'oftalmoscopio binoculare indiretto cingitesta per LASER Carl Zeiss deve includere:

- Illuminazione LED: colore freddo;
- Maggiore durata della batteria con Illuminazione a LED, ma convertibile a luce allo xeno;
- Cingitesta: morbido e imbottito con regolazione automatica a qualsiasi forma e grandezza della testa;
- Batterie ricaricabili al litio di lunga durata;
- Fibra ottica;
- Stazione di ricarica;

L'Oftalmoscopio indiretto binoculare cingitesta compatibile con i suddetti Laser Zeiss già in dotazione dell'UOC di Oculistica, dovrà possedere la certificazione ISO, e la congruenza della potenza Laser in uscita tra la sorgente e il caschetto laser.